

Vanda Alvarenga de Paulo

De: contato@fariste.com.br
Enviado em: quinta-feira, 30 de novembro de 2023 12:10
Para: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
Assunto: Dúvida de caráter técnico referente ao edital 175/2023.
Anexos: microchip_merck.png; anexo_02.png; anexo03.pdf; Anexo04.pdf

Bom dia Prezados!

Ja fiz o envio pelo sistema, mas lá não consegui colocar os anexos.

Somos da empresa Fariste Comércio e Importação, trabalhamos exclusivamente com microchip de identificação animal a quase 9 anos e temos interesse de participar do Pregão Eletrônico Nº 36/2023, referente ao edital 175/2023.

Ficamos com dúvida referente ao sistema antimigratório solicitado.

Segue abaixo a solicitação:

Sistema antimigratório em polipropileno, em formato de cápsula, medindo 6,4mm por 2,2mm e com 2 microfuros para garantir a fixação no local aplicado.

Mesmos ao longo de todos esses anos trabalhando com microchip desconhecemos esse sistema de cápsula. Então fizemos contato com alguns de nossos parceiros para ver se era alguma tecnologia nova, e a resposta foi negativa.

Então fizemos uma busca nos sites das empresas mais conhecidas e obtivemos o seguinte resultado.

1- Revestimento de Parilene usado por praticamente todas as empresas, dentre elas:

Na relação abaixo, alguns são fabricantes, outras são marcas porém todos os materiais afirma usar revestimento Parilene.

GLOBAL-ID

VIRBAC

VERI-TAG

TROVAN

PARTNERS

SYNTEK

DATAMARS

WUXI FOFIA

PET ID

CMRFID

HECERE

TOP-TAG

ANIMALLTAG

Ainda existem aqui no Brasil alguns revendedores que possuem marca própria porém em sua maioria os produtos são fabricados por uma dessas citadas.

2 - Revestimento que empregam sistema antimigratório de Biobond:

Somente a Merck possui, sendo comercializado sob a marca Destron. (<https://www.merck-animal-health-usa.com/species/equine/bio-thermo>)

Entendemos que nenhuma empresa da lista possui a tecnologia de sistema de cápsula, pois os mais conhecidos são apenas embebidos/envolvidos em uma camada de Parilene, e o da Merck que é o único diferente, no próprio site deles tiramos isso em relação ao sistema "é tampado com um bainha de polímero em uma extremidade chamada Biobond, que pode ajudar a impedir a migração do microchip, favorecendo a adesão do tecido" Ou seja eles mesmo deixam claro não ser uma capsula e ainda falam que **PODE AJUDAR A IMPEDIR** (não garante que não migrará). Segue em anexo print da página da merck. (ANEXO 1).

Ainda em busca de atender as especificações começamos a fazer uma busca pela internet pelos termos citados.

Localizamos uma licitação de 2010 da cidade de Poços de Caldas pedindo esse sistema antimigratório, porém posteriormente foi alterada para a seguinte. "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, comunica que o item 03 - microchip agulhado sofreu alterações, onde se lê: "(...) sistema antimigratório em polipropileno, em formato de cápsula, medindo 6,4mm por 2,2mm e com 2 microfuros(...)"; leia-se: "(...) sistema antimigratório em polipropileno, polímero ou similar(...)". Permanecem inalteradas as demais condições. Poços de Caldas, 18 de outubro de 2010." Segue anexo print da publicação ANEXO 02 (<https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/>)

Mais recentemente a mesma prefeitura de Poços de caldas fez novo processo licitatório **EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - 480-SMAGP/2022** solicitando **sistema de fixação anti-migratório com camada de parylene** segue o anexo03 que é a cópia do referido edital. (<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/mg/prefeitura-municipal-de-pocos-de-caldas-3181/rpe-pregao-418-sma-2022-2023-223815>)

Em 2018 achamos outro edital com a menção desse sistema antimigração. Prefeitura Municipal de Arapoti – PROCESSO LICITATÓRIO SOB Nº 55/2018. E embora o edital solicite o mesmo sistema antimigratório que vocês, pelos anexos vemos que a empresa vencedora na proposta final página 164 do anexo 04, se refere a Parylene e na página 165 no catalogo deixa claro que o revestimento é Parylene. (<http://systransparencia.arapoti.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes/verLicitacao?formulario.codEntidade=71&formulario.exercicio=2018&formulario.codLicitacao=25&formulario.codTipoLicitacao=6>)

Diante do exposto acima após incansável busca de um produto que atenda as suas especificações e para que possamos participar e atender plenamente o edital, gostaríamos de saber qual foi a marca e

modelo utilizado para formatar as especificações do edital, visto que nenhum dos fabricantes acima detém essa tecnologia e mesmo buscando na internet não achamos nenhum compatível.

Desde já agradecemos a atenção.

Att.

Ricardo Campos

Praia Grande 30/11/2023

Fariste Comércio e Importação Ltda

CNPJ: 22.194.222/0001-25

13-997041350