

JULGAMENTO DOS CATALOGOS

EDITAL 070/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 3520400.427.00002291/2025-97

OBJETO: Registro de preços visando aquisição de insumos para endoscopia, colonoscopia, curativos especiais e otorrino

Item	DESCRIPTIVO	Unid
3	ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL QUENTE DESCARTÁVEL - DIÂMETRO: 2,3 MM - LARGURA 30MM (230 CM COMPRIMENTO) CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM - COMPRIMENTO 2400MM, COM MANOPLA.	UNIDADE
4	ALÇA ENDOSCÓPICA PARA APREENSAO COM CESTA EXTRATORA DE POLIPO TELADA - DESCARTÁVEL, USO UNICO, EXTENSÃO/DIAMETRO 2,5MM POR 230 CM DE COMPRIMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, EMPUNHADURA ERGONOMICA.	UNIDADE
5	ALÇA PARA POLIPECTOMIA OVAL FRIA C/ LAÇO DE 15 MM - ESPECIFICAÇÕES: FORMATO OVAL DIAMETRO DO LAÇO 15 MM, DIAMETRO DA BAINHA: 2,4 MM - 2,5 MM, CANAL DE ACESSÓRIOS MÍNIMO 2,8 MM - COMPRIMENTO DO TUBO 2300 MM. DESCARTÁVEL, USO UNICO, ESTERIL.	UNIDADE
6	ALÇA PARA POLIPECTOMIA OVAL FRIA DESCARTÁVEL - DIÂMETRO DA BAINHA: 2,3mm - LARGURA 10MM (DIÂMETRO DO LAÇO) CANAL DE ACESSÓRIOS MÍNIMO 2,8MM - COMPRIMENTO DO TUBO 2300MM	UNIDADE
7	ALÇA PARA POLIPECTOMIA OVAL QUENTE C/ LAÇO DE 10 MM - ALÇA PARA POLIPECTOMIA OVAL QUENTE C/ LAÇO DE 10 MM ESPECIFICAÇÕES: FORMATO OVAL, DIAMETRO DO LAÇO 10 MM, DIAMETRO DA BAINHA: 2,4 MM - 2,5 MM - COMPRIMENTO DO TUBO 2400 MM. DESCARTÁVEL, USO UNICO, ESTERIL.	UNIDADE
8	ALÇA PARA POLIPECTOMIA OVAL QUENTE C/ LAÇO DE 15 MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO 0,9 x 1,9 CM, FORMATO OVAL, DIAMETRO DO LAÇO 15 MM, DIAMETRO DO TUBO EXTERNO 2,3 MM 2,4 MM, COMPATIVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO 2300 MM - 2400 MM. DESCARTÁVEL, USO UNICO, ESTERIL.	UNIDADE
9	ALÇA PARA POLIPECTOMIA OVAL QUENTE C/ LAÇO DE 25 MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO 0,9 x 1,9 CM, FORMATO OVAL, DIAMETRO DO LAÇO 25 MM, DIAMETRO DO TUBO EXTERNO 2,3MM, COMPATIVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO 2300 MM. DESCARTÁVEL, USO UNICO, ESTERIL.	UNIDADE
10	ALÇA PARA POLIPECTOMIA OVAL QUENTE C/ LAÇO DE 35 MM - ESPECIFICAÇÕES: FORMATO OVAL, DIAMETRO DO LAÇO 35 MM, DIAMETRO DA BAINHA: 2,4 MM - 2,5 MM, CANAL DE ACESSÓRIOS MÍNIMO 2,8 MM - COMPRIMENTO DO TUBO 2300 MM. DESCARTÁVEL, USO UNICO, ESTERIL.	UNIDADE
11	ALÇA PARA POLIPECTOMIA OVAL QUENTE DESCARTÁVEL - DIÂMETRO DO TUBO: 2,3MM - LARGURA 45MM - COMPRIMENTO DO TUBO 2300MM - INDICADA PARA RETIRAR PÓLIPOS OU TECIDO NO TRATO GASTROINTESTINAL INDICADA PARA RETIRAR PÓLIPOS OU TECIDO NO TRATO GASTROINTESTINAL MEDIANTE CORRENTE ELÉTRICA DE ALTA FREQUÊNCIA (ALÇA ENERGIZADA). A ALÇA É UM AÇO INOXIDÁVEL, NO FORMATO OVAL, COM LARGURA DE 45MM. O CORPO DA ALÇA É UM TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL TRANÇADO MUITO FLEXÍVEL E REVESTIDO EM PTFE, QUE REDUZ A FRICÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL NO CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO. EMPUNHADURA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, EM ABS LUSTRAN. CONECTOR ELETRODO MONOPOLAR PARA GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA. CADA EMBALAGEM CONTÉM: 01 ALÇA PARA POLIPECTOMIA COM TUBO DE EXTENSÃO DE 2,3 MM DE DIÂMETRO EXTERNO POR 2.300MM DE COMPRIMENTO, COM GUIA INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO EM PTFE, COM ALÇA EM FORMATO OVAL, COM 45MM DE LARGURA, EMPUNHADURA ERGONOMICA, ROTAÇÃO MÚLTIPLA	UNIDADE
16	BOTA DE UNNA - PRONTA PARA USO, HOMOGÊNEA, COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL (30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER), IMPREGNADA DE PASTA NÃO SOLIDIFICADA DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO, ACÁCIA E ÁGUA DEIONIZADA, ISENTA DE VITAMINAS E ÁLCOOL. CLASSE DE RISCO III, REGISTRO NA ANVISA E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEDIDAS: 10cm x 9m ACEITA VARIAÇÃO DE 10% NO TAMANHO.	UNIDADE
17	CESTA DE CAPTURA DE PÓLIPOS E CORPO ESTRANHO EM FORMATO OVAL DE FÁCIL ABERTURA (POLYCATCH) COMP. 230 CM DIAMETRO 2,5MM, ABERTURA 25MM - PARA RECUPERAÇÃO SEGURA DE PÓLIPOS COLETADOS OU LESÕES TECIDUAIS, BEM COMO CORPOS ESTRANHOS ASPIRADOS DO TRATO DIGESTIVO HUMANO. SEM LÁTEX. PODE SER GIRADO EM 360 °	UNIDADE

1º CONVOCAÇÃO		DATA DA ANÁLISE: 06/08/2025
Situação	Motivo	MARCA / MODELO
APROVADO		CATALOGO SEM MARCA
APROVADO		SCITECH
APROVADO		ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS / HM 108-2.3/2300C115
APROVADO		MICRO-TECH ENDOSCOPY - DIAMOND CUT
APROVADO		CATALOGO SEM MARCA
APROVADO		CATALOGO SEM MARCA
APROVADO		CATALOGO SEM MARCA
APROVADO		GFE DO BRASIL
FRACASSADO		
APROVADO		CURATEC
FRACASSADO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 06/08/2025

14 h 30

Servidor Patrícia Santos

Barbara Murbach
CRF/SP 73548
Farmacêutica
Coordenadora

18	COLETOR DE POLIPOS - TIPO CATAPOLITOS - PÓLITOSDESCARTÁVEL. COLETOR COM 04 CÂMARAS MARCADAS (COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS) COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS PÓLIPOS. TUBOS FIRMES E CLAROS, E 04 ÁREAS ABERTAS PARA SUÇÃO DIRETA. COM TUBOS DE CONEXÃO FLEXÍVEIS PRÉ MONTADOS PARA INSTALAÇÃO RÁPIDA. TAMPA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO COM DOIS BICOS EM CADA UM, UMA MANGUEIRA DE SUÇÃO	UNIDADE
21	CURATIVO DE PVA COM PRATA - TAMANHO 15CM X 15CM - CURATIVO COMPOSTO POR FIBRA ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE, GELIFICANTE E ELEVADA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE EXSUDATO, COMPOSTA POR ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA) E SULFATO DE PRATA A PROMOVENDO REMOÇÃO ATRAUMÁTICA E INDOLOR. TAMANHO 15CM X 15CM 0,2MG/CM2 LIBERADA NA LESÃO ELIMINANDO MAIS DE 99,9% DAS BACTÉRIAS EM 24 HORAS. ALTAMENTE RESISTENTE À TRAÇÃO, MESMO SATURADA, NÃO DEIXANDO RESÍDUOS NA LESÃO. O PRODUTO NÃO PODERÁ ADERIR NO LEITO NEM NAS BORDAS DA LESÃO	UNIDADE
22	Curativo em Espuma com Sulfato de Prata e Carvão Ativado - Tamanho 15cm x 20cm - CURATIVO ESTÉRIL EM ESPUMA AUTOADERENTE, PERFURADA, QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO PARA COBERTURA SECUNDÁRIA, COM SILICONE PERFURADO, SULFATO DE PRATA COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA E CARVÃO ATIVADO. PARA FERIDAS ALTAMENTE EXSUDATIVAS. O CURATIVO PODERÁ PERMACENER NA LESÃO POR ATÉ 14 DIAS EM QUALQUER ETIOLOGIA. TAMANHO 15CM X 20CM.	UNIDADE
31	Gel antisséptico com PHMB e EDTA - frasco com 100ml - Gel incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), com EDTA. Agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme. Para limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas. Frasco com 100 ml.	FRASCO
33	HEMOCUP ABERTURA 13 MM - CLIP ENDOSCÓPICO REVESTIDO EM POLIETILENO COM TUBO DE 2,5MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTOS COMPATÍVEIS PARA ENDOSCÓPICOS OU COLONOSCÓPICOS. POSSUI CLIP FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL EM SUA EXTREMIDADE DISTAL COM ABERTURA 13 MM, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO = 2.8 MM. O CLIPE PODE SER ABERTO OU FECHADO VÁRIAS VEZES ATÉ QUE SE ENCONTRE NA POSIÇÃO DESEJADA	UNIDADE
34	HEMOCUP ABERTURA 16 MM - CLIP ENDOSCÓPICO REVESTIDO EM POLIETILENO COM TUBO DE 2,5MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTOS COMPATÍVEIS PARA ENDOSCÓPICOS OU COLONOSCÓPICOS. POSSUI CLIP FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL EM SUA EXTREMIDADE DISTAL COM ABERTURA 16 MM, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO = 2.8 MM. O CLIPE PODE SER ABERTO OU FECHADO VÁRIAS VEZES ATÉ QUE SE ENCONTRE NA POSIÇÃO DESEJADA	UNIDADE
35	Hemostático Absorvível - Tamanho 5,1cm x 7,6cm - CAIXA C/ 12 UNIDADES (Tipo Surgicel). Tecido de malha absorvível estéril preparado pela oxidação controlada da celulose regenerada. O tecido é branco com um molde amarelo pálido e tem um aroma ténue, semelhante a caramelo. É forte e pode ser suturado ou cortado sem desfiar. Estável e deve ser armazenado a temperatura ambiente controlada. Produto de base vegetal. Flexível e maleável. Esterilizado	CAIXA
39	PINÇA CAPTURADORA DE POLIPOS (TIPO BASKET) - 230 CM COMPRIMENTO - DESCARTÁVEL, USO ÚNICO - CESTA DE CAPTURA EM FORMATO OVAL DE FÁCIL ABERTURA - RECUPERAÇÃO EFICIENTE DE PÓLIPOS E CORPOS ESTRANHOS, CESTA GIRATÓRIA - CONVENIÊNCIA PARA USUÁRIO E POSICIONAMENTO PRECISO DO DISPOSITIVO - MATERIAL DA CESTA LATEX-FREE	UNIDADE
40	PINÇA DE BIÓPSIA PARA COLONO - COLHER OVAL SEM ESPÍCULA DE 2,4MM (GRANDE CAPACIDADE) E 230 CM DE COMPRIMENTO, ENCAPADA E GRADUADA - DESCARTÁVEL "TIPO CONCHA"	UNIDADE
41	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO - TIPO DENTE DE RATO, 230 CM COMPRIMENTO, DESCARTÁVEL.	UNIDADE
43	SOLUÇÃO ESTÉRIL COMPOSTA POR BETAÍNA E POLIHEXADINA - SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE FERIDAS, ESTÉRIL, COM SISTEMA FECHADO, COMPOSTA POR BETAÍNA (SURFACTANTE), POLIHEXANIDA E ÁGUA PURIFICADA. INDICADA PARA FACILITAR A REMOÇÃO DE CURATIVOS OU COBERTURAS TECNOLÓGICAS QUE POSSIVELMENTE FIQUEM ADERIDAS À LESÃO. QUE GARANTA A ESTABILIDADE DE ATÉ 56 DIAS APÓS ABERTO. FRASCO COM 350ML	FRASCO

REPROVADO	NÃO ATENDE O EDITAL: COM TUBOS DE CONEXÃO FLEXÍVEIS PRÉ MONTADOS PARA INSTALAÇÃO RÁPIDA. TAMPA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO COM DOIS BICOS EM CADA UM, UMA MANGUEIRA DE SUÇÃO. JÁ UTILIZAMOS ESTE PRODUTO E NÃO É PRÁTICO. NÃO TEM CESTA DE CAPTURA EM TODOS OS NICHOS LEVANDO A RISCO DE PERDA DO MATERIAL.	DIVERSATEK - HEALTHCARE - CAPTURE
REPROVADO	Composição divergente da solicitada em edital. Não apresenta fibras altamente absorventes e gelificantes, com elevada capacidade de retenção de exsudato; Ausência de álcool polivinílico (PVA)	SILICARE AG / VITA MEDICAL
REPROVADO	NÃO ATENDE O EDITAL: Ausência de sulfato de prata e carvão ativado; O tempo de permanência relatado pelo fabricante é de até 7 dias.	BIATAIN SILICONE AG / COLOPLAST
REPROVADO	NÃO ATENDE O EDITAL: Contém apenas PHMB isoladamente, sem associação com EDTA	Pielsana Polihexanida Gel
APROVADO		GFE DO BRASIL
APROVADO		SCITECH
REPROVADO	NÃO FOI APRESENTADO O CATALOGO PARA ANÁLISE, E SIM UM MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO. IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE DO PRODUTO.	EQUITAMP - EQUIMEDICAL
APROVADO		ARGUS - ENDOBRAX
APROVADO		TECHBITE - MICRO TECH ENDOSCOPY
APROVADO		SCITECH
APROVADO		CURATEC SOLUÇÃO COM PHMB

Barbara Murbach
CRF/SP 73548
Farmacêutica
Coordenadora