



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

183

---

**DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD**

**Secretaria da Saúde**

**Processo Nº: 23.694/2023 – Requisição 42/2023**

**Objeto: Produtos para Saúde - Diversos**

**I – INTRODUÇÃO**

O presente Documento de Oficialização de Demanda (DOD) refere-se à aquisição de Produtos para Saúde - Diversos, visando o fornecimento e manutenção dos estoques que são destinados as Unidades de Saúde e Centro Hospitalar do Município de Santo André (CHMSA).

**II – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE**

Unidade: Almoxarifado da Saúde

Departamento: Departamento de Gestão Administrativa e Financeira

**III.1. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA**

Nome: Fabiano Lucas de Oliveira dos Santos

Cargo: Coordenador Técnico - Farmacêutico

Identificação Funcional: 278

**III. DO OBJETO**

- Serviço não continuado
- Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
- Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
- Material de consumo
- Material permanente / equipamento

**IV. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA**

- Licitação - Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: (Pregão)

**V. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

**V.I. ITENS DA SOLUÇÃO**

B



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

184

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
1	42.01.0102	Unidade	Sonda Foley com 3 (três) vias, descartável, estéril - nº 18, confeccionada em borracha natural, siliconizada, atóxica. Ponta deverá ser arredondada, a traumática, com 02 orifícios. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de drenagem e balão de 30cc. Deve possuir a identificação da marca, numeração e volume do balão impresso na sua extremidade distal. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	1.200
2	42.02.0162	Unidade	Sonda Foley com 3 (três) vias, descartável, estéril - nº 20, confeccionada em borracha natural, siliconizada, atóxica. Ponta deverá ser arredondada, a traumática, com 02 orifícios. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de drenagem e balão de 30cc. Deve possuir a identificação da marca, numeração e volume do balão impresso na sua extremidade distal. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	1.200
3	42.02.0163	Unidade	Sonda Foley com 3 (três) vias, descartável, estéril - nº 22, confeccionada em borracha natural, siliconizada, atóxica. Ponta deverá ser arredondada, a traumática, com 02 orifícios. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de drenagem e balão de 30cc. Deve possuir a identificação da marca, numeração e volume do balão impresso na sua extremidade distal. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	1.200



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

185

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
4	42.01.2256	Unidade	Sonda Foley nº 06 com 2 vias confeccionada em silicone, descartável, atóxica, flexível, transparente, estéril, com tampa em sua extremidade distal, balão com capacidade entre 1ml a 1,5ml aproximadamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	360
5	42.01.2255	Unidade	Sonda Foley nº 08 com 2 vias confeccionada em silicone, descartável, atóxica, flexível, transparente, estéril, com tampa em sua extremidade distal, balão com capacidade entre 1ml a 3ml aproximadamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	600
6	42.01.0580	Unidade	Sonda Foley nº 10 com 2 vias, balão com capacidade de 5 ml aproximadamente, estéril, descartável, calibre nº 10. Confeccionada em borracha natural, não nociva à saúde, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com conexão para as duas vias. A conexão para a via do balão deverá conter válvula anti refluxo que permita a introdução da ponta da seringa, sem extravasamento durante e após a insuflação do balão. A outra conexão deverá ter a ponta afunilada e levemente alargada, permitindo conexão segura e sem extravasamento para o coletor de urina. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravada externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	600



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

186

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
7	42.01.0226	Unidade	Sonda Foley nº 12 com 2 vias, balão com capacidade de 30 ml aproximadamente, estéril, descartável, calibre nº 12. Confeccionada em borracha natural, não nociva à saúde, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com conexão para as duas vias. A conexão para a via do balão deverá conter válvula anti refluxo que permita a introdução da ponta da seringa, sem extravasamento durante e após a insuflação do balão. A outra conexão deverá ter a ponta afunilada e levemente alargada, permitindo conexão segura e sem extravasamento para o coletor de urina. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravada externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	1.800
8	42.01.0202	Unidade	Sonda Foley nº 14 com 2 vias, balão com capacidade de 30 ml aproximadamente, estéril, descartável, calibre nº 14. Confeccionada em borracha natural, não nociva à saúde, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com conexão para as duas vias. A conexão para a via do balão deverá conter válvula anti refluxo que permita a introdução da ponta da seringa, sem extravasamento durante e após a insuflação do balão. A outra conexão deverá ter a ponta afunilada e levemente alargada, permitindo conexão segura e sem extravasamento para o coletor de urina. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravada externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	3.600



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

187

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
9	42.01.0225	Unidade	Sonda Foley nº 16 com 2 vias, balão com capacidade de 30 ml aproximadamente, estéril, descartável, calibre nº 16. Confeccionada em borracha natural, não nociva à saúde, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com conexão para as duas vias. A conexão para a via do balão deverá conter válvula anti refluxo que permita a introdução da ponta da seringa, sem extravasamento durante e após a insuflação do balão. A outra conexão deverá ter a ponta afunilada e levemente alargada, permitindo conexão segura e sem extravasamento para o coletor de urina. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravada externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	3.600
10	42.01.0781	Unidade	Sonda Foley nº 18 com 2 vias, balão com capacidade de 30 ml aproximadamente, estéril, descartável, calibre nº 18. Confeccionada em borracha natural, não nociva à saúde, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com conexão para as duas vias. A conexão para a via do balão deverá conter válvula anti refluxo que permita a introdução da ponta da seringa, sem extravasamento durante e após a insuflação do balão. A outra conexão deverá ter a ponta afunilada e levemente alargada, permitindo conexão segura e sem extravasamento para o coletor de urina. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravada externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	6.000



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

188

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
11	42.02.0625	Unidade	Sonda Foley nº 20 com 2 vias, balão com capacidade de 30 ml aproximadamente, estéril, descartável, calibre nº 20. Confeccionada em borracha natural, não nociva à saúde, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com conexão para as duas vias. A conexão para a via do balão deverá conter válvula anti refluxo que permita a introdução da ponta da seringa, sem extravasamento durante e após a insuflação do balão. A outra conexão deverá ter a ponta afunilada e levemente alargada, permitindo conexão segura e sem extravasamento para o coletor de urina. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravada externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	2.400
12	42.02.0626	Unidade	Sonda Foley nº 22 com 2 vias, balão com capacidade de 30 ml aproximadamente, estéril, descartável, calibre nº 22. Confeccionada em borracha natural, não nociva à saúde, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com conexão para as duas vias. A conexão para a via do balão deverá conter válvula anti refluxo que permita a introdução da ponta da seringa, sem extravasamento durante e após a insuflação do balão. A outra conexão deverá ter a ponta afunilada e levemente alargada, permitindo conexão segura e sem extravasamento para o coletor de urina. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravada externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.	1.200

16



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

189

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
13	42.01.1806	Unidade	Sonda para Alimentação Enteral - Tamanho 06 - confeccionada em silicone ou poliuretano biocompatível, descartável, estéril, radiopaco, ponta de tungstênio com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão, conexão universal (adaptador para equipo de infusão convencional e/ou seringa), com fio guia descartável de aço inoxidável, com ponteira de mola flexível. Comprimento aproximado de 60 cm. Resistente a fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização. Possuir marcas que indiquem seu posicionamento, ponteira não reativa a fluidos gástricos, para facilitar a migração por peristaltismo, que não provocar irritação, ótima aceitação pelo organismo, mesmo em longa permanência. Embalagem individual estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	360
14	42.01.1608	Unidade	Sonda para Alimentação Enteral - Tamanho 08 - confeccionada em silicone ou poliuretano biocompatível, descartável, estéril, radiopaco, ponta de tungstênio com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão, conexão universal (adaptador para equipo de infusão convencional e/ou seringa), com fio guia descartável de aço inoxidável, com ponteira de mola flexível. Comprimento aproximado de 1,20 m. Resistente a fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização. Possuir marcas que indiquem seu posicionamento, ponteira não reativa a fluidos gástricos, para facilitar a migração por peristaltismo, que não provocar irritação, ótima aceitação pelo organismo, mesmo em longa permanência. Embalagem individual estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	360



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

190

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
15	42.01.1603	Unidade	Sonda para Alimentação Enteral - Tamanho 10 - confeccionada em silicone ou poliuretano biocompatível, descartável, estéril, radiopaco, ponta de tungstênio com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão, conexão universal (adaptador para equipo de infusão convencional e/ou seringa), com fio guia descartável de aço inoxidável, com ponteira de mola flexível. Comprimento aproximado de 1,20 m. Resistente a fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização. Possuir marcas que indiquem seu posicionamento, ponteira não reativa a fluidos gástricos, para facilitar a migração por peristaltismo, que não provocar irritação, ótima aceitação pelo organismo, mesmo em longa permanência. Embalagem individual estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	600
16	42.01.2511	Unidade	Sonda para Alimentação Enteral - Tamanho 12 - confeccionada em silicone ou poliuretano biocompatível, descartável, estéril, radiopaco, ponta de tungstênio com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão, conexão universal (adaptador para equipo de infusão convencional e/ou seringa), com fio guia descartável de aço inoxidável, com ponteira de mola flexível. Comprimento aproximado de 1,20 m. Resistente a fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização. Possuir marcas que indiquem seu posicionamento, ponteira não reativa a fluidos gástricos, para facilitar a migração por peristaltismo, que não provocar irritação, ótima aceitação pelo organismo, mesmo em longa permanência. Embalagem individual estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	7.200



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

191

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
17	42.01.0233	Unidade	Sonda nasogástrica longa nº 04 - Sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	360
18	42.01.0104	Unidade	Sonda nasogástrica longa nº 06 - Sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	360



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

192

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
19	42.01.0105	Unidade	Sonda nasogástrica longa nº 08 - Sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	600
20	42.01.0883	Unidade	Sonda nasogástrica longa nº 10 - Sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	1.200



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

193

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
21	42.01.0231	Unidade	Sonda nasogástrica longa nº 12 - Sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	600
22	42.01.0106	Unidade	Sonda nasogástrica longa nº 14 - Sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	360



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

194

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
23	42.01.0341	Unidade	Sonda nasogástrica longa nº 16 - Sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	2.400
24	42.02.0047	Unidade	Sonda nasogástrica longa nº 18 - Sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	1.200



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

195

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
25	42.01.2018	Unidade	Sonda nasogástrica longa nº 20 - Sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	1.200
26	42.01.0630	Unidade	Sonda para aspiração traqueal nº 04, descartável, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência do produto de acordo com legislação vigente e numero de registro no Ministério da Saúde.	1.200
27	42.01.0631	Unidade	Sonda para aspiração traqueal nº 06, descartável, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência do produto de acordo com legislação vigente e numero de registro no Ministério da Saúde.	24.000



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

196

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
28	42.01.0632	Unidade	Sonda para aspiração traqueal nº 08, descartável, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência do produto de acordo com legislação vigente e numero de registro no Ministério da Saúde.	72.000
29	42.01.0886	Unidade	Sonda para aspiração traqueal nº 10, descartável, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência do produto de acordo com legislação vigente e numero de registro no Ministério da Saúde.	36.000
30	42.01.0884	Unidade	Sonda para aspiração traqueal nº 12, descartável, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência do produto de acordo com legislação vigente e numero de registro no Ministério da Saúde.	66.000
31	42.01.0885	Unidade	Sonda para aspiração traqueal nº 14, descartável, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência do produto de acordo com legislação vigente e numero de registro no Ministério da Saúde.	36.000



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

197

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
32	42.02.0420	Unidade	Sonda para aspiração traqueal nº 16, descartável, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência do produto de acordo com legislação vigente e numero de registro no Ministério da Saúde.	2.400
33	42.01.0868	Unidade	Sonda para aspiração traqueal nº 18, descartável, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência do produto de acordo com legislação vigente e numero de registro no Ministério da Saúde.	1.200
34	42.01.0694	Unidade	Sonda Uretral descartável nº 04, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil, ou material compatível à sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal deve ser moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente às seringas, equipo e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, reembaladas no mínimo com 10 unidades, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação e procedência do produto, lote, método e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	2.400



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

198

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
35	42.01.0109	Unidade	Sonda Uretral descartável nº 06, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil, ou material compatível à sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal deve ser moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente às seringas, equipo e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, reembaladas no mínimo com 10 unidades, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação e procedência do produto, lote, método e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	12.000
36	42.01.0110	Unidade	Sonda Uretral descartável nº 08, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil, ou material compatível à sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal deve ser moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente às seringas, equipo e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, reembaladas no mínimo com 10 unidades, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação e procedência do produto, lote, método e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	48.000



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

199

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
37	42.01.0111	Unidade	Sonda Uretral descartável nº 10, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil, ou material compatível à sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal deve ser moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente às seringas, equipo e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, reembaladas no mínimo com 10 unidades, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação e procedência do produto, lote, método e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	156.000
38	42.01.0112	Unidade	Sonda Uretral descartável nº 12, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil, ou material compatível à sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal deve ser moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente às seringas, equipo e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, reembaladas no mínimo com 10 unidades, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação e procedência do produto, lote, método e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	192.000



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

200

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
39	42.01.0113	Unidade	Sonda Uretral descartável nº 14, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil, ou material compatível à sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal deve ser moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente às seringas, equipo e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, reembaladas no mínimo com 10 unidades, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação e procedência do produto, lote, método e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	36.000
40	42.01.0114	Unidade	Sonda Uretral descartável nº 16, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil, ou material compatível à sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal deve ser moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente às seringas, equipo e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, reembaladas no mínimo com 10 unidades, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação e procedência do produto, lote, método e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	6.000



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

201

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
41	42.01.0115	Unidade	Sonda Uretral descartável nº 18, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil, ou material compatível à sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal deve ser moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente às seringas, equipo e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, reembaladas no mínimo com 10 unidades, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação e procedência do produto, lote, método e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	2.400
42	42.01.0116	Unidade	Sonda Uretral descartável nº 20, estéril e apirogênica, confeccionada em polivinil, ou material compatível à sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal deve ser moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente às seringas, equipo e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, reembaladas no mínimo com 10 unidades, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação e procedência do produto, lote, método e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	600
43	42.02.1863	Unidade	Tala Metálica de Alumínio para dedo 12mm x 25cm - Confeccionada em alumínio flexível, liso borda bem acabadas com espuma de 1cm de espessura com boa aderência a tala. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, de acordo com a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde. OBS: (para as medidas aproximadas será aceita variação em até 10% para + ou para -).	600

70



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

2002

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
44	42.02.1864	Unidade	Tala Metálica de Alumínio para dedo 16mm x 25cm - Confeccionada em alumínio flexível, liso borda bem acabadas com espuma de 1cm de espessura com boa aderência a tala. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, de acordo com a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde. OBS: (para as medidas aproximadas será aceita variação em até 10% para + ou para -).	1.200
45	42.02.1865	Unidade	Tala Metálica de Alumínio para dedo 19mm x 25cm - confeccionada em alumínio flexível, liso, borda bem acabadas com espuma de 1cm de espessura com boa aderência a tala. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, de acordo com a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde. OBS: (para as medidas aproximadas será aceita variação em até 10% para + ou para -).	1.200
46	42.02.2327	Unidade	Tampa oclusora, estéril confeccionada em plástico ou outro material compatível com sua finalidade de oclusão que se adapta aos sistemas de infusão intravenosa, seringas, torneira de três vias, equipos e outros dispositivos. Para bicos SLIP ou LOCK. Embalagem: os produtos deverão ser acondicionados, de acordo com as normas de embalagem, garantindo a abertura e transferência com técnica. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulados conforme a legislação vigente e registro no Ministério da Saúde.	60.000
47	42.01.7619	Unidade	Termo-higrômetro - Digital máximo e mínimo SEM cabo. Controle de temperatura e umidade máxima, mínima e momento. Botão de reinicializar (reset), unificado, com base plástica, tela (display) LSD. Escala de temperatura de -10°C a +50°C. Escala de umidade de 10% a 99%. Medidas aproximadas de 110 x 70 x 20, alimentação com pilhas de 1,5 volts tipo AAA já inclusa. Embalado individualmente, constando dados de identificação conforme a legislação vigente. OBS: (para todas as medidas/dimensões e escalas terá uma aceitação de 10% para + ou para -).	480



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

203

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
48	42.01.2023	Unidade	Termômetro Máximo e Mínimo - Digital com cabo extensor medindo aproximadamente 1,8 metros de comprimento, com visor de cristal líquido de fácil visualização, que mensura e memoriza as temperaturas (momento, máxima e mínima), internas e externas, através de bulbo instalado no interior do equipamento, em um período de tempo. Possui escala em graus Celsius e Fahrenheit (C° / F°), e deve ser posicionado em Celsius. Alimentação de uma pilha de 1,5 volts tipo AAA já inclusa. Embalado individualmente, constando dados de identificação conforme a legislação vigente. OBS: (para todas as medidas/dimensões e escalas terá uma aceitação de 10% para + ou para -).	480
49	44.01.0822	Unidade	Teste de Gravidez - Teste imunológico para gravidez B (beta) HCG - Tiras com sensibilidade de 25 UI, para leitura em no máximo 10 minutos (sendo possível a mesma em 10 segundos ou menos). Embalagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação e procedência de acordo com a legislação vigente e número de registro no Ministério da Saúde.	36.000
50	42.01.0648	Unidade	Torneira descartável com três vias, estéril, descartável, confeccionada em plástico atóxico, resistente, corpo em peça única e três vias de derivação e manopla com setas direcionais. Cada via deve possuir conector luer-lock, para conexão sem vazamentos e tampa com perfeita vedação. Embalagem íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência conforme a legislação vigente e Registro no Ministério da Saúde.	360.000
51	42.02.1925	Conjunto	Transdutor de Pressão Invasiva com Sistema de Coleta - Conjunto transdutor descartável com torneira de policarbonato, válvula com selo de silicone base e corpo de policarbonato de sistema fechado, com pressão neutra, composto de um transdutor de pressão, torneira de zeragem com indicação de pressão, torneira de zeragem com indicação de fluxo, dispositivo de flush em silicone, 1 (uma) via PAM/PVC, dispositivo de fluxo contínuo de 3mL/h sob pressão, um equipo de soro micro gotas, tubo extensor de 120cm para uso específico em C.C/UTI e um tubo extensor de 30cm. Embalagem individual íntegra (em papel grau cirúrgico), apropriada ao método de esterilização, selagem eficiente, e resistente garantindo a esterilidade do produto e permitindo a abertura asséptica, contendo dados de identificação dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	1.440



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

204

Item	Código	Unidade	Descrição	Consumo Anual
52	42.01.0142	Metro	Tubo de Látex nº 200 - diâmetro externo de 5mm e interno de 3mm, confeccionado em látex flexível, resistente, cor natural, isento de substâncias tóxicas a saúde. Embalado em pacote com no mínimo 15 metros constando dados de identificação e procedência. OBS: (Para as medidas acima especificadas, serão aceitas uma aproximação/variação de 10% para + ou para -.).	2.160
53	42.01.2042	Metro	Tubo de Silicone nº 201 - diâmetro externo de 8mm e interno de 4mm, confeccionado em silicone 100% puro, cor natural transparente; parede interna lisa de espessura uniforme; parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave); resistente a produtos químicos; isento de aroma e perfume. Embalado em pacote com no mínimo 15 metros constando dados de identificação e procedência. OBS: (Para as medidas acima especificadas, serão aceitas uma aproximação/variação de 10% para + ou para -.).	21.600
54	42.01.1957	Metro	Tubo de silicone nº 203 - diâmetro externo de 10 mm e interno de 6 mm, confeccionado em silicone 100% puro, cor natural transparente; parede interna lisa de espessura uniforme; parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave); resistente a produtos químicos; isento de aroma e perfume. Embalado em pacote com no mínimo 15 metros constando dados de identificação e procedência. OBS: (Para as medidas acima especificadas, serão aceitas uma aproximação/variação de 10% para + ou para -.).	21.600
55	42.01.1963	Metro	Tubo de silicone nº 205 - diâmetro externo de 11,5 mm e interno de 8 mm, confeccionado em silicone 100% puro, cor natural transparente; parede interna lisa de espessura uniforme; parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave); resistente a produtos químicos; isento de aroma e perfume. Embalado em pacote com no mínimo 15 metros constando dados de identificação e procedência. OBS: (Para as medidas acima especificadas, serão aceitas uma aproximação/variação de 10% para + ou para -.).	2.160

## V.II. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA

A Secretaria da Saúde / Departamento de Gestão Administrativa e Financeira / Almoxarifado da Saúde, justifica a necessidade da aquisição, por se tratar de itens essenciais e imprescindíveis voltados ao atendimento a pacientes que já se encontram com a saúde fragilizada e que não havendo alternativa, se socorrem no Sistema Único de Saúde (SUS).

São itens que fazem parte do elenco que distribuimos para o funcionamento regular das unidades de saúde integrantes da secretaria de saúde do município.



### V.III. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O objeto de aquisição/contratação se trata de bem e consumo, para o qual o recurso orçamentário e financeiro está devidamente previsto no Plano Plurianual – PPA 2022-2025:

Lei Orçamentária Anual – LOA para 2024

Natureza da despesa (consumo) 40.80.3.3.90.30.10.302.0040.2.119

### V.IV. OBJETO DE AQUISIÇÃO

A aquisição desses itens visa atender às demandas originárias das necessidades essenciais ao funcionamento das Unidades de Saúde do município, manifestadas através do processo de reposição dos estoques. Os itens incluídos no referido objeto correspondem a classes variadas de uso. Dessa forma, o suprimento adequado dos itens incluídos no presente é indispensável para o funcionamento de todas as linhas de cuidados. Trata-se de insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções constantes em tratamentos, o que afeta a qualidade de vida dos usuários e a credibilidade dos serviços farmacêuticos e do sistema de saúde como um todo.

### V.V. SITUAÇÃO ATUAL

O desabastecimento (falta dos itens) acarreta não só em transtornos para a administração em especial para Secretaria de Saúde, mas também em sérios e até mesmo, irreparáveis prejuízos aos pacientes necessitados, sobre risco iminente de acarretar “dependendo da situação clínica do paciente necessitado”, sérios prejuízos de natureza irreversível a sua saúde.

### V.VI. CUSTO DE AQUISIÇÃO

O custo médio estimado de aquisição/contratação está dentro do valor de mercado e foi estabelecido/definido com base em pesquisas efetuadas em conformidade com o art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

### VI. DECLARAÇÃO

Declaramos que todos os itens indicados neste documento e requisição de serviços:

( ) Constam no Plano Anual de Contratações (PAC).

( x ) **NÃO** constam no Plano Anual de Contratações (PAC)- nesse caso, justificar.

A contratação não se encontra prevista no Plano Anual de Contratações em razão do Município não possuir constituído o referido plano.

Submetemos à apreciação da autoridade ordenadora da despesa para os fins de direito.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente à Lei nº 14.133/2021, especialmente ao Art. 5º o que obriga a licitação a garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Almoxarifado da Saúde**

206

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

**VII. ENCAMINHAMENTO**

Encaminhamos para ciência e autorização de prosseguimento. Informamos que os procedimentos ora adotados estão de acordo com as competências desse Almoxarifado da Saúde / Secretaria da Saúde, sendo que, em acordo com seu aceite serão tomadas as medidas necessárias para continuidade da contratação/aquisição pretendida, com o envio dos autos à SAJ para demais providências.

Santo André, 04 de Março de 2024

**RESPONSÁVEL**

**Fabiano Lucas de Oliveira dos Santos**  
Coordenador Técnico Farmacêutico  
RE 278  
Email [flosantos@santoandre.sp.gov.br](mailto:flosantos@santoandre.sp.gov.br)

**Mario Lapas Tonani**  
Diretor  
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira  
Email [mltonani@santoandre.sp.gov.br](mailto:mltonani@santoandre.sp.gov.br)