



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº _____
PROC. Nº _____
RUBRICA _____

ERRATA – Processo de compras nº 6627/2025 – Aquisição de equipamentos médicos hospitalares

Em relação ao tópico estimativa do valor da contratação do termo de referência, segue correção:

Onde se lê: Valor total estimado: R\$ 287.915,00

Leia-se:

Item 1: Valor total estimado R\$ 230.237,55;

Item 2: Valor total estimado R\$ 57.029,8100;

Item 3: Valor total estimado R\$ 647,6400;

conforme planilha abaixo.

LOTE ÚNICO					
ORDE M	THEM A	DESCRIÇÃO	TOTA L	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	29191	Cama hospitalar Fowler adulto destinada ao uso hospitalar. O equipamento deve possuir estrutura fabricada em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de higienização. A cama deve permitir no mínimo movimentos posição Fowler, Semi-Fowler, posição cardíaca, posição sentado e flexão de pernas, permitindo ajustes adequados às necessidades clínicas do paciente com acionamento através de 3 manivelas cromadas. O equipamento deverá apresentar dimensões de até 212 cm de comprimento, largura de até 97 cm, altura máxima ajustável do leito ao piso de até 70 cm, não aceitando-se altura maior e altura mínima ajustável do leito ao piso de até 45 cm ou menos. A área útil do leito deverá possuir no máximo 88 cm de largura e cerca de 200 cm de comprimento, proporcionando espaço adequado para acomodação do	41	R\$5.615,5500	R\$ 230.237,5500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº _____
PROC. Nº _____
RUBRICA _____

		<p>paciente. Leito com estrado para uma melhor troca de umidade. A capacidade máxima de carga deve ser de 200 kg distribuídos, garantindo segurança e estabilidade durante o uso. A cama deverá possuir 2 grades laterais de proteção rebatíveis em alumínio anodizado com altura de no mínimo 30 cm, proporcionando maior segurança ao paciente. Deverá também contar com cabeceira e peseira removíveis ou de fácil acesso, permitindo maior praticidade para procedimentos médicos, atendimento emergencial e higienização do equipamento. Suporte para prontuário. Para mobilidade, o equipamento deve ser equipado com quatro rodízios de aproximadamente 5 polegadas, preferencialmente com sistema de proteção contra sujeira ou sistema blindado, contendo freio individual ou sistema de travamento que permita a imobilização segura da cama quando necessário. Declaração do fabricante ou detentor do registro do produto na Anvisa/MS, específica para este certame, atestando o comércio do produto e sua qualidade. O peso do equipamento deverá ser de até 65 kg. O produto deverá ser fornecido completo, incluindo estrutura da cama hospitalar, grades laterais de proteção, rodízios com sistema de freio, cabeceira e peseira, colchão com capa em courvin. Apresentar registro do produto na Anvisa/MS, incluindo do colchão. Apresentar catálogo técnico com todas as informações do produto, bem como manual de instruções em língua portuguesa. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>			
02	4409	Poltrona reclinável para acompanhante, com no mínimo as seguintes características: Estrutura tubular 50 x 30 x 1,20 e 25 x 25 x 1,2mm. Assento, encosto, braço e descanso para os pés anatômicos, estofados em espuma de	36	R\$ 1.584,1614	R\$ 57.029,8100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº _____

PROC. Nº _____

RUBRICA _____

		alta densidade, revestido em courvim na cor azul marinho, descanso para os pés articulados, com extensão concomitante a inclinação do encosto. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi - poliéster e polimerizado em estufa. Totalmente reclinável, permitindo várias posições. Travamento com fácil e rápido manejo. Pés com ponteiros. Capacidade mínima para 120 kg. Dimensões aproximadas: 1,60 x 0,74 x 0,45m. Apresentar registro junto a ANVISA/MS. Manual em português. Montagem inclusa. Garantia de no mínimo 01 ano.			
03	4594	Escada hospitalar, material: estrutura em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: antiderrapante emborrachada, características adicionais: pés com ponteira de borracha.	02	R\$ 323,8214	R\$ 647,6400
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 287.915,00	

Atenciosamente,


Eliene de Paula Pinto
Secretaria de Saúde