



MEMORANDO Nº 2871/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094//2024 - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024** Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **JULIANO DE COSTA LTDA – EPP** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023 - Proc. Adm. nº 240806035494800/2024**, itens: 06, 19, 23, 24, 25, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, e 84 pelo período de 12 (doze) meses:

JULIANO DE COSTA LTDA – EPP

EMPRESA: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP CNPJ: 72.150.550/0001-06			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
06	AZUL DE METILENO GEL : CONCENTRAÇÃO DE 0,01%; COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA E AZUL DE METILENO; EMBALAGEM COM 10 SERINGAS DE 1ML CADA E 10 BICOS APLICADORES ; NÃO INJETÁVEL; UTILIZADO EM BIÓPSIAS, LASER TERAPIA , EVIDENCIAÇÃO DE LESÕES E FRATURAS, VALIDADE DE 12 MESES.	CREMER	APROVADO
19	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO CX 79F (1520) TARJA VERMELHA, TRONCO CÔNICA, PARA CORTE CRUZADO FINO PARA DESGASTE SOBRE METAL E ACRÍLICO E CERÂMICA UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	AMERICAN BURRS	APROVADO
23	CARTELA PARA RAO X COM DOIS FUROS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PREVEN	APROVADO
24	CARTELA PARA RAO X COM UM FURO PACOTE COM 100 UNIDADES.	PREVEN	APROVADO
25	CERA ROSA Nº 7: INDICADA PARA MOLDAGEM DE OCLUSÃO INICIAL OU PRIMEIRA TOMADA DE MORDIDA. CX C/ 18 LAMINAS, 225G	LYSANDA	APROVADO
30	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA FM.	MK LIFE	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP





31	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAIS RADICULARES 1a SÉRIE 15 - 40. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES.	MK LIFE	APROVADO
35	ENDO PTC PARA USO ODONTOLÓGICO: INDICADO COMO AUXILIAR NA INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES, FRASCO COM 25G.	BIODINÂMICA	APROVADO
36	ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA E POLIMENTO PARA CONTRA-ÂNGULO.	AAF	APROVADO
38	ESPELHO PLANO No 3	AAF	APROVADO
39	ESPELHO PLANO No 5	AAF	APROVADO
54	ISOLANTE DE USO ODONTOLÓGICO: INDICADO PARA O ISOLAMENTO DOS DENTES ADJACENTES DURANTE A APLICAÇÃO DE ÁCIDOS, REAGENTES, ADESIVOS E RESINAS. PRODUZIDO EM MATERIAL INERTE E MALEÁVEL, A FITA SE MOLDA AO DENTE PROTEGENDO-O CONTRA AGRESSÕES INDESEJADAS. CARACTERÍSTICAS: PROTEGE DENTES ADJACENTES CONTRA AGRESSÕES INDESEJADAS, RESISTENTE A ÁCIDOS, OUTROS REAGENTES, ADESIVOS E RESINAS COMPOSTAS, PASSA FACILMENTE PELO PONTO DE CONTATO, ATÓXICO. ROLO COM 5 METROS.	TDV	APROVADO
55	ISOLANTE PARA ACRÍLICO: INDICADO PARA ISOLAR RESINAS ACRÍLICAS. FRASCO C/500 ML.	LYSANDA	APROVADO
58	LENÇOL DE BORRACHA (USO ODONTOLÓGICO) PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 14 CM X 14 CM.	MADEITEX	APROVADO
59	LIMA H 1a SÉRIE (15 - 40) 25 MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	TDK EURODONT	APROVADO
60	LIMA K 1a SÉRIE (15 - 40) 21 MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	TDK EURODONT	APROVADO
61	LIMA K 1a SÉRIE (15 - 40) 25 MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	TDK EURODONT	APROVADO
62	LIMA K SÉRIE ESPECIAL No 08 MANI 25MM, CAIXA COM 06 UNIDADES.	TDK EURODONT	APROVADO
63	LIMA K SÉRIE ESPECIAL No 10 MANI 25MM, CAIXA COM 06 UNIDADES.		APROVADO
64	LIMA K TAMANHO 0,8- 21 MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	TDK EURODONT	APROVADO
71	MATRIZ DE ACO, ROLO DE 5MM X 50CM	PREVEN	APROVADO
72	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E PEÇAS AUTOCLAVÁVEIS.	IODONTOSUL	APROVADO
84	SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0,12%; ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES, SABOR MENTA. ANTISSEPTICO 0,12%; PARA OS MICRO-ORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS; SEM ÁLCOOL, FRASCO CONTENDO 250ML.	TRIHYDRAL	APROVADO





Dra. Rosana Lappo
Coordenação Téc S.Bucal

Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. F.

CRM 59.160

Secretária Adjunta

SMS - Santana de Parnaíba





MEMORANDO Nº 2872/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094//2024 - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024** Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023** - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024**, item: 42 pelo período de 12 (doze) meses:

COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

EMPRESA: COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			
CNPJ: 68.591.593/0001- 41			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
42	FIO DENTAL ROLO 50 METROS	ALG DENTAL	APROVADO


Dra. Rosana Lappo
Coordenação Téc. S. Bucal


Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. Freire
CRM 59.160
Secretária Adjunta
SMS - Santana de Parnaíba

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP





MEMORANDO Nº 2873/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094//2024 - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024** Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **DENTAL IPO LTDA** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023** - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024**, itens: 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 28, 32, 33, 65, 66, 67 e 68 pelo período de 12 (doze) meses:

DENTAL IPO LTDA

EMPRESA: DENTAL IPO LTDA CNPJ: 50.567.060/0001-69			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
09	BROCA CIRÚRGICA Nº 702	KAVO/KERR	APROVADO
10	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO - 1506 -PERA INVERTIDA - TARJA AZUL PARA CORTE CRUZADO MÉDIO PARA DESGASTE SOBRE METAL E ACRÍLICO, UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	AMERICAN BURS	APROVADO
11	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO - ESFÉRICA - CX 71 TARJA AZUL PARA CORTE CRUZADO MÉDIO PARA DESGASTE SOBRE METAL E ACRÍLICO, UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	AMERICAN BURS	APROVADO
12	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO - TRONCO CÔNICA - CX 23 TARJA AZUL PARA CORTE CRUZADO MÉDIO PARA DESGASTE SOBRE METAL E ACRÍLICO, UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	AMERICAN BURS	APROVADO
13	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO CX 251(1251) TARJA AZUL, FORMATO DE PERA, PARA CORTE CRUZADO MÉDIO PARA DESGASTE SOBRE METAL E ACRÍLICO, UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	AMERICAN BURS	APROVADO
15	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO CX 251 5G (5451) TARJA PRETA PARA CORTE CRUZADO EXTRA GROSSO, FORMATO DE PÊRA, PARA DESGASTE SOBRE GESSO E ACRÍLICO, UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	AMERICAN BURS	APROVADO
16	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO CX 489F (1571) TARJA AZUL PONTA DE AGULHA, PARA CORTE CRUZADO MÉDIO PARA DESGASTE SOBRE METAL E ACRÍLICO E UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	AMERICAN BURS	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP





28	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO: PRÓPRIO PARA CIMENTAÇÃO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E EM FORRAMENTO DE CAVIDADES. KIT COM 1 FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 15G + 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 10G + 1 DOSADOR DE PÓ + 1 BLOCO DE ESPATULA.	FGM	APROVADO
32	COROAS DE ACETATO PARA DENTES ANTERIORES: TRANSPARENTES, SÃO INDICADAS PARA REALIZAR PEQUENOS AJUSTES E RECONSTRUIR A ANATOMIA DO DENTE. SEU USO É INDICADO PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE DENTES NOS ÂNGULOS, BORDOS E RECONSTRUÇÕES DENTAIS. POSSUEM TRATAMENTO INTERNO ANTIADERENTE, DE USO ÚNICO, CONFECCIONADAS POR COMPOSTO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC). PARA DENTES PERMANENTES ANTERIORES. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 64 UNIDADES COM 4 UNIDADES DE CADA TAMANHO, FORMATO E NUMERAÇÃO.	TDV/TDV	APROVADO
33	COROAS DE ACETATO PARA DENTES POSTERIORES: TRANSPARENTES, SÃO INDICADAS PARA REALIZAR PEQUENOS AJUSTES E RECONSTRUIR A ANATOMIA DO DENTE. SEU USO É INDICADO PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE DENTES NOS ÂNGULOS, BORDOS E RECONSTRUÇÕES DENTAIS. POSSUEM TRATAMENTO INTERNO ANTIADERENTE, DE USO ÚNICO, CONFECCIONADAS POR COMPOSTO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC). PARA DENTES PERMANENTES POSTERIORES. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 64 UNIDADES COM 4 UNIDADES DE CADA TAMANHO, FORMATO E NUMERAÇÃO.	TDV/TDV	APROVADO
65	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL MAILLEFER S1 - 25MM, CAIXA. CAIXA COM 06 UNIDADES.	MK LIFE/MK	APROVADO
66	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL MAILLEFER SX - 19MM, CAIXA. CAIXA COM 06 UNIDADES.	MK LIFE/MK	APROVADO
67	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL STARTER MAILLEFER - 25MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	MK LIFE/MK e	APROVADO
68	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL STARTER MAILLEFER - 31MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	DENTSPLY/MAILEFER	APROVADO


Dra. Rosana Lappo
Coordenação Téc S.Bucal


Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. Freire
CRM 59.160
Secretária Adjunta
SMS - Santana de Parnaíba





MEMORANDO Nº 2874/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094//2024 - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024** Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023** - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024**, itens: 03, 05, 27, 43 e 81 pelo período de 12 (doze) meses:

DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA

EMPRESA: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA			
CNPJ: 16.366.888/0001-10			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
03	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA: USO ODONTOLÓGICO, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA GENGIVA DO PACIENTE. FABRICADAS EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NIQUELAÇÃO GALVÂNICA. PRODUTO ESTÉRIL. 30G EXTRA-CURTA 15MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	SR	APROVADO
05	ALGODÃO EM ROLETES PARA USO ODONTOLÓGICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	MAXCLEAN	APROVADO
27	CIMENTO BIOCERÂMICO OBTURADOR E REPARADOR: É UM CIMENTO BIOLÓGICO COMPOSTO POR ÓXIDOS MINERAIS EM FORMA DE FINAS PARTÍCULAS HIDROFÍLICAS, PARA INDUZIR A REMINERALIZAÇÃO, COM CAPACIDADE DE RESTAURAR E FORTALECER ESTRUTURAS DENTÁRIAS DANIFICADAS. É INDICADO PARA CIRURGIA PARENDODÔNTICA, OBTURAÇÃO ENDODÔNTICA COM GUTA-PERCHA EM CONE ÚNICO, E ATÉ MESMO EM CASOS DE OBTURAÇÃO EM MONOBLOCO SEM GUTA-PERCHA. É ADEQUADO PARA INTERVENÇÕES COMO PERFURAÇÃO RADICULAR, TRATAMENTO DE REABSORÇÃO EXTERNA E INTERNA, PLUG APICAL E EM SITUAÇÕES DE RIZOGÊNESE INCOMPLETA; FORMULADO COM ÓXIDOS MINERAIS EM FORMA DE PARTÍCULAS HIDROFÍLICAS, É BIOCAMPATÍVEL E SEGURO PARA USO ODONTOLÓGICO; SUAS	CIMMO	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP





	PROPRIEDADES PROMOVEM A REMINERALIZAÇÃO DOS TECIDOS DENTÁRIOS ALÉM DE PROMOVER A REMINERALIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: KIT CONTENDO 01 BLISTER DE APROXIMADAMENTE 0,8G E 01 FRASCO COM LÍQUIDO DE 5ML.		
43	FIXADOR PARA RADIOGRAFIAS: SOLUÇÃO FORMULADA PARA FIXAR A REVELAÇÃO DA IMAGEM RADIOGRÁFICA EM PELÍCULAS PREVIAMENTE SENSIBILIZADAS POR EXPOSIÇÃO AOS RAIOS X. FRASCO CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 ML.	IODONTOSUL	APROVADO
81	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA: INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA- ORAIS. FRASCO CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 ML.	IODONTOSUL	APROVADO

Dra Rosana Lappe
Coordenação Téc S.Bucal

Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. Freire
CRM 59.160
Secretária Adjunta
SMS - Santana de Parnaíba





MEMORANDO Nº 2875/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094//2024 - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024** Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023** - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024**, itens: 20 e 37 pelo período de 12 (doze) meses:

GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME

EMPRESA: GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME CNPJ: 20.966.824/0001-28			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
20	CAIXA ORGANIZADORA - CAIXA DE MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 19,8 LITROS. DIMENSÕES 24,5 X 40,5X 29,5 MM.	RISCHIOTO	APROVADO
37	ESCOVA PLÁSTICA PARA LIMPEZA DAS MÃOS E PEQUENOS INSTRUMENTOS, COM CERDAS DE NYLON E ALÇA ANATÔMICA. DIMENSÃO: 9,5 X 4,5 X 2,5CM	BOVOLIN	APROVADO


Dra. Rosana Lappo -
Coordenação. S. Bucal


Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. Freire
CRM 59.160
Secretária Adjunta
SMS - Santana de Parnaíba





MEMORANDO Nº 2876/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094//2024 - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024** Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **L.F Comercio de Produtos Hospitalares LTDA EPP** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023** - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024**, itens: 04,08,17,18,26,45,75,80 e 82 pelo período de 12 (doze) meses:

L.F Comercio de Produtos Hospitalares LTDA EPP

EMPRESA: L.F Comercio de Produtos Hospitalares LTDA EPP CNPJ: 22.687.351/0001-55			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
04	ÁLCOOL 96,8% PARA LAMPARINA.	ASFER	APROVADO
08	BISTURI DESCARTÁVEL: EMBALADO INDIVIDUALMENTE ,COM CAPA DE ALTA PROTEÇÃO, CABO RESISTENTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E LÂMINA EXTREMAMENTE AFIADA DE AÇO INOXIDÁVEL.DECARTÁVEL, COM LÂMINA NÚMERO 15. ATOXICO E APIROGENICO. CAIXA COM 10 UNIDADES.	UNIQMED	APROVADO
17	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO CX 78 F (HP 060) TARJA VERMELHA, PONTA ATIVA, FORMATO DE PERA, PARA CORTE CRUZADO FINO PARA DESGASTE SOBRE METAL E ACRÍLICO, UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	MICRODONT	APROVADO
18	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO CX 78 MF (HP 023) TARJA VERMELHA, PONTA ATIVA, FORMATO DE PERA, PARA CORTE CRUZADO MINI FINO PARA DESGASTE SOBRE METAL E ACRÍLICO, UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	MICRODONT	APROVADO
26	CERA UTILIDADE; INDICADO PARA ALÍVIO DE MOLDEIRAS, NA COR ROSA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.	ASFER	APROVADO
45	GANCHO PARA LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO; EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL .	MK LIFE	APROVADO
75	PASTA ALVEOLAR À BASE DE RAÍZ DE PENGWARDJAMBI PARA TRATAMENTO DE ALVÉOLOS SECOS E ALVEOLITES, ANALGÉSICA,	LYSANDA	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP





	ANTISSÉPTICA E HEMOSTÁTICA ALVOGYL OU SIMILAR.		
80	PROTETOR LABIAL: É INDICADO PARA PROTEGER E HIDRATAR OS LÁBIOS DURANTE O PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO PROPORCIONA UMA BARREIRA QUE EVITA O CONTATO DO DOS MATERIAIS DENTÁRIOS, JATO DE BICARBONATO, AFASTADOR, LENÇOL DE BORRACHA, ENTRE OUTROS COM O TECIDO MOLE, PROTEGENDO DAS QUEIMADURAS, RACHADURAS E RESSECAMENTOS. COMPOSIÇÃO: PETROLATUM, IANOLINA, SODIUM SACCHARIN, FLAVOR, CI 42090 E CI 19140, PETROLATO SÓLIDO, LANOLINA ANIDRA, SACARINA SÓDICA. EMBALAGEM COM 01 TUBO DE 30G. SABORES VARIADOS.	LYSANDA	APROVADO
82	SILICONE DE ADIÇÃO PARA MURALHA E PRENSAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA KIT 1,8KG (900G A + 900G B).	ZERMAK	APROVADO


Dra. Rosana Lappo
Coordenação Téc S.Búcal


Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. Freire
CRM 59.160
Secretária Adjunta
SMS - Santana de Parnaíba





MEMORANDO Nº 2877/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094//2024 - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024** Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023** - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024**, iteNS: 34, 41 e 52 pelo período de 12 (doze) meses:

MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP

EMPRESA: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP CNPJ: 27.105.456/0001-72			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
34	DETERGENTE ENZIMÁTICO 04 ENZIMAS: INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, É UM DETERGENTE QUE ATUA NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS EM ATÉ 5 MINUTOS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: AMILASE, CARBOIDRASE, LIPASE, PROTEASE, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, NONILFENOL ETOXILADO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, ADITIVOS, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES E ÁGUA. FRASCO CONTENDO 1 LITRO. REGISTRO NA ANVISA.	KELDRIN	APROVADO
41	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO : E-SPEED, AZUL, INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRA-ORAIS (FILME 3X4CM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.	CARESTEAM	APROVADO
52	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO;FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3.	FGM	REPROVADO

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP





JUSTIFICATIVA - ITEM 52 : O item apresentado não corresponde ao descrito no edital, o material deve ser fotopolimerizável e o item apresentado é polimerizado através de processo químico. Portanto está em desacordo com o descritivo do edital : item reprovado.


Dra. Rosana Lappo
Coordenação Téc S.Bucal


Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. Freire
CRM 59.160
Secretária Adjunta
SMS - Santana de Parnaíba





MEMORANDO Nº 2878/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094//2024 - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024** Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **DENTAL BH BRASIL** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023** - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024**, itens: 01, 02, 14, 53 e 70 pelo período de 12 (doze) meses:

DENTAL BH BRASIL

EMPRESA: DENTAL BH BRASIL CNPJ: 31.401.798/0001-07			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
01	GLICINA: PÓ PARA PROFILAXIA, USO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO POR 99% DE UM AMINOÁCIDO HIDROSSOLÚVEL CHAMADO GLICINA, BAIXA ABRASIVIDADE, SABOR ADOCICADO. RENDIMENTO: APROXIMADO DE ATÉ 16 PROFILAXIAS POR FRASCO. INDICADO PARA REMOÇÃO DE PLACA SUBGENGIVAL E SUPRAGENGIVAL E MANUTENÇÃO NA TERAPIA DE PERIODONTITE. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 160G,	3M DO BRASIL	APROVADO
02	GLICINA: PÓ PARA PROFILAXIA, USO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO POR 99% DE UM AMINOÁCIDO HIDROSSOLÚVEL CHAMADO GLICINA, BAIXA ABRASIVIDADE, SABOR ADOCICADO. RENDIMENTO: APROXIMADO DE ATÉ 16 PROFILAXIAS POR FRASCO. INDICADO PARA REMOÇÃO DE PLACA SUBGENGIVAL E SUPRAGENGIVAL E MANUTENÇÃO NA TERAPIA DE PERIODONTITE. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 160G.	3M DO BRASIL	APROVADO
14	BROCA MAX CUT DE TUNGSTÊNIO CX 251 F TARJA VERMELHA PARA CORTE CRUZADO FINO PARA DESGASTE SOBRE METAL E ACRÍLICO, UTILIZADA EM PEÇA DE MÃO.	WILCOS	APROVADO
53	IRM KIT PÓ/LIQ.: INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA. COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. EMBALAGEM KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15ML DE LÍQUIDO.	BIODINAMICA	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP





70	MANDRIL DE AÇO PARA DISCO DE LIXA, ROSQUEÁVEL, PARA USO EM PEÇA RETA.	MICRODONT	APROVADO
----	---	-----------	-----------------


Dra. Rosana Lappo
Coordenação Téc S.Bucal


Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. Freire
CRM 59.160
Secretária Adjunta
SMS - Santana de Parnaíba





MEMORANDO Nº 2879/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094//2024 - Proc. Adm. nº 240806035494800/2024 Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **Juares Lima dos Santos** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023** - Proc. Adm. nº 240806035494800/2024, itens: 07, 29, 40, 44, 47, 48, 49, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 85, 87 e 88 pelo período de 12 (doze) meses:

Juares Lima dos Santos

EMPRESA: Juares Lima dos Santos CNPJ: 12.991.532/0001-17			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
07	BICARBONATO DE SÓDIO EXTRA FINO MICROFILTRADO PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM QUALQUER APARELHO DE JATEAMENTO, SABOR NATURAL, ENVELOPES COM 40G.	MAQUIRA	APROVADO
29	CIMENTO ENDODÔNTICO: UTILIZADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL DE GRANULAÇÃO FINA, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. FRASCO DE PÓ COM 12 G.	MAQUIRA	APROVADO
40	EUGENOL: UTILIZADO COMO CURATIVO DE ESPERA PARA RESTAURAÇÕES. SOLÚVEL NO ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO, ÉTER E EM ÓLEOS. FRASCO CONTENDO 20ML.	MAQUIRA	APROVADO
44	FORMOCRESOL: UTILIZADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL, FRASCO COM 10ML.	MAQUIRA	APROVADO
47	HEMOSTÁTICO PARA USO ODONTOLÓGICO: ESPONJA DE FIBRINA (HEMOSPON OU SIMILAR). CARACTERÍSTICAS: ESPONJA HEMOSTÁTICA, OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MAQUIRA	APROVADO
48	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - PRÓ ANÁLISE - PA	MAQUIRA	APROVADO
49	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA - PASTA.	MAQUIRA	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP





73	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DETECTO OU SIMILAR, PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	MAQUIRA	APROVADO
74	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO: INDICADO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA INESPECÍFICA, DESTRÓI UM GRANDE ESPECTRO DE MICRO ORGANISMOS. FRASCO COM 20ML.	MAQUIRA	APROVADO
76	PINOS DE FIBRA DE VIDRO 0,5: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO ESPECIAL. INDICADO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. CARACTERÍSTICAS: ALTA RADIOPACIDADE; DUPLA CONICIDADE; MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMO AO DA DENTINA; USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO); EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA; MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA; MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO; BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR; TAMANHO 0,5. EMBALAGEM COM 05 PINOS.	MAQUIRA	APROVADO
77	PINOS DE FIBRA DE VIDRO 1,0: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO ESPECIAL. INDICADO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. CARACTERÍSTICAS: ALTA RADIOPACIDADE; DUPLA CONICIDADE; MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMO AO DA DENTINA; USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO); EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA; MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA; MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO; BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR; TAMANHO 1,0. EMBALAGEM COM 05 PINOS.	MAQUIRA	APROVADO
78	PINOS DE FIBRA DE VIDRO 2,0: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO ESPECIAL, INDICADO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. CARACTERÍSTICAS: ALTA RADIOPACIDADE; DUPLA CONICIDADE; MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMO AO DA DENTINA; USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO); EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA; MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA; MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO; BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR; TAMANHO 2,0. EMBALAGEM COM 05 PINOS.	MAQUIRA	APROVADO
79	PINOS DE FIBRA DE VIDRO 3,0: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO ESPECIAL. INDICADO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. CARACTERÍSTICAS: ALTA RADIOPACIDADE; DUPLA CONICIDADE; MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMO AO DA DENTINA; USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO); EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA; MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA; MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO; BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR; TAMANHO 3,0. EMBALAGEM COM 05 PINOS.	MAQUIRA	APROVADO
85	SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% PARA USO ODONTOLÓGICO.	MAQUIRA	APROVADO
87	TESTE DE VITALIDADE PULPAR: USO ODONTOLÓGICO: SPRAY COM ODOR MENTOLADO. À BASE DE ÁGUA. -50°. FRASCO COM 200ML; PERMITE DIAGNÓSTICO POR AGENTES DE RESFRIAMENTO.	MAQUIRA	APROVADO
88	TRICRESOL FORMALINA: É USADO COMO CURATIVO EM DENTES PERMANENTES COM NECROSE, FRASCO COM 10 ML.	MAQUIRA	APROVADO





**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**



Dra Rosana Lappe
Coordenação Téc S.Bucal



Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. Freire
CRM 59.160
Secretária Adjunta
SMS - Santana de Parnaíba

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP



www.santanadeparnaiba.sp.gov.br



PrefeituraSantanadeParnaiba



MEMORANDO Nº 2880/2024 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 240806035494800/2024 Registro de preços para futura aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Santana de Parnaíba, 21 de novembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra. Secretária - Cleusa Carvalho

Em resposta à SMCL análise amostras do PE 094/2024 - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024** Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 094/2023** - Proc. Adm. nº **240806035494800/2024**, itens: 21, 22, 46, 50, 51, 83 e 86 pelo período de 12 (doze) meses:

T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

EMPRESA: T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 26.169.388/0001-42			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
21	CAIXAS PLÁSTICAS ORGANIZADORA, TRANSPARENTES, COM TAMPA E PRESILHAS 400X270X133MM CAPACIDADE 8,6 LTS.	RISCHIOTO	APROVADO
22	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL, FABRICADO EM NÃO TECIDO SMS, SEM FENESTRA, POSSUI DOBRAS CIRÚRGICAS, QUE GARANTEM A ESTERILIDADE APÓS A APLICAÇÃO EH. ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO. INDICADO PARA QUALQUER PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 50CM X 50CM.	DESSCARTEE	APROVADO
46	GESSO CROMÁTICO TIPO IV: EXTRA-DURO, COM GRANULOMETRIA EXTRA FINA ESPECÍFICA (MICRO GRANULADO) PARA A CONFEÇÃO DE MODELOS TOTAIS E PARCIAIS, PREPARAÇÃO DE IMPLANTES E MODELOS ANTAGÔNICOS. EMBALAGEM COM 1 KG.	ASFER	APROVADO
50	HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% (LÍQUIDO DE DAKIN) 1 LITRO.	ASFER	APROVADO
51	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% CLORO ATIVO FRASCO OPACO 1000ML	PROLINK	APROVADO
83	SISTEMA ADESIVO DENTINÁRIO DE 5ª GERAÇÃO PARA ESMALTE E DENTINA, FOTOPOLIMERIZÁVEL COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR. IDEAL PARA UNIÃO DE COMPÓSITOS, COMPÔMERO E PORCELANA. COMPOSTO POR MONÔMERO HIDROFÍLICO E HIDROFÓBICO, HEMA E ESTABILIZADOR, E SOLVENTE A BASE DE ACETONA E ÁGUA, DISPONÍVEL EM FRASCO DE 5 ML.	MAQUIRA	REPROVADO

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Prof. Edgar de Moraes, nº 868 - Jardim Frediani - CEP: 06502-165 - Santana de Parnaíba - SP





86	SUPER COLA ADESIVA INSTANTÂNEA, FRASCO COM 5G.	TEKBOND	APROVADO
----	--	---------	-----------------

JUSTIFICATIVA ITEM 83 : O Item 83 será reprovado pois está em desacordo com o descritivo do edital, o adesivo 2 em 1 da marca maquira é um adesivo convencional de ação simplificada não atendendo as especificações necessárias descritas no item 83, pois os sistemas adesivos de quinta geração, isto é, os monocomponentes chamados de "self etching" mantêm um equilíbrio nas concentrações dos monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos para que exerçam, ao mesmo tempo, a função, do "primer" e da resina adesiva, diferente dos sistemas convencionais, apresentam um Primer contendo monômeros ácidos, com menor agressividade comparados ao condicionamento com ácido fosfórico, desmineralizando parcialmente a superfície dentária, e quando em dentina, modificam o Smear Layer, impedindo sua remoção total, tornando-se parte constituinte da camada híbrida após a infiltração do adesivo, responsável por uma camada mais homogênea. Salientando que nossa necessidade inclui entre outras cimentação adesiva em pinos de fibra de vidro associado a cimento resinoso. Resumindo, para este item especificamente o sistema adesivo apresentado não atende; o item 83 portanto será reprovado.

Dra Rosana Lappo
Coordenação Téc S.Bucal

Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

Dra. Maria Sílvia A. M. Freire
CRM 59.160
Secretária Adjunta
SMS - Santana de Parnaíba

