

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGO

Ref: Pregão Eletrônico N° 122/2025 - Processo administrativo N° 250414047699400/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de SECADORA DE TRAQUEIA para a Central de Material de Esterilização - CME do Novo Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA).

Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões tomadas na persecução do presente processo licitatório, cujo instrumento convocatório refere-se ao Pregão Eletrônico n.º 122/2025- – Processo Administrativo n.º 250414047699400/2025, estão em perfeita consonância com os dispositivos legais pertinentes às licitações existentes no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido observada a submissão aos princípios concernentes à Administração Pública e por consequência às licitações, quais sejam: os princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Razoabilidade, Celeridade, Probidade Administrativa, Competição Leal, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo, dentre outros.

Dito isso, o presente relatório trata-se da análise do catálogo enviado pela **Empresa ENGEMED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.**

DA ANÁLISE

Item 01-Secadora de traqueia	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui fabricação em aço inoxidável AISI 304 ou similar?	Sim
Possui capacidade mínima para 36 traqueias (18 adultos e 18 infantis) dispostas nos racks internos?	Sim
Possui engate das traqueias removíveis e com bitolas especiais para facilitar a operação e assepsia?	Sim
Possui teclado na altura da visão do usuário: entre 1,5m e 1,75m?	Sim
Possui comando microprocessado de programação flexível, com memória ajustável para no mínimo 3 ciclos de secagem?	Sim
Possui controle de temperatura por sondas tipo PT100 classe A?	Sim
Possui porta frontal fabricada em vidro temperado ou policarbonato?	Sim
Possui vedação da porta em silicone para evitar dissipação do calor e ar?	Sim
Possui câmara com capacidade para até 08 prateleiras para cesto e suporte para excesso de líquidos no interior da câmara de secagem?	Sim

Possui botão de emergência?	Sim
Possui filtro de ar do tipo HEPA?	Sim
Possui sistema de secagem composto por filtro bacteriológico, ventilador e aquecedor?	Sim
Possui câmara com capacidade mínima de 340 litros com temperatura de secagem programável de pelo menos 60 a 90°C.?	Sim
Possui tempo de secagem de 1 a 99 minutos?	Sim
Possui sistema de secagem composto por filtro, revestimento térmico e acústico, evitando dissipação de calor e ruído para o ambiente?	Sim
Possui consumo mínimo: 4000W?	Sim
Possui acessórios que acompanham o equipamento: 2 suportes para traqueias adulto, 2 suportes para traqueias infantis, 2 suportes para balão, 2 suportes para canulados e mangueira flexíveis, 08 prateleiras para cesto sendo 7 delas removíveis?	Sim
Possui alimentação elétrica 220V?	Sim

CONCLUSÃO

Portanto, salvo melhor juízo, sugiro **APROVAR** o catálogo para o item 01.

Dessa forma, segue o relatório, sob forma de atestado legal perante aos órgãos competentes ou a quem possa interessar.

Santana de Parnaíba, 17 de julho de 2025.

Eng. Michel Hitoshi Watanabe
Prontuário nº 34.475
Engenheiro do Município