

**RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGO- ITENS 05, 06, 07, 09, 10, 19,
20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29.**

Ref: Pregão Eletrônico N° 017/2025 - Processo administrativo N° 240806035504400/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MOBILIÁRIO CLÍNICO E CORRELATOS para o Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA), para atendimento da demanda do Novo Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA).

Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões tomadas na persecução do presente processo licitatório, cujo instrumento convocatório refere-se ao Pregão Eletrônico n.º 017/2025 – Processo Administrativo n.º 240806035504400/2024, estão em perfeita consonância com os dispositivos legais pertinentes às licitações existentes no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido observada a submissão aos princípios concernentes à Administração Pública e por consequência às licitações, quais sejam: os princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Razoabilidade, Celeridade, Probidade Administrativa, Competição Leal, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo, dentre outros.

Dito isso, o presente relatório trata-se da análise do catálogo enviado pela Empresa **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

DA ANÁLISE

Item 05- BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM INOX	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui tripé em aço inoxidável?	Sim
Possui Coluna receptora da haste em tubo redondo de 1 de diâmetro x 1,25mm de espessura, dotado de anel de fixação para evitar desgaste e amassamento da haste de altura regulável, em tubo redondo de 3/4 de diâmetro com acabamento inox e concha em chapa de aço inoxidável, com movimento meia lua regulável por meio de fixador tipo morcete?	Sim
Possui dimensões aproximadas: altura de 0,90 a 1,40m?	Sim

Item 06- CADEIRA DE RODAS ADULTO COM SUPORTE DE SORO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui estrutura em aço ou ferro pintado?	Sim

Possui braços escamoteáveis e pés removíveis, com elevação de pernas?	Sim
Possui capacidade de até 120 kg?	Sim
Possui freios bilaterais, rodas traseiras de 24 pneu antifuro e rodas dianteiras de 6 pneus maciços?	Sim
Possui estofamento em nylon impermeável de alta resistência com almofada incorporada?	Sim
Possui pintura eletrostática?	Sim
Possui medidas aproximadas: Largura do assento aproximadamente 0,45m - Largura do encosto aproximadamente 0,45m?	Sim
Possui registro na ANVISA?	Sim

Item 07- CADEIRA DE RODAS ADULTO COM SUPORTE DE SORO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui estrutura em aço ou ferro pintado?	Sim
Possui braços escamoteáveis e pés removíveis, com elevação de pernas?	Sim
Possui capacidade de até 120 kg?	Sim
Possui freios bilaterais, rodas traseiras de 24 pneu antifuro e rodas dianteiras de 6 pneus maciços?	Sim
Possui estofamento em nylon impermeável de alta resistência com almofada incorporada?	Sim
Possui pintura eletrostática?	Sim
Possui medidas aproximadas: Largura do assento aproximadamente 0,45m - Largura do encosto aproximadamente 0,45m?	Sim
Possui registro na ANVISA?	Sim

Item 09- CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui pintura eletrostática ou epóxi?	Sim
Possui estofamento em nylon acolchoado?	Sim
Possui almofada em espuma injetável?	Sim
Possui Rodas traseiras de 24?	Sim
Possui Rodas dianteiras de 6 maciças, com garfo injetáveis em nylon?	Sim
Possui freios bilaterais reguláveis?	Sim
Possui Apoios de pés articulares e reguláveis em altura?	Sim
Possui apoio de braço escamoteáveis?	Sim
Possui capacidade acima de 150 kg?	Não
Possui Medidas aproximadas: largura do assento 50cm - largura do encosto 50cm?	Sim
Possui registro na Anvisa?	Sim

Item 10- CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui estrutura em aço ou ferro pintado com suporte de soro?	Sim
Possui braços bi-laterais escamoteáveis com protetor lateral incorporado e apoio de braços injetado?	Sim

Possui freios bi-laterais?	Sim
Possui Rodas traseiras de 20?	Sim
Possui Rodas dianteiras de 6, pneu maciço?	Sim
Possui Estofamento em nylon impermeável de alta resistência com almofada incorporada?	Sim
Possui Pintura eletrostática?	Sim
Possui dimensões aproximadas: Largura do assento 0,40m - Largura do encosto 0,40m - Altura do assento 0,51m - Altura total 1,00m?	Sim
Possui Suportar no mínimo 70 kg. ?	Sim
Possui registro na Anvisa?	Sim

Item 19-MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO 40 CM X 40 CM	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui rodízios, pés tubulares $\frac{3}{4}$ cromados com rodízios de 1.5/8, ?	Sim
Possui tampo e prateleira em aço inox, sem parafusos externos, garantindo superfície lisa que facilite a limpeza e desinfecção?	Sim
Possui dimensões aproximadas: 0,40 m (P) X 0,40m (L) X 0,80 m (A)?	Sim

Item 20-MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO 40 CM X 40 CM	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui rodízios, pés tubulares $\frac{3}{4}$ cromados com rodízios de 1.5/8, ?	Sim
Possui tampo e prateleira em aço inox, sem parafusos externos, garantindo superfície lisa que facilite a limpeza e desinfecção?	Sim
Possui dimensões aproximadas: 0,40 m (P) X 0,40m (L) X 0,80 m (A)?	Sim

Item 21-MESA AUXILIAR EM AÇO INOX FIXA 40 CM X 40 CM	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
É fixa com pés tubulares $\frac{3}{4}$?	Sim
Possui tampo e prateleira em aço inox, sem parafusos externos, garantindo superfície lisa que facilite a limpeza e desinfecção?	Sim
Possui dimensões aproximadas: 0,40 m (P) X 0,40m (L) X 0,80 m (A)?	Sim

Item 22-MESA AUXILIAR EM AÇO INOX FIXA 60 CM X 40 CM	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
É fixa com pés tubulares aproximados de 1?	Sim
Possui tampo e prateleira em aço inox, sem parafusos externos, garantindo superfície lisa que facilite a limpeza e desinfecção?	Sim
Possui dimensões aproximadas: 0,60 m (P) X 0,40m (L) X 0,80 m (A)?	Sim

Item 26-SUPORTE DE PAREDE PARA SORO E BOMBA DE INFUSÃO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui entre três e quatro ganchos em aço inox com regulagem por manípulo e bomba de infusão	Não
Possui medidas aproximadas: 45 cm (C); Altura máxima aproximada: 1,50 m; Altura mínima aproximada de 75 cm?	Não

Item 27-SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui suporte em aço inox com rodízio?	Sim
Possui tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido?	Sim
Possui coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste?	Sim
Possui regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta?	Sim
Possui haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos na parte superior?	Sim
Possui base em quadripé em ferro fundido com rodízios de 2 tipo bola?	Sim
Possui Altura mínima aproximada: 1,64 m; altura máxima aproximada: 2,37 m?	Sim

Item 28-SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui suporte em aço inox com rodízio?	Sim
Possui tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido?	Sim
Possui coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste?	Sim
Possui regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta?	Sim
Possui haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos na parte superior?	Sim
Possui base em quadripé em ferro fundido com rodízios de 2 tipo bola?	Sim
Possui Altura mínima aproximada: 1,64 m; altura máxima aproximada: 2,37 m?	Sim

Item 29- SUPORTE PARA SACO HAMPER	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui material em aço inoxidável?	Sim
Possui acabamento estrutura tubular aproximada de 50x80cm?	Sim
Possui capacidade aproximada 100L?	Sim
Possui saco em algodão cru?	Sim



CONCLUSÃO

Portanto, salvo melhor juízo, sugiro **APROVAR** os catálogos dos itens: 05, 06, 07, 10, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 apresentado pela empresa e **REPROVAR** os catálogos dos itens 09 e 26.

Dessa forma, segue o relatório, sob forma de atestado legal perante aos órgãos competentes ou a quem possa interessar.

Santana de Parnaíba, 12 de fevereiro de 2025.

Eng. Michel Hitoshi Watanabe
Prontuário nº 34.475
Engenheiro do Município