

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGO- ITENS 02, 13, 24 e 25.**Ref:** Pregão Eletrônico N° 017/2025 - Processo administrativo N° 240806035504400/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MOBILIÁRIO CLÍNICO E CORRELATOS para o Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA), para atendimento da demanda do Novo Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA).

Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões tomadas na persecução do presente processo licitatório, cujo instrumento convocatório refere-se ao Pregão Eletrônico n.º 017/2025 – Processo Administrativo n.º 240806035504400/2024, estão em perfeita consonância com os dispositivos legais pertinentes às licitações existentes no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido observada a submissão aos princípios concernentes à Administração Pública e por consequência às licitações, quais sejam: os princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Razoabilidade, Celeridade, Probidade Administrativa, Competição Leal, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo, dentre outros.

Dito isso, o presente relatório trata-se da análise do catálogo enviado pela Empresa **OCTO FARMACO LTDA.**

DA ANÁLISE

Item 02- BALANÇO PÉLVICO PARA PARTO TIPO CAVALINHO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
É construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com assento e apoio de braços estofados?	Sim
Possui apoio de braços com regulagem de altura?	Não
Possui dimensões: largura: 42 cm x comprimento: 80 cm x altura do assento: 47 cm; altura do apoio de braços: 71 a 88 cm?	Sim

Item 13- DIVÃ PEDIÁTRICO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui armação tubular de 1.1/4 em aço inoxidável?	Não
Possui Leito acolchoado em espuma de alta densidade e revestimento em courvim?	Sim
Possui cabeceira reclinável por meio de cremalheira, suporte para papel lençol de aproximadamente 70cm?	Sim
Possui peseiras emborrachadas?	Sim

Possui dimensões aproximadas: 1,50x0,50x0,90m?	Sim
Possui registro na Anvisa?	Sim

Item 24- MESA GINECOLÓGICA COM ARMÁRIO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui gabinete, c/capacidade para atender pacientes com até 150kg?	Sim
Possui dimensões aproximadas (+/- 10%): 1800 x 520 x 850mm (CxLxA)?	Sim
Possui subdivisões em 3 partes: dorso, assento, e pernas?	Sim
Possui peseiras emborrachadas?	Sim
Possui Movimentos com sistema de cremalheiras independentes de dorso e pernas?	Sim
Possui elevação de dorso e rebaixamento da perna até 90° negativo?	Sim
Possui Pernas construídas em estrutura de aço carbono com aproximadamente 40 x 40 x 420mm com acabamento em pintura eletrostática e pés com acabamento em borracha?	Sim
Possui forração tripartida, lavável e de fácil limpeza, com costura e acabamento que evite infiltrações?	Sim
Possui espuma com espessura mínima de 10cm e densidade de aproximadamente 33?	Sim
Possui composto de armário com 1 porta e gaveteiro dotado de guias deslizantes e puxadores em alumínio, confeccionados em MDF 15 mm com revestimento interno e externo em laminado melamínico (tipo fórmica), com vão livre de aproximadamente 40cm?	Sim
Possui Bandeja coletora de secreções tipo gaveta, permitindo desconexão da mesa, para higienização?	Sim
Possui par de porta coxa em aço inoxidável ou alumínio, estofados em courvin e com altura regulável?	Sim
Possui Acabamento das superfícies metálicas em pintura eletrostática a pó com resina epóxi na cor branca?	Sim
Possui Suporte de Papel cromado?	Sim

Item 25- MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui Banco estofado em couro duplo em polipropileno?	Sim
Possui Pistão à gás?	Não
Possui revestimento de couro sintético na cor preto?	Sim
Possui Dimensões do assento: de 35 a 40 cm de diâmetro e altura mínima do assento de 40cm?	Sim
Peso mínimo suportado de 120kg?	Sim

CONCLUSÃO

Portanto, salvo melhor juízo, sugiro **APROVAR** o catálogo do item 24 e **REPROVAR** os catálogos dos itens 02, 13 e 25.



Dessa forma, segue o relatório, sob forma de atestado legal perante aos órgãos competentes ou a quem possa interessar.

Santana de Parnaíba, 13 de fevereiro de 2025.

Eng. Michel Hitoshi Watanabe
Prontuário nº 34.475
Engenheiro do Município