

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGO- ITENS 08 e 09**Ref:** Pregão Eletrônico Nº 017/2025 - Processo administrativo Nº 240806035504400/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MOBILIÁRIO CLÍNICO E CORRELATOS para o Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA), para atendimento da demanda do Novo Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA).

Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões tomadas na persecução do presente processo licitatório, cujo instrumento convocatório refere-se ao Pregão Eletrônico n.º 017/2025 – Processo Administrativo n.º 240806035504400/2024, estão em perfeita consonância com os dispositivos legais pertinentes às licitações existentes no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido observada a submissão aos princípios concernentes à Administração Pública e por consequência às licitações, quais sejam: os princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Razoabilidade, Celeridade, Probidade Administrativa, Competição Leal, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo, dentre outros.

Dito isso, o presente relatório trata-se da análise do catálogo enviado pela Empresa **FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA.**

DA ANÁLISE

Item 08- CADEIRA DE RODAS PARA BANHO INFANTIL	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui estrutura em alumínio aeronáutico, em pintura epóxi?	Não
Possui regulagem de altura da concha?	Sim
Possui rodízios giratórios com freios?	Sim
Possui concha preferencialmente em fibra de vidro revestida em EVA?	Sim

Item 09- CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui pintura eletrostática ou epóxi?	Sim
Possui estofamento em nylon acolchoado?	Sim
Possui almofada em espuma injetável?	Sim
Possui Rodas traseiras de 24?	Sim



Possui Rodas dianteiras de 6 maciças, com garfo injetáveis em nylon?	Sim
Possui freios bilaterais reguláveis?	Sim
Possui Apoios de pés articulares e reguláveis em altura?	Sim
Possui apoio de braço escamoteáveis?	Sim
Possui capacidade acima de 150 kg?	Sim
Possui Medidas aproximadas: largura do assento 50cm - largura do encosto 50cm?	Sim
Possui registro na Anvisa?	Sim

CONCLUSÃO

Portanto, salvo melhor juízo, sugiro **REPROVAR** o catálogo do item 08 e **APROVAR** o catálogo do item 09.

Dessa forma, segue o relatório, sob forma de atestado legal perante aos órgãos competentes ou a quem possa interessar.

Santana de Parnaíba, 26 de fevereiro de 2025.

Eng. Michel Hitoshi Watanabe
Prontuário nº 34.475
Engenheiro do Município