



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGO- ITEM 14

Ref: Pregão Eletrônico Nº 017/2025 - Processo administrativo Nº 240806035504400/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MOBILIÁRIO CLÍNICO E CORRELATOS para o Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA), para atendimento da demanda do Novo Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA).

Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões tomadas na persecução do presente processo licitatório, cujo instrumento convocatório refere-se ao Pregão Eletrônico n.º 017/2025 – Processo Administrativo n.º 240806035504400/2024, estão em perfeita consonância com os dispositivos legais pertinentes às licitações existentes no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido observada a submissão aos princípios concernentes à Administração Pública e por consequência às licitações, quais sejam: os princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Razoabilidade, Celeridade, Probidade Administrativa, Competição Leal, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo, dentre outros.

Dito isso, o presente relatório trata-se da análise do catálogo enviado pela Empresa **FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA.**

DA ANÁLISE

ITEM 14- ESPALDAR EM MADEIRA FIXO (BARRA/ESCADA DE LING)	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
O material é de madeira?	Sim
Possui 11 barras horizontais com aproximadamente 20cm distância entre cada barra?	Sim
Possui medidas aproximadas de 240 cm (A) x 87 cm (L) x 22 cm (P)?	Sim
Possui Registro na Anvisa?	Sim

CONCLUSÃO

Portanto, salvo melhor juízo, sugiro **APROVAR** o catálogo apresentado pela empresa.





Dessa forma, segue o relatório, sob forma de atestado legal perante aos órgãos competentes ou a quem possa interessar.

Santana de Parnaíba, 26 de fevereiro de 2025.

Eng. Michel Hitoshi Watanabe
Prontuário nº 34.475
Engenheiro do Município