



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGO- ITEM 26

Ref: Pregão Eletrônico N° 017/2025 - Processo administrativo N° 240806035504400/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MOBILIÁRIO CLÍNICO E CORRELATOS para o Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA), para atendimento da demanda do Novo Hospital e Maternidade Santa Ana (HMSA).

Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões tomadas na persecução do presente processo licitatório, cujo instrumento convocatório refere-se ao Pregão Eletrônico n.º 017/2025 – Processo Administrativo n.º 240806035504400/2024, estão em perfeita consonância com os dispositivos legais pertinentes às licitações existentes no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido observada a submissão aos princípios concernentes à Administração Pública e por consequência às licitações, quais sejam: os princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Razoabilidade, Celeridade, Probidade Administrativa, Competição Leal, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo, dentre outros.

Dito isso, o presente relatório trata-se da análise do catálogo enviado pela Empresa **KIENTRO BRASIL LTDA.**

DA ANÁLISE

Item 26-SUPORTE DE PAREDE PARA SORO E BOMBA DE INFUSÃO	
Descrição do TR/ Edital	Atende o TR/ Edital?
Possui entre três e quatro ganchos em aço inox com regulagem por manípulo e bomba de infusão	Não
Possui medidas aproximadas: 45 cm (C); Altura máxima aproximada: 1,50 m; Altura mínima aproximada de 75 cm?	Não

CONCLUSÃO

Portanto, salvo melhor juízo, sugiro **REPROVAR** o catálogo apresentado pela Empresa.



Dessa forma, segue o relatório, sob forma de atestado legal perante aos órgãos competentes ou a quem possa interessar.

Santana de Parnaíba, 06 de março de 2025.

Eng. Michel Hitoshi Watanabe
Prontuário nº 34.475
Engenheiro do Município