

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
Secretaria Municipal de Compras e Licitações
Dispensa Eletrônica - 102/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
18/09/2025 09:33	18/09/2025 10:00	23/09/2025 08:29

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	DECIBELÍMETRO (SONÔMETRO) COM GPS INTEGRADO, COM FILTRO DE BANDA DE OITAVA 1/1, CLASSE 1, CONFORME NORMA IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 61672, ALIMENTADO POR PILHAS ALCALINAS OU ADAPTADOR AC/DC, DOTADO DE MICROFONE DE MEDIÇÃO PRÉ-POLARIZADO DE 1/2", CLASSE 2 COM SENSIBILIDADE DE 40 MV/PA, IDIOMA DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, INTEGRAÇÃO COM RELÓGIO EM TEMPO REAL DE CALENDÁRIO, PRECISÃO BÁSICA: LINEARIDADE 1,1 DB / PONDERAÇÃO EM FREQUÊNCIA EM 1 KHZ: 1 DB / RESPOSTA A BURST EM 1S: 1 DB / PICO EM C A 8 KHZ: 3 DB, DOTADO DE ROSCA PARA ENCAIXE DE TRIPÉ, PRÉ-AMPLIFICADOR DE ICP COM CONECTOR TNC, PROTETOR DE VENTO DE 90 MM DE DIÂMETRO PARA MICROFONE DE 1/2", CARTÃO MICRO SD DE 4GB, CABO USB, MALETA DE TRANSPORTE, CALIBRADOR ACÚSTICO COMPATÍVEL PARA O MODELO OFERTADO, DIGITAL CLASSE 1, CONFORME NORMA IEC 60942, COM DISPLAY LCD, CARTÃO DE INSTRUÇÕES PARA DOWNLOAD DO MANUAL E SOFTWARE, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA O CALIBRADOR ACÚSTICO E CERTIFICADO PARA O DECIBELÍMETRO E GARANTIA DE 12 MESES	14.538,14	1,00	CJ	Homologado	Menor Preço
	0002	MINI IMPRESSORA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO DE DADOS DE MEDIÇÃO, COMPATÍVEL COM DECIBELÍMETRO NORMATIZADO PELA IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 61672, LARGURA DE PAPEL 57,5 +/- 0,5MM, LARGURA DE ÁREA IMPRESSA: 48MM, DIÂMETRO DE ROLO DE PAPEL: 40MM (MAX), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 60MM/S, MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: BLUETOOTH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C~50°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20°C~60°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10%~80% UR, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 10~90% UR, ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO 1.5A 7.4V, CARREGADOR: DC 9V 2A, VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO: 9600BPS, DIMENSÃO APROXIMADA (LXAXP): 102 X 77 X 36MM, GARANTIA DE 12 MESES.	994,62	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			0,00				



Justificativa para Cotação por Dispensa

Justificativa

Art. 75, Inciso II

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/09/2025 - 09:28	Aviso de Contratação n° 102_2025 - Decibelímetro e Mini impressora.pdf
24/09/2025 - 13:30	05 - DOCUMENTAÇÃO CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA.pdf
24/09/2025 - 13:30	06 - MEMO SMCL 214 - 2025 - ANÁLISE DE FICHA TÉCNICA - CATÁLOGO - DECIBELÍMETRO..pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
23/09/2025 - 14:33:54		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 102/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 13:21:46	Envio de Propostas Readequadas 102/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 13:23:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 102/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - Tipo: EPP/SS - Documento 09.038.942/0001-33 - Endereço: AVENIDA ANTONIO MUNHOZ BONILHA - CEP: 02.725-055 - UF: SP - Município: - Telefone: (11) 3935-0055

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Decibelímetro e Mini Impressora					
	0001	Decibelímetro (sonômetro) com GPS integrado, com filtro de banda de oitava 1/1, classe 1, conforme Norma IEC (International Electrotechnical Commission) 61672, alimentado por pilhas alcalinas ou adaptador AC/DC, dotado de microfone de medição pré-polarizado de 1/2", classe 2 com sensibilidade de 40 mV/Pa, idioma de operação em português, integração com relógio em tempo real de calendário, precisão básica: Linearidade 1,1 dB / Ponderação em frequência em 1 kHz: 1 dB / Resposta a burst em 1s: 1 dB / Pico em C a 8 kHz: 3 dB, dotado de rosca para encaixe de tripé, pré-amplificador de ICP com conector TNC, protetor de vento de 90 mm de diâmetro para microfone de 1/2", cartão micro SD de 4GB, cabo USB, maleta de transporte, calibrador acústico compatível para o modelo ofertado, digital classe 1, conforme Norma IEC 60942, com display LCD, cartão de instruções para download do manual e software, certificado de calibração para o calibrador acústico e certificado para o decibelímetro e garantia de 12 meses	308	BSWA	1,00 CJ	R\$ 14.300,00	R\$ R\$ 14.300,00



0002	Mini impressora térmica para impressão de dados de medição, compatível com decibelímetro normatizado pela IEC (International Electrotechnical Commission) 61672, largura de papel 57,5 +/- 0,5mm, largura de área impressa: 48mm, diâmetro de rolo de papel: 40mm (max), velocidade de impressão: 60mm/s, método de transferência de dados: Bluetooth, temperatura de operação: 0°C~50°C, temperatura de armazenamento: - 20°C~60°C, umidade de operação: 10%~80% UR, umidade de armazenamento: 10~90% UR, alimentação: bateria de lítio 1.5A 7.4V, carregador: DC 9V 2A, velocidade de comunicação: 9600bps, dimensão aproximada (LxAxP): 102 X 77 X 36mm, garantia de 12 meses.	PR-500	Instrutherm	1,00 UND	R\$ 900,00	R\$ R\$ 900,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 15.200,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 15.200,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Decibelímetro (sonômetro) com GPS integrado, com filtro de banda de oitava 1/1, classe 1, conforme Norma IEC (International Electrotechnical Commission) 61672, alimentado por pilhas alcalinas ou adaptador AC/DC, dotado de microfone de medição pré-polarizado de 1/2", classe 2 com sensibilidade de 40 mV/Pa, idioma de operação em português, integração com relógio em tempo real de calendário, precisão básica: Linearidade 1,1 dB / Ponderação em frequência em 1 kHz: 1 dB / Resposta a burst em 1s: 1 dB / Pico em C a 8 kHz: 3 dB, dotado de rosca para encaixe de tripé, pré-amplificador de ICP com conector TNC, protetor de vento de 90 mm de diâmetro para microfone de 1/2", cartão micro SD de 4GB, cabo USB, maleta de transporte, calibrador acústico compatível para o modelo ofertado, digital classe 1, conforme Norma IEC 60942, com display LCD, cartão de instruções para download do manual e software, certificado de calibração para o calibrador acústico e certificado para o decibelímetro e garantia de 12 meses

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	12.134.879/0001-43	22/09/2025 - 13:51:59	DEC-7000 GPS	INSTRUTHERM	R\$14.538,14	R\$ 14.538,14
60.349.766 MARCELO THEODORO DA SILVA	60.349.766/0001-08	22/09/2025 - 15:29:14	Decibelímetro com gps integrado	Instrutherm	R\$14.538,00	R\$ 14.538,00
CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	09.038.942/0001-33	22/09/2025 - 20:55:59	308	BSWA	R\$14.537,00	R\$ 14.537,00

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Mini impressora térmica para impressão de dados de medição, compatível com decibelímetro normatizado pela IEC (International Electrotechnical Commission) 61672, largura de papel 57,5 +/- 0,5mm, largura de área impressa: 48mm, diâmetro de rolo de papel: 40mm (max), velocidade de impressão: 60mm/s, método de transferência de dados: Bluetooth, temperatura de operação: 0°C~50°C, temperatura de armazenamento: - 20°C~60°C, umidade de operação: 10%~80% UR, umidade de armazenamento: 10~90% UR, alimentação: bateria de lítio 1.5A 7.4V, carregador: DC 9V 2A, velocidade de comunicação: 9600bps, dimensão aproximada (LxAxP): 102 X 77 X 36mm, garantia de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------



AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	12.134.879/0001-43	22/09/2025 - 13:51:59	PR-500	INSTRUTHERM	R\$994,62	R\$ 994,62
60.349.766 MARCELO THEODORO DA SILVA	60.349.766/0001-08	22/09/2025 - 15:32:57	Mini impressora térmica para impressão	Goldensky	R\$994,00	R\$ 994,00
CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	09.038.942/0001-33	22/09/2025 - 20:56:13	PR-500	Instrutherm	R\$993,00	R\$ 993,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	12.134.879/0001-43	60 dias
CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	09.038.942/0001-33	60 dias
60.349.766 MARCELO THEODORO DA SILVA	60.349.766/0001-08	60 dias

Lances Enviados

0001 - Decibelímetro e Mini Impressora

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/09/2025 - 13:51:59	15.532,76 (proposta)	12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Válido
22/09/2025 - 15:32:57	15.532,00 (proposta)	60.349.766/0001-08 - 60.349.766 MARCELO THEODORO DA SILVA	Válido
22/09/2025 - 20:56:13	15.530,00 (proposta)	09.038.942/0001-33 - CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	Válido
23/09/2025 - 08:30:24	15.525,05	12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Válido
23/09/2025 - 08:34:16	15.520,00	09.038.942/0001-33 - CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	Válido
23/09/2025 - 14:29:30	15.515,00	60.349.766/0001-08 - 60.349.766 MARCELO THEODORO DA SILVA	Válido
23/09/2025 - 14:29:59	15.290,00	09.038.942/0001-33 - CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	Válido
23/09/2025 - 14:33:54	15.200,00	09.038.942/0001-33 - CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Decibelímetro e Mini Impressora

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	09.038.942/0001-33	Arrematante	15.200,00
2º	60.349.766 MARCELO THEODORO DA SILVA	60.349.766/0001-08	Classificado	15.515,00
3º	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	12.134.879/0001-43	Classificado	15.525,05

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
23/09/2025 - 08:30:02	Sistema	O processo foi aberto
23/09/2025 - 08:31:02	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos, declaro aberta a sessão de lances para a dispensa eletrônica
23/09/2025 - 14:30:01	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
23/09/2025 - 14:30:19	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 15.290,00.
23/09/2025 - 14:30:45	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:40 do dia 23/09/2025.



23/09/2025 - 14:30:45	Sistema	Motivo: Com vista ao princípio da economicidade, solicito negociação para melhoria do valor ofertado.
23/09/2025 - 14:33:21	F. CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGIC	Negociação Item 0001: Prezados Senhores, boa tarde! Nossa melhor oferta é de R\$ 15.200,00. Iremos Registrar
23/09/2025 - 14:33:54	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 15.200,00.
23/09/2025 - 14:40:01	Operador de Compra Direta	Conforme previsto em Aviso de Contratação item 6 (seis), a empresa deverá enviar a documentação de habilitação proposta readequada e catálogos/fichas técnicas no endereço de e-mail: mario.38232@santanadeparnaiba.sp.gov.br, no prazo de DUAS HORAS, conforme estabelece o item 6.2.
23/09/2025 - 16:39:19	Operador de Compra Direta	A Sessão ficará suspensa para análise dos documentos recebidos via e-mail. O retorno fica agendado para o dia 24/09/2025, às 10h30min. Grato!
24/09/2025 - 10:45:39	Operador de Compra Direta	Bom dia todos
24/09/2025 - 10:47:52	Operador de Compra Direta	A Sessão ficará suspensa para análise dos documentos por parte da secretaria requisitante. Retornamos as 13:20
24/09/2025 - 13:21:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 13:23:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/09/2025 - 13:29:05	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Operador de Compra Direta.
24/09/2025 - 13:30:02	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (05 - DOCUMENTAÇÃO CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA.pdf) em 24/09/2025 às 13:30.
24/09/2025 - 13:30:25	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (06 - MEMO SMCL 214 - 2025 - ANÁLISE DE FICHA TÉCNICA - CATÁLOGO - DECIBELÍMETRO.pdf) em 24/09/2025 às 13:30.
24/09/2025 - 13:30:49	Operador de Compra Direta	Após a análise dos catálogos pela Secretaria Requisitante, informo que a empresa CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA foi habilitada para o fornecimento do item 0001.
24/09/2025 - 13:30:58	Operador de Compra Direta	O Memorando nº 214/2025 - SMSU, contendo o detalhamento, está disponível para consulta no Portal de Compras Públicas, na seção Outros Documentos.
24/09/2025 - 13:31:06	Operador de Compra Direta	Informo que as documentações da empresa CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA estão disponíveis para consulta no Portal de Compras Públicas em 1COutros Documentos 1D.
24/09/2025 - 13:31:13	Operador de Compra Direta	Seguiremos com as demais etapas do Certame. Entraremos em contato via e-mail para envio do pedido empenhado. Agradeço pela participação de todos.
24/09/2025 - 13:31:37	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA.
24/09/2025 - 13:31:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/09/2025 - 13:42:24	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por CLEUSA CARVALHO.
24/09/2025 - 13:42:29	Sistema	O lote 0001 foi homologado por CLEUSA CARVALHO.

Mario Vinicius Novais Santos
Operador de Compra Direta

CLEUSA CARVALHO
Autoridade Competente

Andre Cagol
Apoio

Cintia Regina Leme Cunha
Apoio

