

AValiação de Catálogo/AmostrAS
PE 234/2025

Santana de Parnaíba, 08 de janeiro de 2026.

A/C: **Thabata Rodrigues Leite D. Silva**

Segue abaixo parecer técnico referente a análise de amostras/catálogos da Empresa do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 234/2025 - Registro de Preço para fornecimento parcelado de ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO e ESTADIÔMETRO PORTÁTIL

EMPRESA: HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.234.900/0001-97

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	OBSERVAÇÃO
01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO COM MANÔMETRO ANERÓIDE, COMPOSTO POR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E COM FECHO DE VELCRO. DESTINA SE A BRAÇOS COM PERÍMETRO DE 22 A 28CM, DOTADA DE TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA, PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA.MANGUITO CONFECCIONADO EM LÁTEX, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL. PÊRA CONFECCIONADA EM LÁTEX COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300MMHG. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Premium	APROVADO
02	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL COM MANÔMETRO ANERÓIDE, COMPOSTO POR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA PÓ FECHO VELCRO TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA, PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. MANGUITO CONFECCIONADO EM LÁTEX, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL. PÊRA CONFECCIONADA EM LÁTEX COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300MMHG. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Premium	APROVADO
03	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL NEONATAL COM MANÔMETRO ANERÓIDE, COMPOSTO POR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA PÓ FECHO VELCRO, TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA, PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA.. MANGUITO CONFECCIONADO EM LÁTEX, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL. PÊRA CONFECCIONADA EM LÁTEX COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300MMHG. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Premium	APROVADO


04	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PARA OBESO COM MANÔMETRO ANERÓIDE, COMPOSTO POR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FECHO EM VELCRO. DESTINA-SE A BRAÇOS COM PERÍMETRO DE, DOTADA DE 15CM LARGURA X 68CM TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA, PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. MANGUITO CONFECCIONADO EM LÁTEX, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL. PÊRA CONFECCIONADA EM LÁTEX COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300MMHG. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Premium	APROVADO
----	--	---------	-----------------

Conclusão e justificativa da análise do item.

Durante a **análise do catálogo**, registro enviado pela empresa, e pesquisa sobre os produtos observou-se que o item apresentado corresponde ao descritivo solicitado em relação às suas dimensões . Logo, conclui-se que o produto aqui descrito está **APROVADO**.



JÉSSICA ANDRADE DA SILVA
ENFERMEIRA - SMS/SUPRIMENTOS



PAULA WERSON DE ALMEIDA
ENFERMEIRA - SMS/SUPRIMENTOS

SisGEP



Assinado eletronicamente por **Paula Werson**, prontuário **26031**, em **08/01/2026**, às **16:26**, conforme art. 5º, § 8º, inciso II da Lei Municipal 3.997/2021 e art. 12º e 13º do Decreto Municipal 4.828/2022.

Assinatura:

5fRnXJU8JiWL6snwL6gTktR8zmSaAw372QaB4ZA7D2ehUBYXLWXdnvK6iHAJfsYnTHTU4piAZKWD9jixPvNvQXnw4YYmYbtwHSTEFi4

SisGEP



Assinado eletronicamente por **Maria Silvia de Almeida Mello Freire**, prontuário **42819**, em **08/01/2026**, às **19:16**, conforme art. 5º, § 8º, inciso II da Lei Municipal 3.997/2021 e art. 12º e 13º do Decreto Municipal 4.828/2022.

Assinatura:

EsykzGiSAs9dN5yj4uguysbdEGg1rKuLdtP74MnQXxDBifJzTRHfzUXfkjKTUBMEXKCDRQrGN1c2ZACATUGW7cbPk9bEJNMSHQMMM



A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR code ou do link:

<https://intranet.santanadeparnaiba.sp.gov.br/SisGEP-PUB/verificar/849C332B9AF942CA8963BE810FB5B9F9>