

AVALIAÇÃO DE CATÁLOGO/AMOSTRAS
PE 234/2025

Santana de Parnaíba, 08 de janeiro de 2026.

A/C: **Thabata Rodrigues Leite D. Silva**

Segue abaixo parecer técnico referente a análise de amostras/catálogos da Empresa do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 234/2025 - Registro de Preço para fornecimento parcelado de ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO e ESTADIÔMETRO PORTÁTIL

EMPRESA: CIRÚRGICA IZAMED LTDA CNPJ: 12.967.916/0001-02			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	OBSERVAÇÃO
05	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL, EM MATERIAL ABS, LEVE E RESISTENTE. AS PEÇAS DEVEM SER DESMONTÁVEIS E SE ENCAIXAR PERFEITAMENTE COM A BASE. A AFERIÇÃO DEVERÁ PERMITIR MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 20 CM A 210 CM, POSSUIR GRADUAÇÃO DE NO MÁXIMO 1 CM. DEVE POSSUIR PESO APROXIMADO DE 2,5 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 36 CM X COMP 67CM X ALT 13CM, POSSUIR MEDIDOR DE ALTURA E ESTABILIZADOR PARA A RÉGUA DE MEDIÇÃO. POSSUIR CERTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	AVANUTRI AVANUTRI AVA 305 ISENTO RDC 260	APROVADO
06	ESTETOSCÓPIO PARA USO ADULTO CARDIOPULMONAR. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVAMENTO DO DIAFRAGMA EM PVC ATÓXICO DE EXCELENTE QUALIDADE SENSIBILIDADE. COM MEMBRANA DUPLA (ADULTO E INFANTIL). ACOMPANHA PEÇAS PARA SUA TRANSFORMAÇÃO EM ESTETO CÁRDIO-PULMONAR, DOIS PARES DE OLIVAS E MEMBRANAS. ÂNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE DE GRANDE DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. OLIVAS EM FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. TUBO DUPLO EM PVC MACIO, FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA.	DIASYST DIASYST RTM 502 RMS 10332170021	APROVADO

Conclusão e justificativa da análise do item.

Durante a **análise do catálogo**, registro enviado pela empresa, e pesquisa sobre os produtos observou-se que o item apresentado corresponde ao descritivo solicitado em relação às suas dimensões. Logo, conclui-se que o produto aqui descrito está **APROVADO**.


JÉSSICA ANDRADE DA SILVA
ENFERMEIRA - SMS/SUPRIMENTOS


PAULA WERSON DE ALMEIDA
ENFERMEIRA - SMS/SUPRIMENTOS

SisGEP



Assinado eletronicamente por **Paula Werson**, prontuário **26031**, em **08/01/2026**, às **16:26**, conforme art. 5º, § 8º, inciso II da Lei Municipal 3.997/2021 e art. 12º e 13º do Decreto Municipal 4.828/2022.

Assinatura:

EsyzCdxBUKURNUSCdNKuSkukhjhHKpBhetCgdUGsa19U9jdah3UgtpmZjLc766DHsVDpYpz8voYrY6jpxCq3Dr3MeLwwqBJuGz1K

SisGEP



Assinado eletronicamente por **Maria Silvia de Almeida Mello Freire**, prontuário **42819**, em **08/01/2026**, às **19:15**, conforme art. 5º, § 8º, inciso II da Lei Municipal 3.997/2021 e art. 12º e 13º do Decreto Municipal 4.828/2022.

Assinatura:

5fRnXJUWoDRpUc3KLaSAqqQddmqXqGpCFfryneaNPm7jjVzoNptwNuWFDmbNEiHx4g9W8Tj87bxMyBVdUnbp6oYyHm3W4AFYpJhQJKM3



A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR code ou do link:

<https://intranet.santanadeparnaiba.sp.gov.br/SisGEP-PUB/verificar/EDD415BB1E8848959E3823B1B7C0EE28>