

MEMORANDO Nº 214/2026 - COO - SMS

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO nº 251/2025 Proc. Adm. nº. 251017055637400/2025 Registro de Preços para a aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Sra. Secretária - Cleusa Carvalho


Em resposta à SMCL análise amostras do PE 251//2025 - **Proc. Adm. nº 251017055637400/2025** ; A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste emitir parecer técnico referente a análise do catálogo das Empresa **E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** vencedora no **Pregão Eletrônico nº 251/2025 - Proc. Adm. nº 251017055637400/2025** itens: 09, 17, 39, 41 e 46 pelo período de 12 (doze) meses:

E.C.S.TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA


EMPRESA: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 35.706.397/0001-16			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÃO
09	CARTELA PARA RAO X COM DOIS FUROS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PREVEN	APROVADO
17	ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA E POLIMENTO PARA CONTRA-ÂNGULO	MICRODONT	APROVADO
39	PEÇA RETA PARA MICROMOTOR DE USO ODONTOLÓGICO: FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE GIRO DE ANEL;ROLAMENTOS COM ESFERAS METÁLICAS; CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° COM ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL). ROTAÇÃO: ATÉ 40.000 RPM.	SCHUSTER	APROVADO
41	PINOS DE FIBRA DE VIDRO 1,0: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO ESPECIAL. INDICADO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. CARACTERÍSTICAS: ALTA RADIOPACIDADE; DUPLA CONICIDADE; MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMO AO DA DENTINA; USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO); EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA; MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA; MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO; BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR; TAMANHO 1,0. EMBALAGEM COM 05 PINOS.	MAQUIRA	APROVADO



46	SERINGA DE MOLDAGEM PARA ELASTÔMERO: ACESSÓRIO PARA MOLDAGEM ODONTOLÓGICAS NA APLICAÇÃO DE MATERIAIS ELASTOMÉRICOS DURANTE AS MOLDAGENS. COM DESIGN FUNCIONAL E AUTOCLAVÁVEL, ELA OFERECE MAIOR CONTROLE NO MANUSEIO. ACOMPANHA: 1 SERINGA, 2 BICOS APLICADORES E 1 ESCOVA DE LIMPEZA.	MAQUIRA	APROVADO
----	--	---------	----------



Dra Rosana Lappo
Coordenação Téc S.Bucal



Dra Maria Silvia de A. Mello Freire
Secretária Municipal de Saúde