



Papel para informação, rubricado como folha n.º.....
do processo n.º 561 de 08/02/2024 a).....

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 03

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2026 – **PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 561/2024 –
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO CARLOS ZARATINI

QUESTIONAMENTO – ITEM 18 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA

Dos Ajustes e Esclarecimentos.

Onde se lê: Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática.

Questiona-se: Será aceito apenas conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting) com portas USB?

Onde se lê: Tradutor Linear que atenda as frequências de no mínimo 4.0 a 14 MHz;

Questiona-se: Será aceito transdutor linear que atenda as frequências de no mínimo 4.4 a 14 MHz?

2. Prazo de Entrega Prazo solicitado: até 150 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente.

Justificativas Técnicas e Administrativas:

1. Fabricação sob demanda e customização técnica: O equipamento em questão é produzido sob encomenda, conforme as especificações técnicas, operacionais e de infraestrutura definidas pelo órgão contratante. Esse processo inclui a configuração de hardware e software específica para o ambiente de instalação, bem como a calibração e os testes de controle de qualidade realizados na origem, o que demanda um prazo de produção estendido.

2. Origem e logística internacional: Trata-se de bem de origem japonesa, cuja cadeia de suprimentos depende de componentes importados de alta precisão tecnológica. Assim, o prazo solicitado considera: o Tempo de fabricação e montagem na planta industrial no Japão; o Transporte marítimo ou aéreo internacional, sujeito a cronogramas logísticos e trâmites



Papel para informação, rubricado como folha n.º.....
do processo nº 561 de 08/02/2024 a).....
alfandegários; o Processos de nacionalização e desembaraço aduaneiro, etapas que, por sua natureza, não dependem exclusivamente do fornecedor, mas de órgãos de controle e fiscalização federais.

Dessa forma, o prazo de até 150 (cento e oitenta) dias, revela-se razoável, proporcional e necessário para garantir o fornecimento adequado do equipamento, observando-se integralmente os princípios da eficiência, economicidade e execução contratual responsável, conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021.

3. Do Pedido Ante o exposto, requer-se:

1. A revisão e/ou o devido esclarecimento dos itens acima mencionados, de forma a garantir condições isonômicas de participação e assegurar ampla competitividade entre os licitantes;

2. A prorrogação do prazo de entrega para até 150 (cento e oitenta) dias, conforme fundamentação técnica apresentada.

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

1. Dos Ajustes e Esclarecimentos.

Resposta ao Pedido de Revisão, Esclarecimento e Prorrogação de Prazo

Em atenção ao pedido apresentado pela empresa Canon Medical Systems do Brasil Ltda., Ultrassom Diagnóstico Sem Aplicação Transesofágica, esta Comissão presta os seguintes esclarecimentos:

Quanto aos ajustes e esclarecimentos técnicos:

a) Conectividade DICOM

O Termo de Referência exige conectividade de rede DICOM 3.0, contemplando os serviços descritos. Ressalta-se que o equipamento deverá atender integralmente às funcionalidades DICOM especificadas, sendo admitidos meios de conexão compatíveis com tal finalidade, desde que não restrinjam ou comprometam o pleno atendimento aos protocolos e serviços exigidos. A conformidade será verificada na fase de julgamento e, se aplicável, na etapa de comprovação técnica.

b) Transdutor Linear

Em relação ao questionamento sobre o transdutor linear, será aceito transdutor cuja faixa de frequência mínima seja superior à especificada, como, por exemplo, 4,4 a 14 MHz, por



Papel para informação, rubricado como folha n.º.....
do processo n.º 561 de 08/02/2024 a).....
atender e superar o requisito mínimo estabelecido no Termo de Referência, sem prejuízo às
características técnicas do equipamento.

2. Prazo de Entrega

Em análise ao pedido de prorrogação do prazo de entrega apresentado pela
empresa **Canon Medical Systems do Brasil**, informa-se que não assiste razão à requerente.

O prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos, previsto no item **10.1 do Edital**, foi
estabelecido de forma clara e é de conhecimento prévio de todos os licitantes, vinculando a
Administração e os participantes do certame. Eventuais particularidades relativas à
entrega, deverá ser considerada pelo licitante na formulação da proposta, não justificando a
alteração das condições editalícias após a sua publicação.

Diante disso, **INDEFIRO** o pedido de prorrogação, mantendo-se inalterado o prazo
originalmente previsto no Edital.