



Memorando nº 177/SMS/2025

Ferraz de Vasconcelos, 07 de Agosto de 2025.

Ref.: Análise das amostras de lancetas, edital nº 39/2025, pregão Eletrônico nº 26/2025.

Em resposta à solicitação de análise da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Edital nº 39/2025, Pregão Eletrônico nº 26/2025**, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de lancetas para monitoramento de glicemia, informamos que, após análise técnica, a amostra apresentada pela empresa vencedora do **Lote 01**, Cromo Comércio e Distribuição de Materiais Odonto-Médico Hospitalares Ltda, foi **APROVADA**, por atender a todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

Por outro lado, a amostra da empresa vencedora do **Lote 02**, Pouso Farma Hospitalar Ltda, foi **REPROVADA**, em razão da rigidez excessiva do sistema de retração, que requer força considerável para o deslizamento, dificultando o uso, especialmente por



pacientes em monitoramento autônomo, o que comprometeria a adesão e a continuidade do tratamento. Anexo o laudo de aceitabilidade das amostras.

Agradeço antecipadamente pela atenção dispensada ao presente pleito.

Atenciosamente


Viviane Fonseca Torres

Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica


Dr. Clécio Francisco Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde

Ilmo. (a) Sr.(a)
Robson A Espin - Pregoeiro



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc. 6.353/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº 39/2025 – PROCESSO Nº 6.353/2025 FLS. Nº 105

ANEXO XVIII - LAUDO DE ACEITABILIDADE DAS AMOSTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE
VASCONCELOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.353/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCETAS PARA
MONITORAMENTO DE GLICEMIA.

LICITANTE: <u>CROMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - MÉDICO HOSPITALARES</u>				
ITEM 1	Unid.	ATENDE	NÃO ATENDE	OBS:
LANCETA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	X		

LICITANTE: <u>POUSO FARMA HOSPITALAR, LTDA.</u>				
ITEM 2	Unid.	ATENDE	NÃO ATENDE	OBS:
LANCETA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE		X	

Reprovada a lançeta devido a rigidez excessiva do sistema de extração, que exige força considerável para o deslizamento, dificultando o uso, especialmente quando realizado pelo próprio paciente de forma autônoma.

Data: 06/08/2025

COMISSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRA:

Nome: Liviane Ferreira Torres RG: 35.976.766-7Nome: Paqueline Andrade Mendes RG: 57.136.716-XNome: Luiz Rêgo de F. Gonçalves RG: 44.404.702-5