



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

São Bernardo do Campo, 17 de julho de 2024.

Á

SA-211

Relatório Técnico

Em atenção ao solicitado retornamos ao presente com a resposta a análise técnica do equipamento.

PC 677/2024 ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL

Equipamento ofertado:
ITEM 1 ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL

Da análise:

ITEM 1: A análise do equipamento ofertado foi realizada com base nos documentos:

- Catálogo do fabricante OLIDEF, fornecido pela empresa OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA
- Manual do proprietário do Equipamento publicado SITE DA ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351008162202170/?numeroRegistro=10227189021>

☒ **Pede o edital:**

“POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PROTEÇÃO IP21”
“ 01 PEDAL COM PROTEÇÃO IPX8 “



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

☒ **Resposta :**

- Equipamento não atende especificações do Termo de Referência, conforme manual do próprio fabricante (imagem 1)

Proteção Contra Penetração de Água	Equipamento comum – IPX0
------------------------------------	--------------------------

Não possui proteção IP21 conforme solicita o Termo de Referência “ RESISTENCIA PROTEÇÃO IP21”.

- Equipamento não atende especificações do Termo de Referência, conforme manual do próprio fabricante (imagem 2)

Proteção Contra Penetração de Água – Pedal interruptor	IPX6
---	------

Constava no Termo de Referência “ 01 PEDAL COM PROTEÇÃO IPX8” empresa está ofertando proteção inferior ao solicitado.

Com base na análise realizada através do catálogo enviado pela empresa e publicado no sistema PRODIGI, optamos pela desclassificação do equipamento ofertado pela empresa OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. O equipamento ofertado não atende as exigências do edital.

Retornamos o presente expediente para a vossa análise e providências quanto ao prosseguimento nesse procedimento licitatório.

MATHEUS MARIANO LOPES
Apoio Técnico
Engenheiro Clínico
MAT. 0014418

Ricardo Sparapan
Diretor de Divisão SS-62
MAT. 48.352