



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

São Bernardo do Campo, 26 de julho de 2024.

Á

SA-211

Relatório Técnico

Em atenção ao solicitado retornamos ao presente com a resposta a análise técnica do equipamento.

PC 677/2024 ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL

Equipamento ofertado:
ITEM 1 ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL

Da análise:

ITEM 1: A análise do equipamento ofertado foi realizada com base nos documentos:

- Catálogo e Manual do fabricante PROTEC, fornecido pela empresa ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
- Manual do proprietário do Equipamento publicado SITE DA ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351621538200919/?numeroRegistro=80435140030>

➤ Pede o edital:

“ 01 PEDAL COM PROTEÇÃO IPX8 “



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

➤ Resposta :

- Equipamento não atende especificações do Termo de Referência, conforme manual do próprio fabricante (imagem 1)

Acionamento por Pedal	Não	Sim (IP67, acessório opcional)	Sim (IP67, acessório opcional)	Sim (IP67, acessório opcional)
-----------------------	-----	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Constava no Termo de Referência “01 PEDAL COM PROTEÇÃO IPX8” empresa está ofertando proteção IP67 inferior ao solicitado.

- Com base na análise realizada através do catálogo enviado pela empresa e publicado no sistema PRODIGI, optamos pela **desclassificação** do equipamento ofertado pela empresa ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA . O equipamento ofertado **não atende** as exigências do edital.

Retornamos o presente expediente para a vossa análise e providências quanto ao prosseguimento nesse procedimento licitatório.

MATHEUS MARIANO LOPES

Apoio Técnico
Engenheiro Clínico
MAT. 0014418

Ricardo Sparapan

Diretor de Divisão SS-62
MAT. 48.352