

PROCESSO			RUBRICA
			
Número	Exercício	Folha	
00677	2024		

Relatório Técnico

Em atenção ao solicitado retornamos ao presente com a resposta a análise técnica do equipamento.

ITEM 01: Aspirador de Sangue e Secreção com Pedestal

Equipamento ofertado:

ITEM 1 Aspirador de Sangue e Secreção com Pedestal

Empresa: CIRUROMA COMERCIAL LTDA

Da análise:

A análise do equipamento ofertado foi realizada com base nos documentos:

- Catálogo e o manual do usuário do fabricante NEVONI, fornecido pela empresa CIRUROMA.
- Manual do proprietário do Equipamento publicado SITE DA ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351027740200395/?numeroRegistro=80112550003>

➤ **Pede o edital:**

Item 1 : “CAPACIDADE INDIVIDUAL MINIMA DE 5,0 LITROS E CAPACIDADE MAXIMA DE 10,0 LITROS”

Item 2 “ 01 PEDAL COM PROTEÇÃO IPX8 COM CABO DE COMPRIMENTO MINIMO DE 2M”
“POSSUIR KIT PEDAL PARA ACIONAMENTO ELETRICO”

Item 3 “ CHAVE ELETRICA LIGA/DESLIGA COM INDICAÇÃO VISUAL COM PAINEL EM LED COM INDICAÇÃO DOS SENSORES , ALARME E PROGRAMAÇÃO DE ASPIRAÇÃO”

PROCESSO			RUBRICA
			
Número	Exercício	Folha	
00677	2024		

➤ **Resposta:**

Equipamento não atende especificações do Termo de Referência, conforme manual do próprio fabricante.

Item 1: Solicitado no edital “CAPACIDADE INDIVIDUAL MINIMA DE 5,0 LITROS E CAPACIDADE MAXIMA DE 10,0 LITROS” frasco fornecido pela empresa CIRUROMA é de apenas 3,25 L cada, não atendendo as especificações mínimas do Termo de Referência, conforme próprio catálogo enviado. Segue imagem do catálogo:

✓ **Frasco coletor: 2 Termoplásticos autoclaváveis com capacidade de 3,25 litros**

Item 2: Solicitado no edital “01 PEDAL COM PROTEÇÃO IPX8 COM CABO DE COMPRIMENTO MINIMO DE 2M” “POSSUIR KIT PEDAL PARA ACIONAMENTO ELETRICO” aspirador fornecido pela empresa CIRUROMA não possui pedal, conforme próprio manual fornecido ao site da Anvisa. Segue imagem onde especifica o conteúdo fornecido pelo fabricante Nevoni:

Componentes

Conteúdo da embalagem

- 01 – Bomba de Vácuo
- 01 – Mangueira de Aspiração**
- 01 – Cânulas**
- 01 – Frasco coletor**
- 01 – Tampa do frasco completa*
- 01 – Filtro Bactericida
- 01 – Manual de uso c/ garantia
- 01 – Folheto Assistência Técnica

PROCESSO			RUBRICA
			
Número	Exercício	Folha	
00677	2024		

Item 3: Solicitado no edital “ CHAVE ELETRICA LIGA/DESLIGA COM INDICAÇÃO VISUAL COM PAINEL EM LED COM INDICAÇÃO DOS SENSORES , ALARME E PROGRAMAÇÃO DE ASPIRAÇÃO” aparelho não possui nenhuma informação em LED, conforme foto do catálogo e informações do próprio manual inserido no site da Anvisa. Segue imagem do equipamento sem nenhuma indicação por LED:



Com base na análise realizada através do catálogo enviado pela empresa e manual do fabricante publicado no sistema PRODÍGI, optamos pela desclassificação do equipamento ofertado pela empresa CIRUROMA COMERCIAL LTDA. O equipamento ofertado não atende as exigências do edital.

Retornamos o presente expediente para a vossa análise e providências quanto ao prosseguimento nesse procedimento licitatório.

PROCESSO			RUBRICA
			
Número	Exercício	Folha	
00677	2024		

MATHEUS MARIANO LOPES

Apoio Técnico
Engenheiro Clínico
MAT. 0014418

Ricardo Sparapan
Diretor de Divisão SS-62
MAT. 48.352