



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

São Bernardo do Campo, 24 de junho de 2024.

Á

SA-211

Relatório Técnico

Em atenção ao solicitado retornamos ao presente com a resposta a análise técnica do equipamento.

PC 677/2024 ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL

Equipamento ofertado:
ITEM 1 ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL

Da análise:

ITEM 1: A análise do equipamento ofertado foi realizada com base nos documentos:

- Catálogo e o manual do usuário do fabricante SAM MEDIC, fornecido pela empresa SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
- Manual do proprietário do Equipamento publicado SITE DA ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351024212202247/?numeroRegistro=82354539001>

➤ Pede o edital:

Item 1 : “ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL ESTRUTURA E SUPORTE MOVEL FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, ELETROSTATICA OU EPOXI; CARCAÇA EXTERNA EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA E EPOXI OU ELETROSTATICA, OU DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PROTEÇÃO IP21”



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

➤ Resposta:

Equipamento não atende especificações do Termo de Referência, conforme manual do próprio fabricante (imagem 1)

Possui pedal elétrico de uso contínuo/intermitente, liga / desliga (opcional). Gabinete (carenagem) altamente resistente constituída em plástico, ABS, fiberglass com acabamento em gel coat ou ferro com pintura

Carenagem do equipamento é constituída de plástico resistente, não atendendo o solicitado no edital "CARCAÇA EXTERNA EM AÇO GALVANIZADO"

Com base na análise realizada através do catálogo enviado pela empresa e manual do fabricante publicado no sistema PRODÍGI, optamos pela desclassificação do equipamento ofertado pela empresa SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. O equipamento ofertado não atende as exigências do edital.

Retornamos o presente expediente para a vossa análise e providências quanto ao prosseguimento nesse procedimento licitatório.

MATHEUS MARIANO LOPES

Apoio Técnico
Engenheiro Clínico
MAT. 0014418

Ricardo Sparapan

Diretor de Divisão SS-62
MAT. 48.352