



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

São Bernardo do Campo, 29 de outubro de 2024.

Á

SA-211

Relatório Técnico

Em atenção ao solicitado retornamos ao presente com a resposta a análise técnica dos mobiliários.

PC 1514/2024

MOBILIÁRIO DE AÇO

Equipamento ofertado:

LOTE 1 (Item: 1)

Item 1 – Armário em aço (02 portas) - 16 (dezesesseis) peças, sendo:

LOTE 2 (Itens: 2 e 3)

Item 2 – Armário tipo roupeiro em aço (12 portas) - 11 (onze) peças

Item 3 – Armário tipo roupeiro em aço (15 portas) – 24 (vinte e quatro) peça

LOTE 4 (Item 7)

Item 7 – Arquivo em aço 04 gavetas - 15 (quinze) peças



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saude
Gabinete do Secretário

➤ **Resposta :**

Lote I – E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Item 1 - Mobiliário não atende especificações do Termo de Referência, conforme amostra enviada.

Constava no Termo de Referência:

EMBUTIDAS NOS BATENTES. VENTILACAO ATRAVES DE CANALETAS.



Equipamento não possui ventilação através de canaletas (imagem 1) não atendendo Termo de Referência.

Lote II – E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Item 2 e 3 – Mobiliário não atende especificações do Termo de Referência, conforme amostra enviada.

Constava no Termo de Referência:

TAS). BASE ELEVADA ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO INODE AISI 304, BITOLA DA CHAPA DE 1.0MM DE ESPESSURA EM TOCORPO, CANTONEIRAS DE FORMATO EM =L= E TUBOS SOLDADOS COM SOLDA ELETRICA MIG OU SIMILAR, TUBOS ESTES DE ACO INOX AISI 304 DIAMETRO DE 1POL. ESPES SURA DE PAREDE, PINTURA ELETROSTATICA. ARMARIO COM 12 PORTAS



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saude
Gabinete do Secretário



Equipamento não possui base em aço inox (imagem 1) Pé de plástico não atendendo Termo de Referência

Optamos pela **desclassificação** do mobiliário ofertado pela empresa **E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

Lote IV – E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Item 7 – Mobiliário não atende especificações do Termo de Referência, conforme amostra enviada.

Constava no Termo de Referência:

SUSPENSA, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS, PU XADORES EMBUTIDOS NAS GAVETAS. FECHADURA: TIPO YALE COM 02 CHAVES, COM TRAVAMENTO SIMULTANEO EM TO DAS AS GAVETAS. PINTURA: PROCESSO ELETROSTATICO APOS



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saude
Gabinete do Secretário



Equipamento não possui puxadores embutidos nas gavetas (imagem 2). Chaves para abertura das gavetas também não foram entregues

Optamos pela **desclassificação** do mobiliário ofertado pela empresa **E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

Retornamos o presente expediente para a vossa análise e providências quanto ao prosseguimento nesse procedimento licitatório.

MATHEUS MARIANO LOPES

Apoio Técnico
Engenheiro Clínico
MAT. 0014418

PAULA MARTINS LISCOSKI
Encarregada de Serviços SS-612
MAT. 24.091