



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO	
01117	2024

AO
GSMA

Encaminhamos nesta data o presente expediente para que seja elaborado o parecer conclusivo sobre o(s) catálogo(s) acima discriminado(s) às fls. 112 até 170.

Lembramos que em caso de reprovação de qualquer uma da(s) marca(s) analisada(s), o parecer deverá informar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) esta(s) não atende(m) à especificação constante do Edital.

Catálogo(s) encaminhado(s) junto com o presente expediente:


ITEM	MARCA	LICITANTE
1	INSTRUTHERM	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Após retornar para que possamos dar continuidade a sessão pública.

SA-211, 21 de agosto de 2024.

FRANCISCO MIGUEL SANTOS BEZERRA
Pregoeiro

Atenciosamente,



Agora você tem um canal VIP
Clique [AQUI](#) e receba as novidades em primeira mão

Marcos Roberto Cadaka Botton

Depto. de Licitação

Tel.:(11) 2144-2849 - Ramal: 229

Whatsapp: (11) 95090-8230

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Valter Vicente Silva" <valter.silva@saobernardo.sp.gov.br>

Data: 23/08/2024 11:09 (03:06 horas atrás)

Assunto: Catalagos Medidores de Nivel Sonoro e Calibradores - Pregão Eletrônico 421/2024

Para: licitacao@instrutherm.com.br, juliana.p@instrutherm.com.br

Com Cópia: "Secretaria de Gestão Ambiental" <sma@saobernardo.sp.gov.br>

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda

A/C Evair

Considerando a participação dessa conceituada empresa no Pregão Eletrônico nº 0421/2024 - PC 01117/2024, que tem como objeto a aquisição de três KITS COM MEDIDORES DE

NÍVEL SONORO DIGITAL E RESPECTIVOS CALIBRADORES, onde essa empresa foi classificada em 1º lugar, tendo apresentado os respectivos manuais de instrução (catálogos), em que suscitaram algumas dúvidas, em que solicitamos esclarecimentos:

1. Apresentado medidor de nível sonoro, marca Instrutherm, modelo DEC 7000:

- a. Além do filtro de oitava, vem incluso o de 1/3 de oitava?
- b. O microfone de 1/2" é capacitivo?
- c. A calibração acústica é automática?
- d. Esta incluso o Certificado de calibração INMETRO/RBC, com validade de no mínimo de um ano?

2. Apresentado Calibrador Sonoro de Ruído Digital, marca Instrutherm, modelo CAL 5000:

- a. Qual a autonomia de ciclos de calibração?
- b. Esta incluso o Certificado de calibração INMETRO/RBC, com validade de no mínimo de um ano?

Grato, permanecemos no aguardo.

Re: Re: Fw: Catalagos Medidores de Nivel Sonoro e Calibradores - Pregão Eletrônico 421/2024

De : Depto. Licitacao <licitacao2@instrutherm.com.br>

Sex, 23 de ago de 2024 15:07

Assunto : Re: Re: Fw: Catalagos Medidores de Nivel Sonoro e Calibradores - Pregão Eletrônico 421/2024

Para : valter silva <valter.silva@saobernardo.sp.gov.br>

Cc : sma@saobernardo.sp.gov.br

Responder para : Depto. Licitacao <licitacao2@instrutherm.com.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezados,

Complementando as respostas, segue abaixo:

DEC-7000:

O microfone de 1/2" é capacitivo? **O microfone é sim capacitivo, mas tem como um "plus" ser pré-polarizado;**

CAL-5000:

Qual a autonomia de ciclos de calibração? **Fazendo algumas contas pelo nosso suporte técnico é possível informar que nosso modelo CAL-5000 é capaz de fazer até 25.000 ciclos.**

Permaneço à disposição!

Atenciosamente,



Agora você tem um canal VIP

Clique [AQUI](#) e receba as novidades em primeira mão

Marcos Roberto Cadaka Botton

Depto. de Licitação

Tel.: (11) 2144-2849 - Ramal: 229

Whatsapp: (11) 95090-8230

Em 23/08/2024 às 15:00 horas, licitacao2@instrutherm.com.br escreveu:

Prezados, boa tarde!

Segue abaixo as respostas para as perguntas realizadas:

1. Apresentado medidor de nível sonoro, marca Instrutherm, modelo DEC 7000:

a. Além do filtro de oitava, vem incluso o de 1/3 de oitava? **Sim, está incluso.**

b. O microfone de 1/2" é capacitivo? **O microfone é pré-polarizado.**

c. A calibração acústica é automática? **Sim, é automática.**

d. Esta incluso o Certificado de calibração INMETRO/RBC, com validade de no mínimo de um ano? **Sim, está incluso.**

2. Apresentado Calibrador Sonoro de Ruído Digital, marca Instrutherm, modelo CAL 5000:

a. Qual a autonomia de ciclos de calibração? **Não temos esse tipo de dado tendo em vista que dependerá muito da qualidade das pilhas que estão sendo utilizadas. Nosso Calibrador modelo CAL-5000 vai acompanhado de 02 pilhas "AAA" de 1,5V normais mas se for de vossa preferência podemos mandar juntamente um kit com pilhas recarregáveis e carregador.**

b. Esta incluso o Certificado de calibração INMETRO/RBC, com validade de no mínimo de um ano? **Sim, está incluso.**

Quaisquer dúvidas permaneço à disposição!

Re: Catalogos Medidores de Nivel Sonoro e Calibradores - Pregão Eletrônico 421/2024**De :** Valter Vicente Silva <valter.silva@saobernardo.sp.gov.br>

Seg, 26 de ago de 2024 18:32

Assunto : Re: Catalogos Medidores de Nivel Sonoro e Calibradores - Pregão Eletrônico 421/2024

📎 1 anexo

Para : Depto. Licitacao <licitacao2@instrutherm.com.br>

Prezado Boa tarde!

Quanto à alimentação, o aparelho deve vir acompanhado de baterias (pilhas) e carregador bivolt (item 11, subitem 11.1.1., alínea o. do Termo de Referência.

Solicito atenção quanto ao exigido no contexto geral do item 11, do respectivo Termo de Referência, no sentido de que ocorra alguma desconformidade, se no caso, quando da entrega do material.

Grato.

**De:** "Depto. Licitacao" <licitacao2@instrutherm.com.br>**Para:** "Valter Vicente Silva" <valter.silva@saobernardo.sp.gov.br>**Enviadas:** Segunda-feira, 26 de agosto de 2024 16:03:49**Assunto:** Re: Re: Catalogos Medidores de Nivel Sonoro e Calibradores - Pregão Eletrônico 421/2024

Prezados, boa tarde!

Seguem abaixo respostas:

O medidor Sonoro, vem acompanhado de carregador bivolt ? **O medidor sonoro modelo DEC-7000 é alimentado por 04 pilhas "AA" de 1,5V Alcalinas (acompanham o produto) ou direto na tomada através de adaptador AC/DC. Se preferirem podemos enviar o aparelho juntamente com kit de pilhas recarregáveis e carregador.**

O produto ofertado atende plenamente a NBR 10151:2019 ? **Sim, atende plenamente a NBR 10151:2019.**

Quaisquer dúvidas permaneço à disposição!

Atenciosamente,

**INSTRUTHERM**
VIP GROUPAgora você tem um canal VIP
Clique [AQUI](#) e receba as novidades em primeira mão

Marcos Roberto Cadaka Botton

Depto. de Licitação

Tel.: (11) 2144-2849 - Ramal: 229

Whatsapp: (11) 95090-8230

Em 26/08/2024 às 14:58 horas, valter.silva@saobernardo.sp.gov.br escreveu:

Marcos;

Por gentileza, ainda persistem algumas dúvidas, em que não foram descritas no Catalogo:
O medidor Sonoro, vem acompanhado de carregador bivolt ?



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
01117	2024		

Ao

GSMA

Em atendimento à tarefa de 21/08/2024, após análise, encaminhamos o parecer a respeito dos catálogos, apresentados pela licitante, conforme abaixo:

Empresa – INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Apresentou os catálogos (págs.112/0170), em que com anuência da respectiva administração, foi solicitado via e-mail informações para dirimir dúvidas e ou complementar alguns dados técnicos, o que foi respondido através de e-mails (pgs 0172/0174).

Da análise nos catálogos, acrescido dos e-mails com as informações complementares solicitadas, entendemos não haver óbices quanto à aprovação.

São Bernardo do Campo, 27 de Agosto de 2024

Equipe de Apoio:

Valter Vicente da Silva
Assessor de Governo - GSSU