



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SS-62

Senhor(a) Diretor(a),

Encaminhamos o presente para análise das amostras e amostras com laudo técnico, todos solicitados em sessão pública e seguindo para análise e resposta devolutiva com parecer conclusivo.

Lembramos que em caso de reprovação, o parecer deverá informar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) esta não atende a especificação constante do Edital e deverá ser efetuada com a devida devolução a esta seção.

Solicitamos que o parecer seja apresentado em até 5 dias úteis, imprerivelmente até 20/1/2026.

Fornecedor: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

Lote: LOTE 2

Nº	Item
4	Marca: GUTO BABY Modelo: ECONOMICA 44 UNIDADE
5	Marca: HIPOPÓ Modelo: PRATICA 20 UNIDADE
6	Marca: GUTO BABY Modelo: ECONOMICA COM 44 UNIDADES
7	Marca: GUTO BABY Modelo: ECONOMICA COM 34 UNIDADES
Amostras com entrega até 8/1.	
8	Marca: USEFRAL Modelo: MEGA COM 30 UNIDADES
9	Marca: GUTO MAXX Modelo: MINI COM 8 UNIDADES
10	Marca: USEFRAL Modelo: MEGA COM 30 UNIDADES

Nº	Item
11	Marca: USEFRAL Modelo: MEGA COM 26 UNIDADES
Amostras e laudos técnicos com entrega até 13/1.	

Após, retornar para que possamos dar continuidade à sessão pública.

SA-211.1, 6 de janeiro de 2026

VALTER OLIVEIRA DUARTE
Pregoeiro



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À SA.211
Sra. Diretora,

Trata-se no presente expediente, do procedimento licitatório conduzido na Modalidade Pregão Eletrônico PE nº 023/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, destinada à SECRETARIA DE SAÚDE.

Em atenção ao encaminhamento de fls. 994/995, segue abaixo o parecer em relação as amostras apresentadas pelas proponentes no Pregão acima citado.

EMPRESA	MARCA	ITEM	PARECER	JUSTIFICATIVA
LOTE 02				
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	GUTO BABY	4	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	HIPOPÓ	5	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	GUTO BABY	6	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	GUTO BABY	7	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	USEFRAL	8	REPROVADA	NÃO APRESENTOU LAUDO
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	GUTO MAXX	9	REPROVADA	NÃO APRESENTOU LAUDO
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	USEFRAL	10	REPROVADA	NÃO APRESENTOU LAUDO
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	USEFRAL	11	REPROVADA	NÃO APRESENTOU LAUDO



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Como pode ser observado, o lote 02 foi REPROVADA pelos seguintes motivos:

LOTE 02: REPROVADA

- Itens: 4, 5, 6, 7: não possui Indicador de Umidade conforme a solicitação no descritivo técnico do Edital
- Itens: 8, 9, 10 e 11: não apresentou laudo de biodegradabilidade, não atendendo ao descritivo técnico do Edital.

SS.6, em 14 de janeiro de 2026.

YOON JU HWANG

Enfermeira – FU 14377

Diante do relatório técnico acima, ao qual concordo, retornamos o presente expediente para convocação da próxima empresa licitante ganhadora dos Lotes 01 e 02.

PRISCILA VIVARELLI CRUVINEL DE SOUZA

Diretora de Departamento de Administração da Saúde – SS-6