



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À SA.211
Sra. Diretora,

Trata-se no presente expediente, do procedimento licitatório conduzido na Modalidade Pregão Eletrônico PE nº 023/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, destinada à SECRETARIA DE SAÚDE.

Em atenção ao encaminhamento de fls. 822/823, segue abaixo o parecer em relação as amostras apresentadas pelas proponentes no Pregão acima citado.

EMPRESA	MARCA	ITEM	PARECER	JUSTIFICATIVA
LOTE 01				
X MED HOSPITALAR LTDA	Cralplas	1	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL: TAMPA DE FECHAMENTO DA CAIXA NÃO ACOPLA E, QUANDO ACOPLA, A MESMA QUEBRA, PROVOCANDO ABERTURA INAPROPRIADA
X MED HOSPITALAR LTDA	Flexpell	2	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
X MED HOSPITALAR LTDA	Flexpell	3	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
LOTE 02				
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PomPom	4	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pampers	5	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pampers	6	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pampers	7	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
MEDIMPORT COMERCIO DE	Biofral	8	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL: NÃO APRESENTOU LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Tena confort	9	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL: NÃO APRESENTOU LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Biofral	10	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL: NÃO APRESENTOU LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Biofral	11	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL: NÃO APRESENTOU LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE
LOTE 03				
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	GTEC	12	REPROVADA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	RSC	13	REPROVADA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	CMOS	14	REPROVADA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	PM	15	REPROVADA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
LOTE 04				
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	Multi Gel	16	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
SNOP COMERCIO LTDA	Própria	17	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	Worker	18	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL

Como pode ser observado, somente as amostras apresentadas para o Lote 04 acima citado foram APROVADAS por atenderem as especificações do edital.

Entretanto os demais Lotes, 01, 02 e 03 foram REPROVADAS pelos seguintes motivos:

LOTE 01: REPROVADA

- Item 01: tampa de fechamento de segurança não encaixa adequadamente,



FOLHA DE INFORMAÇÃO

impossibilitando fechamento total/vedação da caixa, não cumprindo a NR-32.

LOTE 02: REPROVADA

- Itens: 8, 9 e 10: não apresentou laudo de biodegradabilidade e ausência de informação na embalagem do produto sobre a Biodegradabilidade.

LOTE 03: REPROVADA

- Itens 12, 13, 14 e 15: empresa licitante não apresentou amostra na data estipulada, impossibilitando análise técnica.

SS.6, em 13 de agosto de 2025

YOON JU HWANG

Enfermeira FU 14377

Diante do relatório técnico acima, ao qual concordo, retornamos o presente expediente para convocação da próxima empresa licitante ganhadora dos Lotes 01, 02 e 03.

PRISCILA VIVARELLI CRUVINEL DE SOUZA

Diretora de Departamento de Administração da Saúde SS-6