



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SS-62

Senhor(a) Diretor(a),

Encaminhamos o presente para análise da proposta anexada em folhas 982/986 e o acompanhamento da entrega das amostras e amostras com laudo técnico, todos solicitados em sessão pública e seguindo para análise e resposta devolutiva com parecer conclusivo.

Lembramos que em caso de reprovação, o parecer deverá informar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) esta não atende a especificação constante do Edital e deverá ser efetuada com a devida devolução a esta seção.

Solicitamos que o parecer seja apresentado em até 5 dias úteis, imprerivelmente até 12/12/2025.


Informamos que o lote 1 (itens 1 a 3) foi fracassado.

LOTE	ITEM	MARCA	ANALISAR	LICITANTE
2	4	LIPPY	Amostras com entrega até 2/12	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA
	5	LIPPY		
	6	LIPPY		
	7	LIPPY		
2	8	BE LIFE	Amostras e laudo técnico com entrega até 5/12	
	9	BE LIFE	Amostras e laudo técnico com entrega até 5/12	
	10	BE LIFE	Amostras e laudo técnico com entrega até 5/12	
	11	BE LIFE	Amostras e laudo técnico com entrega até 5/12	

Após, retornar para que possamos dar continuidade à sessão pública.

SA-211.1, 28 de novembro de 2025

VALTER OLIVEIRA DUARTE
Pregoeiro



FOLHA DE INFORMAÇÃO


À SA.211
Sra. Diretora,

Trata-se no presente expediente, do procedimento licitatório conduzido na Modalidade Pregão Eletrônico PE nº 023/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, destinada à SECRETARIA DE SAÚDE.

Em atenção ao encaminhamento de fls. 987/988, segue abaixo o parecer em relação as amostras apresentadas pelas proponentes no Pregão acima citado.

EMPRESA	MARCA	ITEM	PARECER	JUSTIFICATIVA
LOTE 02				
OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	LIPPY	4	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	LIPPY	5	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	LIPPY	6	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	LIPPY	7	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	BE LIFE	8	REPROVADA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
	BE LIFE	9	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	BE LIFE	10	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	BE LIFE	11	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL

Como pode ser observado, os itens dos lote 02 foram REPROVADAS pelos seguintes motivos:



FOLHA DE INFORMAÇÃO

LOTE 02: REPROVADAS

- Itens 4, 5, 6 e 7: os itens não possuem indicador de umidade e não possui fitas adesivas tipo agarradinha(tipo velcro) ; não possui na sua composição extratos naturais como aloe vera.
- Item 8: não apresentou amostra impossibilitando análise técnica.
- Itens 9, 10 e 11: durante o teste apresentou vazamento através do revestimento de plástico; o gel dentro da fralda não é coeso soltando e se aglutinando e formando bolotas dentro da fralda; não apresentou laudo de biodegradabilidade.

SS.6, em 12 de dezembro de 2025.

YOON JU HWANG
Enfermeira – FU 14377

Diante do relatório técnico acima, ao qual concordo, retornamos o presente expediente para convocação da próxima empresa licitante ganhadora do Lote 02.

PRISCILA VIVARELLI CRUVINEL DE SOUZA
Diretora de Departamento de Administração da Saúde – SS-6