



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À SA.211

Sra. Diretora,

Trata-se no presente expediente, do procedimento licitatório conduzido na Modalidade Pregão Eletrônico PE nº 036/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, destinada à SECRETARIA DE SAÚDE.

Em atenção ao encaminhamento de fls. 3905/3906, segue abaixo o parecer em relação as amostras apresentadas pelas proponentes no Pregão acima citado.

EMPRESA	MARCA	ITEM	PARECER	JUSTIFICATIVA
LOTE 01				
PONTUAL COMERCIAL LTDA	TECHNOFIO	1	REPROVADAS	NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS
	TECHNOFIO	2		
	TECHNOFIO	3		
	TECHNOFIO	4		
	TECHNOFIO	5		
	TECHNOFIO	6		
	TECHNOFIO	7		
	TECHNOFIO	8		
	ATRAMAT	9		
	ATRAMAT	10		
	ATRAMAT	11		
	UNIQMED	12		
	UNIQMED	13		
	UNIQMED	14		
	UNIQMED	15		
	CRALPLAST	16		
	ATRAMAT	17		
	J PROLAB	18		
	ALERGOCHAMBER	19		

EMPRESA	MARCA	ITEM	PARECER	JUSTIFICATIVA
LOTE 13				
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	KOLPLAST ANVISA: 10237610059	239	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	KOLPLAST ANVISA: 10237610059	240	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	KOLPLAST ANVISA: 10237610059	241	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL



FOLHA DE INFORMAÇÃO

	KOLPLAST ANVISA: 10237610059	242	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	COLOPLAST ANVISA: 10430310031	243	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	COLOPLAST ANVISA: 10430310031	244	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	COLOPLAST ANVISA: 10430310031	245	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MADEITEX ANVISA:80950310011	246	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MADEITEX ANVISA:80950310010	247	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	BIOMEDICA ANVISA: 10442360012	248	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820018	249	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820018	250	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820018	251	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820018	252	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820018	253	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820018	254	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820018	255	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820018	256	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820018	257	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820024	258	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820024	259	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820024	260	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	MARKMED ANVISA: 10207820024	261	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	CPL ANVISA: 10014160057	262	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	PROTEC ANVISA: 80435140004	263	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	PROTEC ANVISA: 80435140004	264	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL



FOLHA DE INFORMAÇÃO

	PROTEC ANVISA: 80435140004	265	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	PROTEC ANVISA: 80435140004	266	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	PROTEC ANVISA: 80435140004	267	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
	PROTEC ANVISA: 80435140004	268	APROVADA	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL

Como pode ser observado, o lote 01 foi REPROVADA por não apresentar as amostras, impossibilitando a análise técnica.

Entretanto o lote 13 foi REPROVADA por não atenderam as especificações do Edital nos seguintes itens 258, 259, 260 e 261 pelos seguintes motivos:

- As marcações das medidas da sonda nasointestinal apresentadas pelo licitante não atende ao descritivo do Edital pois estão enumeradas somente de 10 cm em 10 cm e no descritivo técnico do Edital solicita a marcação enumerada de 1 cm em 1 cm e de 10 cm em 10cm em toda a extensão da sonda.

SS.6, em 5 de janeiro de 2026.

YOON JU HWANG

Enfermeira – FU 14377

Diante do relatório técnico acima, ao qual concordo, retornamos o presente expediente para convocação da próxima empresa licitante ganhadora dos Lotes 01 e 13.

PRISCILA VIVARELLI CRUVINEL DE SOUZA

Diretora de Departamento de Administração da Saúde – SS-6