



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS.1

São Bernardo do Campo, 09 de setembro de 2025

À SS-6

ASSUNTO: Avaliação de amostra referente ao Pregão Eletrônico PE nº019/2025- Avaliação para eventual aquisição de Tira Reagente para Glicemia Capilar para Secretária de Saúde

Sra. Diretora,

Em atenção ao encaminhamento solicitado, segue abaixo o parecer em relação a amostra apresentada pela proponente no Pregão acima citado.

EMPRESA	MARCA	REGISTRO	ITEM	PARECER	JUSTIFICATIVA
ALFA HOSPITALAR LTDA	MEDISIGN GH83	801025112254	01	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
ALFA HOSPITALAR LTDA	MEDISIGN GH83	80102512238	02	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL

Como pode ser observado, a amostra apresentada para o item acima citado foi REPROVADA por não atenderem as seguintes especificações do edital:

- Possui duas baterias de lítio, sendo que o edital pede uma única bateria;
- Garantia descrita no manual do usuário do produto é de período de 03 anos, sendo que o edital descreve que deve ser no mínimo 05 anos;
- Intervalo de contagem de hematócrito é entre 10 % a 65% diferindo do solicitado no Edital que é entre 20% a 60%;
- O tempo de leitura descrito no manual do usuário é de 6 segundos, diferindo

www.saobernardo.sp.gov.br | (11) 2630-6142 | (11) 2630-6172

diretoria.ss1@saobernardo.sp.gov.br

Rua João Pessoa, nº 59, 2º Andar, Centro – São Bernardo do Campo – CEP 09715-000

[prefsbcb](#)

[pref_sbc](#)

do Edital que descreve que deve ser em até 5 segundos;

- Amostra armazena até 500 resultados de medições em sua memória, no Edital pede armazenamento até 1000 medições
- As 10 tiras reagentes que acompanham o aparelho do glicômetro não são embaladas individualmente.

Mantemo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos,


LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES

Enfermeira

COREN-SP: 095070


ANDRESSA MELONI RUIZ DE PAULA

Assessora de Direção- SS1