

Pregão Eletrônico**Dados do Processo**

Nº Processo 207132024 **Responsável** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe - SP

Objeto

AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PERUIBE COM FORNECIMENTO GRATUITO DE GLICOSÍMETROS, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DESSES ITENS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 19/12/2024 - 09:00	Fim Envio Propostas 10/01/2025 - 09:00	Pregoeiro Jussara Aparecida de Lima Britto
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA - Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue com reação enzimática do tipo glicose desidrogenase que façam análise em amostras capilares, venosas, arteriais e neonatais, para uso em monitor compatível com faixa de medição entre 10 a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. Utiliza método de leitura por reflectância/amperométrica ou fotométrica com codificação automática. Para uso domiciliar e hospitalar. Amostra de sangue total obtida por punção da polpa digital de até 2 microlitros aplicada diretamente na tira reagente. Caso a gota de sangue seja insuficiente, a tira deverá permitir a inserção de segunda gota de sangue com no mínimo 20 segundos. Não deve apresentar interferência com analgésicos, antitérmicos e vasoativos. Monitor deverá apresentar alerta para tamanho de amostras de sangue insuficiente, proteção contra reutilização de tiras, marcador de teste pré e pós prandial e desligamento automático. Monitor com codificação automática e resultados confiáveis quando comparados com métodos de referência laboratoriais, de acordo com a ISO 15197/2013. Embalagem com no máximo 50 tiras individualizadas ou em frasco, com garantia da integridade do produto e a validade das tiras após abertura do frasco. A validade mínima das tiras deve ser de 12 (doze) meses após abertura do frasco. Deve possuir inscrição de lote e validade no rótulo do produto. Caberá a empresa vencedora o fornecimento gratuito de 2400 glicosímetros (aparelho, bateria e manual), disponibilizar gratuitamente software em português para gerenciamento e controle da distribuição e da glicemia, possuir suporte técnico estabelecido em território nacional, oferecer treinamento gratuito aos profissionais que utilizarem seus produtos, ser responsável pela troca gratuita de aparelhos quebrados e com defeito, e fornecer gratuitamente 150 baterias mensalmente.	CAIXA	18.900	54,33	1.026.837,00