



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Rua Alfredo Gomes, 46 – Centro – CEP 11750-000
Fone: 13 3451-3044 Fax 13 3455-1819

Peruíbe, 23 de Julho de 2025.


DE: COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL
PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO: ANÁLISE DAS AMOSTRAS – PREGÃO NÚMERO 31/2025- AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA

Venho através deste, informar o resultado da análise das amostras solicitadas no Pregão Eletrônico Número 31/2025:

LICITANTE	ANÁLISE DAS AMOSTRAS		PRESENTES E AVALIADORES
	Amostra para os itens: 32, 33, 60, 71 e 73	RESULTADO	
Máxima Dental	32 – amostra não apresentada	Item desclassificado	1) Avaliadora: Claudia de Oliveira Ferreira. Cirurgiã-Dentista. Mat. 1705 2) Avaliadora: Daniela da Silva. Auxiliar de Saúde Bucal. Mat. 9680
	60 – amostra apresentada	Atende ao solicitado em edital	1) Avaliadora: Claudia de Oliveira Ferreira. Cirurgiã-Dentista. Mat. 1705 2) Avaliadora: Daniela da Silva. Auxiliar de Saúde Bucal. Mat. 9680
	71 – amostra apresentada	AMOSTRA REPROVADA. Motivos: a) Embalagem: embalagem difícil de abrir; b) Funcionalidade: o produto foi testado por 2 (duas) semanas, obedecendo às suas instruções de uso e armazenamento: Em apenas 1(uma) semana em uso, o líquido contido no frasco apresentou mudança em sua coloração e o tempo de revelação registrado foi de 1 (um) minuto. Em 2 (duas) semanas de uso, o líquido apresentou nova mudança de coloração e o tempo de revelação apresentado foi de 2min40seg. Desta forma, o produto ofertado pela empresa NÃO ATENDE aos aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade, conforme solicitado em Edital.	1) Avaliadora: Claudia de Oliveira Ferreira. Cirurgiã-Dentista. Mat. 1705 2) Avaliadora: Daniela da Silva. Auxiliar de Saúde Bucal. Mat. 9680



Coloração: 1 (uma) semana de uso



Coloração: 2 (duas) semanas de uso





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Rua Alfredo Gomes, 46 – Centro – CEP 11750-000
Fone: 13 3451-3044 Fax 13 3455-1819

Dental Premium	33 – amostra não apresentada	Item desclassificado	1) Avaliadora: Claudia de Oliveira Ferreira. Cirurgiã-Dentista. Mat. 1705 2) Avaliadora: Daniela da Silva. Auxiliar de Saúde Bucal. Mat. 9680
Pérola	73 – amostra apresentada	AMOSTRA REPROVADA Motivos: a) Resistência: material rasgou com facilidade ao ser utilizado; b) Acabamento: não possui punho em malha e não possui o tamanho mínimo solicitado (130cm). Desta forma, o produto ofertado pela empresa NÃO ATENDE aos aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade, conforme solicitado em Edital.  Tecido danificado imediatamente ao uso Punho em elástico	1) Avaliadora: Claudia de Oliveira Ferreira. Cirurgiã-Dentista. Mat. 1705 2) Avaliadora: Daniela da Silva. Auxiliar de Saúde Bucal. Mat. 9680

Sendo só para o momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.

Dra. Claudia de Oliveira Ferreira
Cirurgiã-Dentista e Coordenadora de Saúde Bucal

Daniela da Silva
Auxiliar de Saúde Bucal

