



Compras BR Portal de Licitações

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo	Órgão
24918/2024	Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe - SP
Objeto	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RESPIRADOR MECÂNICO BIPAP COM NOBREAK, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERUIBE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta	Tipo	Criação	Publicação
10/2025	Com Disputa	04/02/2025 - 18:19	04/02/2025 - 18:30
Data/Hora início envio de propostas	Data/Hora fim do envio de propostas	Contato	Telefone
04/02/2025 - 18:40	10/02/2025 - 08:00	JHONNATAS JOSÉ PACHECO CREMONEZI	1334511263
Criado por	Prazo de Entrega	Local de Entrega	Critério Julgamento
JHONNATAS JOSÉ PACHECO CREMONEZI	72 HORAS APÓS A EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRA.	EMAD (VIDE TERMO DE REFERÊNCIA)	Menor Preço
Situação	Amparo legal	Dispensa sem Valor Estimado	Exibir Valor de Referência
Aguardando Abertura	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Não	Não
Disputa por	Diferença Mínima Entre Lances	Duração da Etapa de Lances	
Unitário	Valor (R\$) 1.00000000	06:00	
Observação			
1) CASO O FORNECEDOR NÃO TENHA EM SEU CNAE AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO SOLICITADO, NÃO O FAÇA, O QUE ACARRETARIA ATRASO DOS TRÂMITES DE COMPRA.			
2) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS SOLICITADOS, DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, ENCAMINHADO PELA PASTA REQUISITANTE.			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	1	Servio de locao de aparelho de BIPAP com Nobreak de, no mnimo 700VA, com as seguintes caracterstcas: presso de 04 a 25 cm H2O, recurso de rampa, filtro de qualidade comprovada pelas normas vigentes a fim de garantir a reteno de partculas, no causando dficits ao paciente, registro de terapia com carto smartcard, monitorao de aderncia, compensao de altitude, alm de assistncia tcnica e ajustes no estado de So Paulo. Composto dos seguintes acessrios: mascara nasal ou facial de silicone com numeroao adequada a face do paciente, realizao da troca conforme necessidade/situao da mscara suporte da testa com altura ajustvel e almofada de silicone, giro da traqueia de 360, borda de silicone removvel para limpeza, acompanhando headgear de 4 pontos.	SERV	12	Sigiloso	Sigiloso