



Compras BR Portal de Licitações

.

-

.

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo 23017/2026	Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP
Objeto AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE HIGIENE OCUPACIONAL PARA O SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 84/2026	Tipo Com Disputa	Criação 09/10/2026 - 17:45	Publicação 09/10/2026 - 17:56
Data/Hora início envio de propostas 13/10/2026 - 12:00	Data/Hora fim do envio de propostas 16/10/2026 - 12:01	Contato LUIZ VICENTE DE ARAÚJO MOREIRA	Telefone 1334511030
Criado por LUIZ VICENTE DE ARAÚJO MOREIRA	Prazo de Entrega VERIFICAR: ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA	Local de Entrega VERIFICAR: ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aguardando Abertura	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim
Disputa por Total	Diferença Mínima Entre Lances Valor (R\$) 1,00	Duração da Etapa de Lances 06:00	
Observação ATENÇÃO, PREENCHER NA PROPOSTA MARCA E MODELO DOS ITENS OFERTADOS!			

Listagem						
1						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	1	CALIBRADOR ACÚSTICO - PARA DECIBELÍMETRO E DOSÍMETRO DE RUÍDO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - NÍVEIS DE PRESSÃO 94DB E 114DB, PRECISÃO ±0,5 DB, FREQUÊNCIA 1.000HZ ± 1%, CALIBRAÇÃO OPERA INSTRUMENTOS COM MICROFONE DE ½", TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMO 0 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO MÍNIMO 25 A 90%, ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO RBC OU RASTREÁVEL, MALETA DE TRANSPORTE, CARREGADOR E CABOS DE BATERIA BIVOLT CASO NECESSÁRIO. MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMO 12 MESES, NORMA IEC 60942 CLASSE 1.	UN	1	1.396,40	1.396,40
2	2	DECIBELIMETRO - DECIBELÍMETRO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - FAIXA DE MEDIÇÃO 30 A 130 DBA/DBC, FAIXA DINÂMICA 50DB, ESCALAS 30 A 80 / 50 A 100 / 80 A 130 / 30 A 130 DB (AUTO), RESOLUÇÃO 0.1 DB, EXATIDÃO ±1.5 DB, FAIXA DE FREQUÊNCIA 31.5HZ A 8KHZ, PONDERAÇÃO EM FREQUÊNCIA A / C, TEMPO DE RESPOSTA FAST, SLOW, DISPLAY LCD OU LED, DATALOGGER REGISTROS TRANSFERIDOS COMPUTADOR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NO MÍNIMO 0 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO NO MÍNIMO 10 A 90%UR (SEM CONDENSAÇÃO), ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, MICROFONE 1/2" , VALOR MÁXIMO E MÍNIMO, CONGELAMENTO (HOLD), DISPLAY ILUMINADO, DATALOGGER, PORTA USB , SOFTWARE COM INTERFACE OPERACIONAL, MENUS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS EM PORTUGUÊS, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS 10 OU 11, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO RBC OU RASTREÁVEL, (ANSI S1.4), INCLUSOS CARREGADOR E CABO CASO NECESSÁRIO, MALETA DE TRANSPORTE, PROTETOR DE VENTO P/ MICROFONE, MANUAL PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMO 12 MESES, NORMAS IEC 61672 E ANSI S1.4 (CLASSE 2).	UN	1	1.814,29	1.814,29
		DOSÍMETRO - DOSÍMETRO DE RUÍDO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - FREQUÊNCIA A E C. PONDERAÇÕES NO				



**Compra Direta
Eletrônica**

Compras BR Portal de Licitações

·
-
·

3	3	TEMPO FAST, SLOW E IMPULSE. PARÂMETROS DOSE, DOSE DIÁRIA, NEN, NE, TWA, PTWA, LAVG, LEQ. MICROFONE DE 1 /2". FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA DE 60 A 140 DB. FREQUÊNCIA MÍNIMO CONFIGURÁVEL 3 E 5. DISPLAY LCD OU LED OU OLED, INTERFACE USB. BATERIA AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 HORAS. PESO MÁXIMO 160G. PRÉ CONFIGURADO NR-15, NHO 01 E USER SIMULTÂNEA. INDICAÇÃO DE PICO, PORTUGUÊS, DESLIGAMENTO/PAUSA AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL. CALIBRAÇÃO ACÚSTICA AUTOMÁTICA. MEMÓRIA MÍNIMA 30 MEDIÇÕES DE 8 HORAS OU EQUIVALENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA. NÍVEL DE CRITÉRIO 80 A 90 DB. NÍVEL LIMAR 60 A 90 DB. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 0 A 50°C. UMIDADE OPERAÇÃO MÍNIMO 20 A 90%. SOFTWARE COM INTERFACE OPERACIONAL, MENUS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS EM PORTUGUÊS, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS 10 OU 11. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO RBC OU RASTREÁVEL, (ANSI S1.25). INCLUSO CABO USB, CARREGADOR BIVOLT SE APLICÁVEL, MALETA DE TRANSPORTE, PROTETOR DE VENTO, E MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NHO-01, NR-15, ANSI S1.25 E IEC 61252.	UN	1	5.201,18	5.201,18
---	---	---	----	---	----------	----------

Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
2	4	LUXIMETRO - COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. NO MÍNIMO DE 40 LUX A 200.000 LUX E NO MÍNIMO 20.000FC (OU DE MAIOR ABRANGÊNCIA), PRECISÃO ±3% (CALIBRADO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE COMUM 2856°K E ESPECTRO DE LUZ P/ CORREÇÃO DE LUZ LED) / ±6% OUTRAS FONTES, TROCA DE ESCALA MANUAL /AUTOMÁTICA, REGISTRO MÁXIMO, MÉDIO E MÍNIMO, CONGELAMENTO DE LEITURA, DISPLAY LCD OU LED, INDICAÇÃO BATERIA FRACA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICA, TAXA DE AMOSTRA NO MÍNIMO 2,5 AMOSTRAS/SEGUNDO, ALIMENTAÇÃO PILHA OU BATERIA, AJUSTE DE ZERO, INDICAÇÃO DE SOBRECARGA, FOTOCÉLULA COM SENSOR FOTODIODO DE SILÍCIO COM FILTRO FONTE DE LUZ: LED, LUZ NATURAL, FLUORESCENTE, INCANDESCENTE, DE VAPOR DE SÓDIO E OUTRAS LUZES VISÍVEIS. FONTE DE LUZ SELECIONÁVEL. CABO EXTENSÃO COM FOTOCÉLULA SEPARADA. ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA LEITURA NO DISPLAY. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NO MÍNIMO 5 A 40°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO NO MÍNIMO 0 A 70%, RESPOSTA ESPECTRAL PRÓXIMO A CURVA CIE, PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO RBC OU RASTREÁVEL, MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMO 12 MESES, NHO-11, EN61326-1 (2006) / IEC61000-4-2 (2006) /IEC61000-4-3 (2006) + (2007), DE ACORDO COM JIS C1609: 1993 E CNS 5519 ESPECIFICAÇÕES CLASSE A GERAIS.	UN	1	1.387,62	1.387,62
3	5	MEDIDOR DE MONÓXIDO DE CARBONO - COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - DISPLAY LCD, ESCALA 0 A 1000 PPM, PRECISÃO ±5% F. S., TEMPO DE RESPOSTA MENOR QUE 30 SEGUNDOS, NÍVEL ANTI-EXPOSIÇÃO EX IB , GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, TWA (MÉDIA PONDERADA PELO TEMPO) 35 PPM, STEL (LIMITE DE EXPOSIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO) 200 PPM, NÍVEL DO ALARME ALTO E BAIXO, ALERTAS TWA, STEL E ALERTA E DETECÇÃO DE SOBRE ESCALA, VALOR STEL E TWA, REGISTROS DE MÁXIMA E MONITORAMENTO, PORTUGUÊS, ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMO 0 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO MENOR OU IGUAL A 95%U.R., CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO RBC OU RASTREÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT, SE NECESSÁRIO. MANUAL PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMO 12 MESES.	UN	1	2.006,47	2.006,47
4	6	MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO - (IBUTG) COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - DISPLAY LCD, ESCALA NO MÍNIMO DE -10 A 120 °C, RESOLUÇÃO 0,1°C, PRECISÃO ± 0.5 ° C OU MELHOR, CÁLCULO IBUTG INTERNO E EXTERNO, LEITURA GRAUS CELSIUS (°C), BATERIA RECARREGÁVEL, AUTONOMIA NO MÍNIMO 12 HORAS, INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DE BATERIA, PORTUGUÊS, CAPACIDADE MEMÓRIA MÍNIMO 20 MEDIÇÕES DE 8 HORAS OU EQUIVALENTE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NO MÍNIMO 0 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO NO MÍNIMO 0 A 85%, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO RBC OU RASTREÁVEL, MALETA DE TRANSPORTE, TRIPÉ COM REGULAGEM DE ALTURA, CORDÃO DE PANO PARA BULBO ÚMIDO - ALGODÃO MÍNIMO 3 UNIDADES, FRASCO COM ÁGUA DESTILADA, HASTE PARA TEMPERATURA DO AMBIENTE, ESFERA DE 6", CABO DE EXTENSOR E/OU COMUNICAÇÃO SEM FIO LOCAL OPERANDO 100% OFFLINE, CABO USB, CARREGADOR PORTÁTIL BIVOLT COM	UN	1	5.857,91	5.857,91



Compras BR Portal de Licitações

.
-
.

		CONEXÃO USB, CASO NECESSÁRIO. COMPATÍVEL WINDOWS 10 OU 11 P/ PROCESSAMENTO E ANÁLISE, MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMO 12 MESES, NHO-06, NR-15				
5	7	MEDIDOR DE VIBRAÇÃO DE CORPO HUMANO - COM VMB - VIBRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS E VCI - VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO SIMULTÂNEOS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - DISPLAY LCD OU SUPERIOR, SIMULTÂNEAS DE VIBRAÇÃO NOS 3 EIXOS: X, Y E Z, CALIBRAÇÃO POR SENSIBILIDADE OU CALIBRADOR EXTERNO, MEDIÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS E CORPO INTEIRO, PARÂMETROS DE MEDIÇÃO RMS, VDV, AM, AMR, AREN, ARE, AREP, VDVR, FC, MEMÓRIA MÍNIMO DE 50 REGISTROS OU EQUIVALENTE, TAXA DE AMOSTRAGEM PROGRAMÁVEL, ALIMENTAÇÃO BATERIA, INDICAÇÃO DE SOBRECARGA, PORTUGUÊS, RESISTÊNCIA A EMF/RFI, BATERIA MÍNIMO 8 HORAS, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NO MÍNIMO 0 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO NO MÍNIMO 20 A 90%, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO RBC OU RASTREÁVEL, MALETA DE TRANSPORTE, ACELERÔMETRO TRIAxIAL PARA CORPO INTEIRO, ACELERÔMETRO TRIAXIAL PARA MÃOS E BRAÇOS, ACESSÓRIOS E ADAPTADOR ACELERÔMETRO MÃOS E BRAÇOS, CHAVE E PARAFUSO ALLEN E DEMAIS ACESSÓRIOS, SOFTWARE COM INTERFACE OPERACIONAL, MENUS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS EM PORTUGUÊS, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS 10 OU 11, CABO DE COMUNICAÇÃO USB (COMPATÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E CARREGAMENTO DE BATERIA/PILHA, SE APLICÁVEL), CARREGADOR BIVOLT SE APLICÁVEL, MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMO 12 MESES, NHO 09, NHO 10 E NR 15.	UN	1	15.630,67	15.630,67