

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122

Fone (0xx13) 3451.1000

CNPJ 46.578.514/0001-20

ANEXO 8 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2026**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL****(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)**

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 50 - Centro Peruíbe – SP

Data: ____/____/2026.

Validade: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação.

EMPRESA: _____ C.N.P.J.: _____

ENDEREÇO: _____ TELEFONE: _____ E-MAIL: _____

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO

Nome _____ Cargo: _____; Telefone _____

CPF: _____; RG: _____; Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço: _____ N.º _____ Bairro: _____ Cidade: _____

CEP: _____ UF: _____ Complemento: _____ E-mail Institucional _____

E-mail pessoal: _____; Telefone celular pessoal: (____) _____.

A empresa apresenta sua Proposta Comercial referente à **Aquisição de equipamentos odontológicos, novos e sem uso, devidamente registrados e/ou certificados pelos órgãos competentes, destinados ao atendimento das unidades de saúde do Município de Peruíbe/SP**, constando de:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor unitário	Valor total
1	2	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Autoclave a vapor sob pressão, nova, sem uso, com capacidade entre 21 e 30 litros, devendo ser adequada para esterilização de materiais sólidos, instrumentos embalados e materiais com cavidades simples. Deverá possuir controle eletrônico digital, com ciclos automáticos e programáveis, incluindo no mínimo ciclos nas temperaturas de 121°C e 134°C. Câmara interna confeccionada em material resistente à corrosão, com sistema de segurança que impeça a abertura da porta durante o funcionamento. Alimentação elétrica compatível com a rede local, bivolt automático ou 127/220 V, frequência de 50/60 Hz. Deverá acompanhar bandejas removíveis, manual do usuário em língua portuguesa e possuir registro vigente na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122

Fone (0xx13) 3451.1000

CNPJ 46.578.514/0001-20

2	4	UN	CAMARA ESCURA - Câmara escura odontológica, nova, sem uso, destinada ao processamento manual de filmes radiográficos. Estrutura em material plástico resistente, atóxico e de alto impacto, devendo possuir luvas acopladas, visor translúcido com filtragem adequada da luz e vedação eficiente. Base removível para limpeza. Dimensões aproximadas: altura mínima de 20 cm, largura entre 20 e 30 cm e comprimento entre 30 e 40 cm, admitindo-se variações de até 5 cm para mais ou para menos. Peso aproximado entre 0,8 e 1,5 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			
3	4	UN	DESTILADORA - Destiladora de Água; rendimento de 3,8 L de água destilada a partir de 4 L de água comum, ciclo de destilação de 5 a 8 horas, estrutura em plástico ABS branco injetado, de baixo consumo de energia, sem necessidade de instalação hidráulica, potência mínima de 550 W, equipamento com reservatórios para água destilada e água comum, incluindo filtro, dimensões aproximadas (L x A x P): 27 x 33 x 27,6 cm (variação aceitável ±5 cm), alimentação elétrica: 127 V, com cabo de energia e plugue conforme normas técnicas brasileiras, inclui manual de operação. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			
4	1	UN	APARELHO RAO X - Aparelho de Raio X Panorâmico odontológico: Equipamento novo, de primeira linha, fabricado com tecnologia atual; Produção de imagens digitais em alta resolução; Sistema digital direto, sem necessidade de processamento químico; Equipamento aprovado pela ANVISA e INMETRO. Especificações de Estrutura e Construção: Estrutura compacta, de coluna fixada no piso/parede ou base/parede, com posicionamento ergonômico do paciente; Sistema de apoio com mentoneira, suporte para testa e guias laterais ajustáveis; Sistema motorizado de elevação para adaptação a pacientes em pé, sentados ou em cadeira de			



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122

Fone (0xx13) 3451.1000

CNPJ 46.578.514/0001-20

		rodas; Revestimento resistente a agentes de limpeza hospitalar. Opções de exames radiológicos: Panorâmica completa infantil e adulto, Planigrafia das Articulações Temporomandibulares (ATMs), Planigrafia dos seios maxilares e Telerradiografias. Especificações do Sistema de aquisição de imagens: Deve proporcionar imagens nítidas e de alta qualidade em 2D; Ampliação da imagem em proporção constante, Sensor digital com tecnologia CMOS; Tempo de aquisição da imagem: de 10 a 14 segundos; Software de aquisição e visualização compatível com DICOM; Permitir exportação de imagens em formatos JPEG, PNG e DICOM. Especificações Tubo de Raios-X: Tensão do tubo: 60–90 kV; Corrente do tubo: 2–15 mA (ajustável); Foco: 0,5 mm; Filtragem total equivalente a no mínimo 2,5 mm Al; Sistema de colimação com feixe estreito e filtragem automática. Especificações Console de Operação / Software: Console digital com visor de fácil leitura; Interface amigável e intuitiva, com comandos pré-programados para diferentes biotipos de pacientes (crianças, adultos, pequeno, médio e grande); Software com ferramentas de zoom, rotação, brilho, contraste, negativo, marcação de áreas, medidas lineares e angulares; Compatível com sistemas operacionais Windows 10 ou superior (64 bits); Permitir instalação em pelo menos dois computadores (um para aquisição e um para visualização). Especificações de Segurança e Proteção: Sistema de bloqueio de radiação em caso de falha ou erro; Emissão de dose mínima de radiação, conforme recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP); Nobreak para estabilização da rede elétrica: Senoidal com dupla conversão online, tomada de saída para plugue de 20A, entrada e saída de 220V, Variação máxima tensão de saída: +- 3%, Potência mínima de 5KVA. O Fator de Potência não deve ser menor que 0,8. Entrega com frete incluso, instalação e treinamento: A entrega do equipamento deve incluir o frete, instalação completa do equipamento no local indicado, incluindo testes de funcionamento e calibração; fornecimento de todos os materiais necessários para instalação (inclusive cabeamento e suportes) e treinamento técnico-operacional presencial para, no mínimo, 2 profissionais; entrega de manual do usuário em português.			
--	--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122

Fone (0xx13) 3451.1000

CNPJ 46.578.514/0001-20

			Voltagem: 220V. Itens Inclusos: 01 computador de aquisição, com configuração mínima: Processador i5 ou superior; mínimo 8 GB RAM; HD 1 TB; Monitor LED 21,5” Full HD; Sistema operacional Windows 10 ou superior 64bits em Português; Teclado; Mouse; Estabilizador; Software com licença perpétua para uso em até 2 estações de trabalho. Documentação Obrigatória: Registro na ANVISA (apresentar cópia); Certificação do INMETRO ou RBC; Manual técnico em português; Nota fiscal com número de série do equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			
5	2	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (COM EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR). - ambidestra, nova, sem uso, com estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e base com estabilidade, estofamento com revestimento em material sintético lavável, sem costuras. Deverá possuir encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, apoio de braço fixo e outro articulável, bem como pedal de comando acoplado, com acionamento tipo joystick e, no mínimo, 03 (três) posições de trabalho programáveis. Deverá possuir equipo acoplado à cadeira, com braço articulável e movimentos horizontais e verticais, contendo 01 seringa tríplice com bico removível e autoclavável, 01 terminal para micromotor e 01 terminal para alta rotação. Deverá possuir unidade de água com cuba, removível, com ralo para retenção de sólidos, sistema de regulagem de vazão de água, filtro de detritos removível, reservatório com capacidade entre 800 ml e 1.000 ml, 01 sugador de saliva tipo Venturi e 01 sugador para bomba de vácuo. Deverá possuir refletor com iluminação em LED, com no mínimo 03 (três) níveis de intensidade, variando entre 10.000 e 30.000 lux, com mobilidade e acionamento compatíveis com o conjunto. Alimentação elétrica compatível com a rede local, 127 V ou 220 V, frequência de 50/60 Hz, com capacidade de carga mínima de 200 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122

Fone (0xx13) 3451.1000

CNPJ 46.578.514/0001-20

6	2	UN	Aparelho de raios X odontológico - Aparelho de raios X odontológico intraoral portátil digital, novo, sem uso, com tensão mínima de 60 kVp, corrente entre 2 e 5 mA, tempo de exposição ajustável e ponto focal de até 0,4 mm. O equipamento deverá possuir sistema digital direto, incluindo sensor digital intraoral, sem necessidade de processamento químico. O sensor deverá ser compatível com o equipamento ofertado, possuir tecnologia digital de alta resolução, conexão com computador e ser acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, tais como cabos, suportes e/ou posicionadores, quando aplicável. O equipamento deverá possuir sistema de colimação do feixe de radiação e dispositivos de segurança conforme normas vigentes. Deverá ser alimentado por bateria recarregável, com autonomia mínima de 300 disparos por carga. Deverá acompanhar software compatível com o padrão DICOM, com funcionalidades de visualização, ajuste de imagem e exportação em formatos usuais. Deverá incluir treinamento básico, garantia mínima de 12 (doze) meses e assistência técnica autorizada no Brasil. Deverão ser realizados testes de funcionamento no momento da instalação, bem como fornecidos os laudos de calibração inicial, quando aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			
7	13	UN	FOTOPOLIMERIZADOR - Fotopolimerizador odontológico tipo caneta, novo, sem uso, com emissão de luz LED, comprimento de onda entre 420 e 480 nm e potência mínima de 1.200 mW/cm², alimentação por bateria recarregável, com controle de tempo de aplicação e ponteira removível e autoclavável. Produto com registro vigente na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			
8	1	UN	Consultorio Odontologico Portátil - Consultório odontológico portátil, novo, sem uso, com estrutura integrada em formato portátil, dotado de alças e/ou rodízios que facilitem o transporte, com compressor de ar incorporado,			



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruibe – CEP 11770-122

Fone (0xx13) 3451.1000

CNPJ 46.578.514/0001-20

			isento de óleo, com desempenho compatível para atendimento clínico. Deverá ser fornecido completo, contendo sugador, seringa tríplice (ar e água), conexões para caneta de alta e baixa rotação, fotopolimerizador com potência mínima de 1000 mW, ultrassom de profilaxia e pedal de acionamento. Deverá possuir reservatório de ar integrado, sistema de controle de pressão com manômetro visível, ajustes de ar e água para os instrumentos, bem como acionamentos independentes para os sistemas de sucção e fornecimento de água. Alimentação elétrica compatível com a rede local, 127 V ou bivolt, frequência de 50/60 Hz. Deverá apresentar dimensões e peso adequados para transporte e utilização em diferentes ambientes. Produto com registro vigente na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			
9	3	UN	Lavadora Ultrassônica - Lavadora ultrassônica para limpeza de instrumentais, nova, sem uso, com capacidade mínima de 2 litros, possuindo reservatório em aço inoxidável, resistente à corrosão e de fácil higienização. Deverá possuir painel de controle digital para ajuste de tempo e, quando aplicável, temperatura, permitindo ciclos programáveis conforme o tipo de material. Deverá ser adequada para limpeza eficiente de instrumentais por meio de cavitação ultrassônica, inclusive em áreas de difícil acesso, com sistema de segurança contra superaquecimento e falhas de funcionamento. Alimentação elétrica compatível com a rede local, 127 V ou bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			
10	3	UN	Ultrassom odontológico - com jato de bicarbonato, novo, sem uso, com sistema de transdutor piezoelétrico, frequência mínima de 30.000 Hz, ajuste de potência e fluxo de água, caneta de ultrassom removível e autoclavável, reservatório de líquidos removível, pedal de acionamento, baixa geração de calor e acompanhamento de, no mínimo, 3 pontas. Alimentação elétrica bivolt (127/220 V), frequência de 50/60 Hz			



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122

Fone (0xx13) 3451.1000

CNPJ 46.578.514/0001-20

			Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			
11	3	UN	Amalgamador - vibratório odontológico, novo, sem uso. Deverá possuir controle eletrônico digital, com temporizador programável, sistema de segurança com interrupção automática do funcionamento em caso de abertura da tampa durante a operação, e sistema de proteção elétrica compatível com a rede de alimentação. Estrutura confeccionada em material resistente, com base estável e apoios antiderrapantes, funcionamento com baixo nível de ruído e de fácil higienização. Tampa protetora em material transparente. Deverá possuir garfo metálico compatível com cápsulas odontológicas encapsuladas, incluindo cápsulas com êmbolo, e tempos de mistura compatíveis com os materiais odontológicos usualmente utilizados. Alimentação elétrica compatível com a rede local (bivolt automático ou 127 V), frequência de 50/60 Hz, com chave liga/desliga. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			
12	2	UN	Compressor odontológico - Compressor odontológico, isento de óleo, novo, sem uso, com deslocamento teórico mínimo de 18 PCM, pressão nominal aproximada de 8,3 bar, alimentação elétrica monofásica 220 V, frequência de 50/60 Hz e potência mínima total de 3,0 HP, com reservatório de no mínimo 100 litros. Deverá ser equipado com regulador de pressão, válvula de segurança, manômetro e sapatas amortecedoras. Dimensões aproximadas: comprimento entre 90 e 120 cm, largura entre 45 e 60 cm e altura entre 80 e 100 cm, admitindo-se variações de até 20 cm para mais ou para menos. Peso aproximado entre 90 e 130 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.			

VALOR TOTAL : R\$ _____ (_____)**DECLARAMOS QUE:**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122

Fone (0xx13) 3451.1000

CNPJ 46.578.514/0001-20

- a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;
- b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.
- c) Nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.
- d) Nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

Peruíbe, ____ de _____ de 2.026.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Representante legal carimbo e assinatura

