PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (0xx13) 3451.1000
CNPJ 46.578.514/0001-20

ANEXO 8 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 50 - Centro Peruíbe - SP
Data:___/___/2026.
Validade: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação.

EMPRESA: _____C.N.P.J.: _____
ENDEREÇO: _____TELEFONE: _____E-MAIL: _____

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO

Nome _____ Cargo: _____;Telefone _____

CPF: _____; RG: _____; Data de Nascimento: __/___/___

Endereço: _____ N.º _____ Bairro: _____ Cidade: _____

CEP:_____UF:_____Complemento:_____ E-mail Institucional_____;

E-mail pessoal: _____; Telefone celular pessoal: (___) _____.

A empresa ..... apresenta sua Proposta Comercial referente à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DE REABILITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**
, constando de:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1	UN	DESTILADORA - Rendimento de 3,8 L de água destilada a partir de 4 L de água comum, ciclo de destilação de 5 a 8 horas. Estrutura em plástico ABS branco injetado, de baixo consumo de energia, sem necessidade de instalação hidráulica. Potência mínima de 550 W. Equipamento com reservatórios para água destilada e água comum, incluindo filtro. Dimensões aproximadas (L x A x P): 27 x 33 x 27,6 cm (variação aceitável ±5 cm). Alimentação elétrica: 127 V, com			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			cabo de energia e plugue conforme normas técnicas brasileiras. Inclui manual de operação.			
2	1	UN	BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO - Balança analítica de precisão e laboratório. Capacidade máxima: 2.200 g; precisão mínima: 0,01 g.Display: Cristal líquido retroiluminado; prato retangular aproximado: 170 x 180 mm.Repetibilidade igual ou inferior a 0,01 g; linearidade ±0,03 g; tempo de resposta: 1,5–2,5 s. Bivolt automático (110/220 V), calibração automática interna, manual de instruções.			
3	71	UN	TERMOHIGRÔMETRO - Sensor de temperatura com supervisão e visualização de duas temperaturas simultâneamente; temperatura interna: entre 0 a 50C°/32 a 122°F - Temperatura externa: -50 a 70°C /-58 a 158°F - Umidade: 20 a 99% - RH Precisão: +- 1°C, +- 2°F; +- 3%, 3 segundos por dia - Resolução: 1%, 0,1°C, 1 minuto. Memória: Máx./Min; Alarme de ponto de gelo: Leitura Externa: 0°C / 32° F - Alarme "Soneca": 8 Minutos.			
4	1	UN	Bicicleta - Bicicleta			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			Ergométrica Horizontal Profissional Magnética Estrutura: aço carbono com carenagem em poliestireno de alta resistência. Sistema: eletromagnético, com no mínimo 8 regulagens de carga, variando entre 4,9 a 39,2 nm. Capacidade mínima de 120 kg e máxima de 150 kg. Recursos: computador com display em LCD, marcador de calorias, frequência cardíaca, velocidade, distância e cronômetro. Monitoração cardíaca: sensor de lóbulo da orelha. Apoio: pés dianteiros com rodas para transporte. Dimensões aproximadas: comprimento 146 cm (±5 cm), largura 63 cm (±5 cm), altura 104 cm (±5 cm). Peso aproximado: 36 kg (±2 kg). Cor: preta.			
5	2	UN	Bicicleta - Bicicleta Ergométrica Vertical Magnética Estrutura: tubo de aço com pintura eletrostática, carenagem rotomoldada em polietileno de alta resistência. Capacidade mínima de 120 kg e máxima de 150 kg. Sistema: eletromagnético, pedais com cinta, sensor handgrip. Banco: anatômico em PU, com ajuste de altura. Recursos: computador com monitor em LCD, módulo multifuncional com registros de			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			calorias, frequência cardíaca, tempo, velocidade, distância e RPM. Dimensões aproximadas: comprimento 110 cm (±5 cm), largura 55 cm (±5 cm), altura 150 cm (±5 cm).Peso aproximado: 40 kg (±2 kg). Cor: preta.			
6	1	UN	Elíptico magnético - Elíptico Magnético; Equipamento de exercício cardiovascular com sistema de carga magnético e transmissão por correia de tração traseira. Roda de inércia de, em média, 9 kg em ferro fundido. Ajuste manual da resistência, com 8 níveis, possibilidade de uso reverso. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó, rolamentos em aço blindado. Pedais com regulagem de distância entre si até 2,8, reduzindo o deslocamento lateral dos joelhos. Display com 12 funções, suporte para tablet/celular, porta-copos e suporte de leitura. Monitoramento cardíaco por hand pulse nos apoios das mãos. Alimentação: autoalimentado pelo movimento do usuário, dispensando tomada ou pilhas, ou pode ser alimentado por pilhas AA. Dimensões aproximadas (C x L x A): 211 x 72 x 155 cm (variação aceitável ±10 cm); Peso aproximado			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			médio: 107 kg (variação aceitável ±20 kg). Capacidade máxima do usuário: 150 kg; faixa de altura recomendada do usuário: 150 a 190 cm. Cor: Estrutura, painel, braços e carenagens em preto com variações de outras cores.			
7	1	UN	Esteira elétrica - Esteira Elétrica; Equipamento com motor de 5 HPM. Superfície de caminhada de 50 x 142,8 cm (variação aceitável ±10 cm). Peso máximo suportado: 130 kg. Velocidade máxima em média: 18 km/h. Possui no mínimo 8. amortecedores internos (variação aceitável ±2) e 20 níveis de inclinação ajustáveis (variação aceitável ±5). Monitor digital com 16 funções (variação aceitável ±5), incluindo velocidade, inclinação, tempo, distância, calorias, batimentos cardíacos e THR (alvo de batimentos por minuto). Alimentação do monitor: tomada bivolt ou 110 volts. Possui 30 programas de treino pré-definidos (variação aceitável ±10). Sensor de batimentos cardíacos e chave de segurança inclusos. Dimensões aproximadas (C x L x A): 188 x 92 x 135 cm (variação aceitável ±20 cm).			
8	1	UN	VENTILADOR PULMONAR -			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			Transporte, Ventilador eletrônico microprocessado indicado para transporte intra e extra-hospitalar de pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com sistema de fixação para ambulâncias, macas e unidades de resgate. Modos de ventilação: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontâneo. Parâmetros ajustáveis diretamente: volume corrente, frequência respiratória, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, PEEP e ciclo manual. Alarmes: pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação elétrica e rede de gases. Tecla Stand-by, silenciador de alarme e entrada para bateria externa. Válvula reguladora de pressão incorporada. Especificações técnicas: Alimentação elétrica: bivolt automática (110/220 V), 50/60 Hz Bateria interna: recarregável, autonomia mínima de 4 horas Volume corrente: 0,06 a 1.500 mL Frequência respiratória: 2 a 99 rpm Tempo inspiratório: maior ou igual 1,0 s Pressão inspiratória limite: 1 a 99 cmH2O Sensibilidade por pressão: -1 a -20 cmH2O Concentração de O2: 50 a 100% Alimentação, gás O2:			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			pressão 40 a 150 psi (275 a 1035 kPa) Acessórios incluídos: 1 circuito respiratório adulto em silicone 1 circuito respiratório neonatal, 1 extensão para O2 com no mínimo 3 m.			
9	1	UN	Barra Paralela Dupla em Aço Inox - Barra Paralela Dupla em Aço Inox, com comprimento de mínimo de 2 metros e máximo de 3 metros. Em aço inoxidável, resistente à corrosão, com plataforma de base firme em compensado e madeira maciça, revestida com piso sintético antiderrapante. Conta com quatro corrimão em tubo de aço inox, reguláveis em altura e largura, permitindo adaptação às diferentes estruturas e fases do tratamento. A altura do primeiro par de corrimão varia entre 52 cm e 90 cm, enquanto o segundo par possui regulagem entre 15 cm e 40 cm. O equipamento possui divisor central abdutor removível e três barras verticais de cada lado, com pintura eletrostática e acabamento em verniz, Dimensões aproximadas da plataforma: comprimento de 300 cm variações aceitáveis de (±100 cm) e largura de 80 cm, com variações aceitáveis de (±10 cm)			
	1	UN	DEIONIZADOR -			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			vazão mínima de 100 L/h. Equipamento com coluna de troca iônica em PVC rígido, formato cilíndrico e orientação vertical. Sensor condutimétrico bivolt com alarme óptico e lâmpada vermelha da célula condutimétrica. Acompanha kit completo de instalação, incluindo mangueira de alimentação e saída, e tampa superior. Alimentação elétrica bivolt ou 220 V, cabo com comprimento mínimo de 1,5 m no mínimo, com plugue padrão. Dimensões máximas aproximadas (Diâmetro x Altura): 25 x 86 cm (variação aceitável ±5 cm). Inclui manual de instruções em português brasileiro.			
11	1	UN	CAMA ELÁSTICA / MINI JUMP. SUPORTA ATÉ 150 KG com diâmetro aproximado de 92 cm, 32 molas galvanizadas e 6 pés; - Cama Elástica Estrutura: tubular de aço pintado, com tratamento anticorrosivo. Superfície de salto: lona de diâmetro aproximado de 66 cm (±5?cm). Dimensões externas aproximadas: altura 22 cm (±5?cm), diâmetro total 92 cm (±5?cm). Pés: emborrachados, garantindo estabilidade e aderência ao solo. Função: Treinamento de propriocepção e equilíbrio de membros			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			inferiores.			
12	3	UN	Aparelho de eletroterapia - Aparelho de eletroterapia para eletroestimulação com 10 canais independentes, com geração de correntes Russa, Aussie, Eletrolipólise, Eletroacupuntura e microcorrentes. Equipamento microcontrolado com protocolos pré-programados e possibilidade de inclusão de protocolos personalizados. Modos de operação: contínuo, sincronizado, recíproco e sequencial. Permite ajuste de intensidade, frequência e tempo das correntes. Estrutura em material rígido, isolante e lavável. Acessórios inclusos: cabos condutores, eletrodos de silicone, carbono ou autoadesivos, manual de operação e pedal (quando aplicável). Alimentação bivolt automática (110/220 V). Dimensões aproximadas: largura 35 cm (±5 cm), profundidade 30 cm (±5 cm), altura 15 cm (±5 cm). Peso aproximado: 5 kg (±1 kg).,			
13	1	UN	BOMBA ELÉTRICA PARA SUCÇÃO DE LEITE - Bomba Elétrica para Sucção de Leite para uso profissional. Equipamento elétrico destinado à extração de leite materno em ambiente profissional, deve possuir peso médio de 2,3 kg, com			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			variações aceitáveis de 1 kg para mais ou para menos, dimensões aproximadas com variações aceitáveis de altura entre 10 a 15 cm, largura entre 20 a 30 cm e profundidade entre 25 a 35 cm, nível de vácuo regulável na faixa de ?50 a ?300 mmHg, tensão de operação de 100 a 250 VAC, frequência de 50/60 Hz, corrente nominal de 0,12 A (127 V), potência nominal mínima de 30 W, proteção por fusível de entrada de 2,0 A – 250 V, tipo vidro, 20 mm, alimentação elétrica bivolt automática (127/220 V) ou opção 110 V.			
14	1	UN	Estufa de Cultura - Estufa de Cultura Bacteriológica; Estrutura externa em chapa de aço com pintura epóxi eletrostática e câmara interna em aço inoxidável. Faixa de temperatura regulável: (temperatura ambiente + 15 °C) até 60 °C, com controle por microprocessador e sistema PID, garantindo estabilidade de ±1,0 °C e variação máxima de ±0,5 °C. Sistema de aquecimento com alarme sonoro ou audiovisual para desvios em relação à temperatura programada. Dimensões aproximadas: Internas (L x P x A): 35 x 30 x			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			40 cm (variação aceitável ±5 cm) Externas (L x P x A): 64,5 x 44,5 x 55 cm (variação aceitável ±5 cm) Alimentação elétrica: bivolt automática (110/220 V) ou 110 V, 60 Hz.			
15	1	UN	Aparelho de LED e Laser com caneta Laser Probe 4 (808 nm) e caneta Probe 1 (LED RGB). Equipamento para fototerapia com laser de baixa potência (808 nm) e LED RGB (vermelho, verde e azul), com modos de emissão contínuo e pulsado, incluindo possibilidade de aplicação em frequências de laserpuntura. Estrutura em material rígido, isolante e lavável, com dimensões aproximadas de 30 cm de largura (±5 cm), 25 cm de profundidade (±5 cm) e 15 cm de altura (±5 cm), peso aproximado de 3 kg (±1 kg). Alimentação bivolt automática (110/220 V). Acessórios inclusos: caneta Probe 4 para emissão de laser 808 nm em modos contínuo e pulsado, com aplicação em diferentes protocolos de laserpuntura; caneta Probe 1 para emissão de LED RGB em modos contínuo e pulsado; cabos de conexão, manual de operação e óculos de proteção. Possui protocolos pré-programados e			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530

			possibilidade de inclusão de protocolos personalizados.			
VALOR TOTAL : R$_____(_____)						

DECLARAMOS QUE:

a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;
b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.
c) Nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.
d) Em nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

Peruíbe, ___ de _____ de 2.026.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Representante legal carimbo e assinatura

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9df6ab-3023-40d5-a49f-7246ea232530