

ESCLARECIMENTO 01

Pregão Eletrônico nº 011/2024

CPL nº 029/2024

OBJETO: FORNECIMENTO DE TESTES QUÍMICO E BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE PARA A REDE MUNICIPAL.

A Prefeitura de Sorocaba, através de seu Pregoeiro, informa as licitantes interessadas neste certame, que houve pedido de **ESCLARECIMENTO 01** apresentado pela empresa **TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06**, conforme segue:

01) Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao item 03 (teste Bowie Dick) , onde consta informado que o indicador químico deverá ser na cor amarela que muda para a cor marrom escuro ou preto. Tendo em vista o informado acima, será aceito outro Bowie Dick com a cor inicial diferente do mencionado no descritivo do TR? Desde já agradeço!


Resposta do Setor Técnico: Tendo em vista que todo este descritivo foi construído e solicitado pela equipe assistencial diante da sua necessidade, manteremos o descritivo conforme consta no TR.

Questionamentos respondidos por:

Setor técnico - Secretaria da Saúde:

Juliana Maria de Goes – Supervisora de Área – Divisão de Material Médico, Hospitalar e Farmacêutico.

Sorocaba, 30 de Julho de 2024.



Paulo Horácio Fontes Bandeira Gomes
Seção de Pregões – Pregoeiro