



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 27/02/2024

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00011 /2024

PG. 1

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Proposta Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.

Secretaria de Administracao - Secao de Custos e Precos de Referencia

Prezados, conforme solicitado segue a cotacao:

~~DADOS DO FORNECEDOR~~

Razao Social : _____ Responsavel: _____
Endereco : _____ Fone : _____
C.N.P.J. : _____ - email: _____

~~—ITENS A COTAR—~~

CR	LOTE/ITEM	DESCRICAO	OBJETO	QTDE.	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MARCA
<N>	0	1	TESTE QUIMICO P/ AUTOCLAVE	INTEGRADOR INTERNO CL	.40.000,	UN		
TESTE QUIMICO P/ AUTOCLAVE - INTEGRADOR INTERNO C LASSE 05- Integrador Quimico para Monitoramento de Processos de Esterilizacao a vapor.- Tira de pape l isento de chumbo e metais pesados.- Facil e imed iata leitura atraves da alteracao da cor.- Ciclos de 121oC e 134oC.- Possuir uma camada plastica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados.- Em embalagem i n. a e aluminizada, trazendo externamente dados de identificacao, procedencia, numero do lote e pr azo de validade.- Indicadores de teste em conformi dade com a norma ISO 11140.								
<N>	0	2	TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE	INDICADOR DO TIPO A	.25.000,	UN		
TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE - INDICADOR DO TIPO AUTO CONTIDO- Indicador biologico para vapor do ti po auto contido, com tempo de resposta de 24h.- In dicado para o controle de qualidade biologico de c iclos de esterilizacao a vapor saturado que operem a 132 e 134 Graus Celsius. - Composto por uma tir a de papel contendo uma populacao microbiana minim a de 100 mil esporos secos e calibrados de Bacillu s Stearothermophilus (atcc 7953).- Com certificad os de qualidade assegurada, acondicionada em uma a mpola plastica contendo uma ampola de vidro com ca lido nutriente, fechada por uma tampa marrom, prote gida por papel hidrofobico. - Prazo de validade mi nimo de 2 anos. - R.M.S. - ACONDICIONAMENTO: caixa com 100 ampolas.- Registro Anvisa, lote, data de fabricacao, validade.								



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 27/02/2024

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00011 /2024

PG. 2

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N>— 0— 3 TESTE P/ AUTOCLAVE A VAPOR BOWIE DICK

.11.000, UN

TESTE QUIMICO (PACOTE) P/ AUTOCLAVE A VAPOR BOWIE

DICK- Teste descartavel para verificacao da eficiencia de autoclaves pre-vacuo que utilizam bomba d e vacuo para remocao do ar do interior da camara interna do esterilizador;- Pacote embalado em nao-tecido descartavel e fechado por rotulo indicador quimico de exposicao ao vapor atraves de um indicador quimico de exposicao;- Folha de teste principal localizada proximo ao centro geometrico do pacote com indicador quimico impresso em cor amarela clara que apresenta mudanca de coloracao uniforme dentro do espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressao entre 132oC e 134oC por 3,5 a 4 minutos, exceto quando ha falhas na remocao do ar;- O pacote-teste tambem contem uma folha de alerta que possui um indicador quimico utilizado como antecipador de falhas na bomba de vacuo;- Apresenta local para indicacao de data, numero do esterilizador e identificacao do operador;- Embalagem com dados de identificacao do fabricante e procedencia;- Conformidade com a norma ABNT ISO 11140 e alteracoes.

0003 Cotacoes mostradas

VALOR TOTAL

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Validade Proposta : 60 DIAS

Condicao Pagto. : CONFORME EDITAL

Garantia/Prazo Entrega : CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Data : _____

Carimbo da firma e Assinatura : _____