

Sorocaba, 01 de setembro de 2025.

À SEAD/ Seção de Pregões
a/c: Maria Elisa

Ref.: Análise de Proposta CPL 332/2024 - PE - Registro de Preços de Peças de Mão Odontológicas para atender as unidades da Secretaria da Saúde de Sorocaba

Conforme solicitado em Fl. 618, segue abaixo considerações referentes a proposta e documentos técnicos complementares:

Licitante: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

• **Item 02: Caneta de Alta Rotação Odontológica**

- Equipamento: KHALKOS, modelo: KS-108
- Proposta: Não atende.
 - Não admite pressão de trabalho (Ar) entre 2,2 bar a 3,0 bar.


6. PRECAUCÕES E ADVERTÊNCIAS

6.1. Precauções e/ou advertências durante a instalação

A pressão máxima de trabalho do ar deve ser de 33,6 PSI (2,31 bar). Caso contrário a vida útil da Caneta de Alta Rotação Odontológica será drasticamente reduzida. Além disso, o ar vindo do compressor deve ser seco e isento de impurezas, utilizando-se de um sistema de filtro do ar eficiente.

Ref.: Pág. 07 das Instruções de Uso Peças de Mão Odontol. Alta Rotação - Rev04.pdf

- Não foi possível confirmar as seguintes características:
 1. Tamanho da cabeça;
 2. Se se a turbina é apoiada em mancais de borracha;
 3. Pressão de trabalho (água).
- Comprovação da viabilidade da proposta (Item 7.6): De acordo.
- Registro ANVISA (Item 6.21.6.1.1): De acordo. Número informado na proposta e conferido em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351112025202210/?numeroRegistro=81745339002> (acesso em 01/09/25 as 09:20h).
- Relação de AT no Estado de SP (Item 6.21.6.1.2): De acordo. Apresentado em Fl. 613.


Tecnóloga em Saúde