

Sorocaba, 01 de setembro de 2025.

À SEAD/ Seção de Pregões
a/c: Maria Elisa

Ref.: Análise de Proposta CPL 332/2024 - PE - Registro de Preços de Peças de Mão Odontológicas para atender as unidades da Secretaria da Saúde de Sorocaba

Conforme solicitado em Fl. 618, segue abaixo considerações referentes a proposta e documentos técnicos complementares:

Licitante: MF DE ALMEIDA ME CIA LTDA

- Item 02: Caneta de Alta Rotação Odontológica
 - Equipamento: SCHUSTER, modelo: Z20 T
 - Proposta: Não atende.
 - Não admite pressão de trabalho (Ar) entre 2,2 bar a 3,0 bar.

⚠ A pressão máxima de trabalho (ar) deve ser de 33,35 psi (2,3 bar), sendo que o excesso da mesma é altamente prejudicial a vida útil do equipamento.

Ref.: Pág. 13 do Manual do Proprietário em fl. 648 (verso)

- Não foi possível confirmar as seguintes características:
 1. Se a turbina é apoiada em mancais de borracha;
 2. Torque.
 3. Pressão de trabalho (água).
- Registro ANVISA (Item 6.21.6.1.1): De acordo. Apresentado em fl. 644
- Relação de AT no Estado de SP (Item 6.21.6.1.2): De acordo. Confirmado em <https://schuster.ind.br/assistencia/> - acessado em 04.09.2025 as 13:00h.


Flávia Rafaela Diniz
Tecnóloga em Saúde