



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 14/05/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00058 /2025

PG. 1

Local de Entrega CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Proposta Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Secretaria de Administracao - Secao de Custos e Precos de Referencia

Prezados, conforme solicitado segue a cotacao:

DADOS DO FORNECEDOR

Razao Social : _____ Responsavel: _____
 Endereco : _____ Fone : _____
 C.N.P.J. : _____ - email: _____

ITENS A COTAR

CR	LOTE	ITEM	DESCRICAO OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	MARCA
<N>	0	1	LIMA RECIPROCANTE #40 UN - LIMA ENDODONTICA PARA USO EM MOVIMENTO RECIPROC ANTE DURANTE TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. - SECCAO TRANSVERSAL TRIANGULAR E PONTA INATIVA. - COMPOSTA POR NIQUEL-TITANIO TRATADO TERMICAMENTE. - UTILIZADA COMO LIMA UNICA. - TAPER 06 COM 40 MM DE COMPRIMENTO. - APRESENTACAO: UNIDADE ESTERIL. - VALIDADE: PRAZO INDETERMINANDO. - COMPATIVEL COM MOTOR ENDODONTICO E-CONNECT S MK LIFE.	210,	UN		
<N>	0	2	LIMA TIPO GLIDE PATH UN - INSTRUMENTO ROTATORIO RECIPROCANTE PARA CONFECCAO DE GLIDE PATH EM TRATAMENTOS ENDODONTICOS. - INDICADA PARA FACILITAR A INSTRUMENTACAO E REDUZIR COMPONENTES INDESEJADOS NO INTERIOR DO DENTE. - SECCAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. - TRATAMENTO TERMICO COM CONTROLE DE MEMORIA (CM). - CONFECCIONADA COM LIGA DE NIQUEL-TITANIO FLEXIVEL E RESISTENTE. - DIAMETRO DA PONTA 15 E TAPER 0,4, COM 25 MM DE COMPRIMENTO. - APRESENTACAO: UNIDADE ESTERIL. - VALIDADE: PRAZO INDETERMINANDO. - COMPATIVEL COM MOTOR ENDODONTICO E-CONNECT S MK LIFE.	300,	UN		
<N>	0	3	LIMA ONE FLARE UN - INSTRUMENTO ROTATORIO UTILIZADO PARA O DESGASTE DO TERCO CERVICAL DO CANAL RADICULAR EM TRATAMEN	240,	UN		



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 14/05/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00058 /2025

PG. 2

Local de Entrega CONFORME TERMO DE REFERENCIA

TOS ENDODONTICOS.

- CONFECCIONADA COM LIGA DE NIQUEL-TITANIO.
- DIAMETRO DA PONTA 17, TAPER 08, COM 19MM DE COMPRIMENTO.
- UTILIZADA EM MOTOR ENDODONTICO ROTATORIO COM VELOCIDADE RECOMENDADA 350RPM E TORQUE 2N.
- APRESENTACAO: UNIDADE ESTERIL.
- VALIDADE: PRAZO INDETERMINANDO.
- REFERENCIA: LIMA ORIFICE SHAPPER MK LIFE.
- COMPATIVEL COM MOTOR ENDODONTICO E-CONNECT S MK LIFE.

0003 Cotacoes mostradas

VALOR TOTAL _____

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Validade Proposta : 60 DIAS
Condicao Pagto. : CONFORME CONTRATO
Garantia/Prazo Entrega : CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Data : _____

Carimbo da firma e Assinatura : _____