



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00015 /2026

PG. 1

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Proposta Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Secretaria de Administracao - Secao de Custos e Precos de Referencia

Prezados, conforme solicitado segue a cotacao:

DADOS DO FORNECEDOR

Razao Social : _____ Responsavel: _____
 Endereco : _____ Fone : _____
 C.N.P.J. : _____ - email: _____

ITENS A COTAR

CR	LOTE	ITEM	DESCRICAO OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	MARCA MODELO
<N>—	0—	1	BRACADEIRA P/ INJECAO E COLETA DE SANGUE EM INOX - PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL POR MANOPLA. - HASTE REGULAVEL E CONCHA CONFECCIONADOS EM ACO I NOXIDAVEL AUSTENITICO POLIDO. - BASE CONFECCIONADA EM TUBO (CHATO OU REDONDO) OU FERRO FUNDIDO, COM PES DE APOIO PROTEGIDOS COM PO NTEIRAS. - PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI NOSO NA COR BRANCA - GARANTIA MINIMA: 12 MESES.	6,——	PC _____	_____	_____
<N>—	0—	2	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. - CONSTRUIDO EM TUBOS DE ACO-CARBONO DE NO MINIMO 7/8 POL, PAREDE 1,2 MM (OU SUPERIOR). - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA D ENSIDADE, REVESTIDOS POR COURVIN. - PES COM PONTEIRAS PLASTICAS OU DE BORRACHA. - APOIO PARA BRACOS BILATERAIS OU FRONTAL. - MEDIDAS APROXIMADAS: - TOTAIS: 540 X 660 X 820 MM (LARGURA X PROFUNDIDA DE X ALTURA); - ASSENTO: 380 X 510 MM (LARGURA X ALTURA). - CAPACIDADE MINIMA: 100 KG - PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI NOSO NA COR BRANCA. - TOLERANCIAS: DESDE QUE APROVADAS PREVIAMENTE, PO DERAO SER ACEITAS, A CRITERIO DA PMS, VARIACOES NA S ESPECIFICACOES - INCLUSIVE DE MEDIDAS (+/-10%) - PARA ADEQUACOES AOS PADROES DE CADA FABRICANTE DESDE QUE SE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RE LACAO AS ESPECIFICACOES ORIGINAIS.	2,——	PC _____	_____	_____



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00015 /2026

PG. 2

Local de Entrega CONFORME EDITAL

- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

<N>— 0— 3 CADEIRA DE RODAS ADULTO 100KG

4,—— PC

- FABRICADA EM ACO-CARBONO OU ALUMINIO.

- DOBRAVEL EM X.

- POSSUIR APOIO PARA BRACOS.

- APOIO PARA PES COM PEDAL RETRATIL.

- ARO IMPULSOR BILATERAL.

- FREIOS BILATERAIS.

- RODAS DIANTEIRAS MACICAS 06 POL.

- RODAS TRASEIRAS COM PNEUS MACICOS OU INFLAVEIS 2
4 POL.

- ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, POLIAMIDA OU POLIESTER.

- LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO: 40 CM.

- CAPACIDADE MINIMA: 100 KG.

- PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI
NOSO NA COR PRETA.

- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

<N>— 0— 4 CADEIRA DE RODAS OBESO 150 KG

7,—— PC

- FABRICADA EM ACO-CARBONO OU ALUMINIO.

- DOBRAVEL EM X

- POSSUIR APOIO PARA BRACOS.

- APOIO DE PE COM PEDAL RETRATIL.

- ARO IMPULSOR BILATERAL.

- FREIOS BILATERAIS.

- RODAS DIANTEIRAS MACICAS DE 08 POL.

- RODAS TRASEIRAS COM PNEUS MACICOS OU INFLAVEIS 2
4 POL.

- ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, EM NYLON, POLIAMIDA
OU POLIESTER, REFORCADO COM TIRAS TENSORAS.

- ALMOFADA EM ESPUMA.

- LARGURA MINIMA DO ASSENTO: 52 CM.

- CAPACIDADE MINIMA: 150 KG.

- PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI
NOSO NA COR PRETA.

- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

<N>— 0— 5 CARRO DE CURATIVO ACO INOX

1,—— PC

- ARMACAO TUBULAR DE ACO INOXIDAVEL AUSTENITICO P
OLIDO, DE MINIMO 3/4 POL, PAREDE 1,2 MM (OU SUPER
IOR).

- TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL A
USTENITICO DE NO MINIMO 0,75 MM DE ESPESSURA.

- GRADIL DE ACO INOXIDAVEL EM TODA A VOLTA.

- SUPORTE PARA BALDE E BACIA DE ACO INOX.

- POSSUIR 04 RODIZIOS DE NO MINIMO 02 POL, SENDO
02 COM FREIO.

- ACOMPANHA BALDE INOXIDAVEL COM APROXIMADAMENTE



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00015 /2026

PG. 3

Local de Entrega CONFORME EDITAL

04 LITROS E BACIA INOX COM APROXIMADAMENTE 3,1 LITROS (32 CM DE DIAMETRO).

- MEDIDAS MINIMAS: 800 X 450 X 800 MM (ALTURA X PROFUNDIDADE X LARGURA).

- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

<N> 0 6 CARRO DE EMERGENCIA 1, UN

- ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO-CARBONO SAE 1010 OU ALUMINIO.

- TAMPO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AUSTENITICO POLIDO, DE NO MINIMO 0,80 MM DE ESPESSURA OU CHAPA DE ACO-CARBONO SAE 1010 COM BANDEJA DE TERMOPLASTICO.

- GABINETE FUNCIONAL COM NO MINIMO 03 GAVETAS, COM CORREDICAS TELESCOPICAS, SENDO A PRIMEIRA COM DIVISORIAS PARA MEDICACAO EM POLIESTIRENO.

- TODAS COM DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA ABERTURA ACIDENTAL.

- PRATEIRA/SUPORTE PARA CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR OU MONITOR.

- SUPORTE PARA SORO/BOMBA DE INFUSAO.

- TABUA DE MASSAGEM CARDIACA, EM ACRILICO CRISTAL COM SEU SUPORTE PARA FIXACAO.

- SUPORTE PARA CILINDRO COM TRAVA DE SEGURANCA.

- POSSUIR 04 RODIZIOS DE NO MINIMO 03 POL, SENDO 02 COM FREIO.

- CONJUNTO DE TOMADAS TIPO FILTRO DE LINHA PARA LIGAR OS APARELHOS.

- CHASSI COM PROTECAO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA.

- PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR CINZA.

- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

<N> 0 7 DIVA CLINICA ACO INOX 18, PC

- ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL AUSTENITICO POLIDO, DE MINIMO 1 E 1/4 POL, PAREDE 1,2 MM (OU SUPERIOR).

- COM REFORCO NA PARTE INFERIOR COM TRAVA H.

- CABECEIRA PARA APOIO DORSAL REGULAVEL POR CREMALHEIRA.

- PES COM PONTEIRAS PLASTICAS OU DE BORRACHA.

- SUPORTE PARA PAPEL LENCOL.

- LEITO FIXO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM NAPA/COURVIM NA COR PRETA.

- MEDIDAS MINIMAS: 1900 X 600 X 800 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA).

- CAPACIDADE MINIMA: 120 KG.

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00015 /2026

PG. 4

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N>—	0—	<p>8 ESCADA ACO INOX C/ 2 DEGRAUS</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARMACAO EM TUBOS REDONDOS DE ACO INOXIDAVEL AUSTENITICO, REFORCADA. - DEGRAUS EM INOX REVESTIDOS COM MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE OU EM ALUMINIO ANTIDERRAPANTE. - PES COM PONTEIRAS PLASTICAS OU DE BORRACHA. - DIMENSOES MINIMAS: 400 X 400 MM. - CAPACIDADE MINIMA: 120 KG. - GARANTIA MINIMA: 12 MESES. 	14,—	PC	
<N>—	0—	<p>9 MESA GINECOLOGICA AUTOMATIZADA</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOTALMENTE AUTOMATIZADA: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA. - ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPOXI A PO. - MOVIMENTOS ATRAVES DE MOTO-REDUTOR ISENTOS DE OLEO. - SISTEMA VOLTA A ZERO E POSICAO DE TRABALHO. - REVESTIMENTOS DAS CARENAGENS RESISTENTES A IMPACTO, ANTIOXIDANTE, DE FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO. - APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULAVEIS. - APOIO DE CABECA. - SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL. - PEDAL DE COMANDO MOVEI. - GAVETA AUXILIAR EM MATERIAL INOXIDAVEL PARA COLETA DE MATERIAL. - ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURVIN. - BASE COM RODIZIOS GIRATORIOS COM FREIO. - CAPACIDADE MINIMA: 180 KG. - TENSAO: AUTOMATICA 110/220V. <p>MEDIDAS APROXIMADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTURA MAXIMA: 1,00 M. - ALTURA MINIMA: 0,60 M. - LARGURA UTIL MINIMA: 0,60 M. - COMPRIMENTO: 1,70 M. <p>ACESSORIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APOIO PORTA-COXAS E CALCANHEIRAS. - APOIO DE BRACO. - MOCHO COM RODIZIOS. - FOCO AUXILIAR. - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - GARANTIA MINIMA: 12 MESES. 	2,—	PC	
<N>—	0—	<p>10 MESA GINECOLOGICA COM GABINETE EM MADEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTRUTURA EM ACO-CARBONO E MDF COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO. - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE MINIMA DE 28, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM, REVESTIDO DE COURO 	2,—	PC	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00015 /2026

PG. 5

Local de Entrega CONFORME EDITAL

RVIN.

- CABECEIRA E PESEIRA ARTICULAVEIS COM REGULAGEM A TRAVES DE CREMALHEIRA.

- GABINETE COM NO MINIMO 3 GAVETAS DESLIZANTES COM PUXADOR CROMADO E CORREDICAS METALICAS E ARMARIO COM PUXADOR CROMADO, DOTADO DE UMA PRATELEIRA INTERNA.

- PORTA LENCOL DESCARTAVEL.

- 01 CUBA EM ACO INOX.

- PORTA COXAS ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM COM REGULAGEM DE ALTURA E ANGULO.

- MEDIDAS APROXIMADAS: 1800 X 600 X 800 MM (COMPRI-MENTO X LARGURA X ALTURA).

- CAPACIDADE MINIMA: 150 KG.

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

- GARANTIA 12 MESES.

<N>— 0— 11 MOCHO ODONTOLOGICO 2,—— PC _____

- SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO IMPULSIONADO A GAS, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL E COM MOVIMENTACAO SUAVE.

- ENCOSTO ANATOMICO, COM REAJUSTE DE APROXIMACAO.

- BASE RESISTENTE COM 05 RODIZIOS DE NO MINIMO 02 POL, SEM FREIO.

- ESTOFAMENTO RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA E DENSIDADE ADEQUADA.

- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

<N>— 0— 12 POLTRONA RECLINAVEL C/ REGULAGEM POR PISTAO A GAS 3,—— PC _____

- ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO DE ACO DE APROXIMADAMENTE DE 31,75(1.1/4 pol) X 1,5MM E SUPERIOR EM 25 X 1,2MM.

- ASSENTO, ENCOSTO E DESCANSO PARA OS PES ANATOMICOS ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM COURVIM LAVAVEL.

- DESCANSO DE BRACOS FIXOS OU ARTICULADOS.

- COM DESCANSO PARA OS PES ARTICULADOS A CADEIRA COM EXTENSAO CONCOMITANTE A INCLINACAO DO ENCOSTO.

- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO.

- TOTALMENTE RECLINAVEL ATRAVES DE PISTAO A GAS, PERMITINDO VARIAS POSICOES.

- PES COM PONTEIRAS.

- CAPACIDADE MINIMA DE 120 KG.

- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

<N>— 0— 13 SUPORTE HAMPER ACO INOX 1,—— PC _____

- ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL AUSTENITICO POLIDO.

- POSSUIR 03 RODIZIOS DE NO MINIMO 02 POL, SEM FR



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00015 /2026

PG. 6

Local de Entrega CONFORME EDITAL

EIO.

- ACOMPANHA 01 SACO DE ALGODAO CRU.
- MEDIDAS APROXIMADAS: 500 X 500 X 800 (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA).
- CAPACIDADE: APROX. 100 LITROS.
- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

<N> 0 14 SUPORTE P/ SORO 04 GANCHOS C/ RODIZIOS 5, PC _____

- BASE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL AUSTENITICO POLIDO DE 30 X 20 MM, PAREDE 1,2 MM (OU SUPERIOR).
- COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL AUSTENITICO POLIDO DE 01 POL, PAREDE 1,2 MM (OU SUPERIOR).
- HASTE DE ACO INOXIDAVEL AUSTENITICO POLIDO DE 3/4 POL, PAREDE 1,2 MM (OU SUPERIOR), COM 4 GANCHOS.
- SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS.
- ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANIPULO.
- POSSUIR 04 OU 05 RODIZIOS DE NO MINIMO 02 POL, SEM FREIO.
- ALTURA AJUSTAVEL MINIMA: 1,50 A 2,10 M.
- GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

0014 Cotacoes mostradas

VALOR TOTAL _____

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Validade Proposta : 60 DIAS

Condicao Pagto. : 30 DIAS

Garantia/Prazo Entrega : CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Data : _____

Carimbo da firma e Assinatura : _____