

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90246/2024-001

1 - Itens da Licitação

1 - Bisturi Eléctrico

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência E Ultrassônico , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 301 A 400 W, Tipo De Coagulação: Coagulação, Spray E Fulguração , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Opcionais: Função Pulsar , Outros Componentes: Alarme, Memória , Compatibilidade: Compatível C/ Coagulador Argônio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 119.218,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

2 - Cardiologia - eletrocardiografia dinâmica sistema holter

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Cardiologia - eletrocardiografia dinâmica sistema holter

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 36.057,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

3 - Aspirador Cirúrgico

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel , Pressão De Vácuo: Cerca De 650 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Volume: Cerca De 5 L X 5 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico . Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 29.792,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

4 - Ventilador Artificial Eletrônico

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto , Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel , Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep , Características Adicionais 01: Bateria Interna, C/ Cinta Torácica , Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica , Características Adicionais 3: Tomografia De Impedância Elétrica Torácica Tie , Alarmes: Alarmes Audiovisuais , Circuitos: Com Circuitos E Filtros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 263.064,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

5 - Ventilador Artificial Eletrônico

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Tipo 01: Transporte , Modelo: Pediátrico/Adulto , Modos Ventilação: Vcv, Simv,Cpap,Ps, A/C , Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep , Componentes: Válvulas Reguladoras De Pressão , Alarmes: Alarmes Audiovisuais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 57.394,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

6 - Bomba De Infusão

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Tipo: Volumétrica Peristáltica , Vazão: 1 A 5ml/Min Ou 5 A 60ml/Min , Administração: P/ Infusão E Irrigação , Características Adicionais: Visor Led , Características Adicionais 01: Portinhola Cristal, Roldana , Progamação: Fluxo Seleccionável Elevado Ou Reduzido , Alarme: Duplo Detector De Ar, Alarme Sonoro , Acessórios: Cabo De Alimentação 3m, Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86.720,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (6)

7 - Bomba De Infusão

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa , Vazão: Fluxo Programável , Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque , Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bôlus , Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 144.657,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (14)

8 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Subcutâneo Is-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Adicional: C/ Sistema De Entrega , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 117.853,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

9 - Monitor Multiparâmetro

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: De Monitorização P/ Débito Cardíaco, Não Invasivo , Parâmetros: Vs, Ivs, Dc, Ic, Rtp, Irtip , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução , Componentes: Memória, Alarme , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 19.911,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

10 - Ventilador Artificial Eletrônico

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto, Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Características Adicionais 01: Bateria Interna, C/ Cinta Torácica, Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica, Características Adicionais 3: Tomografia De Impedância Elétrica Torácica Tie, Alarmes: Alarmes Audiovisuais, Circuitos: Com Circuitos E Filtros,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 263.064,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

11 - Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Modelo: Radiofrequência E Ultrassônico, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 301 A 400 W, Tipo De Coagulação: Coagulação, Spray E Fulguração, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Função Pulsar, Outros Componentes: Alarme, Memória, Compatibilidade: Compatível C/ Coagulador Argônio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 119.218,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

12 - Ventilador Artificial Eletrônico

Descrição Detalhada: Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto, Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Características Adicionais 01: Bateria Interna, C/ Cinta Torácica, Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica, Características Adicionais 3: Tomografia De Impedância Elétrica Torácica Tie, Alarmes: Alarmes Audiovisuais, Circuitos: Com Circuitos E Filtros,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 263.064,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

13 - Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Tipo: Volumétrica Peristáltica, Vazão: 1 A 5ml/Min Ou 5 A 60ml/Min, Administração: P/ Infusão E Irrigação, Características Adicionais: Visor Led, Características Adicionais 01: Portinhola Cristal, Roldana, Programação: Fluxo Seleccionável Elevado Ou Reduzido, Alarme: Duplo Detector De Ar, Alarme Sonoro, Acessórios: Cabo De Alimentação 3m, Pedal,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86.720,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (6)

14 - Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri, Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa, Vazão: Fluxo Programável, Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque, Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bólus, Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 144.657,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (14)

15 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Configuração Do Sistema: Cdi Subcutâneo Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Adicional: C/ Sistema De Entrega, Compatibilidade: Condicionado Mri,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 117.854,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

16 - Cardiologia - cardioversão elétrica eletiva (avaliação clínica, eletrocardiográfica para desfibrilação)

Descrição Detalhada: Cardiologia - cardioversão elétrica eletiva (avaliação clínica, eletrocardiográfica para desfibrilação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36.058,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

17 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Modelo: Elétrico Móvel, Pressão De Vácuo: Cerca De 650 MmHg, Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm, Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico, Volume: Cerca De 5 L X 5 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Adicionais: Aacionamento Por Pedal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.792,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

18 - Ventilador Artificial Eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo 01: Transporte, Modelo: Pediátrico/Adulto, Modos Ventilação: Vcv, Simv,Cpap,Ps, A/C, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Componentes: Válvulas Reguladoras De Pressão, Alarmes: Alarmes Audiovisuais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 57.394,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

19 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Tipo: De Monitorização P/ Débito Cardíaco, Não Invasivo, Parâmetros: Vs, Ivs, Dc, Ic, Rtp, Irtp, Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução, Componentes: Memória, Alarme, Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.911,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)