



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 – PROCESSO Nº 215/25

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para a Secretaria Municipal da Saúde.

Os produtos deverão ser de boa qualidade

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18 de setembro de 2025 das 08:00 horas até 30 de setembro de 2025 às 08:00 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30 de setembro de 2025 às 08:10 horas.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 30 de setembro de 2025 às 09:00 horas.

LOCAL: www.bllcompras.com

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF), e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

OBSERVAÇÃO: COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ART. 3º E ART. 18-E, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014.

A Senhora Pregoeira da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade **PREGÃO**, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.com)”, denominada **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM** – objetivando **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS**, conforme solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, que será regida pela Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 8.137 de 14 de janeiro de 2025 e Decreto Municipal 7.632 de 11 de janeiro de 2024, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei Complementar nº 123 de 2006, Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Instrução Normativa nº 73 de 30 de setembro de 2022 e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie e do disposto no presente edital. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS

Endereço: Praça Juca Novaes, nº 1.169 – Centro – Avaré/SP – CEP 18.705-023

Pregoeira: Olga Mitiko Hata

E-mail: licitacao@avare.sp.gov.br



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

DO OBJETO

Tem por objeto do presente edital de pregão eletrônico, a constituição de **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**, conforme **ANEXO 01** deste Edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01	DO FOLHETO DESCRITIVO/DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO 02	DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
ANEXO 03	DO MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
ANEXO 04	DO MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO 05	DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL DO BRASIL
ANEXO 06	DO TERMO DE INDICAÇÃO DE OPERADORES
ANEXO 07	DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO 08	DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada no § 2º e 3º da Instrução Normativa nº 73/22.

1.2. O sistema de pregão eletrônico, BLL Compras, da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil é realizado por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.

1.3. Os trabalhos serão conduzidos pelo (a) pregoeiro (a) da Prefeitura do Município de AVARÉ – SP, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL Compras” constante na página da internet da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.com).

1.4. Devido à preferência dada as MEs, EPPs, MEIs nos itens exclusivos, não será aplicado o disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, para tais itens será adotado apenas o critério de menor preço.

1.5. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, de lances e de julgamento.

2. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação nos “**itens abertos para todos os tipos de empresa**” qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja **compatível com o objeto desta licitação** e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

3.1.1. Nos **itens “reservados”**, poderão participar somente Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.

3.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, além da apresentação da declaração constante no **ANEXO 03** para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço informar no campo próprio o seu regime de tributação, para fazer valer o seu direito de prioridade do desempate (Art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006).

3.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, com o **ANEXO 05**.

3.4. NÃO poderão participar nesta licitação as empresas:

3.4.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.4.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.4.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.4.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

3.4.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

3.4.11. Consórcio de empresas. Esta vedação se justifica considerando que, as circunstâncias do mercado ou a complexidade do objeto não dificultam a comprovação de todos os requisitos de qualificação técnica ou econômica por um único licitante;

3.4.12. Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 de 7 de agosto de 2014 nos itens reservados.

3.5. O impedimento de que trata o **Item 3.4.4** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os **Itens 3.4.2** e **3.4.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.8. O disposto nos **Itens 3.4.2** e **3.4.3** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.10. A vedação de que trata o **Item 3.4.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.11. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão. Para isso, os interessados deverão cadastrar-se previamente na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – (041) 3042-9909, de acordo com o **ANEXO 05**.

3.12. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do **ANEXO 05**.

b) inserção no sistema do valor inicial do objeto licitado.

4. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

4.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a)** acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b)** responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c)** abrir as propostas de preços;
- d)** analisar a aceitabilidade das propostas;
- e)** desclassificar propostas indicando os motivos;
- f)** conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g)** verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h)** declarar o vencedor;
- i)** receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j)** elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
- k)** encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

5.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do Termo de credenciamento, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.com.

5.2. A licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

5.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento da proposta



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

6.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

6.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida com a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil pelo telefone: (41) 3097-4600, ou e-mail contato@bll.org.br.

6.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

7.1. Após a divulgação do edital de licitação, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

7.2. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei nº 14.133, de 2021, o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital de licitação.

7.3. A falsidade da declaração de que trata o **Item 7.2** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

7.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.5. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de proposta, após a fase de envio de lances.

7.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo, conforme o critério de julgamento adotado neste edital, quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

7.6.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

7.6.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.7. O valor final mínimo ou percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa sendo vedado:

7.7.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

7.7.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

7.8. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do **Item 7.6** possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

7.9. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

8.1.1. Valor unitário, com no máximo duas casas decimais após a vírgula;

8.1.2. Marca e/ou Nome do Fabricante (vedada a identificação do licitante neste campo e vedada a indicação de mais de uma marca para o item, sob pena de desclassificação).

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, só será permitido alteração sob alegação de erro, quando este for visivelmente discrepante (por exemplo erro no lance ofertado).

8.4.1. Considerando a instabilidade da Plataforma, não será de responsabilidade da Pregoeira e Equipe de Apoio, o cancelamento do lance ofertado em tempo hábil.

8.5. São vedadas propostas para um **mesmo item/lote** formulada por estabelecimentos distintos de uma **mesma licitante** (disputa entre matriz e filial ou entre filiais, ou sócios em comum, por exemplo). O descumprimento implicará a desclassificação de ambas proponentes.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

8.6. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

8.7. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.8. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no **ANEXO 01**.

8.9. A validade da proposta será de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

8.10. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital.

9.2. Será **DESCCLASSIFICADA** a proposta eletrônica que identifique o licitante:

9.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.2. Da licitante não considerada nos termos da Lei, ME, EPP ou MEI nos itens reservados.

9.3. A não desclassificação da proposta conforme **Item 9.2** não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de julgamento.

9.4. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, em relação à proposta mais bem classificada.

9.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes, vedada outra forma de comunicação.

9.6. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**.

10. DO INÍCIO DA FASE COMPETITIVA

10.1. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa adotado neste edital, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

10.3. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

10.4. Observado o **Item 10.3**, o licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de **quinze segundos** após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

10.5. A(o) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio, poderá durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

10.6. Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o **Item 10.5**, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

10.7. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11. DO MODO DE DISPUTA

11.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de **disputa “aberto”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

11.2. Após a abertura do lote colocado em disputa, a fase de lances terá duração de **10 (dez) minutos**. Após esse período, o sistema encerrará a competição caso nenhum lance seja apresentado dentro do intervalo de **2 (dois) minutos**.

11.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de **dois minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

11.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, o sistema encerrará automaticamente a etapa de lances.

11.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a(o) Pregoeira(o), auxiliada(o) pela Equipe de Apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital, para a definição das demais colocações.

11.6. Após o reinício previsto no item anterior, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

11.7. Encerrada a etapa de que trata o item anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances.

11.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,01 (um centavo)**, podendo ser alterado durante a sessão pública.

11.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

11.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

12. DA DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES

12.1. Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública, e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

12.2. Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos** para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas **24 (vinte e quatro) horas** após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

13.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos itens de Cota Principal.

13.2. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até **5% (cinco por cento)** acima da melhor proposta ou melhor lance, se esta for empresa de maior porte, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de **05 (cinco) minutos** controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

13.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de **5% (cinco por cento)**, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

13.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

I. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

IV. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade.

13.7. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I. Empresas estabelecidas no Município;

II. Empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;

III. Empresas brasileiras;

IV. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

V. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

13.8. Os documentos comprobatórios elencados nos **Itens 13.6 e 13.7**, referentes aos critérios de desempate, deverão ser enviados pelos licitantes, **no prazo de 02 (duas) horas**, contados a partir da solicitação pela(o) Pregoeira(o), sob pena de desistência do desempate.

14. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA/VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA

14.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a(o) Pregoeira(o), realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado, conforme definido no edital.

14.2. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido, a(o) Pregoeira(o), poderá negociar condições mais vantajosas.

14.3. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação.

14.4. A negociação será realizada por meio de sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

14.5. Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo.

14.6. Após a negociação do preço, a(o) Pregoeira(o) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

14.7. Fica estabelecido o prazo de **2 (duas) horas**, contado da solicitação da(o) Pregoeira(o) para envio, **EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA**, da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme **ANEXO 04** do edital, e, se necessário, dos documentos complementares a proposta, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, **sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO**.

14.8. A prorrogação de que trata o item anterior, poderá ocorrer nas seguintes situações:

14.8.1. Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela(o) Pregoeira(o).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

14.8.2. De ofício, a critério da(o) Pregoeira(o), quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade.

14.9. Será **DESCLASSIFICADA** a proposta vencedora que:

14.9.1. Contiver vícios insanáveis;

14.9.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

14.9.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido no edital;

14.9.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

14.9.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável;

14.9.6. Não conter a marca e/ou nome do fabricante (quando obrigatório).

14.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a **50% (cinquenta por cento)** do valor orçado pela Administração.

14.11. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência da(o) Pregoeira(o), que comprove:

14.11.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

14.11.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

14.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

14.13. Encerrada a fase de julgamento, após a verificação de conformidade da proposta, a(o) Pregoeira(o), verificará a documentação de habilitação do licitante conforme disposições do edital.

15. DA FASE DE HABILITAÇÃO

15.1. Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

15.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos de dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

15.2.2. A empresa deverá ter representante legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e judicialmente.

15.3. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação **apenas** do licitante vencedor, conforme inciso II do art.63 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

15.4. Os documentos exigidos para habilitação (**ANEXO 02 e 03**) deverão ser enviados **EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA**, em formato digital, no prazo de **2 (duas) horas**, após solicitação pela(o) Pregoeira(o), prorrogável por igual período, nas situações elencadas nos **Itens 14.8.1 e 14.8.2**, sob pena de inabilitação.

15.5. Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

15.5.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

15.5.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

15.6. A verificação pela(o) Pregoeira(o) em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

15.7. Na análise dos documentos de habilitação, a(o) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

15.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a(o) Pregoeira(o) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, observado o prazo disposto no **Item 14.7**.

15.9. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o item anterior.

15.10. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

15.11. Os documentos para fins de habilitação deverão ser apresentados em formato digital, preferencialmente autenticados digitalmente, constando o selo digital com a indicação do sítio eletrônico para a verificação da veracidade das informações, nos termos da Lei Federal nº 8.935/94.

15.12. Quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, a comprovação das informações será realizada mediante a apresentação dos documentos originais não digitais.

15.13. Os documentos apresentados digitalmente são de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais inconsistências ou fraudes.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

15.14. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos exigidos no edital.

15.15. A não inserção dos documentos, no prazo de que trata o **Item 15.4** acarretará a imediata **INABILITAÇÃO** do licitante.

15.16. Sob pena de **INABILITAÇÃO**, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante no cadastro da plataforma da BLL, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

16. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

16.1. A(o) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio, poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação, observado o disposto no art. 55 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

16.2. A(o) Pregoeira e Equipe de Apoio, poderá, na análise dos documentos de habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

16.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que tratam os **Itens 16.1 e 16.2**, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas** de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

17. DOS RECURSOS

17.1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, ou seja, de **15 (quinze) minutos**, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

17.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, **em campo próprio no sistema**, no prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

17.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, **em campo próprio no sistema**, no prazo de **03 (três) dias úteis**, contados da data da divulgação da interposição do recurso, diretamente no sistema, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

17.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

17.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

17.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

18. DA FASE DE HOMOLOGAÇÃO

Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

19. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou a ata de registro de preços, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

19.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

19.3. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços, ou instrumento equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

19.4. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do **Item 19.3**, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

19.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário.

19.4.2. Adjudicar e celebrar a contratação das condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

19.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido conforme **Item 19.1** caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

20.1. A contratada deverá cumprir integralmente o disposto neste edital e, ainda:

20.2. Entregar o bem licitado em sua totalidade (conforme quantidades contidas nas Autorizações de Fornecimento), sendo que a entrega deverá ser realizada no endereço e prazo mencionados no **Anexo 01** deste edital.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

21. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1. Assegurado o contraditório e a ampla defesa, a empresa detentora terá seu Registro de Preços cancelado quando:

21.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

21.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

21.1.3 Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

21.1.4. Sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

21.2. O cancelamento do Registro de Preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I. Por razão de interesse público; ou

II. A pedido do fornecedor.

21.3. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.

21.4. Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades da **Secretaria Municipal de Saúde**, por meio da emissão de **Autorização de Fornecimento**.

22. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA DA ATA

22.1. O prazo, local de entrega e vigência da Ata de Registro de Preços será conforme **ANEXO 01 – DO FOLHETO DESCRITIVO/TERMO DE REFERÊNCIA**.

22.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer reajuste, repactuação e revisão nas hipóteses legais.

23. DO PAGAMENTO

23.1. O prazo para pagamento será conforme **ANEXO 01 – DO FOLHETO DESCRITIVO/TERMO DE REFERÊNCIA**.

23.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

24. DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou

II. O pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

24.2. O atraso injustificado na efetiva consecução do objeto contratado, sem prejuízo do disposto no §9º do artigo 156, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:

- I. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a contar da data inicial do descumprimento; e
- II. Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia.

24.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

- I. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
- II. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
- III. Ressarcimentos de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.

§ 1º. A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo para a execução do ajuste.

§ 2º. O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

§ 3º. As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a variação do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.

24.4. As sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela autoridade administrativa indicada, após processo administrativo próprio.

Parágrafo único. O processo administrativo próprio para aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, será conduzido por Comissão Permanente Processante a ser instituída por meio de Portaria editada pelo Secretário da respectiva pasta solicitante e recairá sobre servidores nomeados.

24.5. Da decisão cabe recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

§ 1º. O recurso será dirigido à Autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

§ 2º. Caso a decisão tenha sido proferida pelo Prefeito, caberá apenas o pedido de reconsideração de ato no prazo previsto no caput deste artigo, a qual terá prazo de 20 (vinte) dias para proferir sua decisão.

25. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

25.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até **03 (três) dias úteis** antes da data de abertura da sessão pública.

25.2. As impugnações e/ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados por meio eletrônico, através de campo próprio na plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil ou através de envio no e-mail: licitacao@avare.sp.gov.br



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

25.3. A(o) Pregoeira(o) responderá aos pedidos de esclarecimento e/ou impugnação no prazo de até **03 (três) dias úteis** contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e seus anexos.

25.4. As impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos não possui efeito suspensivo dos prazos previstos no certame.

25.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela(o) Pregoeira(o), nos autos do processo de licitação.

25.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

25.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação e no sistema, e vincularão os participantes e a Administração.

26. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

26.1. A autoridade superior poderá revogar o procedimento licitatório por motivo de conveniência e oportunidade, e deverá anular por ilegalidade insanável, de ofício ou por convocação de terceiros, assegurada a prévia manifestação dos interessados.

26.2. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

26.3. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

26.4. Na hipótese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execução contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei nº 14.133, de 2021.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Será divulgada Ata de Sessão pública no sistema eletrônico.

27.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

27.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

27.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

27.5. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no site da Municipalidade no endereço eletrônico www.avare.sp.gov.br e na plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil no endereço eletrônico bllcompras.com.

27.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

27.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo (a) pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

27.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

27.9. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que resguardados os interesses da administração (princípio de ampliação da disputa e interesse público), o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação).

27.10 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

27.11. A participação do proponente nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

27.12. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

27.13. Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o do Município de Avaré/SP, considerado aquele a que está vinculado o(a) pregoeiro(a).

27.14. A(o) pregoeira(o) e sua Equipe de Apoio, atenderá(ão) aos interessados no horário de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, por correio eletrônico: licitacao@avare.sp.gov.br; ou ainda, pessoalmente por escrito, no Departamento de Licitações, localizado na Praça Juca Novaes, nº 1.169, Centro, Avaré/SP, para mais esclarecimentos.

27.15. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos licitação e não será devolvida ao proponente.

27.16. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário.

27.17. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo (a) pregoeiro (a), nos termos da legislação pertinente.

27.18. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

27.19. Do edital, se não houver competidor enquadrado como ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) ou Microempreendedor Individual (MEI) nos itens reservados, e não houver licitante no lote aberto para todos os tipos de empresa, os itens serão revogados, abrindo-se novo certame para ampla participação.

27.20. Ficam os Licitantes devidamente cientificados de que todos os atos praticados após a sessão de abertura dos envelopes, tais como intimação para apresentação de recursos e publicação de atas estarão disponíveis no site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (Plataforma BLL) junto a todos os dados referentes ao certame, contando-se os prazos a partir da data de inserção do documento no site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (Plataforma BLL). Devendo o licitante acompanhar com atenção o andamento do certame na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (Plataforma BLL) evitando-se assim prejuízos tais como perda de prazos.

27.21. Caso a mesma empresa vencer a **cota reservada e a cota principal**, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado, e caso seja vencedora uma ME, EPP, MEI ou outras nos itens reservados e na cota principal em itens iguais, deverá ser adotado para contratação o menor valor ofertado para o item.

27.22. Caso somente tenha licitante vencedora no lote aberto para todas as empresas, a mesma fica obrigada a assumir a cota reservada para ME, EPP e MEI.

27.23. Os preços cotados pela empresa vencedora não poderão ultrapassar os preços unitários estimados pela Administração.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré (SP), 02 de setembro de 2025.

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ANEXO I – DO FOLHETO DESCRITIVO/TERMO DE REFERÊNCIA

DO SETOR SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01. DO OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamento para Secretaria Municipal da Saúde, sendo:

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Estimado Unitário	Estimado Total
01	ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4 prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.	15	UN	1.216,85	18.252,75
02	GAVETEIRO ODONTOLÓGICO COM 4 GAVETAS acabamento quadrado - UNIDADE INFORMAÇÕES DO PRODUTO Gaveteiro: Gaveteiro composto por 04 gavetas de 06 cm e 02 gavetas de 12 cm, ambas com bojos em ABS e 01 gaveta de 24 cm com fundo de madeira. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Matéria Prima estrutura em MDF com revestimento melamínico Puxadores – Puxadores em alça modelo italiano com ponteiros cromadas e pintura epoxi. Gavetas Plásticas em ABS – Gavetas plásticas em poliestireno moldadas em vacuum-forming sem cantos vivos Corrediças em Metal – Corrediças com pintura epóxi com rodízios com stop e deslize suave Frentes – Frentes em MDF Post-Forming vertical com linhas arredondadas e revestido interna e externamente Rodízios em nylon rígido – Rodízios de alta	12	UN	985,88	11.830,56



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisos Cores da Frente – Branca				
03	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento. Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi apos tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a) aproximadamente. Garantia 5 anos.	15	UN	1.386,31	20.794,65
04	CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130 mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x	08	UN	3.230,37	25.842,96



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	profundidade).				
05	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, pés com ponteiros plásticos, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.	15	UN	1.333,33	19.999,95
06	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm) com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiros de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m. Altura do 2º piso: 0,38 m.	23	UN	149,63	3.441,49
07	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas: Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.	15	UN	5.627,91	84.418,65
08	CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO – UNIDADE	08	UN	539,30	4.314,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura Características: Estrutura de aço com acabamento em polipropileno. Acabamento em pintura epóxi com proteção. Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto. Assento com espuma certificada de 28 cm D-45. Revestimento Corano.				
09	CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x 4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 100 kg - Garantia: 3 meses	08	UN	537,17	4.297,36
10	MESA MAYO - UNIDADE Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de	15	UN	674,32	10.114,80



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.				
11	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,20mm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos	08	UN	1.489,65	11.917,20
12	CADEIRA DE RODA – UNIDADE Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51 cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.	38	UN	1.690,02	64.220,76
13	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08 Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.	23	UN	4.964,14	114.175,22
14	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	08	UN	684,38	5.475,04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

15	CADEIRA DE BANHO OBESO – UNIDADE Descrição: Cadeira de rodas. Em aço com pintura epoxy. Para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma. No assento: rodas traseiras de 24 polegadas, rodas dianteiras de 8 polegadas. Com apoios de ante braço e braços escamoteável. Com apoios para os pés removíveis. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Garantia de 1 ano.	08	UN	811,86	6.494,88
16	OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2:	15	UN	3.516,63	52.749,45



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Intervalo: 0-100%. Precisão: $\pm 2\%$ em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2 bpm. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação em português.				
17	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.	38	UN	159,93	6.077,34
18	OTOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halogena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Espéculo (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0 mm; Acondicionado Em Estojo.	23	UN	445,67	10.250,41
19	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	08	UN	1.364,97	10.919,76
20	SUPORTE DE SOROTERAPIA – UNIDADE Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm	15	UN	379,87	5.698,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.				
21	ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1 mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2 mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5 mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz	04	UN	7.296,30	29.185,20
22	NEGATOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Negatoscópio padrão, modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso,	04	UN	694,18	2.776,72



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.				
23	FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodízio, luminária flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulador, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.	08	UN	695,97	5.567,76
24	COLPOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: • Cabeçote Óptico Estereoscópico: Binocular com regulagem de altura e distância, oferecendo imagens de alta definição • Focalização Ajustável: Com macro regulagem através da movimentação da estativa e micro regulagem de distância por ajuste manual com alavanca lateral. • Iluminação LED	02	UN	7.149,97	14.299,94
25	CARDIOTOCÓGRAFO – UNIDADE Especificação Técnica: • Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos • FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal) • Visor numérico e gráfico • Painel de controle • Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta ou A4. Permite o uso de papel fax e diferentes velocidades de impressão • Conexões para transdutores de Doppler por Ultrassom e TOCO, energia elétrica e conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB Wifi • Alarmes sonoros e visuais para fácil reconhecimento de eventos relacionados ao paciente ou equipamento	02	UN	20.488,55	40.977,10
26	MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e reciprocante, com configuração customizável através de sua	03	UN	10.060,42	30.181,26



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo recíprocante esta função é acionada automaticamente. Características Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC); Função auxiliar especial ASR (acionável, no modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga; Alta duração da bateria; Baixo índice de reparos de assistência técnica Benefícios Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e recíprocante; Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo; Conforto, segurança e praticidade; Integração e conveniência.				
27	BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Características: * Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água;	04	UN	5.199,93	20.799,72



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	* Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. Especificações: * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V) * Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM * Comando: 12 VDC * Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m * Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm				
28	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade. Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil. Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Tratamento superficial do corpo:	195	UN	802,35	156.458,25



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Exclusivo sistema de iluminação. * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button. * Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para minimizar o nível de ruído. * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. Informações Técnicas * Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard.				
29	CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Cadeira: Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior	03	UN	24.863,33	74.589,99



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Amplo estofamento disponível em 15 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultório ambidestro. Pedal: Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor. Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente. Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”. Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente. Equipo: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável.				
---	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação. Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando entre o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos). Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com				
---	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	giro de 620º. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.				
30	CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Ultrassom - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Características Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Especificações Técnicas Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde. Capacidade Útil: 2,1 Litros Voltagem: 127 V ou 220 V Frequência: 50/60 Hz Capacidade Total: 2,5 Litros Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto: 3 kg Frequência Ultrassônica: 42 kHz.	11	UN	1.229,63	13.525,93
31	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Descrição: O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica.	12	UN	803,99	9.647,88



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente. Características: * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 nm. Ela também permite um encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca. * O equipamento possui um controle de acionamento na própria peça de mão, através do botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo. * Possui corpo do carregador projetado em ABS, obedecendo as normas de segurança elétrica. * Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais. * O equipamento possui uma fonte de multitensão, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento. * Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho. * Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED. * Bateria de lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s consecutivos. Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V)				
---	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria Base carregadora.				
32	ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Descrição do Produto Sem Bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de	11	UN	4.443,09	48.873,99



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Acompanha as pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm. Comprimento: 24 cm. Peso Líquido: 3,00 kg. Peso Bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI.				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.				
33	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5", colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia: Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações:	03	UN	2.374,65	7.123,95



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.				
34	NEURODYN PORTABLE SYSTEM – 02 CANAIS – APARELHO DE CORRENTES AUSSIE, RUSSA, INTERFERENCIAL BIPOLAR, TENS E FES – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO - • Protocolos: 29 programados e 25 particulares; • Correntes: Aussie, Russa, Interferencial bipolar, TENS e FES; • Canais: 02 canais; • Dimensões (L x P x A): 7,7 x 5 x 13,5 cm • Bateria: Recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA • Terapias: Eletroestimulação • Tempo: 1 a 60 minutos • Peso: 800 g • Dimensões (C x L x A): 3.5 x 7.7 x 13.5 cm • Peso (Kg): 0.3 • Dimensões Embalado (C x L x A): 15.0 x 10.0 x 15.0 cm • Peso Embalado (Kg): 0.8 • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 • Anvisa: 10360319018 ITENS INCLUSOS: • 01 Neurodyn Portátil System Ibramed – 02 Canais – Aparelho de Correntes Aussie, Russa, Interferencial Bipolar, TENS e FES; • 01 Fonte de alimentação; • 04 Eletrodos de borracha; • 02 Cabo duplo branco; • 03 Anéis identificador laranja; • 03 Anéis identificador preto; • 01 Maleta para transporte; • 01 Bisnaga de gel condutor.	02	UN	1.264,72	2.529,44
35	SONOPULSE III – ULTRASSOM TERAPÊUTICO 1MHZ – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: • Modo: Contínuo e pulsado;	01	UN	1.758,33	1.758,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	• Entrada para terapia combinada: Sim • ERA: 8 cm²; • Terapia: Ultrassom de 1MHz; • Potência: 24 Watts • Protocolos: 30 protocolos programados • Dimensões (C x L x A): 27.0 x 28.0 x 12.0 cm; • Peso (Kg): 1.2; • Dimensões Embalado (Kg): 2.5 • Marca: Ibramed; • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 ITENS INCLUSOS: • 01 Sonopulse Compact Ibramed – Aparelho de Ultrassom 1 MHz; • 01 Cabo PP Fêmea IEC – 2 x 0,75 x 1500 mm; • 01 Cabo para terapia combinada; • 01 Aplicador; • 02 Fusíveis 20 AG de 5A; • 01 Bisnaga com gel 100 g.				
36	KIT LASERPULSE + PROB 2 850 nm. - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1HZ); Modo: Contínuo e pulsado; Alimentação: Bateria recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA; Dimensões (L x P x A): 19,9 x 13,9 x 4,25 cm; Peso: 395 g Dimensões (C x L x A): 15.0 x 20.0 x 5.0 cm; Peso (Kg): 1.185 Dimensões Embalado (C x L x A): 23.0 x 17. 0 x 14. 0 cm; Peso Embalado (Kg): 0.8; Garantia: 18 meses; NCM: 90189099; Anvisa: 10360310041 ITENS INCLUSOS: • 01 Laserpulse Portátil Ibramed – Aparelho de Laserterapia e LEDterapia; • 01 Fonte de Alimentação 5.2 VDC 2A; • 01 Óculos de proteção operador – 200nm a 1200nm; • 01 Cabo conector de interlock;	01	UN	2.240,00	2.240,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	• 01 Munhequeira para ILIB.				
37	CANELEIRA DE PESO PARA PERNAS DE 2 KG – PAR • Peso: 2 Kg; • Enchimento: Areia; • Fecho: Velcro; • Alças: Ajustáveis; • Material: Nylon; • Dimensões (C x L x A): 49 x 14 x 3 cm; • Peso (Kg): 1; • Dimensões Embalado (C x L x A): 16 x 25 x 10 cm; • Peso (Kg): 2; • Modelo: NYLON, COM PESO, PAR • Garantia: 90 dias para defeitos de fabricação • NCM: 95069900	02	PAR	71,33	142,66
38	CANELEIRA DE PESO PARA PERNAS DE 4 KG – PAR • Peso: 4 Kg; • Enchimento: Areia; • Fecho: Velcro; • Alças: Ajustáveis; • Material: Nylon; • Dimensões (C x L x A): 49 x 14 x 3 cm; • Peso (Kg): 1; • Dimensões Embalado (C x L x A): 16 x 25 x 10 cm; • Peso (Kg): 2; • Modelo: NYLON, COM PESO, PAR • Garantia: 90 dias para defeitos de fabricação • NCM: 95069900	02	PAR	89,50	179,00
39	CANELEIRA DE PESO PARA PERNAS DE 5KG – PAR • Peso: 5 Kg; • Enchimento: Areia; • Fecho: Velcro; • Alças: Ajustáveis; • Material: Nylon; • Dimensões (C x L x A): 49 x 14 x 3 cm; • Peso (Kg): 1; • Dimensões Embalado (C x L x A): 16 x 25 x 10 cm; • Peso (Kg): 2; • Modelo: NYLON, COM PESO, PAR • Garantia: 90 dias para defeitos de fabricação • NCM: 95069900	02	PAR	123,33	246,66
40	Faixa Elástica Band - KIT'S	02	KIT	49,42	98,84



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Intensidade: Azul – Leve, Amarelo – Médio, Vermelho – Forte; • Dimensões: 150 x 12 cm (CxL); • Material: TPE (Elastômero Termoplástico); • Dimensões (C x L x A): 15.;5 x 3.0 x 11. 0 cm; • Peso (Kg): 0.28; • Dimensões Embalado (C x L x A): 15.0 x 12.0 x 6.0 cm; • Peso Embalado (Kg): 0.3; • Marca: ACTE; • Modelo: 3 FAIXAS • Garantia: 3 meses • NCM: 95069100 ITENS INCLUSOS: • 01 Kit com 03 Faixas Elásticas Band – Acte (cores variadas).				
41	Pedalinho para fisioterapia – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Peso máximo suportado: 100 Kg; • Material: Aço e Plástico ABS; • Dobrável: Sim; • Dimensões (C x L x A): 41.5 x 34.5 x 49. cm; • Peso (Kg): 2.32; • Dimensões Embalado (C x L x A): 21.0 x 37.0 x 49.0 cm; • Peso Embalado (Kg): 2.99; • Marca: ACTE; • Modelo: COMPACT; • Garantia: 3 meses • NCM: 95069100	01	UN	304,30	304,30
42	Par de halter emborrachado 1 kg – UNIDADES DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Revestimento: Emborrachado em PVC; • Quantidade: Unidade; • Material: Ferro Fundido; • Cor: De acordo com o peso: • Dimensões (C x L x A): 18.5 x 5 x 5 cm; • Peso (Kg): 1; • Modelo: UNIDADE; • Garantia: 6 meses; • NCM: 95069900	02	PAR	43,64	87,28



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

43	Par de halter emborrachado 2 kg - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO • Revestimento: Emborrachado em PVC; • Quantidade: Unidade; • Material: Ferro Fundido; • Cor: De acordo com o peso; • Dimensões (C x L x A): 18.5 x 5 x 5 cm; • Peso (Kg): 2 KG • Modelo: UNIDADE; • Garantia: 6 meses; • NCM: 95069900	02	PAR	79,31	158,62
44	Par de halter emborrachado 3 kg – PAR DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Revestimento: Emborrachado em PVC; • Quantidade: Unidade; • Material: Ferro Fundido; • Cor: De acordo com o peso; • Dimensões (C x L x A): 18.5 x 5 x 5 cm; • Peso (Kg): 3KG • Modelo: UNIDADE; • Garantia: 6 meses; • NCM: 95069900	02	PAR	122,79	245,58
45	Escada 7 degraus – UNIDADE Capacidade Máxima: 120 kg Cor: Alumínio Material: Alumínio Número de Degraus: 7 degraus Altura Máxima: 2,18 Altura aberta: 2,18 m Altura fechado: 2,36 m Altura útil: 1,74 m Largura: 0,49 m Peso: 8 kg	08	UN	346,63	2.773,04
46	SUPORTE DE BRAÇO - UNIDADE Especificação Técnica: Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.	23	UN	236,25	5.433,75
47	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(CxLx); Pesando	04	UN	1.200,58	4.802,32



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macica; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.				
48	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil; Com Protetor Térmico, Sistema Anti Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.	23	UN	742,61	17.080,03
49	BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430, Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de Limpeza; Com Serpentina Externa, Em Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x p); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.	08	UN	1.727,63	13.821,04
50	MONITOR CARDÍACO – UNIDADE Indicações: * Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: * Display: 15" Colorido MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2) * ECG:	08	UN	13.008,67	104.069,36



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

* Faixa dinâmica de entrada: $\pm (0,5\text{mVp} - 5\text{mVp})$; * Impedância de entrada: = 10 MO; * Largura da banda: 0.05 – 150 Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – 40 Hz (modo monitoramento); * 1 – 20 Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; * Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; * Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; * Precisão de HR: $\pm 1\%$ ou 1bpm, o que for maior; * Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTC; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0 m; * Precisão: 02mV; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP: * Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: 0 – 150 rpm; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo; * Faixa de medição: 0% – 100%; * Precisão: $\pm 2\%$ para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; * Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; * Precisão de PR: $\pm 2\text{bpm}$ ou $\pm 2\%$ o que for maior; * Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; * Pressão não invasiva (PNI): * Especificação Técnica: método oscilométrico; * Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); * Faixa de medição de PNI: 0 mmhg – 300 mmhg; * Precisão: $\pm 3\text{ mmHg}$; * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedicação: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais):				
---	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

* Faixa de medição: 0,0 – 50,0º C; * Precisão: $\pm 0,1^\circ$ C entre 0º C à 50º C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis; * Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm; * Peso: 4500 g; * Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Estimado Unitário	Estimado Total
51	ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4 prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.	05	UN	1.216,85	6.084,25
52	GAVETEIRO ODONTOLÓGICO COM 4 GAVETAS acabamento quadrado - UNIDADE INFORMAÇÕES DO PRODUTO Gaveteiro: Gaveteiro composto por 04 gavetas de 06 cm e 02 gavetas de 12 cm, ambas com bojos em ABS e 01 gaveta de 24 cm com fundo de madeira. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Matéria Prima estrutura em MDF com revestimento melamínico Puxadores – Puxadores em alça modelo italiano com ponteiros cromadas e pintura epoxi. Gavetas Plásticas em ABS – Gavetas plásticas em poliestireno moldadas em vacuum-forming sem cantos vivos	03	UN	985,88	2.957,64



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Corrediças em Metal – Corrediças com pintura epóxi com rodízios com stop e deslize suave Frentes – Frentes em MDF Post-Forming vertical com linhas arredondadas e revestido interna e externamente Rodízios em nylon rígido – Rodízios de alta resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisos Cores da Frente – Branca				
53	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento. Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi apos tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a) aproximadamente. Garantia 5 anos.	05	UN	1.386,31	6.931,55
54	CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas	02	UN	3.230,37	6.460,74



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130 mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x profundidade).				
55	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, pés com ponteiros plásticos, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.	05	UN	1.333,33	6.666,65
56	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm) com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiros de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m. Altura do 2º piso: 0,38 m.	07	UN	149,63	1.047,41
57	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas: Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com	05	UN	5.627,91	28.139,55



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.				
58	CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO – UNIDADE Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura Características: Estrutura de aço com acabamento em polipropileno. Acabamento em pintura epóxi com proteção. Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto. Assento com espuma certificada de 28 cm D-45. Revestimento Corano.	02	UN	539,30	1.078,60
59	CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m ³ . - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x 4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg	02	UN	537,17	1.074,34



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	- Peso recomendado: até 100 kg - Garantia: 3 meses				
60	MESA MAYO - UNIDADE Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.	05	UN	674,32	3.371,60
61	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,20mm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos	02	UN	1.489,65	2.979,30
62	CADEIRA DE RODA – UNIDADE Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulação de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51 cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.	12	UN	1.690,02	20.280,24
63	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08	07	UN	4.964,14	34.748,98



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.				
64	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	02	UN	684,38	1.368,76
65	CADEIRA DE BANHO OBESO – UNIDADE Descrição: Cadeira de rodas. Em aço com pintura epoxy. Para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma. No assento: rodas traseiras de 24 polegadas, rodas dianteiras de 8 polegadas. Com apoios de ante braço e braços escamoteável. Com apoios para os pés removíveis. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Garantia de 1 ano.	02	UN	811,86	1.623,72
66	OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento.	05	UN	3.516,63	17.583,15



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: $\pm 2\%$ em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2 bpm. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação em português.				
67	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.	12	UN	159,93	1.919,16
68	OTOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halogena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m)	07	UN	445,67	3.119,69



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Especulo (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0 mm; Acondicionado Em Estojo.				
69	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	02	UN	1.364,97	2.729,94
70	SUPORTE DE SOROTERAPIA – UNIDADE Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.	05	UN	379,87	1.899,35
71	ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1 mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2 mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5 mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz	01	UN	7.296,30	7.296,30



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

72	NEGATOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Negatoscópio padrão, modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso, canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.	01	UN	694,18	694,18
73	FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodízio, luminária flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulador, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.	02	UN	695,97	1.391,94
74	MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e reciprocante, com configuração customizável através de sua extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo reciprocante esta função é acionada automaticamente. Características Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC); Função auxiliar especial ASR (acionável, no modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga; Alta duração da bateria; Baixo índice de reparos de assistência técnica	01	UN	10.060,42	10.060,42



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Benefícios Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e reciprocante; Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo; Conforto, segurança e praticidade; Integração e conveniência.				
75	BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Características: * Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água; * Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. Especificações: * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V) * Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM * Comando: 12 VDC * Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m	01	UN	5.199,93	5.199,93



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	* Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm				
76	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade. Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil. Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Exclusivo sistema de iluminação. * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button. * Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para minimizar o nível de ruído. * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para	65	UN	802,35	52.152,75



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. Informações Técnicas * Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard.				
77	CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Cadeira: Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Ampla estofamento disponível em 15 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultório ambidestro. Pedal: Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor.	01	UN	24.863,33	24.863,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente. Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”. Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente. Equipo: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação. Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa triplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando entre o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos). Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.				
78	CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Ultrassom - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Características Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material	03	UN	1.229,63	3.688,89



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Especificações Técnicas Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde. Capacidade Útil: 2,1 Litros Voltagem: 127 V ou 220 V Frequência: 50/60 Hz Capacidade Total: 2,5 Litros Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto: 3 kg Frequência Ultrassônica: 42 kHz.				
79	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Descrição: O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica. Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente. Características: * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm. Ela também permite um encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca. * O equipamento possui um controle de acionamento na própria peça de mão, através do	03	UN	803,99	2.411,97



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo. * Possui corpo do carregador projetado em ABS, obedecendo as normas de segurança elétrica. * Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais. * O equipamento possui uma fonte de multitenção, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento. * Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho. * Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED. * Bateria de lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s consecutivos. Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V) Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria Base carregadora.				
80	ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Descrição do Produto Sem Bomba Peristáltica.	03	UN	4.443,09	13.329,27



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa,				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Acompanha as pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm. Comprimento: 24 cm. Peso Líquido: 3,00 kg. Peso Bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.				
81	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária.	01	UN	2.374,65	2.374,65



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5", colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia: Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações: Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.				
82	Escada 7 degraus – UNIDADE Capacidade Máxima: 120 kg Cor: Alumínio Material: Alumínio Número de Degraus: 7 degraus Altura Máxima: 2,18 Altura aberta: 2,18 m Altura fechado: 2,36 m Altura útil: 1,74 m Largura: 0,49 m Peso: 8 kg	02	UN	346,63	693,26
83	SUPORTE DE BRAÇO - UNIDADE	07	UN	236,25	1.653,75



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Especificação Técnica: Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.				
84	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(CxLxa); Pesando Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macica; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.	01	UN	1.200,58	1.200,58
85	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil; Com Protetor Térmico, Sistema Anti Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.	07	UN	742,61	5.198,27
86	BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430, Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de Limpeza; Com Serpentina Externa, Em Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x p); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.	02	UN	1.727,63	3.455,26
87	MONITOR CARDÍACO – UNIDADE	02	UN	13.008,67	26.017,34



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Indicações: * Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: * Display: 15" Colorido MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2) * ECG: * Faixa dinâmica de entrada: $\pm (0,5\text{mVp} - 5\text{mVp})$; * Impedância de entrada: $= 10 \text{ MO}$; * Largura da banda: $0.05 - 150 \text{ Hz}$ (modo diagnóstico) - $0.5 - 40 \text{ Hz}$ (modo monitoramento); * $1 - 20 \text{ Hz}$ (modo operação); * $= 90 \text{ Db}$ (Diagnostico); * $= 105 \text{ dB}$(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: $\times 1/4, \times 1/2, \times 1, \times 2, \times 4$ e automático; * Velocidade de varredura: $6,25 \text{ mm/s}, 12,5 \text{ mm/s}, 25 \text{ mm/s}, 50 \text{ mm/s}$; * Faixa de medição HR: $15 - 350\text{bpm}$; * Precisão de HR: $\pm 1\%$ ou 1bpm, o que for maior; * Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTC; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: $-2,0\text{mV} - +2,0 \text{ m}$; * Precisão: $0,2\text{mV}$; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP: * Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: $0 - 150 \text{ rpm}$; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo; * Faixa de medição: $0\% - 100\%$; * Precisão: $\pm 2\%$ para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; * Faixa de medição de PR: $0 - 300 \text{ bpm}$; * Precisão de PR: $\pm 2\text{bpm}$ ou $\pm 2\%$ o que for maior; * Baixo desempenho de perfusão: $= 0,3\%$;				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

* Pressão não invasiva (PNI): * Especificação Técnica: método oscilométrico; * Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); * Faixa de medição de PNI: 0 mmHg – 300 mmHg; * Precisão: ± 3 mmHg; * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedicação: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais): * Faixa de medição: 0,0 – 50,0º C; * Precisão: $\pm 0,1^\circ$ C entre 0º C à 50º C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis; * Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm; * Peso: 4500 g; * Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.				
--	--	--	--	--

Os produtos deverão ser de boa qualidade

02. DA VALIDADE/GARANTIA DO OBJETO: De no mínimo 12 (doze) meses ou conforme indicação do fabricante, a constar após o recebimento do produto no Almoxarifado da Saúde.

03. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (doze) meses.

04. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA: Deverá ser entregue em 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) enviada através do e-mail: almoxarifado.saude@avare.sp.gov.br

05. DO LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Saúde – Rua Minas Gerais, nº 1.742 – Vila Isabel – CEP 18.706-010 – Fone: (14) 3732-4597 – Avaré/SP – Horário de entrega: das 07:30 as 16:00 horas, de segunda a sexta-feira.

06. DA FORMA DE PAGAMENTO: O produto e/ou serviço só poderá ser solicitado pela Prefeitura mediante envio da Autorização de Fornecimento. O pagamento ao fornecedor/prestador de serviço será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante emissão de Nota Fiscal. O CNPJ da Nota Fiscal deverá ser o mesmo da Autorização de Fornecimento.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

07. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO:

Itens: 1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,45,46,47,48,49,50 (e cota reservada)

Nome: JULIANA DA SILVA (Matrícula 2014)

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

CPF: 276.624.858-70

E-mail: juliana.silva@avare.sp.gov.br

Itens: 34,44 (e cota reservada)

Nome: DARA STÉFANDES PONTES DE ALMEIDA (Matrícula 10262-1)

Cargo: Fisioterapeuta

CPF: 457.459.148-07

E-mail: dara.almeida@avare.sp.gov.br

Itens: 2,8,9,26,33 (e cota reservada)

Nome: ALDRIO MACHADO DE MOURA LEIT

Cargo: Chefe de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas

CPF: 906.743.246-68

E-mail: aldrilio.leite@avare.sp.gov.br

Itens: 19,24,25 (e cota reservada)

Nome: MARIANA CAPELIN KAGAWA (Matrícula 10169-1)

Cargo: Enfermeira

CPF: 398.972.698-60

E-mail: mariana.capelin@avare.sp.gov.br

08. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Padrões da Municipalidade

08.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto .

08.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

08.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto

08.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação e aceitação pelo fiscal da Ata.

08.5. Treinamento e instalação de acordo com a solicitação da unidade que realizar a aquisição do item.

09. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Padrões da Municipalidade

09.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

09.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

09.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

09.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

09.5. Prestar informações que venham a ser solicitadas pelo representante da contratada;

09.6. Sempre que necessário, convocar o(s) licitante(s) vencedor (es), se for o caso, para esclarecimentos e negociações, visando os interesses das partes.

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar junto a proposta, catálogo com o descritivo dos produtos, para avaliação do fiscal.

11. DA FONTE DE PAGAMENTO: Recurso Próprio

12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: A classificação para julgamento dessa modalidade é MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.

13. DA JUSTIFICATIVA: ETP 02948/25

A Aquisição dos Materiais Médicos para a Secretaria Municipal de Saúde, justifica-se para a manutenção dos trabalhos operacionais e procedimentos médicos e de enfermagem nos setores, dando continuidade ao serviço público de qualidade e com segurança.

Considerando que para o funcionamento desta Secretaria é de grande importância a referida aquisição para que todos setores possam funcionar adequadamente, pois o material é o mínimo necessário para que a equipe multidisciplinar possa exercer suas funções.

Considerando que os materiais de reabilitação para o Departamento de Fisioterapia do Cerest visam promoção de saúde para os atendimentos e os equipamentos a serem adquiridos irão modernizar, melhorar e reduzir complicações clínicas em longo prazo, garantindo maior qualidade de vida aos indivíduos e, conseqüentemente, melhorando o condicionamento físico.

A necessidade da aquisição tem por finalidade e justificativa promover a política de melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde dos pacientes por meio da Aquisição de Materiais de uso na Fisioterapia.

Esses Materiais tornam-se imprescindíveis, pois auxiliam essencialmente no tratamento fisioterapêutico, possuindo um papel importante na prevenção de doenças e lesões, decorrentes de fraturas, má-formação ou vícios de postura, auxiliando no diagnóstico, na aplicação de terapia e no acompanhamento da evolução do paciente, proporcionando, assim, a melhoria na qualidade de vida essencial aos usuários, zelando e cuidando da saúde destes, sendo possível perceber a diminuição do absenteísmo por motivos de doença e de afastamentos de trabalho mais longos, uma vez que realizar o acompanhamento periódico da saúde promove a prevenção e permite o diagnóstico precoce de enfermidades graves.

Alguns dos itens alistados são de equipamentos a ser utilizados nos procedimentos realizados na Ginecologia da Municipalidade. Tratam de equipamentos imprescindíveis a uma assistência que prime pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos seus usuários. Os objetos de que trata este, tem sua importância por se tratar de equipamentos imprescindíveis a serem empregados nos diagnósticos e tratamentos, cuja ausência poderá comprometer o resultado final da assistência proposta. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos equipamentos ora licitados.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Considerando que alguns itens são do Departamento de Saúde Bucal, a aquisição do mesmo se faz necessária para a qualificação dos atendimentos.

No que diz respeito aos materiais médicos que serão utilizados no Pronto Socorro e Unidades de Saúde, serão utilizados para reposição dos que apresentam avarias que podem gerar riscos aos atendimentos de Enfermagem, cito como exemplos as cadeiras de rodas e macas, que estão danificadas devido ao desgaste pelo alto uso.

Outros ainda, serão para composição e reorganização das Unidades de Saúde, tendo em vista a expansão dos atendimentos.

O sucesso do processo licitatório vai ampliar e qualificar a realização da atenção em saúde assim como o tratamento mais adequado e resolutivo das pacientes.

JUSTIFICATIVA INDIVIDUAL DOS ITENS SOLICITADOS:

01 – ARMÁRIO VITRINE - projetados para armazenar instrumentos, equipamentos e medicamentos com total segurança pois possuem portas que podem ser fechadas com chaves, utilizados nos Departamentos de Enfermagem para controle de medicação e insumos.

02 – GAVETEIRO ODONTOLÓGICO - mesa auxiliar de apoio, apresenta todas as vantagens do gaveteiro indispensável ao profissional odontológico, oferece uma ótima mobilidade dentro do espaço planejado no consultório, em função dos 4 rodízios instalado em sua base .

03 – DIVÃ FIXO PARA EXAME - móvel utilizado em consultórios, clínicas e hospitais para realizar exames, tratamentos e cuidados com pacientes. Ele oferece um espaço confortável e funcional para que o profissional de saúde possa realizar seu trabalho de forma eficiente. A estrutura do divã permite que o profissional tenha acesso fácil a todas as áreas do paciente e possa realizar os procedimentos com maior agilidade.

04 – CARRO DE EMERGÊNCIA - fornecer um conjunto rápido e organizado de materiais, medicamentos e equipamentos essenciais para o tratamento de emergências médicas, como paradas cardiorrespiratórias, em hospitais e outros ambientes de saúde, é um recurso crucial para o tratamento de emergências médicas, garantindo que os profissionais de saúde tenham acesso rápido aos materiais e equipamentos necessários para salvar vidas.

O COREN estabelece normas e diretrizes para a estruturação, organização e utilização do carrinho de emergência, visando garantir a segurança do paciente e a qualidade do atendimento

Adequação de todas as Unidades de Saúde.

05 – POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA - é um móvel utilizado por pacientes em Unidades de Saúde e hospitais durante a realização de exames, por pessoas que estão em observação ou por pacientes que precisam de soroterapia.

Além de adequação das Unidades de Saúde e Pronto Socorro no que diz respeito a Lei 14.737/2023 que garante o direito de mulheres serem acompanhadas por uma pessoa maior de idade em qualquer atendimento médico, seja público ou privado. A lei foi sancionada em 27 de novembro de 2023, o que traz a necessidade de adequar os setores com poltronas e cadeiras.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

06 – ESCADA DE 2 DEGRAUS - facilitar o acesso de pacientes a leitos, macas e mesas de exame, com total segurança e estabilidade.

07 – MACA HOSPITALAR - garantir o transporte seguro e confortável de pacientes dentro do ambiente hospitalar ou clínico. Ela permite a movimentação dos pacientes entre diferentes setores, como leitos, salas de exames, centro cirúrgico e ambulâncias. Além disso, a maca oferece suporte durante procedimentos médicos e exames, contribuindo para a segurança tanto do paciente quanto da equipe de saúde

08/09 – CADEIRA MOCHO – COM OU SEM ENCOSTO - proporcionar conforto e ergonomia em atividades que exigem que a pessoa fique sentada por longos períodos, como em consultórios odontológicos. Além disso, o mocho pode facilitar a mobilidade e a agilidade dos profissionais durante o trabalho, permitindo ajustes de altura e giro para facilitar o acesso aos pacientes ou equipamentos.

10 – MESA DE MAYO - auxiliar os procedimentos cirúrgicos, fornecendo um apoio estável e de fácil acesso para a organização e manipulação de instrumentos e materiais cirúrgicos, principalmente nas salas de sutura, sala de emergência do pronto socorro.

11 – CARRO DE CURATIVO - facilitar a organização, o armazenamento e o transporte de materiais necessários para a realização de curativos em pacientes. Ele serve como uma estação de trabalho móvel, permitindo que os profissionais de saúde tenham acesso rápido e fácil aos materiais e equipamentos necessários para realizar os procedimentos de forma eficiente e segura.

12/13 – CADEIRA DE RODAS/CADEIRA DE RODAS DE OBESO - facilitar a mobilidade e a locomoção de pacientes com dificuldades de locomoção. Ela permite que esses pacientes se movam dentro do hospital, como ir para exames, consultas ou para a sala de espera, com conforto.

14/15 – CADEIRA DE BANHO/CADEIRA DE BANHO DE OBESO - facilitar e garantir a segurança dos pacientes durante a higiene pessoal, especialmente aqueles com mobilidade reduzida ou que precisam de assistência para tomar banho. Ela permite que o paciente seja transferido para o banho com maior conforto e menor esforço para os profissionais de saúde, minimizando o risco de quedas e lesões.

16 – OXÍMETRO DE MESA - função principal de monitorar contínua e não invasivamente a saturação de oxigênio no sangue (%SpO2) e a frequência cardíaca (FC) de um paciente. Ele fornece leituras precisas e contínuas, auxiliando os profissionais de saúde na avaliação do estado clínico do paciente e no ajuste da terapia respiratória, se necessário. Os oxímetros de mesa são versáteis e podem ser usados em diferentes unidades hospitalares, como enfermarias, UTI e emergência .

17 – OXÍMETRO DE DEDO - função principal de monitorar contínua e não invasivamente a saturação de oxigênio no sangue (%SpO2) e a frequência cardíaca (FC) de um paciente. Ele fornece leituras precisas e contínuas, auxiliando os profissionais de saúde na avaliação do estado clínico do paciente e no ajuste da terapia respiratória, se necessário, permitindo que o profissional da equipe de Enfermagem leve o equipamento até o cliente para o melhor atendimento.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

18 – OTOSCÓPIO - permite ao profissional de saúde visualizar o interior do ouvido, incluindo o canal auditivo e a membrana timpânica, com ampliação e iluminação, facilitando a identificação de alterações, amplamente utilizado nas Unidades de Saúde e Pronto Socorro, para propiciar atendimento de qualidade aos usuários da Unidade.

19- SONAR DOPPLER FETAL - equipamento médico que usa ultrassom para ouvir os batimentos cardíacos do feto durante a gravidez. Além disso, pode ajudar a localizar a placenta e o cordão umbilical, bem como detectar gravidez múltipla e morte fetal. Equipamento de ampla necessidade nos acompanhamentos de Pré-Natal na Unidade do Caisma.

20 – SUPORTE DE SORO - equipamento essencial para a administração segura de soros e medicamentos intravenosos em ambientes clínicos e hospitalares. Este suporte é projetado para oferecer estabilidade e ajustabilidade, garantindo o conforto e a segurança do paciente durante o procedimento .

21 – ELETROCAUTÉRIO - aparelho, utilizado na cauterização, que utiliza corrente elétrica para aquecer um eletrodo, aplicando calor diretamente sobre os tecidos. Esse método permite a coagulação, destruição ou corte de tecidos, sendo amplamente usado para o controle de sangramentos e para a remoção de lesões. Utilizado pela equipe de Pequenas Cirurgia das Unidades de Saúde e Sala de Sutura no Pronto Socorro.

22 – NEGATOSCÓPIO - proporcionar uma fonte de luz uniforme e translúcida sob radiografias e outros exames de imagem. Isso torna as imagens mais visíveis e facilita a interpretação de detalhes anatômicos e patológicos, utilizado nas Unidades de Saúde para avaliação de exames, durante as consultas médicas.

23 – FOCO CIRÚRGICO – equipamento para iluminar o campo operatório durante procedimentos cirúrgicos, proporcionando uma visão clara e precisa para a equipe médica. Ele fornece uma fonte de luz intensa e direcionada, permitindo que os cirurgiões identifiquem e operem áreas específicas com precisão, utilizado nas Unidades de Saúde para pequenos procedimentos e na Sala de Sutura.

24 – COLPOSCÓPIO - é um microscópio binocular utilizado para examinar o colo do útero e outras partes do trato genital inferior com ampliação e boa iluminação, permitindo a visualização detalhada e o diagnóstico de possíveis alterações.

25 – CARDIOTÓGRAFO - aparelho utilizado para realizar a cardiotocografia (CTG), um exame que monitora a frequência cardíaca fetal, os movimentos do bebê e as contrações uterinas durante a gravidez e o parto. Este exame é fundamental para avaliar o bem-estar do feto e detectar possíveis problemas que possam colocar em risco a saúde do bebê e da mãe, utilizado durante os exames de pré-natal, na Unidade do Caisma.

26 – MOTOR ENDODÔNTICO - equipamento para auxiliar no tratamento de canal, facilitando a remoção do tecido pulpar, a limpeza e a instrumentação dos canais radiculares. Ele é responsável por acionar as limas endodônticas, permitindo movimentos controlados e precisos

27 – BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO – equipamento utilizado para aspirar resíduos, como sangue, saliva e outros fluidos, durante procedimentos. Além disso, ajuda a diminuir a névoa



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

contaminante gerada pelas atividades odontológicas, como o uso de canetas de baixa e alta rotação e equipamentos de ultrassom. A bomba de vácuo também contribui para o bom funcionamento de outros equipamentos, como o compressor odontológico, evitando a sua sobrecarga.

28 – CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – equipamento utilizado para remoção de cáries, preparação de cavidades, remoção de restaurações, e outros procedimentos que exigem corte e desgaste de tecidos dentários com alta velocidade e precisão

29 – CADEIRA ODONTOLÓGICA – suprir o Departamento de Saúde Bucal

30 – CUBA ULTRASSÔNICA - dispositivo usado para limpar objetos delicados ou difíceis de limpar. Funciona utilizando ondas sonoras de alta frequência (ultrassom) em um líquido de limpeza, geralmente água ou uma solução específica, no Departamento de Saúde Bucal.

31 – FOTOPOLIMERIZADOR - ativar e endurecer materiais dentários sensíveis à luz, como resinas compostas, cimentos, adesivos e outros, através de uma luz azulada. Este processo, chamado de polimerização, é essencial para a fixação e durabilidade de restaurações, colagem de braquetes e outros procedimentos odontológicos.

32 – ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - equipamento odontológico que combina a tecnologia ultrassônica com o uso de um jato de bicarbonato de sódio para diversos procedimentos de limpeza e tratamento dentário. O ultrassom, através de ondas sonoras, vibra micro-partículas, quebrando placas de tártaro e removendo manchas residuais. O jato de bicarbonato, por sua vez, ajuda a remover a placa bacteriana e o tártaro, além de polir e proteger os dentes.

33 – LOCALIZADOR APICAL ENDODONTICO - determinar com precisão o comprimento de trabalho do dente, ou seja, o ponto exato onde a lima deve chegar durante o tratamento de canal, sem ultrapassar o forame apical. Isso evita subtratamento ou, o que é mais grave, perfuração apical.

34 – NEURODYN PORTABLE SYSTEM - utilizado principalmente para alívio da dor, recuperação muscular, estimulação da circulação sanguínea e promoção da função motora. É um dispositivo versátil que pode ser utilizado em diversas condições clínicas, tanto na área de fisioterapia quanto na estética, utilizado para reabilitação no Departamento do Cerest.

35 – ULTRASSOM TERAPÊUTICO – equipamento para técnica de fisioterapia que utiliza ondas sonoras de alta frequência para tratar diversas condições musculoesqueléticas. Ele é utilizado para acelerar o processo de cicatrização, reduzir a dor e inflamação, relaxar a musculatura e melhorar a mobilidade articular, utilizado para reabilitação no Departamento do Cerest.

36 – KIT LASERPULSE - aparelho de alta tecnologia de fotobiomodulação indicado para uma série de tratamentos, dor muscular e articular, entre outros, utilizado para reabilitação no Departamento do Cerest.

37,38,39 – CANELEIRAS DE PESO - são usadas para adicionar resistência durante exercícios físicos, principalmente para fortalecer e tonificar os músculos das pernas, glúteos e, em alguns casos, até



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

mesmo abdômen. Elas também podem ser usadas em reabilitação para aumentar a resistência muscular após lesões ou cirurgias, utilizado para reabilitação no Departamento do Cerest.

40 – FAIXA ELÁSTICA BAND – utilizadas para reabilitar lesões, melhorar a vida funcional, melhorar o desempenho atlético e facilitam a medição do progresso e o alcance de metas de condicionamento físico ou terapia, utilizado para reabilitação no Departamento do Cerest..

41 – PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA - equipamento de fisioterapia usado para exercitar e reabilitar membros inferiores e superiores, oferecendo exercícios de baixo impacto. Ele permite que o paciente faça movimentos circulares, semelhantes aos de uma bicicleta, mesmo estando sentado, e é utilizado em diversas situações, desde a reabilitação de lesões até a prevenção de complicações em pacientes imobilizados, utilizado para reabilitação no Departamento do Cerest..

42,43,44 – HALTER EMBORRACHADO - equipamento de treinamento de peso, indicado para o desenvolvimento dos músculos e fortalecimento dos membros superiores, utilizado para reabilitação no Departamento do Cerest..

45 – ESCADA 7 DEGRAUS – Utilizados pela Assistência Farmacêutica para organização dos medicamentos nas prateleiras.

46 – SUPORTE DE BRAÇO – equipamento utilizado para proporcionar conforto e apoio ao paciente durante a coleta de sangue, aplicação de injeções, aferição de pressão arterial e outros procedimentos. A braçadeira ajuda a manter o braço estável e facilita o acesso à veia, reduzindo o desconforto e a ansiedade do paciente. Além disso, ela facilita o trabalho do profissional de saúde, que pode realizar o procedimento com mais precisão e segurança.

47 – CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – equipamento para otimizar o trabalho dos profissionais de limpeza, facilitando o transporte de equipamentos, produtos e resíduos de forma segura e eficiente, além de ajudar a manter a higiene em ambientes de saúde. Ele atua como uma estação de trabalho móvel, com compartimentos separados para diferentes tipos de resíduos, suportes para mopas e espaço para produtos de limpeza

48 - ASPIRADOR PORTÁTIL – equipamento para remover secreções, fluidos corporais e até mesmos corpos estranhos das vias aéreas, como nariz, faringe e traqueia. Ele é essencial em ambientes clínicos, cirúrgicos e no cuidado em domicílio, permitindo que pacientes com dificuldade em expelir secreções recebam tratamento eficiente e eficaz.

49 – BEBEDOUROS – Estação de fornecimento de água para colaboradores e pacientes.

50 – MONITOR CARDÍACO – equipamento crucial para o acompanhamento contínuo da saúde do paciente, especialmente nos casos de pacientes com condições cardíacas ou em risco de complicações. O monitor cardíaco visa identificar e alertar sobre alterações no ritmo cardíaco, como arritmias, que podem indicar problemas graves.

14. DOS EMBASAMENTOS LEGAIS:

Considerando o princípio da segregação de funções previsto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

funções mais suscetíveis a riscos. Considerando os artigos 17 e 49 da Lei nº 14.133/2021, o responsável pelo processo de contratação certifica que não realizou e não pretende realizar, no exercício financeiro, contratações do mesmo objeto ou objeto de natureza similar que, somadas, ultrapassem o limite máximo legal para a realização de dispensa de licitação em razão do valor, bem como certifica que não houve fracionamento de despesas. Considerando os artigos 6º, LVIII da Lei nº 14.133/2021; artigo 2º da Lei nº 10.192/2021 e a Lei nº 12.744/2012, os índices de reajuste utilizados na prorrogação serão o IGPM e o IPCA, sendo considerado aquele que apresentar maior vantajosidade à municipalidade.

15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

É obrigatório constar na Nota Fiscal:

Referência ao Pregão Eletrônico/Presencial nº 000/00

Processo nº 000/00

Contrato/Ata de Registro de Preços nº 000/00 e

O N.º da Autorização de Fornecimento.

Indicação da Marca, lote e data de validade.

Na Nota Fiscal, deverão constar os dados bancários da empresa.

O CNPJ da Nota Fiscal deverá ser o mesmo da Autorização de Fornecimento.

Endereço: Rua Minas Gerais, nº 1742 - Vila Isabel - CEP: 18706-010 - Fone: 3732 4597 Avaré-SP.

Horário de Entrega: das 07:30 as 16:30 h, de segunda a sexta-feira.

A NOTA FISCAL deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico do Almoxarifado da Saúde.

* e-mail : almoxarifado.saude@avare.sp.gov.br .

Observação: Os preços cotados pela empresa vencedora não poderão ultrapassar os preços unitários estimados pela Administração.

Observação: As empresas deverão especificar em sua proposta a especificação, marca e/ou nome do fabricante e valor, a sua falta acarretará a desclassificação, sendo vedada a indicação de mais de uma marca para o item.

Observação: Caso a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado, e caso seja vencedora uma ME, EPP, MEI ou outras nos itens reservados e na cota principal em itens iguais, deverá ser adotado para contratação o menor valor ofertado para o item.

Observação: Caso somente tenha licitante vencedora no lote aberto para todas as empresas, a mesma fica obrigada a assumir a cota reservada para ME, EPP e MEI.

Observação: por força da legislação vigente é vedada a identificação do licitante.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ANEXO 02 – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

1. Os documentos exigidos para habilitação (**ANEXO 02 e 03**) deverão ser enviados **exclusivamente por meio do sistema**, em formato digital, no prazo de **02 (duas) horas**, após solicitação pela(o) Pregoeira(o), prorrogável por igual período, nas situações elencadas nos **Itens 14.8.1 e 14.8.2** do edital, sob pena de inabilitação.

2. A não inserção dos documentos de habilitação, na plataforma, acarretará a imediata **INABILITAÇÃO** do licitante.

3. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE HABILITAÇÃO

3.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias;
- d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
- e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.1. Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

3.2. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
- c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a tributos federais e dívida ativa da União.
- d) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- e) Certidão de Regularidade de Débito com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- f) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.
- g) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

3.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

3.4. DAS DECLARAÇÕES EXIGIDAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

3.4.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, conforme modelo mostrado no **ANEXO 03** deste edital, atestando que:

a) Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. **(Observação: quando for o caso)**

b) Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

c) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

d) Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega da proposta.

e) Declaramos que a empresa não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme Inciso III do art. 14 da Lei 14.133/21.

f) Declaramos não possuir nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

g) A empresa declara ainda que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21.

h) A empresa, no uso de suas atribuições legais, vem declarar, para fins de participação de processo licitatório, sob as penas da Lei, de que atende ao Inciso IV do art. 14 da Lei nº 14.133/21 no que infere ao vínculo de eventuais servidores públicos desta Municipalidade à empresa.

i) Declaramos que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02.

3.5. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) O vencedor deverá apresentar junto a proposta, catálogo com o descritivo dos produtos, para avaliação do fiscal.

3.6. OUTROS DOCUMENTOS

3.6.1. Comprovação de exequibilidade do preço ofertado através de documentos idôneos, como por exemplo, planilha de custo, nota fiscal de venda, atestado de capacidade técnica (obrigatório que conste o objeto que está sendo licitado e preço), nota de fornecimento, ata de registro de preços e/ou contrato com outros órgãos).

3.6.1.1. A comprovação de exequibilidade só será obrigatória conforme o item 14.10 do edital.

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

4.1. No ato da assinatura contratual, para atendimento da atualização das Instruções 1/2020 do TCESP, fica a empresa obrigada a apresentar a Declaração de Atualização Cadastral do proprietário da empresa (ou proponente habilitado para assinar a ata de registro/contrato) junto ao CadTCESP (link: <https://www.tce.sp.gov.br/cadtcesp/#!/pessoa/cadastro>).

4.2. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Ata de Registro/Contrato dentro do prazo estabelecido no presente instrumento, ou da apresentação do documento constante no **item 4.1**, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no **Item 24** deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração da Ata de Registro/Contrato.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. A verificação pela(o) Pregoeira(o) em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

5.2. Na análise dos documentos de habilitação, a(o) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

5.3. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

5.4. Os documentos para fins de habilitação deverão ser apresentados em formato digital, preferencialmente autenticados digitalmente, constando o selo digital com a indicação do sítio eletrônico para a verificação da veracidade das informações, nos termos da Lei Federal nº 8.935/94.

5.5. Quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, a comprovação das informações será realizada mediante a apresentação dos documentos originais não digitais.

5.6. Os documentos apresentados digitalmente são de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais inconsistências ou fraudes.

5.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos exigidos no edital.

5.8. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até **180 (cento e oitenta) dias** imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

5.9. Os documentos obtidos via sítios eletrônicos deverão ser apresentados em formato digital, sendo verificada sua autenticidade nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões.

5.10. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Equipe de Apoio ao Pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes.

5.11. O (a) pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

5.12. Em se tratando de empresas licitantes com sede em outro município ou Unidade da Federação, tal procedimento será realizado no site pertinente expresso na Certidão apresentada pela empresa.

5.13. Considerando o princípio da economicidade, caso falte informações/assinaturas quanto as declarações exigidas, esta poderá ser sanada pelo licitante ainda na sessão pública, assegurando-lhe um prazo de 30 (trinta) minutos.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Conforme art. 43 da Lei Complementar nº 123/06).

6.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, **será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 155 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ANEXO 03 – DO MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 – MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ/SP

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (endereço completo) DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

a) Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021. **(quando for o caso)**

b) Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

c) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

d) Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega da proposta.

e) Declaramos que a empresa não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme Inciso III do art. 14 da Lei 14.133/21.

f) Declaramos não possuir nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

g) A empresa declara ainda que tem ciência que a “falsidade” de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21.

h) A empresa, no uso de suas atribuições legais, vem declarar, para fins de participação de processo licitatório, sob as penas da Lei, de que atende ao Inciso IV do art. 14 da Lei nº 14.133/21 no que infere ao vínculo de eventuais servidores públicos desta Municipalidade à empresa.

i) Declaramos que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02.

(Local e Data)

(Responsável legal e assinatura)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ANEXO 04 – DO MODELO DE CARTA PROPOSTA

Observação: Este modelo poderá ser utilizado pelo vencedor da fase de lances, para efeito da fase de julgamento da proposta.

À Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 – Pregoeira e Equipe de Apoio – Carta Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados **(descrever o item e o valor que a empresa ganhou)**, conforme **ANEXO 01**, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

ITEM - COTA PRINCIPAL - ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Qtd.	Descrição	Marca e/ou Nome do Fabricante	Valor Unitário	Valor Global

ITEM - COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Descrição	Marca e/ou Nome do Fabricante	Valor Unitário	Valor Global

1. DA IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: (DADOS OBRIGATÓRIOS)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO COMERCIAL:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

TELEFONE:

E-MAIL INSTITUCIONAL:

AGENCIA e Nº DA CONTA BANCARIA:

REPRESENTANTE (responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços):

CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE: **CPF:**

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

TELEFONE:

E-MAIL PESSOAL:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

2. CONDIÇÕES GERAIS:

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado preço unitário e total da proposta, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

Os preços cotados pela empresa vencedora não poderão ultrapassar os preços unitários estimados pela Administração.

Será rejeitada a proposta que contenha mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

O Prazo de Entrega: conforme edital.

2.2 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE

(OBSERVAÇÃO: RUBRICADA EM TODAS AS FOLHAS E A ÚLTIMA ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ANEXO 05 – DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 – MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ – SP
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (licitante)

AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM PREGÕES

Autorização para Representação em Licitações

Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade:

CNPJ/CPF:

Inscrição estadual:

Telefone comercial:

E-mail:

Representante legal:

CPF: RG: Telefone:

Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

São responsabilidades do Licitante:

- I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; e
- III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento.

O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação poderá implicar o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto nos normativos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil e/ou nos editais de licitação dos quais venha a participar. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas.

Sem prejuízo do disposto acima, o Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema BLL Compras da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- I. Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- II. Apresentar lance de preço;
- III. Apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo (a) pregoeiro (a);
- IV. Solicitar informações via sistema eletrônico;
- V. Interpor recursos contra atos do(a) pregoeiro(a);
- VI. Apresentar e retirar documentos;
- VII. Solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- VIII. Assinar documentos relativos às propostas;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

IX. Emitir e firmar o fechamento da operação; e

X. Praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:

Endereço:

CNPJ:

O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ANEXO 06 – DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA BLL COMPRAS DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (LICITANTE)

Indicação de Operadores (licitante direto)

Licitante:

CNPJ:

Operadores

1 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

Fax: E-mail:

2 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

Fax: E-mail:

O Licitante reconhece que:

I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e

IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros.

Local e data: _____

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ANEXO 07 – DA MINUTA DE ATA DE REGISTRO

ATA DE REGISTRO Nº ____/25

ATA DE REGISTRO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA _____.

Aos ____ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Avaré, Estado de São Paulo, de um lado a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 46.634.168/0001-50, situada na Praça Juca Novaes, 1.169, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, conforme delegação de competência fixado pelo Decreto Municipal nº 8.137/25, o Senhor **ROSLINDO WILSON MACHADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.574.987-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 231.136.779-04, residente e domiciliado na cidade de Avaré/SP – de ora em diante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e de outro lado a empresa _____, cadastrada no CNPJ sob o número ____/____-__, com sede na _____ – CEP _____ - ____/____ – Telefone (____) _____ - e-mail: _____, neste ato representada pelo Senhor _____, _____, _____ portador da Cédula de Identidade RG nº ____/____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____-__, residente e domiciliado na cidade de ____/____ – de ora em diante denominada **DETENTORA(S)**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal 7.632 de 11 de janeiro de 2024:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Nos termos do **Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25**, de **30 de setembro de 2025**, fica a empresa _____, responsável pelo Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamento para a Secretaria Municipal da Saúde, sendo:

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4 prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.	15	UN		
02	GAVETEIRO ODONTOLÓGICO COM 4 GAVETAS acabamento quadrado - UNIDADE INFORMAÇÕES DO PRODUTO Gaveteiro: Gaveteiro composto por 04 gavetas de 06 cm e 02 gavetas de 12 cm, ambas com bojos em ABS e 01 gaveta de 24 cm com fundo de madeira.	12	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Matéria Prima estrutura em MDF com revestimento melamínico Puxadores – Puxadores em alça modelo italiano com ponteiros cromados e pintura epóxi. Gavetas Plásticas em ABS – Gavetas plásticas em poliestireno moldadas em vacum-forming sem cantos vivos Corrediças em Metal – Corrediças com pintura epóxi com rodízios com stop e deslize suave Frentes – Frentes em MDF Post-Forming vertical com linhas arredondadas e revestido interna e externamente Rodízios em nylon rígido – Rodízios de alta resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisos Cores da Frente – Branca				
03	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento. Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a) aproximadamente. Garantia 5 anos.	15	UN		
04	CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico	08	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130 mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x profundidade).				
05	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, pés com ponteiros plásticos, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.	15	UN		
06	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm) com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiros de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m. Altura do 2º piso: 0,38 m.	23	UN		
07	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas:	15	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.				
08	CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO – UNIDADE Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura Características: Estrutura de aço com acabamento em polipropileno. Acabamento em pintura epóxi com proteção. Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto. Assento com espuma certificada de 28 cm D-45. Revestimento Corano.	08	UN		
09	CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x	08	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 100 kg - Garantia: 3 meses				
10	MESA MAYO - UNIDADE Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.	15	UN		
11	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,20mm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos	08	UN		
12	CADEIRA DE RODA – UNIDADE Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51	38	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.				
13	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08 Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.	23	UN		
14	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	08	UN		
15	CADEIRA DE BANHO OBESO – UNIDADE Descrição: Cadeira de rodas. Em aço com pintura epoxy. Para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma. No assento: rodas traseiras de 24 polegadas, rodas dianteiras de 8 polegadas. Com apoios de ante braço e braços escamoteável. Com apoios para os pés removíveis. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Garantia de 1 ano.	08	UN		
16	OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e	15	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	tabelas de tendência. Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: $\pm 2\%$ em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2bpm. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação em português.				
17	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v	38	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.				
18	OTOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halogena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Espelho (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0 mm; Acondicionado Em Estojo.	23	UN		
19	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	08	UN		
20	SUPORTE DE SOROTERAPIA – UNIDADE Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.	15	UN		
21	ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1 mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2 mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5 mm)	04	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz				
22	NEGATOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Negatoscópio padrão, modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso, canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.	04	UN		
23	FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodízio, luminária flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulador, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.	08	UN		
24	COLPOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: • Cabeçote Óptico Estereoscópico: Binocular com regulagem de altura e distância, oferecendo imagens de alta definição • Focalização Ajustável: Com macro regulagem através da movimentação da estativa e micro regulagem de distância por ajuste manual com alavanca lateral. • Iluminação LED	02	UN		
25	CARDIOTOCÓGRAFO – UNIDADE Especificação Técnica: • Monitoração não invasiva e simultânea de	02	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	gestação de gêmeos • FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal) • Visor numérico e gráfico • Painel de controle • Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta ou A4. Permite o uso de papel fax e diferentes velocidades de impressão • Conexões para transdutores de Doppler por Ultrassom e TOCO, energia elétrica e conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB Wifi • Alarmes sonoros e visuais para fácil reconhecimento de eventos relacionados ao paciente ou equipamento				
26	MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e reciprocante, com configuração customizável através de sua extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo reciprocante esta função é acionada automaticamente. Características Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC); Função auxiliar especial ASR (acionável, no modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga; Alta duração da bateria; Baixo índice de reparos de assistência técnica Benefícios Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e reciprocante;	03	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo; Conforto, segurança e praticidade; Integração e conveniência.				
27	BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Características: * Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água; * Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. Especificações: * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V) * Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM * Comando: 12 VDC * Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m * Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm	04	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

28	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade. Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil. Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Exclusivo sistema de iluminação. * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button. * Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para minimizar o nível de ruído. * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. Informações Técnicas	195	UN		
----	--	-----	----	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	* Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard.				
29	CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Cadeira: Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Ampla estofamento disponível em 15 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultório ambidestro. Pedal: Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor. Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas.	03	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente. Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”. Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente. Equipo: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação. Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	das peças de mão, seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos). Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.				
30	CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Ultrassom - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Características Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais	11	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	recentes recomendações de biossegurança. Especificações Técnicas Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde. Capacidade Útil: 2,1 Litros Voltagem: 127 V ou 220 V Frequência: 50/60 Hz Capacidade Total: 2,5 Litros Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto: 3 kg Frequência Ultrassônica: 42 kHz.				
31	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Descrição: O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica. Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente. Características: * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm. Ela também permite um encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca. * O equipamento possui um controle de acionamento na própria peça de mão, através do botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo. * Possui corpo do carregador projetado em ABS,	12	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	obedecendo as normas de segurança elétrica. * Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais. * O equipamento possui uma fonte de multitemensão, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento. * Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho. * Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED. * Bateria de lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s consecutivos. Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V) Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria Base carregadora.				
32	ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Descrição do Produto Sem Bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de	11	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Acompanha as pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm. Comprimento: 24 cm. Peso Líquido: 3,00 kg. Peso Bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.				
33	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável.	03	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5", colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia: Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações: Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.				
34	NEURODYN PORTABLE SYSTEM – 02 CANAIS – APARELHO DE CORRENTESS AUSSIE, RUSSA, INTERFERENCIAL BIPOLAR, TENS E FES – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO - • Protocolos: 29 programados e 25 particulares; • Correntes: Aussie, Russa, Interferencial bipolar, TENS e FES; • Canais: 02 canais; • Dimensões (L x P x A): 7,7 x 5 x 13,5 cm • Bateria: Recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA • Terapias: Eletroestimulação • Tempo: 1 a 60 minutos • Peso: 800 g • Dimensões (C x L x A): 3.5 x 7.7 x 13.5 cm • Peso (Kg): 0.3 • Dimensões Embalado (C x L x A): 15.0 x 10.0 x	02	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	15.0 cm • Peso Embalado (Kg): 0.8 • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 • Anvisa: 10360319018 ITENS INCLUSOS: • 01 Neurodyn Portátil System Ibramed – 02 Canais – Aparelho de Correntes Aussie, Russa, Interferencial Bipolar, TENS e FES; • 01 Fonte de alimentação; • 04 Eletrodos de borracha; • 02 Cabo duplo branco; • 03 Anéis identificador laranja; • 03 Anéis identificador preto; • 01 Maleta para transporte; • 01 Bisnaga de gel condutor.				
35	SONOPULSE III – ULTRASSOM TERAPÊUTICO 1MHZ – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Modo: Contínuo e pulsado; • Entrada para terapia combinada: Sim • ERA: 8 cm²; • Terapia: Ultrassom de 1MHz; • Potência: 24 Watts • Protocolos: 30 protocolos programados • Dimensões (C x L x A): 27.0 x 28.0 x 12.0 cm; • Peso (Kg): 1.2; • Dimensões Embalado (Kg): 2.5 • Marca: Ibramed; • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 ITENS INCLUSOS: • 01 Sonopulse Compact Ibramed – Aparelho de Ultrassom 1 MHz; • 01 Cabo PP Fêmea IEC – 2 x 0,75 x 1500 mm; • 01 Cabo para terapia combinada; • 01 Aplicador; • 02 Fusíveis 20 AG de 5A; • 01 Bisnaga com gel 100 g.	01	UN		
36	KIT LASERPULSE + PROB 2 850 nm. - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1HZ);	01	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Modo: Contínuo e pulsado; Alimentação: Bateria recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA; Dimensões (L x P x A): 19,9 x 13,9 x 4,25 cm; Peso: 395 g Dimensões (C x L x A): 15.0 x 20.0 x 5.0 cm; Peso (Kg): 1.185 Dimensões Embalado (C x L x A): 23.0 x 17. 0 x 14. 0 cm; Peso Embalado (Kg): 0.8; Garantia: 18 meses; NCM: 90189099; Anvisa: 10360310041 ITENS INCLUSOS: • 01 Laserpulse Portátil Ibramed – Aparelho de Laserterapia e LEDterapia; • 01 Fonte de Alimentação 5.2 VDC 2A; • 01 Óculos de proteção operador – 200nm a 1200nm; • 01 Cabo conector de interlock; • 01 Munhequeira para ILIB.				
37	CANELEIRA DE PESO PARA PERNAS DE 2 KG – PAR • Peso: 2 Kg; • Enchimento: Areia; • Fecho: Velcro; • Alças: Ajustáveis; • Material: Nylon; • Dimensões (C x L x A): 49 x 14 x 3 cm; • Peso (Kg): 1; • Dimensões Embalado (C x L x A): 16 x 25 x 10 cm; • Peso (Kg): 2; • Modelo: NYLON, COM PESO, PAR • Garantia: 90 dias para defeitos de fabricação • NCM: 95069900	02	PAR		
38	CANELEIRA DE PESO PARA PERNAS DE 4 KG – PAR • Peso: 4 Kg; • Enchimento: Areia; • Fecho: Velcro; • Alças: Ajustáveis; • Material: Nylon; • Dimensões (C x L x A): 49 x 14 x 3 cm; • Peso (Kg): 1;	02	PAR		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	• Dimensões Embalado (C x L x A): 16 x 25 x 10 cm; • Peso (Kg): 2; • Modelo: NYLON, COM PESO, PAR • Garantia: 90 dias para defeitos de fabricação • NCM: 95069900				
39	CANELEIRA DE PESO PARA PERNAS DE 5KG – PAR • Peso: 5 Kg; • Enchimento: Areia; • Fecho: Velcro; • Alças: Ajustáveis; • Material: Nylon; • Dimensões (C x L x A): 49 x 14 x 3 cm; • Peso (Kg): 1; • Dimensões Embalado (C x L x A): 16 x 25 x 10 cm; • Peso (Kg): 2; • Modelo: NYLON, COM PESO, PAR • Garantia: 90 dias para defeitos de fabricação • NCM: 9506990	02	PAR		
40	Faixa Elástica Band - KIT'S DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Intensidade: Azul – Leve, Amarelo – Médio, Vermelho – Forte; • Dimensões: 150 x 12 cm (CxL); • Material: TPE (Elastômero Termoplástico); • Dimensões (C x L x A): 15.;5 x 3.0 x 11. 0 cm; • Peso (Kg): 0.28; • Dimensões Embalado (C x L x A): 15.0 x 12.0 x 6.0 cm; • Peso Embalado (Kg): 0.3; • Marca: ACTE; • Modelo: 3 FAIXAS • Garantia: 3 meses • NCM: 95069100 ITENS INCLUSOS: • 01 Kit com 03 Faixas Elásticas Band – Acte (cores variadas).	02	KIT		
41	Pedalinho para fisioterapia – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Peso máximo suportado: 100 Kg; • Material: Aço e Plástico ABS;	01	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	• Dobrável: Sim; • Dimensões (C x L x A): 41.5 x 34.5 x 49. cm; • Peso (Kg): 2.32; • Dimensões Embalado (C x L x A): 21.0 x 37.0 x 49.0 cm; • Peso Embalado (Kg): 2.99; • Marca: ACTE; • Modelo: COMPACT; • Garantia: 3 meses • NCM: 95069100				
42	Par de halter emborrachado 1 kg – UNIDADES DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Revestimento: Emborrachado em PVC; • Quantidade: Unidade; • Material: Ferro Fundido; • Cor: De acordo com o peso; • Dimensões (C x L x A): 18.5 x 5 x 5 cm; • Peso (Kg): 1; • Modelo: UNIDADE; • Garantia: 6 meses; • NCM: 95069900	02	PAR		
43	Par de halter emborrachado 2 kg - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO • Revestimento: Emborrachado em PVC; • Quantidade: Unidade; • Material: Ferro Fundido; • Cor: De acordo com o peso; • Dimensões (C x L x A): 18.5 x 5 x 5 cm; • Peso (Kg): 2 KG • Modelo: UNIDADE; • Garantia: 6 meses; • NCM: 95069900	02	PAR		
44	Par de halter emborrachado 3 kg – PAR DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Revestimento: Emborrachado em PVC; • Quantidade: Unidade; • Material: Ferro Fundido; • Cor: De acordo com o peso; • Dimensões (C x L x A): 18.5 x 5 x 5 cm; • Peso (Kg): 3KG • Modelo: UNIDADE; • Garantia: 6 meses; • NCM: 95069900	02	PAR		
45	Escada 7 degraus – UNIDADE	08	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Capacidade Máxima: 120 kg Cor: Alumínio Material: Alumínio Número de Degraus: 7 degraus Altura Máxima: 2,18 Altura aberta: 2,18 m Altura fechado: 2,36 m Altura útil: 1,74 m Largura: 0,49 m Peso: 8 kg				
46	SUPORTE DE BRAÇO - UNIDADE Especificação Técnica: Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.	23	UN		
47	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(CxLxa); Pesando Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macica; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.	04	UN		
48	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil; Com Protetor Térmico, Sistema Anti Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.	23	UN		
49	BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430,	08	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de Limpeza; Com Serpentina Externa, Em Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x P); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.				
50	MONITOR CARDÍACO – UNIDADE Indicações: * Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: * Display: 15" Colorido MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2) * ECG: * Faixa dinâmica de entrada: $\pm (0,5\text{mVp} - 5\text{mVp})$; * Impedância de entrada: = 10 MO; * Largura da banda: 0.05 – 150 Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – 40 Hz (modo monitoramento); * 1 – 20 Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; * Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; * Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; * Precisão de HR: $\pm 1\%$ ou 1bpm, o que for maior; * Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTc; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0 m; * Precisão: 02mV; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP:	08	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

* Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: 0 – 150 rpm; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo; * Faixa de medição: 0% – 100%; * Precisão: $\pm 2\%$ para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; * Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; * Precisão de PR: ± 2bpm ou $\pm 2\%$ o que for maior; * Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; * Pressão não invasiva (PNI): * Especificação Técnica: método oscilométrico; * Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); * Faixa de medição de PNI: 0 mmhg – 300 mmhg; * Precisão: ± 3 mmHg; * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedição: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais): * Faixa de medição: 0,0 – 50,0º C; * Precisão: $\pm 0,1^\circ$ C entre 0º C à 50º C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis; * Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm; * Peso: 4500 g; * Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.				
---	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
51	ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4 prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso,	05	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.				
52	GAVETEIRO ODONTOLÓGICO COM 4 GAVETAS acabamento quadrado - UNIDADE INFORMAÇÕES DO PRODUTO Gaveteiro: Gaveteiro composto por 04 gavetas de 06 cm e 02 gavetas de 12 cm, ambas com bojos em ABS e 01 gaveta de 24 cm com fundo de madeira. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Matéria Prima estrutura em MDF com revestimento melamínico Puxadores – Puxadores em alça modelo italiano com ponteiros cromadas e pintura epoxi. Gavetas Plásticas em ABS – Gavetas plásticas em poliestireno moldadas em vacum-forming sem cantos vivos Corrediças em Metal – Corrediças com pintura epóxi com rodízios com stop e deslize suave Frentes – Frentes em MDF Post-Forming vertical com linhas arredondadas e revestido interna e externamente Rodízios em nylon rígido – Rodízios de alta resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisos Cores da Frente – Branca	03	UN		
53	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento. Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a)	05	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	aproximadamente. Garantia 5 anos.				
54	CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130 mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x profundidade).	02	UN		
55	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, pés com ponteiros plásticos, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.	05	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

56	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm) com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiros de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m. Altura do 2º piso: 0,38 m.	07	UN		
57	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas: Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.	05	UN		
58	CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO – UNIDADE Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura Características: Estrutura de aço com acabamento em polipropileno. Acabamento em pintura epóxi com proteção. Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto. Assento com espuma certificada de 28 cm D-45. Revestimento Corano.	02	UN		
59	CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE	02	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m³. - Revestimento do assento e encosto: em tecido courússimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x 4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 100 kg - Garantia: 3 meses				
60	MESA MAYO - UNIDADE Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.	05	UN		
61	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,20mm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos	02	UN		
62	CADEIRA DE RODA – UNIDADE	12	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51 cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.				
63	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08 Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.	07	UN		
64	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	02	UN		
65	CADEIRA DE BANHO OBESO – UNIDADE Descrição: Cadeira de rodas. Em aço com pintura epoxy. Para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma. No assento: rodas traseiras de 24 polegadas, rodas dianteiras de 8 polegadas. Com apoios de ante braço e braços escamoteável. Com apoios para os pés removíveis. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Garantia de 1 ano.	02	UN		
66	OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE	05	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: $\pm 2\%$ em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: $\pm 2\text{bpm}$. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação em português.				
67	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de	12	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.				
68	OTOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halogena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Espelho (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0 mm; Acondicionado Em Estojo.	07	UN		
69	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	02	UN		
70	SUPORTE DE SOROTERAPIA – UNIDADE Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.	05	UN		
71	ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos.	01	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	ACESSÓRIOS 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola ($\varnothing=2,1$ mm) 1 Eletrodo tipo bola ($\varnothing=4,2$ mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. ($\varnothing=4,5$ mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz				
72	NEGATOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Negatoscópio padrão, modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso, canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.	01	UN		
73	FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodízio, luminária flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulador, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.	02	UN		
74	MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE	01	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e reciprocante, com configuração customizável através de sua extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo reciprocante esta função é acionada automaticamente. Características Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC); Função auxiliar especial ASR (acionável, no modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga; Alta duração da bateria; Baixo índice de reparos de assistência técnica Benefícios Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e reciprocante; Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo; Conforto, segurança e praticidade; Integração e conveniência.				
75	BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Características: * Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção,	01	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água; * Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. Especificações: * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V) * Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM * Comando: 12 VDC * Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m * Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm				
76	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade. Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil. Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco	65	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Exclusivo sistema de iluminação. * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button. * Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para minimizar o nível de ruído. * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. Informações Técnicas * Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard.				
77	CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Cadeira: Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade	01	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Ampla estofamento disponível em 15 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultório ambidestro. Pedal: Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor. Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente. Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”. Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente. Equipo: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação. Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando entre o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos). Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que				
---	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.				
78	CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Ultrassom - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Características Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Especificações Técnicas Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde. Capacidade Útil: 2,1 Litros Voltagem: 127 V ou 220 V Frequência: 50/60 Hz Capacidade Total: 2,5 Litros Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto: 3 kg Frequência Ultrassônica: 42 kHz.	03	UN		
79	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Descrição: O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem	03	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica. Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente. Características: * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm. Ela também permite um encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca. * O equipamento possui um controle de acionamento na própria peça de mão, através do botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo. * Possui corpo do carregador projetado em ABS, obedecendo as normas de segurança elétrica. * Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais. * O equipamento possui uma fonte de multitemensão, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento. * Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho. * Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED. * Bateria de lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s				
---	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	consecutivos. Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V) Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria Base carregadora.				
80	ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Descrição do Produto Sem Bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da	03	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Acompanha as pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm. Comprimento: 24 cm. Peso Líquido: 3,00 kg. Peso Bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica:				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.				
81	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5", colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia: Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções.	01	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações: Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.				
82	Escada 7 degraus – UNIDADE Capacidade Máxima: 120 kg Cor: Alumínio Material: Alumínio Número de Degraus: 7 degraus Altura Máxima: 2,18 Altura aberta: 2,18 m Altura fechado: 2,36 m Altura útil: 1,74 m Largura: 0,49 m Peso: 8 kg	02	UN		
83	SUPORTE DE BRAÇO - UNIDADE Especificação Técnica: Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.	07	UN		
84	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(Cxlxa); Pesando Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macica; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.	01	UN		
85	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil;	07	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	Com Protetor Térmico, Sistema Anti Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.				
86	BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430, Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de Limpeza; Com Serpentina Externa, Em Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x P); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.	02	UN		
87	MONITOR CARDÍACO – UNIDADE Indicações: * Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: * Display: 15" Colorido MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2) * ECG: * Faixa dinâmica de entrada: $\pm (0,5\text{mVp} - 5\text{mVp})$; * Impedância de entrada: = 10 MO; * Largura da banda: 0.05 – 150 Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – 40 Hz (modo monitoramento); * 1 – 20 Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; * Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; * Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; * Precisão de HR: $\pm 1\%$ ou 1bpm, o que for maior;	02	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

* Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTC; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0 m; * Precisão: 0,2mV; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP: * Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: 0 – 150 rpm; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo; * Faixa de medição: 0% – 100%; * Precisão: $\pm 2\%$ para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; * Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; * Precisão de PR: ± 2bpm ou $\pm 2\%$ o que for maior; * Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; * Pressão não invasiva (PNI): * Especificação Técnica: método oscilométrico; * Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); * Faixa de medição de PNI: 0 mmHg – 300 mmHg; * Precisão: ± 3 mmHg; * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedicação: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais): * Faixa de medição: 0,0 – 50,0º C; * Precisão: $\pm 0,1^\circ$ C entre 0º C à 50º C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis; * Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm; * Peso: 4500 g; * Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA				
---	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

	CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.				
--	--	--	--	--	--

Os produtos deverão ser de boa qualidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUJEIÇÃO AO EDITAL E SEUS ANEXOS

2.1. A Detentora ratifica sua sujeição a todas as exigências do Edital de **Pregão Eletrônico nº 129/25**, que constitui parte integrante desta Ata de Registro de Preços, junto com a proposta vencedora, exceto no que esta última vier a contrariar as normas especificadas nos instrumentos da contratante.

2.2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Avaré a firmar contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. Os preços registrados, de acordo com as especificações do produto, bem como, quantidades estimadas de cada item registrado para a Fornecedora são os relacionados na cláusula primeira e segunda.

3.2. O valor global da Ata de Registro de Preços é de R\$ _____ (_____).

3.3. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer reajuste, repactuação e revisão nas hipóteses legais.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E EMPENHO

4.1. O produto e/ou serviço só poderá ser solicitado pela Prefeitura mediante envio da Autorização de Fornecimento. O pagamento ao fornecedor/prestador de serviço será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante emissão de Nota Fiscal. É obrigatória a inscrição da declaração, no corpo da nota fiscal: **Referente ao Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25 – Ata de Registro de Preços nº ____/25 – Autorização de Fornecimento nº ____**

Na Nota Fiscal deverão constar:

4.1.1. Os dados bancários da empresa;

4.1.2. O CNPJ da Nota Fiscal deverá ser o mesmo da Autorização de Fornecimento.

4.1.3. Indicação da marca, lote e data de validade.

4.1.4. A NOTA FISCAL deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico do Almoxarifado da Saúde no e-mail: almoxarifado.saude@avare.sp.gov.br

4.2. As aquisições decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizados por intermédio de autorização de fornecimento, com base nas condições estabelecidas no Edital do **Pregão Eletrônico nº 129/25** e cláusulas complementares acordadas entre as partes.

4.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Detentora e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

4.4. Toda nota de empenho emitida dentro da vigência desta Ata de Registro de Preços substituirá a formalização de contrato.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA

5.1. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA: Deverá ser entregue em 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) enviada através do e-mail: almoxarifado.saude@avare.sp.gov.br

5.2. DO LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Saúde – Rua Minas Gerais, nº 1.742 – Vila Isabel – CEP 18.706-010 – Avaré/SP – Fone: (14) 3732-4597 – Horário de entrega: das 07:30 as 16:00 horas, de segunda a sexta-feira.

5.3. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **12 (Doze) meses** e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

5.3.1. As quantidades registradas na Ata de Registro de Preços poderão ser renovadas, desde que haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO

6.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

- I. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou
- II. O pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

6.2. O atraso injustificado na efetiva consecução do objeto contratado, sem prejuízo do disposto no §9º do artigo 156, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:

- I. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a contar da data inicial do descumprimento; e
- II. Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

- I. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
- II. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
- III. Ressarcimentos de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.

§ 1º. A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo para a execução do ajuste.

§ 2º. O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

§ 3º. As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a variação do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.

6.4. As sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela autoridade administrativa indicada, após processo administrativo próprio.

Parágrafo único. O processo administrativo próprio para aplicação das sanções previstas no art.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, será conduzido por Comissão Permanente Processante a ser instituída por meio de Portaria editada pelo Secretário da respectiva pasta solicitante e recairá sobre servidores nomeados.

6.5. Da decisão cabe recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

§ 1º. O recurso será dirigido à Autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

§ 2º. Caso a decisão tenha sido proferida pelo Prefeito, caberá apenas o pedido de reconsideração de ato no prazo previsto no caput deste artigo, a qual terá prazo de 20 (vinte) dias para proferir sua decisão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. Em caso de rescisão da ata de registro de preços poderá ser feita amigável ou judicialmente, nos expressos termos da legislação aplicável à espécie.

7.2. Em ano eleitoral, fica, desde já estabelecido que o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração em 31 de dezembro, considerando tratar-se do último ano de mandato do administrador atual, com fundamento no artigo 42 da Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 359 e seguintes do Código Penal.

CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE

8.1. Com a assinatura desta Ata de Registro de Preços, a empresa que teve o seu preço registrado assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados.

8.2. Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com a necessidade da **Secretaria Municipal de Saúde**, por meio da emissão de **Autorização de Fornecimento**.

8.3. A Ata de Registro de Preços é um compromisso de fornecimento firmado pelo licitante vencedor e tem características de compromisso para futura contratação, que será formalizada por meio de Autorização de Fornecimento.

8.4. Fica expressamente vedada à empresa contratada a transferência de responsabilidade do fornecimento do objeto contratual do **Pregão Eletrônico nº 129/2025 – Processo nº 215/2025** a qualquer outra empresa, no seu todo ou em parte.

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR E FISCALIZADOR DA ATA DE REGISTRO

9. É obrigação do ÓRGÃO GERENCIADOR fiscalizar a presente Ata de Registro de Preços.

9.1. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO: Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, serão designados representantes da Secretaria Requisitante para acompanhar e fiscalizar a execução da ata de registro, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos observados, informará seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, o fiscal será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

9.2. A responsabilidade pela fiscalização desta Ata de Registro:

9.2.1. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO:

Itens: 1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,45,46,47,48,49,50 (e cota reservada)

Nome: JULIANA DA SILVA (Matrícula 2014)

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

CPF: 276.624.858-70

E-mail: juliana.silva@avare.sp.gov.br

Itens: 34,44 (e cota reservada)

Nome: DARA STÉFANDES PONTES DE ALMEIDA (Matrícula 10262-1)

Cargo: Fisioterapeuta

CPF: 457.459.148-07

E-mail: dara.almeida@avare.sp.gov.br

Itens: 2,8,9,26,33 (e cota reservada)

Nome: ALDRIO MACHADO DE MOURA LEIT

Cargo: Chefe de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas

CPF: 906.743.246-68

E-mail: aldrio.leite@avare.sp.gov.br

Itens: 19,24,25 (e cota reservada)

Nome: MARIANA CAPELIN KAGAWA (Matrícula 10169-1)

Cargo: Enfermeira

CPF: 398.972.698-60

E-mail: mariana.capelin@avare.sp.gov.br

9.3. Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da DETENTORA, a fiscalização deverá, de imediato, comunicar por escrito ao Gestor do órgão de administração do ÓRGÃO GERENCIADOR, que tomará as devidas providências, podendo acarretar a aplicação das sanções previstas em lei e no contrato.

9.4. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a DETENTORA da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

9.5. Em caso de registrar inconformidades, a Secretaria Requisitante entrará em contato com o fornecedor para os ajustes ou correções dos produtos entregues e aguardar a resposta da Empresa no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito) horas.

9.6. Não havendo retorno e/ou efetuação da correção por parte da Detentora, será encaminhado a Secretaria Requisitante, que encaminhará a documentação ao departamento de Licitação, que tomará as devidas providências.

9.7. A responsabilidade pela gestão desta Ata de Registro de Preços será o Secretário Municipal de Saúde, o Senhor ROSLINDO WILSON MACHADO, solicitante do objeto referente a esta licitação.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. Assegurado o contraditório e a ampla defesa, a empresa detentora terá seu Registro de Preços cancelado quando:

10.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

10.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.3. Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

10.1.4. Sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.2. O cancelamento do Registro de Preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I. Por razão de interesse público; ou

II. A pedido do fornecedor.

10.3. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este termo contratual fica vinculado ao edital de licitações referente ao **Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

12.1. Manter durante toda a vigência da ata compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.2. Arcar com as despesas de carga e descarga e de fretes referentes a entrega dos produtos, inclusive as decorrentes da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não atenderem ao edital.

12.3. Responder por quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto.

12.4. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do objeto deste instrumento.

12.5. A Detentora obriga-se a fornecer objeto desta licitação, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas neste Edital, principalmente no tocante à unidade de fornecimento e à marca indicada durante o certame licitatório, conforme condições estabelecidas neste Edital.

12.6. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

12.7. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

12.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

12.9. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação e aceitação pelo fiscal da Ata.

12.10. Treinamento e instalação de acordo com a solicitação da unidade que realizar a aquisição do item.

12.11. Demais obrigações conforme o Anexo I – Termo de Referência.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

13.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

13.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

13.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

13.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

13.5. Prestar informações que venham a ser solicitadas pelo representante da contratada;

13.6. Sempre que necessário, convocar o(s) licitante(s) vencedor (es), se for o caso, para esclarecimentos e negociações, visando os interesses das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA E VALIDADE DO OBJETO

De no mínimo 12 (doze) meses ou conforme indicação do fabricante, a constar após o recebimento do produto no Almoxarifado da Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA COBRANÇA DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

A **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL** enviará o pedido de empenho para o Almoxarifado da respectiva Secretaria, que se compromete a encaminhar o relatório de empenho após o término do contrato de Registro de Preços, com prazo de 30 (trinta) dias para o endereço de e-mail: contasareceber@bll.org.br. Não havendo o envio da declaração sem comunicado breve, a BLL efetuará a cobrança de acordo com o valor adjudicado ou homologado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Secretaria, Almoxarifado ou Departamentos da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão participante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI Nº 13.709/2018

17.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

17.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especiais os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

17.3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

17.4. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, o ÓRGÃO GERENCIADOR, para execução de serviço objeto deste contrato, tem acesso aos dados pessoais dos representantes da DETENTORA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.

17.5. A DETENTORA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, e, se comprometem a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção de dados pessoais repassados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.6. A DETENTORA fica obrigada a comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ANTICORRUPÇÃO

Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar, ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou ainda, benefícios de qualquer natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado, conforme a Lei nº 2.216, de 22 de junho de 2.018, publicado em 22 de junho de 2.018.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, para solução de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outra por mais privilegiada que seja.

E, por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em três vias de igual teor, para o mesmo fim junto com duas testemunhas no presente ato.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos ____ de _____ de 2025.

ROSLINDO WILSON MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ÓRGÃO GERENCIADOR

Empresa Vencedora
DETENTORA

Testemunhas

Nome: _____ **Nome:** _____
RG: _____ **RG:** _____



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

ANEXO 08 – DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 02948/25

Considerando que estudo técnico preliminar trata-se de documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

Considerando jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 1134/2017 – TCU – Segunda Câmara) e resposta em Parecer Consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Consulta nº 19/2020);

Considerando o Art 7º, §2º da “Instrução Normativa nº 40”, de 22 de maio de 2020, que trata da obrigatoriedade dos elementos componentes do Estudo Técnico Preliminar (I, IV, V, VI, VII, IX E XIII na referida Normativa);

Considerando o princípio da segregação de funções previsto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos;

Considerando os artigos 17 e 49 da Lei nº 14.133/2021, o responsável pelo processo de contratação certifica que não realizou e não pretende realizar, no exercício financeiro, contratações do mesmo objeto ou objeto de natureza similar que, somadas, ultrapassem o limite máximo legal para a realização de dispensa de licitação em razão do valor, bem como certifica que não houve fracionamento de despesas;

Considerando os artigos 6º, LVIII da Lei nº 14.133/2021; artigo 2º da Lei nº 10.192/2021 e a Lei nº 12.744/2012, os índices de reajuste utilizados na prorrogação serão o IGPM e o IPCA, sendo considerado aquele que apresentar maior vantajosidade à municipalidade.

Sirvo-me do presente para apresentar Estudo Técnico Preliminar:

Descrição Sumária do Item:

1 - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público (inciso I):

A Aquisição dos Materiais Médicos para a Secretaria Municipal de Saúde, justifica-se para a manutenção dos trabalhos operacionais e procedimentos médicos e de enfermagem nos setores, dando continuidade ao serviço público de qualidade e com segurança.

Considerando que para o funcionamento desta Secretaria é de grande importância a referida aquisição para que todos setores possam funcionar adequadamente, pois o material é o mínimo necessário para que a equipe multidisciplinar possa exercer suas funções.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Considerando que os materiais de reabilitação para o Departamento de Fisioterapia do Cerest visam promoção de saúde para os atendimentos e os equipamentos a serem adquiridos irão modernizar, melhorar e reduzir complicações clínicas em longo prazo, garantindo maior qualidade de vida aos indivíduos e, conseqüentemente, melhorando o condicionamento físico.

A necessidade da aquisição tem por finalidade e justificativa promover a política de melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde dos pacientes por meio da Aquisição de Materiais de uso na Fisioterapia.

Esses Materiais tornam-se imprescindíveis, pois auxiliam essencialmente no tratamento fisioterapêutico, possuindo um papel importante na prevenção de doenças e lesões, decorrentes de fraturas, má-formação ou vícios de postura, auxiliando no diagnóstico, na aplicação de terapia e no acompanhamento da evolução do paciente, proporcionando, assim, a melhoria na qualidade de vida essencial aos usuários, zelando e cuidando da saúde destes, sendo possível perceber a diminuição do absenteísmo por motivos de doença e de afastamentos de trabalho mais longos, uma vez que realizar o acompanhamento periódico da saúde promove a prevenção e permite o diagnóstico precoce de enfermidades graves.

Alguns dos itens alistados são de equipamentos a ser utilizados nos procedimentos realizados na Ginecologia da Municipalidade. Tratam de equipamentos imprescindíveis a uma assistência que prime pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos seus usuários. Os objetos de que trata este, tem sua importância por se tratar de equipamentos imprescindíveis a serem empregados nos diagnósticos e tratamentos, cuja ausência poderá comprometer o resultado final da assistência proposta. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos equipamentos ora licitados.

Considerando que alguns itens são do Departamento de Saúde Bucal, a aquisição do mesmo se faz necessária para a qualificação dos atendimentos.

No que diz respeito aos materiais médicos que serão utilizados no Pronto Socorro e Unidades de Saúde, serão utilizados para reposição dos que apresentam avarias que podem gerar riscos aos atendimentos de Enfermagem, cito como exemplos as cadeiras de rodas e macas, que estão danificadas devido ao desgaste pelo alto uso.

Outros ainda, serão para composição e reorganização das Unidades de Saúde, tendo em vista a expansão dos atendimentos.

O sucesso do processo licitatório vai ampliar e qualificar a realização da atenção em saúde assim como o tratamento mais adequado e resolutivo das pacientes.

2 - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for acompanhada das justificativas técnicas e econômica da escolha do tipo de solução (inciso IV):

Aquisição destes Equipamento Médico Hospitalar e Artigos para os Demais Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde é destinado a atender às necessidades de consumo conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Anexo 1 deste documento.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Foram elencadas as descrições, e exigências através do Termo Referencial.

De maneira que a solução a ser realizada neste momento é, de fato, a elaboração de Ata de registro de preços contendo os materiais e equipamentos no Anexo 1 deste Estudo Técnico como forma de atender as demandas oriundas das diversas unidades desta Municipalidade, garantindo uma melhor condição de trabalho de todos que atuam nas Unidades citadas.

3 - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com as contratações, de modo a possibilitar a economia de escala (inciso V):

Anexo 1.

4 - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso VI):

Valor Global: 1.244.156,18

Anexo 2 – Cotações Realizadas no PNCP

5 - Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável (inciso VII):

No que se refere aos materiais desta solicitação, houve a classificação por item uma vez que o intuito de gerar maior interesse na competitividade em termos de valores de oferta .

6 - Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento (inciso IX).

(O termo de referência que trata este Estudo Técnico foi inserido no Plano Anual de Contratações?)

(x) Sim

7 - Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento;

(x) não aplica

A Prefeitura Municipal de Avaré possui contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de pesagem, coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviço de Saúde classificados como Biológicos, Potencialmente Infectantes (grupo A, segundo classificação da RDC 306/ANVISA) e Perfurocortantes (grupo E, segundo classificação da RDC 306/ANVISA), com fornecimento de Certificado de destinação. Sendo assim, os materiais a serem adquiridos potencialmente infectados e/ou contaminados, após o seu uso, receberão tratamento adequado, minimizando os riscos de contaminação ao meio ambiente.

9- Dados do Fiscal acompanhado da portaria de nomeação.

Itens: 1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,45,46,47,48,49,50.

Nome Completo: Juliana da Silva



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Matrícula: 2014
CPF: 276.624.858 - 70
E-mail: juliana.silva@avare.sp.gov.br
Portaria 189/25

Itens – 34 - 44
Nome Completo: Dara Stéfandes Pontes de Almeida
Cargo: Fisioterapeuta
Matrícula: 10262-1
CPF: 457.459.148-07
E-mail: dara.almeida@avare.sp.gov.br
Portaria 189/25

Itens 2,8,9,26 - 33
Nome Completo: Aldrio Machado de Moura Leite
Cargo: Chefe de Palnejamento e Gestão de Políticas Públicas
CPF 906.743.246-68
E-mail aldrio.leite@avare.sp.gov.br
Portaria 189/25

Itens – 19,24,25
Nome: MARIANA CAPELIN KAGAWA
Cargo: ENFERMEIRA
Matrícula – 10169-1
CPF - 398.972.698-60
E-mail - mariana.capelin@avare.sp.gov.br
Portaria 189/25

10 - Centro de Custo e Ficha Orçamentária

Pronto Socorro - ficha 674 fonte 1 código de aplicação 310.000 centro de custo 1081;

UBS/ESF/CAISMA - ficha 3212 fonte 1 código de aplicação 310.000 centro de custo 1081;

Assistência Farmacêutica - ficha 3216 fonte 1 código de aplicação 310.000 centro de custo 1081;

CEREST - ficha 801 fonte 1 código de aplicação 310.000 centro de custo 1081.

11 - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação (inciso XIII);
Pretende-se contratar os itens descritos neste ETP pelo menor preço, até o limite do preço unitário máximo estimado, com a qualidade, especificações e exigências descritas no Termo de Referência com vista a garantir a não interrupção do atendimento dos pacientes nas Unidades de Saúde e nos Atendimentos de Urgência e Emergência.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico nº 129/25 – Processo nº 215/25

Declaro para todos os fins que com base no Estudo Técnico Preliminar esta contratação/aquisição encontra-se:

(x)Viável

Fiscal Técnico
Juliana da Silva
Auxiliar de Enfermagem
CPF: 276.624.858 – 70
Coren 0406073/AE
Portaria 189/25

Drº Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal da Saúde

Emissor:
Juliana da Silva
Auxiliar de Enfermagem
CPF: 276.624.858 – 70
Coren 0406073/AE
Portaria 189/25