

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2025**

RECURSO ADMINISTRATIVO

**Empresa Recorrente: FCMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88**

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos

I – DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é interposto dentro do prazo legal previsto na Lei nº 14.133/2021, sendo, portanto, tempestivo.

II – DO OBJETO DO RECURSO

O presente recurso tem por finalidade impugnar a classificação das empresas vencedoras que apresentaram produtos em desconformidade com as especificações técnicas exigidas no edital, conforme análise comparativa dos manuais, catálogos e informações oficiais dos fabricantes.

Em diversos pontos, as informações técnicas não estão disponíveis em materiais oficiais das marcas ofertadas, impossibilitando a comprovação objetiva da aderência às exigências do edital. Diante disso, requer-se que o pregoeiro realize análise criteriosa dos catálogos e manuais apresentados, a fim de verificar se os equipamentos ofertados realmente atendem, de forma integral, às especificações técnicas exigidas.

III – DA ANÁLISE DOS ITENS

Itens 32 e 80 – Ultrassom Odontológico

**Empresa Vencedora: Itapemed Importadora e Exportadora de Equipamentos Hospitalares Ltda
Marca: ALT – Modelo: JetCeramic**

Constatações:

Iluminação interna do reservatório de bicarbonato: não possui


Caneta de ultrassom com LED: não possui

Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato): não automático

Sistema de aquecimento interno do reservatório de bicarbonato: não possui

Frequência: 29 a 32 kHz (inferior ao especificado de 32 kHz)

FCMED TECNOLOGIA MEDICA
(15) 3234.3490
CNPJ: 22.716.553/0001-88
IE: 669.910.386.110
E-mail: comercialfcmmed@gmail.com



Pontas de ultrassom: 3 insertos (sem identificação no manual)

Filtro de ar: drenagem semi-automática

Reservatório da bomba peristáltica: inexistente

As divergências acima configuram não conformidade com o edital, além de a marca não apresentar documentação técnica suficiente para comprovar o atendimento de diversos requisitos.

Itens 33 e 81 – Localizador Apical

Empresa Vencedora: Itapemed Importadora e Exportadora de Equipamentos Hospitalares Ltda

Marca: ALT – Modelo: Apex

Constatações:

Tamanho da tela (4,5") – não informado em manual

Material do corpo (ABS) – não informado em manual

Indicador sonoro – não informado em manual

Calibragem automática – não informada em manual

Dimensões, peso e conjunto de acessórios divergem do solicitado

Acessórios exigidos não correspondem à lista solicitada em edital

Diante da ausência de comprovação documental e das divergências observadas, o produto ofertado não atende tecnicamente às especificações exigidas, devendo ser desclassificado.

Itens 27 e 75 – Bomba de Vácuo

Empresa Vencedora: Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Ltda

Marca: GG – Modelo: MD 700 1 HP

Constatações:

Sistema com atraso no desligamento: não possui informação em manual ou catálogo

Sistema de descarga automática do filtro coletor: não possui informação

Pré-lavagem automática do filtro coletor: não possui informação

Filtro de entrada de água: não possui informação

Nível de ruído: 85 dB(A) (acima do limite especificado de 58 dB(A))

FCMED TECNOLOGIA MEDICA

(15) 3234.3490

CNPJ: 22.716.553/0001-88

IE: 669.910.386.110

E-mail: comercialfcmmed@gmail.com



Dimensões e peso: não informados em documentação técnica

Essas divergências configuram descumprimento técnico do edital, além de impactar diretamente o desempenho e a adequação do equipamento ao ambiente clínico.

IV – DO FUNDAMENTO LEGAL

Conforme o art. 59, inciso I, e art. 71, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, devem ser desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do edital ou não comprovem tecnicamente o atendimento às especificações.

V – DO PEDIDO

Diante do exposto, a FCMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA requer:

A reavaliação técnica detalhada dos produtos ofertados pelas empresas vencedoras, com base em catálogos e manuais oficiais dos fabricantes;

A desclassificação das propostas que não comprovarem, de forma documental e inequívoca, o atendimento integral às especificações do edital;

A reclassificação das demais licitantes, observando o princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa à Administração.

VI – DO ENCERRAMENTO

Em virtude das divergências técnicas e da falta de comprovação documental, resta comprovado que os produtos ofertados não atendem integralmente ao edital, configurando motivo suficiente para a desclassificação das vencedoras.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Sorocaba, 17 de outubro de 2025.

FABIANO SILVA
CHAIN:25908429880

Assinado de forma digital por FABIANO SILVA
CHAIN:25908429880
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferencia, ou=41367161000103, ou=AC
SingularID Multipla, cn=FABIANO SILVA
CHAIN:25908429880
Dados: 2025.10.17 13:43:14 -03'00'

Fcmmed Tecnologia Médica LTDA
22.716.553/0001-88
Fabiano Silva Chain
Representante Legal
RG nº 28.629.061

FCMED TECNOLOGIA MEDICA
(15) 3234.3490
CNPJ: 22.716.553/0001-88
IE: 669.910.386.110
E-mail: comercialfcmmed@gmail.com

Re: Recurso PE 129/25

De : Aldrio Machado de Moura Leite <aldrio.leite@avare.sp.gov.br> sex., 31 de out. de 2025 10:58
Assunto : Re: Recurso PE 129/25
Para : Olga Hata <olga.hata@avare.sp.gov.br>
As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia Olga, após análise dos recursos, defriro somente os itens 32 e 80

Aldrio Machado de Moura Leite
Chefe de Planejamento Estratégico e Gestão de Políticas Públicas
CEO - Centro de Especialidade Odontológica
(14) 3711-2400 | aldrrio.leite@avare.sp.gov.br

avare.sp.gov.br prefeituradeavare prefeituradeavare
Praça Juca Novaes, 1.169, Centro

De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>
Para: "Aldrio Machado de Moura Leite" <aldrio.leite@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 29 de outubro de 2025 9:42:18
Assunto: Recurso PE 129/25

Bom dia! Solicito a gentileza de informar sobre o recurso apresentado pela empresa FCMED
TECNOLOGIA MEDICA encaminhado para responder, referente ao Pregão Eletrônico nº 129/25, para
darmos prosseguimento ao certame.
Att;

Olga Mitiko Hata
Pregoeiro
Departamento de Licitação
(14) 3711-2500 | olga.hata@avare.sp.gov.br

avare.sp.gov.br prefeituradeavare prefeituradeavare
Praça Juca Novaes, 1.169, Centro