



Secretaria Municipal
de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

Estudo Técnico Preliminar

1. Descrição da necessidade

O presente documento refere-se à necessidade de aquisição de equipamentos e mobília de uso hospitalar, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, através de recurso do ministério público, e de emendas impositivas que correspondem à obrigatoriedade da execução das emendas individuais dos vereadores por parte da administração municipal. *EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 30, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 "Art. 140-A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual."*

Visando a aquisição de itens para o, SAMU, Vigilância e cumprir a indicação do parlamentar, suprimindo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (unidades de saúde, especialidades, departamentos e seus anexos) justifica-se pela necessidade em oferecer melhorias nos serviços ofertados pelo município.

2. Área requisitante

Setor de Gerenciamento de Obras na Saúde, Secretaria Municipal de Saúde.

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

As especificações técnicas dos objetos descritos na proposta deverão ser fiéis aos produtos ofertados pelo licitante, deverá apontar as características dos produtos com riqueza de detalhes, marca, referencia, e outros dados que possam ser utilizados para o conhecimento dos produtos ofertados. Não será aceita cópia do descritivo deste processo.

Apresentar certificado do INMETRO / ANVISA ou sua respectiva isenção, assim como a autorização de funcionamento de empresa (AFE) da participante da licitação, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de acordo com a lei 6437/1977 ou sua respectiva isenção.

A licitante deverá apresentar junto com a proposta: Catálogo ou manual (impresso/digital), folders, em língua portuguesa ou, se apresentado em outra língua deverá estar acompanhado de tradução, indicando a marca/fabricante, modelo, contendo desenho ou fotografia, bem como as especificações técnicas do produto ofertado, de forma a permitir sua avaliação de acordo com as especificações solicitadas no Anexo I, sob pena de desclassificação.

A entrega dos itens deverão ocorrer diretamente: no GOS - GERENCIAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE, localizado a Rua Napoleão Tavares Silveira, nº 317 – Vila Paulo Ayres - Itapetininga-SP, após a prévia, autorização requisitória, por escrito e com o autorização da Secretaria ou responsável indicado para este fim, devendo ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos, acompanhado do respectivo empenho, devendo os produtos serem entregues em ótimas condições e estar em condições adequadas de transporte.

Constatada qualquer irregularidade na entrega dos produtos, a Contratada, obrigar-se-á a trocá-los em até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de sujeitar-se a aplicação das multas ou rescisão do contrato nos termos legais.

A empresa licitante deverá realizar a instalação e/ou oferecer treinamento de uso se necessário. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega e/ou instalação do objeto licitado, inclusive frete, serão de inteira responsabilidade da contratada.



Secretaria Municipal
de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

4. Levantamento de Mercado

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar quais soluções existentes no mercado que atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos, e atender à necessidade dos setores, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

Das possíveis formas de contratação:

- 1 – Buscar ata de registro de preço disponíveis para realização de adesão;
- 2 – Dispensa de licitação;
- 3 - Realizar licitação própria;

Das análises das formas de contratação:

- 1 – A municipalidade não adere a ATA de registro de preço de outros entes públicos;
- 2 – Não é possível a realização de dispensa de licitação, por entendermos que não há uma urgência de aquisição e o valor ultrapassa limites de contratação direta.
- 3 – Sendo a melhor opção encontrada, a licitação própria, em forma de pregão eletrônico.

5. Descrição da solução como um todo

A solução se dá na aquisição dos itens, sendo viável a modalidade de licitação por Pregão Eletrônico e julgamento por menor preço.

6. Estimativa das Quantidades a serem contratadas:

A estimativa de quantitativo previsto segue através da indicação na emenda impositiva, e nas necessidades dos demais setores atendidos.

DESCRIÇÃO	QUAN
AUTOCLAVE DIGITAL 21L. AUTOCLAVE DIGITAL COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS, POSSUIR PAINEL DIGITAL DE LED (LCD COM INSTRUÇÕES) INDICANDO: TEMPERATURA, TEMPO, PRESSÃO/MENSAGENS DE COMANDO E INDICAÇÕES DOS ERROS QUANDO OCASIONADOS; PRESSOSTATO DIGITAL, TERMOSTATO PARA PROTEÇÃO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, SISTEMA DE TRANCAMENTO DE PORTA DE FUSO EM AÇO INOX, COM DUPLO ESTÁGIO+TRAVA DE SEGURANÇA TOTALIZANDO 3 ESTÁGIOS, SENSOR DE PORTA ABERTA COM INDICAÇÃO NO PAINEL, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTROLE ELETRÔNICO QUE DESARMA O SISTEMA EM CASO DO AUMENTO DA TEMPERATURA OU PRESSÃO ACIMA DO PADRÃO; CHAVE GERAL, FUSIVEL NA PLACA ELETRONICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO, FILTRO PARA EVITAR ENTUPIMENTO DA VÁLVULA, DE SAÍDA. ESTRUTURA EM AÇO A36; MÍNIMO DE 4 BANDEJAS EM AÇO INOX; SECAGEM PORTA ENTREABERTA, SECAGEM EXTRA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, POTENCIA: CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE DE 600 A 4000 WATTS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 2,5KG/CM ² ; PRESSÃO 1,0 A 2,5 KGF/CM ² CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE, ALARME DE ATÉ 18 NÍVEIS CONFIGURÁVEIS PELO FABRICANTE, TEMPERATURA 100º A 135º CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE, TEMPERATURA MÁXIMA 150º, CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO: AÇO INOX, ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, SISTEMA ELETRÔNICO: MICROCONTROLADO / PROCESSADO; ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA COM INDICAÇÃO DO TÉRMINO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, PROTEÇÃO SOBRESSÃO: VÁLVULA DE ANTIVÁCUO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES.	3
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. ELETRÔNICA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA DE 15KG; - CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA APROXIMADA DE 540X290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; - DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS; - ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; - PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; - FONTE EXTERNA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - FONTE TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT.	1
CADEIRA DE RODAS OBESO ATÉ 200KG. CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DOBRÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO NA COR PRETO OU CINZA, APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS, ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, FREIOS LATERAIS.	1



**Secretaria Municipal
de Saúde**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA E MEDICAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO VERTICAL, PORTA COM VISOR DE VIDRO, TIPO VITRINE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENHO DE 300 LITROS A 500 LITROS UTEIS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC PARA FUNCIONAMENTO CONTINUO, PAREDES EM POLIURETANO; REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, QUE EVITA ACÚMULO DE GELO E PROPORCIONA PERFEITA HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA DENTRO DA CAMARA SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES; CAMARA INTERNA E PRATELEIRA FABRICADAS EM MATERIAL NÃO-OXIDANTE NA COR BRANCA OU MATERIAL COMPATÍVEL; EQUIPADO COM BLOCOS CRIOGENICOS PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA CRÍTICA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PRÉ-CALIBRADO NA FAIXA DE +2,0 A +8,0°C, PODENDO SER AJUSTADO MANUALMENTE EM OUTRAS TEMPERATURA, COM LEITURA DIGITAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA DESVIOS DE TEMPERATURA (ACIMA DE 8° E ABAIXO DE 2° C) E TECLA PARA INIBIR O SOM DO ALARME, REATIVANDO AUTOMATICAMENTE; SISTEMA DE REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, COM LEITURA DIGITAL MEMORIZADO, MESMO COM DESLIGAMENTO DA CÂMARA E REINÍCIO MANUAL; CHAVE GERAL DE ENERGIA TIPO DISJUNTORA – LIGA/DESLIGA: LUZ INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL; EQUIPAMENTO EM 220 VOLTS, 50/60 HZ, COM MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO; ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.	1
CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO VERTICAL, PORTA COM VISOR DE VIDRO, TIPO VITRINE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENHO DE 300 LITROS A 500 LITROS UTEIS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC PARA FUNCIONAMENTO CONTINUO, PAREDES EM POLIURETANO; REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, QUE EVITA ACÚMULO DE GELO E PROPORCIONA PERFEITA HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA DENTRO DA CAMARA SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES; CAMARA INTERNA E PRATELEIRA FABRICADAS EM MATERIAL NÃO-OXIDANTE NA COR BRANCA OU MATERIAL COMPATÍVEL; EQUIPADO COM BLOCOS CRIOGENICOS PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA CRÍTICA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PRÉ-CALIBRADO NA FAIXA DE +2,0 A +8,0°C, PODENDO SER AJUSTADO MANUALMENTE EM OUTRAS TEMPERATURA, COM LEITURA DIGITAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA DESVIOS DE TEMPERATURA (ACIMA DE 8° E ABAIXO DE 2° C) E TECLA PARA INIBIR O SOM DO ALARME, REATIVANDO AUTOMATICAMENTE; SISTEMA DE REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, COM LEITURA DIGITAL MEMORIZADO, MESMO COM DESLIGAMENTO DA CÂMARA E REINÍCIO MANUAL; CHAVE GERAL DE ENERGIA TIPO DISJUNTORA – LIGA/DESLIGA: LUZ INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL; SISTEMA DE EMERGENCIA COM BATERIA QUE PERMITA A AUTONOMIA DA CAMARA POR NO MÍNIMO 12 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL; EQUIPAMENTO EM 220 VOLTS, 50/60 HZ, COM MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO; ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.	1
MACA HOSPITALAR EM MDF COM ARMÁRIO DE 3 PORTAS E 3 GAVETAS NA COR BRANCA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DOBRADIÇAS CANECO 35MM SUPER ALTA, PUXADOR DE ALUMINIO. 5 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO DE TROCO. ESTRUTURA EM MDF 15MM ANTIBACTERIANO. DIMENSÕES 1,80 CM X 60 CM X 80 - (C X L X A): COLCHÃO 125X60 D-28 REVESTIDO EM CORINO NA COR CINZA. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 KG .	1
MESA GINECOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR BRANCO OU CINZA; LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM NA COR AZUL OU PRETO, DIVIDIDO EM 3 SESSÕES, SENDO 1 FIXA E 2 REGULAVEIS (DORSO/APOIO); PÉS COM PONTEIRAS, CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150KG; ACOMPANHA: PAR DE PORTA COXAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 65 X 180 X 85 CM (LARG. X COMP. X ALTURA)	1
POLTRONAS HOSPITALARES 4 POSIÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO NA COR BRANCO OU CINZA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN NA COR AZUL ROYAL OU PRETO, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 130KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL. COM BRAÇADEIRAS.	2
SELADORA DE BANCADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SELAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CORTADOR DE BOBINA TIPO GUILHOTINA 30 CM: SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME EXIGIDO PELA ANVISA; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO; SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; POSSUINDO SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS; CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA PERMITE SELAR VARIADOS TIPOS DE EMBALAGENS. ESTERILIZAÇÕES COM LARGURAS DE ATÉ 30 CM. SELAGEM DE 13 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: C:400 X L:420 X A:210 MM. VOLTAGEM: 220 V 50/60HZ; MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS.	2

7. Estimativa do Valor da Contratação

Considerando que este documento é apenas um estudo técnico preliminar, realizamos uma pesquisa para estimar um valor aproximado, conforme descrição abaixo, entretanto sabe-



**Secretaria Municipal
de Saúde**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

se que haverá a cotação posterior para elaboração do processo de licitação e que os valores não correlacionam.

DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
AUTOCLAVE DIGITAL 21L. AUTOCLAVE DIGITAL COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS, POSSUIR PAINEL DIGITAL DE LED (LCD COM INSTRUÇÕES) INDICANDO: TEMPERATURA, TEMPO, PRESSÃO/MENSAGENS DE COMANDO E INDICAÇÕES DOS ERROS QUANDO OCASIONADOS; PRESSOSTATO DIGITAL, TERMOSTATO PARA PROTEÇÃO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, SISTEMA DE TRANCAMENTO DE PORTA DE FUSO EM AÇO INOX, COM DUPLO ESTÁGIO+TRAVA DE SEGURANÇA TOTALIZANDO 3 ESTÁGIOS, SENSOR DE PORTA ABERTA COM INDICAÇÃO NO PAINEL, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTROLE ELETRONICO QUE DESARMA O SISTEMA EM CASO DO AUMENTO DA TEMPERATURA OU PRESSÃO ACIMA DO PADRÃO; CHAVE GERAL, FUSIVEL NA PLACA ELETRONICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO, FILTRO PARA EVITAR ENTUPIMENTO DA VÁLVULA, DE SAÍDA. ESTRUTURA EM AÇO A36; MÍNIMO DE 4 BANDEJAS EM AÇO INOX; SECAGEM PORTA ENTREABERTA, SECAGEM EXTRA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, POTENCIA: CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE DE 600 A 4000 WATTS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 2,5KG/CM ² ; PRESSÃO 1,0 A 2,5 KGF/CM ² CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE, ALARME DE ATÉ 18 NÍVEIS CONFIGURÁVEIS PELO FABRICANTE, TEMPERATURA 100º A 135º CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE, TEMPERATURA MÁXIMA 150º, CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO: AÇO INOX, ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, SISTEMA ELETRONICO: MICROCONTROLADO / PROCESSADO; ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE AGUA COM INDICAÇÃO DO TÉRMINO DE AGUA NO RESERVATÓRIO, PROTEÇÃO SOBPRESSÃO: VALVULA DE ANTIVÁCUO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO. GATANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA 12 MESES.	R\$ 5.000,00
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. ELETRONICA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA DE 15KG; - CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA APROXIMADA DE 540X290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; - DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS; - ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; - PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; - FONTE EXTERNA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - FONTE TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT.	R\$ 1.140,00
CADEIRA DE RODAS OBESO ATÉ 200KG. CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DOBRÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO NA COR PRETO OU CINZA, APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS, ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, FREIOS LATERAIS.	R\$ 1.660,00
CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA E MEDICAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO VERTICAL, PORTA COM VISOR DE VIDRO, TIPO VITRINE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENO DE 300 LITROS A 500 LITROS UTEIS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC PARA FUNCIONAMENTO CONTINUO, PAREDES EM POLIURETANO; REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, QUE EVITA ACÚMULO DE GELO E PROPORCIONA PERFEITA HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA DENTRO DA CAMARA SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES; CAMARA INTERNA E PRATELEIRA FABRICADAS EM MATERIAL NÃO-OXIDANTE NA COR BRANCA OU MATERIAL COMPATÍVEL; EQUIPADO COM BLOCOS CRIOGENICOS PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA CRÍTICA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PRÉ-CALIBRADO NA FAIXA DE +2,0 A +8,0°C, PODENDO SER AJUSTADO MANUALMENTE EM OUTRAS TEMPERATURA, COM LEITURA DIGITAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA DESVIOS DE TEMPERATURA (ACIMA DE 8° E ABAIXO DE 2º C) E TECLA PARA INIBIR O SOM DO ALARME, REATIVANDO AUTOMATICAMENTE; SISTEMA DE REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, COM LEITURA DIGITAL MEMORIZADO, MESMO COM DESLIGAMENTO DA CÂMARA E REINÍCIO MANUAL; CHAVE GERAL DE ENERGIA TIPO DISJUNTORA – LIGA/DESLIGA: LUZ INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL; EQUIPAMENTO EM 220 VOLTS, 50/60 HZ, COM MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO; ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.	R\$ 13.667,00
CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO VERTICAL, PORTA COM VISOR DE VIDRO, TIPO VITRINE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENO DE 300 LITROS A 500 LITROS UTEIS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC PARA FUNCIONAMENTO CONTINUO, PAREDES EM POLIURETANO; REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, QUE EVITA ACÚMULO DE GELO E PROPORCIONA PERFEITA HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA DENTRO DA CAMARA SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES; CAMARA INTERNA E PRATELEIRA FABRICADAS EM MATERIAL NÃO-OXIDANTE NA COR BRANCA OU MATERIAL COMPATÍVEL; EQUIPADO COM BLOCOS CRIOGENICOS PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA CRÍTICA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PRÉ-CALIBRADO NA FAIXA DE +2,0 A +8,0°C, PODENDO SER AJUSTADO MANUALMENTE EM OUTRAS TEMPERATURA, COM LEITURA DIGITAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA DESVIOS DE TEMPERATURA (ACIMA DE 8° E ABAIXO DE 2º C) E TECLA PARA INIBIR O SOM DO ALARME, REATIVANDO AUTOMATICAMENTE; SISTEMA DE REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, COM LEITURA DIGITAL MEMORIZADO, MESMO COM DESLIGAMENTO DA CÂMARA E REINÍCIO MANUAL; CHAVE GERAL DE ENERGIA TIPO DISJUNTORA – LIGA/DESLIGA: LUZ INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL; SISTEMA DE EMERGENCIA COM BATERIA QUE PERMITA A AUTONOMIA DA CAMARA POR NO MÍNIMO 12 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL;	R\$ 21.833,00



**Secretaria Municipal
de Saúde**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

EQUIPAMENTO EM 220 VOLTS, 50/60 HZ, COM MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO; ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.	
MACA HOSPITALAR EM MDF COM ARMÁRIO DE 3 PORTAS E 3 GAVETAS NA COR BRANCA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DOBRADIÇAS CANECO 35MM SUPER ALTA, PUXADOR DE ALUMINIO. 5 NÍVEIS DE ELEVÇÃO DE TROCO. ESTRUTURA EM MDF 15MM ANTIBACTERIANO. DIMENSÕES 1,80 CM X 60 CM X 80 - (C X L X A): COLCHÃO 125X60 D-28 REVESTIDO EM CORINO NA COR CINZA. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 KG	R\$ 2.330,00
MESA GINECOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR BRANCO OU CINZA; LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM NA COR AZUL OU PRETO, DIVIDIDO EM 3 SESSÕES, SENDO 1 FIXA E 2 REGULAVEIS (DORSO/APOIO); PÉS COM PONTEIRAS, CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150KG; ACOMPANHA: PAR DE PORTA COXAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 65 X 180 X 85 CM (LARG. X COMP. X ALTURA)	R\$ 1.984,00
POLTRONAS HOSPITALARES 4 POSIÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO NA COR BRANCO OU CINZA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN NA COR AZUL ROYAL OU PRETO, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 130KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL. COM BRAÇADEIRAS.	R\$ 1.139,00
SELADORA DE BANCADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SELAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CORTADOR DE BOBINA TIPO GUILHOTINA 30 CM: SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME EXIGIDO PELA ANVISA; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO; SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; POSSUINDO SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS; CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA PERMITE SELAR VARIADOS TIPOS DE EMBALAGENS. ESTERILIZAÇÕES COM LARGURAS DE ATÉ 30 CM. SELAGEM DE 13 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: C:400 X L:420 X A:210 MM. VOLTAGEM: 220 V 50/60HZ; MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS.	R\$ 1.300,00

8. Justificativa para o parcelamento ou não da solução:

Devido as diversas opções apresentadas no mercado entre marcas, fabricantes e fornecedores, o parcelamento por item é uma alternativa interessante que abre a possibilidade de acompanhar as condições de preço, estoque e prazos de entrega de cada material, além de conceder igualdade competitiva entre fornecedores.

9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes:

A Secretaria de Saúde não vê necessidade de outras contratações para o andamento deste processo.

10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento:

O objeto deste processo de licitação, com fundamento na Lei nº 14.133 de 01/04/2021 encontra-se alinhado com a Lei Orçamentária Anual do Município, relacionado na programação de contratação do exercício de 2024.

11. Resultados Pretendidos:

Realizar a aquisição dos itens para cumprir a indicação dos vereadores efetuando a aquisição dos itens apontados, com recurso de emenda impositiva. Visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, (unidades de saúde, especialidades, departamentos e seus anexos) e justifica-se pela necessidade em oferecer melhorias nos serviços em saúde ofertados pelo município.

12. Providências a serem adotadas:

Esta secretaria não vê necessidade de adequações para a contratação a ser realizada.

13. Possíveis Impactos Ambientais:

O grande consumo de mobiliários hospitalares, produtos eletrônicos, bem como a rápida



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

obsolescência dos mesmos, têm aumentado o uso de recursos naturais e gerado um alto volume de resíduos eletrônicos. Por conterem metais pesados que podem ser altamente tóxicos na composição, os resíduos eletrônicos causam impactos ao meio ambiente, existe uma responsabilidade compartilhada entre os consumidores e fabricantes ou gestores para garantir que os resíduos de moveis e produtos eletrônicos tenham a destinação correta.

A empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, conforme previsto no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021.

14. Declaração de Viabilidade:

Analisando as alternativas disponíveis que atendam às necessidades das áreas requisitantes, considerando a viabilidade técnica e econômica, a solução que se mostrou mais vantajosa é a realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição dos equipamentos e mobiliários de uso hospitalar, de acordo com especificações de mercado capazes de atender aos requisitos estipulados.

15. Responsáveis:

- Marta Rosana Nazareth – Enfermeira
- Alice Aparecida dos Santos Neves – Técnica de Enfermagem da Estratégia da Saúde da Família