



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

TERMO DE REFERENCIA

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

A abertura do presente processo licitatório tem como objetivo a aquisição de itens permanentes destinados ao atendimento das indicações parlamentares, com vistas a suprir as demandas das unidades de saúde, especialidades, departamentos e respectivos anexos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.

O objeto contempla a aquisição de equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.

A estimativa é de aquisição de se dá pelo apontamento das emendas e dos demais setores que serão atendidos.

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da assinatura do conforme disposto na minuta contratual.

DESCRIÇÃO	QUANT
ADIPOMETRO DIGITAL: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LEITURA DIGITAL (LCD OU LED), COM RESOLUÇÃO EM DÉCIMOS DE MILÍMETRO (VALORES DECIMAIS), POSSIBILITANDO MEDIÇÕES DETALHADAS. A FAIXA DE MEDIÇÃO DEVE SER DE 0 A 80 MM, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 0,5$ MM NO VALOR MÁXIMO DE MEDIÇÃO. DEVE ACOMPANHAR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. O SISTEMA DEVE INCLUIR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU OUTRO RECURSO PARA ECONOMIA DE ENERGIA. O ADIPÔMETRO DEVERÁ SER ENTREGUE PRONTO PARA USO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E ESTOJO DE PROTEÇÃO OU EMBALAGEM APROPRIADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	01
APARELHO RAO X ODONTOLÓGICO MOVEL BIVOLT: DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E TAMBÉM É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS; COLUNAS PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS; OPÇÃO DE BASE PARA MONTAGEM NA PAREDE CONSTRUÍDA EM AÇO; PINTADA EM EPOXI E RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM; DIRECIONADOR CILÍNDRICO; ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL; DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M; CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A ANVISA: CLASSE III; COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO; FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM; GRAU DE SEGURANÇA DE APLICAÇÃO NA PRESENÇA: EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO DE UMA MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO; MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO; MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE T. ON: 1.0 SEGUNDO T. OFF: X 30 SEGUNDOS; NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO / BIFÁSICO; POTÊNCIA: 1330 VA; POTÊNCIA EM STAND BY: 15VA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA / MATERIAL PARTICULADO: IPX0; TIPO DE GERADOR: IMERSO EM ÓLEO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT.	01
ASPIRADOR CIRURGICO - ASPIRADOR DE SECREÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LITROS POR MINUTOS, COM FRASCO RESERVATÓRIO TERMOPLASTICO DE NO MÍNIMO 1300L, BIVOLT, COM BATERIA RECARREGÁVEL. MANUAL DO USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.	02
ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 18 A 30 LITROS POR MINUTOS, COM FRASCO RESERVATÓRIO TERMOPLASTICO DE NO MÍNIMO 800L, BIVOLT,	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

COM BATERIA RECARREGÁVEL. MANUAL DO USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.	
AUTOCLAVE DE BANCADA 21 LITROS DIGITAL: COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO MÍNIMO 21 LITROS, POSSUIR PAINEL DIGITAL ALFANUMÉRICO COM TECNOLOGIA LCD (LED CUSTOM DISPLAY) COM INSTRUÇÕES (INDICANDO: TEMPERATURA, TEMPO E PRESSÃO/MENSAGENS DE COMANDO E INDICAÇÕES DOS ERROS QUANDO OCASIONADOS); PRESSOSTATO DIGITAL; TERMOSTATO PARA PROTEÇÃO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE PORTA DE FUSO EM AÇO INOX COM DUPLO ESTÁGIO+TRAVA DE SEGURANÇA TOTALIZANDO 3 ESTÁGIOS; SENSOR DE PORTA ABERTA (MICRO SWITCH) COM INDICAÇÃO NO PAINEL; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; CONTROLE ELETRÔNICO QUE DESARMA O SISTEMA EM CASO DE AUMENTO DA TEMPERATURA OU PRESSÃO ACIMA DO PADRÃO; CHAVE GERAL; FUSÍVEL NA PLACA ELETRÔNICA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO; FILTRO PARA EVITAR ENTUPIIMENTO DA VÁLVULA DE SAÍDA. ESTRUTURA EM AÇO A36.; MÍNIMO 04 (QUATRO) BANDEJAS EM AÇO INOX; SECAGEM DE PORTA ENTREABERTA; SECAGEM EFICIENTE; SECAGEM EXTRA; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; POTÊNCIA: CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE DE 600 A 4000 WATTS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 2,5 KG/CM ² ; PRESSÃO 1,0 A 2,5 KGF/CM ² CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE; ALARME DE ATÉ 18 NÍVEIS CONFIGURÁVEIS PELO FABRICANTE; TEMPERATURA 100° A 135°C (CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE); TEMPO CONFIGURÁVEL PELO FABRICANTE; TEMPERATURA MÁXIMA 150°C; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL OU INOX; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE; SISTEMA ELETRÔNICO: MICROCONTROLADO / PROCESSADO; ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA COM INDICAÇÃO DO TÉRMINO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; PROTEÇÃO SOBRE PRESSÃO: VÁLVULA DE ALÍVIO/ SEGURANÇA; PROTEÇÃO SUBPRESSÃO: VÁLVULA DE ANTIVÁCUO; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 12 MESES	07
BALANÇA BIOIMPEDANCIA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR 8 SENSORES DE ALTA PRECISÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG. PERMITIR ANÁLISE DE USUÁRIOS COM ALTURA DE 90CM A 220CM. MÉTODO DE MEDIÇÃO BIOIMPEDANCIA ELÉTRICA TETRAPOLAR FREQÜÊNCIAS 5 KHZ E 50 KHZ. PERMITIR MEDIÇÕES SEGMENTADAS DO CORPO. OS ÍNDICES APONTADOS: PESO, IMC, MASSA MAGRA, % DE GORDURA, TAXA METABÓLICA BASAL, ÁGUA CORPORAL, ÍNDICE DE GORDURA VISCERAL, IDADE METABÓLICA. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE MÚLTIPLOS USUÁRIOS E CONECTIVIDADE POR MEIO DE USB, BLUETOOTH OU WI-FI, PERMITINDO EXPORTAÇÃO DOS DADOS OU INTEGRAÇÃO COM SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO, QUANDO APLICÁVEL. O VISOR DEVERÁ SER DIGITAL, COM TELA DO TIPO LCD OU LED, DE FÁCIL LEITURA. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICA (100-240 V) OU POR BATERIAS RECARREGÁVEIS. DEVERÃO SER FORNECIDOS, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BALANÇA, INCLUINDO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO OU CABO DE CARREGAMENTO E SOFTWARE, QUANDO APLICÁVEL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO, ALÉM DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO TERRITÓRIO NACIONAL.	04
BIOMBO PLUMBÍFERO - BIOMBO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA MÓVEL, COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. O BIOMBO DEVERÁ POSSUIR BLINDAGEM INTERNA EM CHAPA DE CHUMBO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM, EQUIVALENTE A 0,125 MMPB, EM TODA SUA EXTENSÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS DA CNEN (COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR). DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM DE ALTURA POR 90 CM DE LARGURA. A BASE DEVE CONTER QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS COM TRAVAS DE SEGURANÇA. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL LAVÁVEL. O BIOMBO PODERÁ CONTER VISOR PLUMBÍFERO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM BLINDAGEM EQUIVALENTE A 1,0 MMPB, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 CM X 20 CM, LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO PAINEL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

COM AS NORMAS DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA VIGENTES E DEVERÁ SER FORNECIDO COM CERTIFICADO DE ATENUAÇÃO (LAUDO TÉCNICO) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO NO ATO DA ENTREGA.	
BOMBA DE VÁCUO: PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 7 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE, MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO. SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETROLAVAGEM DO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO MAU CHEIRO. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX. SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO, PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, POSSUI ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO CONTATO COM RESÍDUOS, FÁCIL LIMPEZA E ASEPSIA, FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. CARENAGEM INJETADA EM ABS. FÁCIL MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL. PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES.	01
CADEIRA DE RODAS INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DOBRÁVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO NA COR PRETA OU CINZA, APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS. ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, FREIOS LATERAIS, CAPACIDADE ATÉ 80KG.	01
CADEIRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DOBRÁVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO NA COR PRETA OU CINZA, APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS. ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, FREIOS LATERAIS, CAPACIDADE ATÉ 120KG.	54
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DOBRÁVEL 200KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO NA COR PRETO OU CINZA, APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS, ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, FREIOS LATERAIS.	06
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO VERTICAL, PORTA COM VISOR DE VIDRO, TIPO VITRINE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 300 LITROS A 500 LITROS ÚTEIS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, PAREDES EM POLIURETANO; REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, QUE EVITA ACÚMULO DE GELO E PROPORCIONA PERFEITA HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES; CÂMARA INTERNA E PRATELEIRA FABRICADAS EM MATERIAL NÃO-OXIDANTE NA COR BRANCA OU MATERIAL COMPATÍVEL; EQUIPADO COM BLOCOS CRIOGENICOS PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA CRÍTICA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PRÉ-CALIBRADO NA FAIXA DE +2,0 A +8,0°C, PODENDO SER AJUSTADO MANUALMENTE EM OUTRAS TEMPERATURA, COM LEITURA DIGITAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA DESVIOS DE TEMPERATURA (ACIMA DE 8° E ABAIXO DE 2° C) E TECLA PARA INIBIR O SOM DO ALARME, REATIVANDO AUTOMATICAMENTE; SISTEMA DE REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, COM LEITURA DIGITAL MEMORIZADO, MESMO COM DESLIGAMENTO DA CÂMARA E REINÍCIO MANUAL; CHAVE GERAL DE ENERGIA TIPO DISJUNTORA – LIGA/DESLIGA: LUZ INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL; EQUIPAMENTO EM 220 VOLTS, 50/60 HZ, COM MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.	02
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA E MEDICAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO VERTICAL, PORTA COM VISOR DE VIDRO, TIPO VITRINE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 300 LITROS A 500 LITROS ÚTEIS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, PAREDES EM POLIURETANO; REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, QUE EVITA ACÚMULO DE GELO E PROPORCIONA PERFEITA HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES; CÂMARA INTERNA E PRATELEIRA FABRICADAS EM MATERIAL NÃO-OXIDANTE NA COR BRANCA OU MATERIAL COMPATÍVEL; EQUIPADO COM BLOCOS CRIOGENICOS PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA CRÍTICA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PRÉ-CALIBRADO NA FAIXA DE +2,0 A +8,0°C, PODENDO SER AJUSTADO MANUALMENTE EM OUTRAS TEMPERATURA, COM	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

LEITURA DIGITAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA DESVIOS DE TEMPERATURA (ACIMA DE 8° E ABAIXO DE 2º C) E TECLA PARA INIBIR O SOM DO ALARME, REATIVANDO AUTOMATICAMENTE; SISTEMA DE REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, COM LEITURA DIGITAL MEMORIZADO, MESMO COM DESLIGAMENTO DA CÂMARA E REINÍCIO MANUAL; CHAVE GERAL DE ENERGIA TIPO DISJUNTORA – LIGA/DESLIGA: LUZ INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL; SISTEMA DE EMERGENCIA COM BATERIA QUE PERMITE A AUTONOMIA POR NO MÍNIMO 12 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL; EQUIPAMENTO EM 220 VOLTS, 50/60 HZ, COM MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO; ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.	
CARRINHO DE EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS 3 GAVETAS COM SUPORTE p/ DEA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 SUPORTE SUPERIOR PARA MONITOR/DEFIBRILADOR; 1 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, REGULAGEM DE ALTURA COM 4 GANCHOS; 3 GAVETAS COM ALTURA DE 150MM; 1 GAVETÃO INFERIOR; 1 CALHA DE TOMADA COM 4 TOMADAS; 1 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; 1 TABUA DE MASSAGEM CARDÍACA; DIVISÓRIAS COM 16 COMPARTIMENTOS NA PRIMEIRA GAVETA; 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO DOIS COM TRAVAS; SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS GAVETAS; ACABAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ. ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE1010. FECHAMENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO SAE1010. BANDEJA SUPERIOR FABRICADA EM AÇO SAE1010 COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA: 630MM; ALTURA: 1200MM; PROFUNDIDADE: 410MM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 0,40M LARGURA X 0,80M COMPRIMENTO X 0,85M ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	01
CARRINHO AUXILIAR COM 2 PRATELEIRAS - CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO POLIDO, DUAS PRATELEIRAS FIXAS, PLANAS, FABRICADAS NO MESMO MATERIAL DA ESTRUTURA, DIMENSÕES MÍNIMAS: DEVEM SER DE 70 CM DE ALTURA, 60 CM DE COMPRIMENTO E 40 CM DE PROFUNDIDADE, QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS COM TRAVA DE SEGURANÇA.	01
CARRO MACA DE TRANSPORTE – ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO COM DUAS SEÇÕES ARTICULADAS MANUALMENTE, GRADES LATERAIS REBATÍVEIS COM TRAVAMENTO, SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4 A 6 POLEGADAS, SENDO DOIS COM TRAVA, COLCHÃO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80 M DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E ALTURA ENTRE 65 E 85 CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG.	01
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MINIMO DE 65L ATENDE 2 CONSULTÓRIOS COM 1 SUGADOR A AR (CADA CONSULTÓRIO) OU 3 CONSULTÓRIOS COM TODOS OS SUGADORES LIGADOS À BOMBA DE VÁCUO.INDICAÇÃO BASEADA NO CONSUMO DE AR DE 80 L/MIN PARA CADA CONSULTÓRIO QUANDO ESTIVER UTILIZANDO SUGADOR A AR; OU 40 L/MIN PARA CADA CONSULTÓRIO COM TODOS OS SUGADORES LIGADOS NA BOMBA DE VÁCUO. CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO DE AR COM PINTURA ELETROSTÁTICA (INTERNA E EXTERNA) ANTIOXIDANTE;CABEÇOTE EM LIGA DE ALUMÍNIO NAVAL COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO E DRENO AUTOMÁTICO; FUNCIONAMENTO À PISTÃO ISENTO DE ÓLEO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ANEL DE PISTÃO EM PTFE NÃO GRAFITADO; VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA EXCESSO DE PRESSÃO; VENTOINHAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR; ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE ENTRADA DE AR, GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTES PREMATUROS, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL; VÁLVULA SOLENÓIDE PARA DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES; DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR; DRENAGEM COM REGISTRO ESFÉRICO NA PARTE INFERIOR DO RESERVATÓRIO; FÁCIL MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES : RESERVATÓRIO: 65 L,TENSÃO: 127V OU 220V, CORRENTE: 15A (127V) / 7,4A (220V),FREQUÊNCIA: 60HZ, MOTOR: 2,28 HP,POTÊNCIA: 1700W, PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA EM 130ºC, ROTAÇÃO: 1.750 RPM, PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI / 8,3 BAR, DESLOCAMENTO: 12 PCM / 340 L/MIN, RUÍDO: 68 DB(A) 1M.	02
DETECTOR FETAL PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA DIGITAL, COM DISPLAY, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS; COM INDICADOR(ES) SONORO E DIGITAL DE	04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

FREQUÊNCIA CARDÍACA, C/ SISTEMA DE BATERIA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.; COM CONTROLE(S) DE VOLUME, SENSIBILIDADE.; ESCALA DE 50 À 220 BPM.; ACOMPANHA: TRANSDUTOR 2,25 MHZ- SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSDUTOR- TUBO DE GEL E MANUAL.; ALIMENTAÇÃO: 110 X 220 V.; DIMENSÕES: 10 X 18 X 26 CM - COM PESO APROX. DE 1.400 GRAMAS; INCLUI: AJUSTE/CONTROLE DE VOLUME E SENSIBILIDADE. GARANTIA DE 12 MESES.	
ELETCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO DIGITAL 12 CANAIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIGITAL, PORTÁTIL C/ ALÇA, TELA LCD 2X16, 12 CANAIS, 110/220 V, TECLADO MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, C/ 12 DERIVAÇÕES, LEITURA DIAGNÓSTICA, 12,5; 25 E 50 MM/S, MEMÓRIA P/ 100 EXAMES, CABO ALIMENTAÇÃO, CABO PACIENTE 10 VIAS, IMPRESSÃO PAPEL A4, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL	03
ELETOESTIMULADOR APARELHO COM CORRENTES TENS, FES E RUSSA – ESTRUTURA COM 4 CANAIS DE SAÍDA INDEPENDENTES, FUNÇÕES DE TENS, FES E RUSSA, FREQUÊNCIA DE 1 A 150 HZ PARA TENS, FREQUÊNCIA DE 1 A 100 HZ PARA FES, E FREQUÊNCIA DE 2.500 HZ MODULADA EM 50 HZ PARA CORRENTE RUSSA, INTENSIDADE MÁXIMA DE 100 mA, PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS, DISPLAY DIGITAL PARA AJUSTES DE FREQUÊNCIA, TEMPO E INTENSIDADE, TIMER AJUSTÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V), INCLUINDO CABOS, ELETRODOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 MESES.	04
ESTADIOMETRO ULTRASSÔNICO PORTÁTIL: DEVE POSSUIR ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM OPERAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA. A FAIXA DE MEDIÇÃO DEVE SER, NO MÍNIMO, DE 80 CM A 210 CM, COM EXIBIÇÃO DIGITAL DA ALTURA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS, DE FÁCIL LEITURA. O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR A MEDIÇÃO AUTOMATICAMENTE AO POSICIONAR O SENSOR SOBRE A CABEÇA DO INDIVÍDUO, GARANTINDO PRECISÃO E CONFIABILIDADE. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS, COM AUTONOMIA ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO, ALÉM DE VISOR DIGITAL DE BOA RESOLUÇÃO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVE SER FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.	01
ESCADA 2 DEGRAUS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, ESTRUTURA E BASE DOS DEGRAUS CONSTRUÍDAS EM AÇO INOX, DEGRAUS E PÉS COM RESVETIMENTO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.	05
FOCO AUXILIAR CLÍNICO: FOCO REFLETOR PARABÓLICO, ALTURA REGULÁVEL E HASTE FLEXÍVEL. TIPO DE ILUMINAÇÃO: LED, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 METROS, BIVOLT OU 220V. DEVENDO ACOMPANHAR LÂMPADA.	01
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - LUZ AZUL EM LED, COM BIP SONORO, SEM FIO, COM RADIOMETRO, CARREGADOR BIVOLT, SISTEMA STAND BY.	02
KIT CIPA PRANCHA LONGA, COLAR CERVICAL E TALAS MODÁVEIS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRANCHA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200KG, 1 IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO, COLAR CERVICAL NO TAMANHOS P, M G. 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RÁPIDO, 1 JOGO DE TALA ARAMADA EM BORRACHA TIPO EVA COM 4 TAMANHOS. 1 CAPA COM ZIPER PARA ARMAZENAR O KIT.	01
MESA GINECOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR BRANCO OU CINZA; LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM NA COR AZUL OU PRETO, DIVIDIDO EM 3 SESSÕES, SENDO 1 FIXA E 2 REGULÁVEIS (DORSO/APOIO); PÉS COM PONTEIRAS, CAPACIDADE DE CARGA APROXIMADAMENTE 150KG; ACOMPANHAR: PAR DE PORTA COXAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 65 X 180 X 85 CM (LARG. X COMP. X ALTURA).	02
MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE – ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, COMPOSTA POR ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRAS ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL NA COR AZUL OU CINZA, com AJUSTE DO ENCOSTO E PERNEIRAS ARTICULADAS, GABINETE EM MDF: GAVETAS DESLIZANTE, GABINETE FECHADO COM PORTA E PRATELEIRA INTERNA, ESTRUTURA RESISTENTE COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG, PÉS COM SAPATAS	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

NIVELADORAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80 M DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA.	
MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 5 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCOPIAS. ESTRUTURA EM MDF 15MM NA COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 53 X 51 X 70 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). COM 4 RODÍZIOS SENDO 2 COM TRAVAS. PUXADOR LATERAL COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO	01
MESA MAYO – MESA AUXILIAR CIRURGICA TIPO “MAYO”: MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO, BANDEJA REMOVÍVEL COM CANTOS ARREDONDADOS COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DE 60CM COMPRIMENTO E 40CM DE LARGURA, ALTURA REGULÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS.	01
MONITOR MULTIPARAMETRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 5 PARÂMETROS BÁSICOS (ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP) COM SUPORTE PARA MONITOR, TIPO PRÉ CONFIGURADO, TAMANHO DE 10’ A 12’. SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE 12 MESES.	01
NEGATOSCÓPIO – ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, ILUMINAÇÃO POR LÂMPADAS LED OU FLUORESCENTES COM ALTA INTENSIDADE LUMINOSA (MÍNIMO DE 3.000 LUX), TELA DE ACRÍLICO LEITOSO PARA MELHOR DIFUSÃO DA LUZ, ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR OU SENSOR TOUCH, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (110/220V), FORMATO PADRÃO PARA EXAMES DE RAIOS-X, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU USO SOBRE MESA.	01
OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DO TIPO MESA, COM 1 SENSOR REUTILIZÁVEL, LCD COLORIDO DE 5 A 10 POLEGADAS, PERFUSÃO DE 30 A 250 BTM, 0 A 100, COM BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT.	01
POLTRONAS HOSPITALARES 4 POSIÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO NA COR BRANCO OU CINZA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN NA COR AZUL ROYAL OU PRETO, CAPACIDADE 150KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	03
SELADORA DE BANCADA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EQUIPADA COM CORTADOR DE BOBINA TIPO GUILHOTINA COM LARGURA ÚTIL DE 30 CM. ESPECÍFICA PARA ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP, POSSUI ESPESSURA DE SELAGEM DE APROXIMADAMENTE 13 MM, CONFORME EXIGIDO PELA ANVISA. ALARME SONORO, GARANTINDO UMA SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS COM ATÉ 30 CM DE LARGURA. O SISTEMA DE CORTE EQUIPADO COM FACA DE DUPLO CORTE, TAMBÉM COM 30 CM DE LARGURA, SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DOS ROLOS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 400 MM, LARGURA DE 420 MM E ALTURA DE 210 MM. BIVOLT OU TENSÃO DE 220 V, 50/60 HZ, E ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESEMPENHO, EM PORTUGUÊS.	01
SUPORTE DE SORO – ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE EM INOX COM REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE ROSCA OU TRAVA MANUAL, GANCHO SUPERIOR COM QUATRO BRAÇOS PARA FRASCOS DE SORO, BASE COM CINCO PÉS EM FORMATO ESTRELA COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS COM TRAVA DE SEGURANÇA, ALTURA REGULÁVEL ENTRE 1,20 M E 2,00 M, CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 KG POR GANCHO.	02
TRENA ANTROPOMÉTRICA – FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, LIVRE DE LÁTEX, FITA FLEXÍVEL DE FIBRA DE VIDRO OU PVC REFORÇADO, ESCALA COM MEDIÇÃO EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS, MECANISMO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO E BOTÃO DE RECOLHIMENTO, INVÓLUCRO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO.	01

2 - JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se pela necessidade de aprimorar os serviços públicos de saúde oferecidos à população, promovendo melhorias significativas na infraestrutura, bem como na qualidade do atendimento prestado pelo município. A aquisição dos referidos itens visa garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e assegurar maior eficiência no atendimento das demandas da comunidade.

A contratação encontra amparo legal na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), em especial nos princípios da eficiência, economicidade, interesse público e planejamento. A definição do objeto está de acordo com o que dispõe o artigo 11, inciso I e artigo 18 da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

referida Lei, bem como em conformidade com o Plano Municipal de Saúde vigente e com as diretrizes do SUS no tocante à melhoria contínua da estrutura física e funcional das unidades públicas de saúde.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A presente contratação visa atender, de forma eficaz e planejada, às demandas oriundas de indicações parlamentares destinadas à área da saúde municipal.

A solução proposta contempla a entrega de bens devidamente especificados, com qualidade comprovada, observando critérios técnicos, funcionais e de durabilidade. Os materiais e equipamentos a serem adquiridos atendem à necessidade de modernização da infraestrutura física e tecnológica das unidades de saúde, ampliando a capacidade de atendimento, otimizando os fluxos de trabalho, e proporcionando maior segurança e conforto a usuários e profissionais da saúde.

3.1 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A) Prazo de Vigência Contratual e Entrega

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. A entrega dos itens será realizada conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a emissão da Nota de Empenho. A entrega deverá ser feita no endereço: Rua Napoleão Tavares Silveira, nº 317, Vila Paulo Ayres – Itapetininga/SP.

B) Catálogo ou Manual Técnico

Apresentar catálogo, manual, folder ou material equivalente (impresso ou em mídia digital, como CD), em língua portuguesa. Caso o material esteja em outro idioma, deverá estar acompanhado de tradução. O material deve conter, obrigatoriamente: marca/fabricante, modelo, desenho ou fotografia e as especificações técnicas dos itens ofertados, de modo a permitir a avaliação conforme os requisitos técnicos exigidos. O não cumprimento implicará na desclassificação da proposta.

C) Especificações Técnicas Detalhadas

As descrições técnicas constantes na proposta do licitante deverão ser condizentes com o produto efetivamente ofertado, e não mera reprodução do descritivo do edital. A proposta deverá conter detalhamento técnico, marca, modelo, características específicas e outros elementos que permitam a perfeita identificação e avaliação do item ofertado.

D) Qualidade dos Itens

Os itens fornecidos deverão ser de primeira qualidade, novos e sem uso anterior. Caso contrário, a Secretaria se reserva o direito de recusar ou devolver os produtos que não atenderem às especificações ou apresentarem vícios ou avarias.

E) Entrega Pronta para Uso

Todos os itens deverão ser entregues prontos para uso, devidamente montados. No caso de equipamentos eletrônicos, a voltagem deverá ser 220V ou BIVOLT, conforme especificação do item.

F) Garantia e Assistência técnica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

O prazo mínimo de garantia para todos os itens será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega. A garantia deverá constar expressamente no manual do fabricante, sem prejuízo das disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990). A empresa deverá possuir ou indicar assistência técnica autorizada no Estado de São Paulo.

G) Substituição de Itens com Irregularidades

Constatada qualquer irregularidade, defeito ou não conformidade nos produtos entregues, a contratada deverá proceder à substituição do item no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação formal da Secretaria. O descumprimento poderá ensejar aplicação de penalidades contratuais e até rescisão, conforme a legislação aplicável.

H) Conformidade com o Código de Defesa do Consumidor

Todos os itens deverão estar em conformidade com a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), observando as normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, conforme os artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e demais dispositivos legais pertinentes.

I) Responsabilidade pela Entrega

A contratada será inteiramente responsável pela entrega dos itens, devendo observar cuidados com transporte, manuseio e descarregamento, de modo a evitar danos a terceiros e aos materiais. Responderá por eventuais prejuízos decorrentes de imprudência, negligência, imperícia ou dolo durante o transporte ou entrega.

4 – EXECUÇÃO DO OBJETO:

A execução do objeto deverá ocorrer de forma planejada, eficiente e conforme as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, desde a solicitação formal através da nota de empenho por parte da Secretaria Municipal de Saúde até a entrega final dos itens, devidamente montados, testados (quando aplicável) e prontos para uso, assegurando o cumprimento dos prazos, padrões de qualidade, condições de garantia e demais exigências contratuais, de modo a garantir os resultados pretendidos e o atendimento efetivo às necessidades do serviço público de saúde.

5 – GESTÃO DO CONTRATO:

Gestor do Contrato: Marta Rosana Nazareth – Enfermeira - Responsável pelo acompanhamento geral da execução contratual e interlocução com o fornecedor.

Fiscal do Contrato: Alice Aparecida dos Santos Neves – Técnica de Enfermagem da Estratégia da Saúde da Família. - Responsável técnico pela fiscalização do fornecimento, recebimento das peças, verificação da qualidade e conformidade com o Termo de Referência.

6 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal eletrônica, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e acompanhada da comprovação da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

entrega regular dos itens solicitados, em conformidade com o Termo de Referência.

Notas fiscais com divergências, ausência de informações obrigatórias ou sem o atesto do fiscal terão o prazo de pagamento suspenso até a devida regularização, sem que isso gere ônus à Administração Pública.

7 – FORMAS E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

A seleção do fornecedor dar-se-á por meio da modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

A escolha da modalidade e do critério justifica-se pela busca de maior economicidade, celeridade e ampla competitividade, promovendo a transparência, a eficiência e o cumprimento dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e interesse público que regem os processos licitatórios.

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi obtida com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores do ramo por meio de plataformas eletrônicas autorizadas, conforme normativos aplicáveis.

O valor estimado para a presente contratação é de R\$ 323.656,30 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), conforme demonstrado na planilha de composição de preços anexa ao Estudo Técnico Preliminar.

A pesquisa considerou, além de cotações diretas com fornecedores, os dados obtidos em plataformas autorizadas como o Banco de Preços, de modo a garantir a compatibilidade com os preços praticados no mercado e a adequada fundamentação da estimativa, respeitando os princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade da contratação para a Administração Pública.

9 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente contratação conta com recursos oriundos do Ministério da Saúde e de emendas parlamentares individuais, devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2025, estando alinhada à programação orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde.

A contratação encontra-se adequada aos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que rege as licitações e contratos administrativos, atendendo aos princípios da legalidade, planejamento, responsabilidade fiscal e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Ficha 652 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 653 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 654 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 655 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 656 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 657 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 658 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 664 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 739 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 740 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 246 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 283 MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Fonte de Recurso 5 – TRANSF E CONVENIOS FEDERAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Alex Rodrigues Pires

Depo. de Apoio Estratégico
Secretaria de Saúde