

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 56853/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Itapetininga - SP

Objeto

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 06/10/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 23/10/2026 - 09:59	Pregoeiro Thâmiris Campitelli de Sousa
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	LANCETA - LANCETAS DESCARTÁVEIS ESTERILIZADAS PARA PUNÇÃO DIGITAL E COLETA DE SANGUE CAPILAR, SILICONADA E COM BISEL TRIFACETADO COM CALIBRE ENTRE 28G E 30G. PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL EMBUTIDO EM CORPO PLÁSTICO ATÓXICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, CONTENDO TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO QUE POSSIBILITE DESCARTAR A LANCETA DE FORMA SEGURA APÓS O USO. A AQUISIÇÃO SERÁ POR QUANTIDADE UNITÁRIA, PORÉM AS LANCETAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO E O ARMAZENAMENTO. A EMPRESA DEVERÁ DOAR OS LANCETADORES PARA TODOS OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICÍPIO O PRODUTO DEVERÁ TRAZER GRAVADO EXTERNAMENTE NA CAIXA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	1.620.000	0,0796	128.952,0000
2	1	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4 MM X 0,23 MM - AGULHA ESTÉRIL PARA CANETA DE INSULINA COMPRIMENTO 4 MM X CALIBRE 0,23 MM COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. COMPOSTA DE CÂNULA CANHÃO EM POLIPROPILENO ATÓXICO E CANHÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO, SEM REBARBAS, PONTA AFIADA E COM DE SEGURANÇA. CADA AGULHA DEVERÁ SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM SELAGEM EFICIENTE QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITINDO A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. DEVERÁ SER OFERTADO PARA ESTE ITEM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER GRAVADO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE ATUAL.	UN	607.500	0,1762	107.041,5000
3	1	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, POR MÉTODO AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, COM UTILIZAÇÃO DA ENZIMA GLICOSEDESIDROGENASE COM ABRANGÊNCIA ENTRE 10 A 600 MG/DL.VOLUME DE AMOSTRA: MÁXIMO DE 2 µL. TEMPO DERESPOTA: ATÉ 5 SEGUNDOS. SEM INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS.VALIDADE MÍNIMA APÓSABERTURA DO FRASCO: 3 MESES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 TIRAS, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DEFABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS. DEVERÃO VIR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS CONFOME NORMAS SANITÁRIASVIGENTES ACOMPANHADO POR BULA /INSTRUÇÕES DE USO. PRECISÃO E EXATIDÃO: CONFORMIDADE COM A NORMA ISO15197/2013.	UN	1.890.000	0,5995	1.133.055,0000

		CODIFICAÇÃO: SISTEMA DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO, NÃO SENDO ACEITAS TIRAS QUE EXIJAM CODIFICAÇÃO MANUAL VIA CHIP, TIRA CÓDIGO, BOTÃO, ETC. COMPATIBILIDADE: TIRAS COMPATÍVEIS COM MONITORES PORTÁTEIS, COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO, COM MEMÓRIA MÍNIMA DE 400 TESTES. REGISTRO AUTOMÁTICO: O MONITOR DE				
4	1	LANCETA - LANCETAS DESCARTÁVEIS ESTERILIZADAS PARA PUNÇÃO DIGITAL E COLETA DE SANGUE CAPILAR, SILICONADA E COM BISEL TRIFACETADO COM CALIBRE ENTRE 28G E 30G. PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL EMBUTIDO EM CORPO PLÁSTICO ATÓXICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, CONTENDO TAMPÁ PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO QUE POSSIBILITE DESCARTAR A LANCETA DE FORMA SEGURA APÓS O USO. A AQUISIÇÃO SERÁ POR QUANTIDADE UNITÁRIA, PORÉM AS LANCETAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO E O ARMAZENAMENTO. A EMPRESA DEVERÁ DOAR OS LANCETADORES PARA TODOS OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICÍPIO O PRODUTO DEVERÁ TRAZER GRAVADO EXTERNAMENTE NA CAIXA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	540.000	0,0796	42.984,0000
5	1	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4 MM X 0,23 MM - AGULHA ESTÉRIL PARA CANETA DE INSULINA COMPRIMENTO 4 MM X CALIBRE 0,23 MM COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. COMPOSTA DE CÂNULA CANHÃO EM POLIPROPILENO ATÓXICO E CANHÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO, SEM REBARBAS, PONTA AFIADA E COM DE SEGURANÇA. CADA AGULHA DEVERÁ SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM SELAGEM EFICIENTE QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITINDO A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. DEVERÁ SER OFERTADO PARA ESTE ITEM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER GRAVADO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE ATUAL.	UN	202.500	0,1762	35.680,5000
6	1	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, POR MÉTODO AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, COM UTILIZAÇÃO DA ENZIMA GLICOSE DE HIDROGENASE COM ABRANGÊNCIA ENTRE 10 A 600 MG/DL. VOLUME DE AMOSTRA: MÁXIMO DE 2 µL. TEMPO DE RESPOSTA: ATÉ 5 SEGUNDOS. SEM INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS. VALIDADE MÍNIMA APÓS ABERTURA DO FRASCO: 3 MESES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 TIRAS, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS. DEVERÃO VIR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS CONFORME NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES ACOMPANHADO POR BULA / INSTRUÇÕES DE USO, PRECISÃO E EXATIDÃO: CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 15197/2013. CODIFICAÇÃO: SISTEMA DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO, NÃO SENDO ACEITAS TIRAS QUE EXIJAM CODIFICAÇÃO MANUAL VIA CHIP, TIRA CÓDIGO, BOTÃO, ETC. COMPATIBILIDADE: TIRAS COMPATÍVEIS COM MONITORES PORTÁTEIS, COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO, COM MEMÓRIA MÍNIMA DE 400 TESTES. REGISTRO AUTOMÁTICO: O MONITOR DE	UN	630.000	0,5995	377.685,0000