



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

TERMO DE REFERENCIA

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

A abertura do presente processo licitatório tem por objetivo a aquisição de equipamentos para reabilitação e fisioterapia, equipamentos médicos e mobiliário hospitalar, destinados ao atendimento das indicações parlamentares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde, serviços especializados, departamentos e respectivos anexos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.

O objeto contempla a aquisição de equipamentos médicos, equipamentos para reabilitação e fisioterapia, bem como mobiliário hospitalar, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

A estimativa de aquisição foi elaborada com base nos recursos provenientes das emendas parlamentares e nas demandas apresentadas pelos setores que serão contemplados com os equipamentos e mobiliários.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, conforme disposto na minuta contratual.

QTD	DESCRIPTIVO
1	ALICATE DE ORDENHA PARA BOLSA DE SANGUE - CONFORME TERMO DE REFERENCIA ALICATE DE ORDENHA PARA BOLSA DE SANGUE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALICATE DE ORDENHA. ROLETES EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDOS DE POLIPROPILENO. CORPO EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO TRATADO LEVE E RESISTENTE COM EIXO, ROLAMENTO, MOLA E ROLETE EM AÇO INOXIDÁVEL. USO AMBIDESTRO: MOLA PARA RETORNO AUTOMÁTICO DE ABERTURA. POSSUIR COMPATIBILIDADE COM TODAS AS MARCAS DE BOLSA DE SANGUE DISPONIBILIZADAS NO MERCADO.
1	APARELHO DE ULTRASSOM - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - 1 MHZ E 3 MHZ; EQUIPAMENTO COM TELA LCD; INTENSIDADE AJUSTÁVEL: 0,1 A 2,0 W/CM ² ; MODOS DE EMISSÃO: CONTÍNUO (100%), PULSADO (20% E 50%); ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO): CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE; REGISTRO NA ANVISA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V.
2	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO: APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO- APARELHO MULTIFUNÇÕES (TRANSDUTOR ULTRASSOM COM SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO POR PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 30.000 HZ E JATO DE BICARBONATO) PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTAL E PLACA BACTERIANA. DEVE CONTER UNIDADE GERADORA DE ULTRASSOM, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E SISTEMA DE AR COMPRIMIDO, SENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL OU NÃO. DUAS CAPAS PROTETORAS RÍGIDAS DO TRANSDUTOR, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA, EM CORPO DE ACRÍLICO. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DO APARELHO. VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA: PARA ATUAR COM AR E ÁGUA E EVITAR RESPIGOS DURANTE AS PARADAS DE FUNCIONAMENTO. PEDAL ÚNICO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. CHAVE REGULADORA DE POTÊNCIA: PARA PERMITIR A ESCOLHA DA POTÊNCIA DO ULTRASSOM DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO. SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM /BICARBONATO). SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. AJUSTE FINO DE AR E DE ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO. AJUSTE FINO DE POTÊNCIA PARA CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. CONTER PELO MENOS 3 INSERTOS DE ULTRASSOM QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO. A PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO DEVE SER



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	REMOVÍVEL, AUTOCLAVÁVEL E EVITAR O CONTATO DA ÁGUA COM O BICARBONATO. A DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO JATO DE BICARBONATO DEVE SER POR VARREDURA AUTOMÁTICA DO BICARBONATO DE TODO EQUIPAMENTO (DAS VÁLVULAS À PEÇA DE MÃO). PROTEÇÃO CONTRACHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I -PARTE APLICADA DE TIPO B. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM MÍNIMA DE 30.000 HZ. CAPACIDADE DE LÍQUIDO (RESERVATÓRIO BOMBA PERISTÁLTICA): MÍNIMO DE 1 LITRO. SISTEMA DE TRANSDUTOR: CERÂMICA PIEZOELÉTRICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: (BIVOLT AUTOMÁTICO). FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ. PRESSÃO ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: ± 70 A 80 PSI. APRESENTAR CATÁLOGO. REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
2	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO COM RADIOMETRO – LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA DE LUZ (MÍNIMO 1250 MW/CM ²) COM VIDA ÚTIL ESTIMADA EM ATÉ ± 50.000 HORAS, SEM EMISSÃO DE CALOR OU RUÍDO. PEÇA DE MÃO (CANETA FOTOPOLIMERIZADORA), BASE DE CARREGAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICA, COM PONTEIRA CONDUTORA DE FIBRA ÓPTICA AUTOCLAVAVEL , PROTETOR OCULAR, FONTE DE DISPLAY DIGITAL, POSSUIR MÍNIMO 3 MODOS DE TRABALHO SELECIONÁVEIS. TIMER ELETRÔNICO COM TEMPOS DE CICLO PROGRAMÁVEIS. DEVE POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE ONDA APROXIMADAMENTE DE LUZ DE 420 NM E 480 NM, CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO E CATÁLOGO, REGISTRO NA ANVISA E POSSUIR GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
2	APARELHO LASERTERAPIA PARA FERIDAS- CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL PARA FOTOBIMODULAÇÃO: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À APLICAÇÃO DE FOTOBIMODULAÇÃO POR LASER E TERAPIA SISTÊMICA ILIB, INDICADO PARA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA, COM MODOS DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, PROTOCOLOS PROGRAMÁVEIS OU PRÉ-PROGRAMADOS PARA TRATAMENTO DE DOR, PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E CICATRIZAÇÃO TECIDUAL, DISPLAY PARA CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE TRATAMENTO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, EQUIPAMENTO DE FÁCIL TRANSPORTE E OPERAÇÃO, CONFECCIONADO COM MATERIAIS RESISTENTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REGISTRADO NA ANVISA, ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 01 CANETA EMISSORA LASER COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NM, 01 CANETA EMISSORA LASER COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NM, NO MÍNIMO 02 PULSEIRAS PARA APLICAÇÃO ILIB, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE, FONTE/CARREGADOR DE BATERIA, MALETA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
3	AUTOCLAVE - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. AUTOCLAVE DE BANCADA 30 LITROS DIGITAL: COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO MINIMO 30 LITROS - MATERIAL AÇO INOX, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS. 220V.
1	AUTOCLAVE 75L - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. AUTOCLAVE DE BANCADA 75 LITROS DIGITAL: COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO 75 LITROS A 90 LITROS - MATERIAL AÇO INOX, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS. 220V.
3	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS, ALIMENTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	220V. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU CROMADO, PLATAFORMA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL MEDINDO APROX.400 X 350 MM; TAPETE E PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CALIBRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRIÇÕES DO IPEN/INMETRO.
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. ELETRÔNICA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTA DE 15KG; - CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA APROXIMADA DE 540X290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; - DISPLAY LED/LCD COM 6 DÍGITOS; - ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; - PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; - FONTE EXTERNA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - FONTE PARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT.
1	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORRENTE OU CORREIA (BELT DRIVE), ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ASSENTO ANATÔMICO ACOLCHOADO COM ENCOSTO E AJUSTE DE POSIÇÃO, DESIGN ERGONÔMICO, PEDAIS ANTIDERRAPANTES COM CINTAS DE FIXAÇÃO, MONITOR ELETRÔNICO INTEGRADO COM EXIBIÇÃO DE TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS E FREQUÊNCIA CARDÍACA, SISTEMA DE RESISTÊNCIA AJUSTÁVEL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR CABO, PÉS NIVELADORES OU BASE COM BORRACHAS ANTIDERRAPANTES, INDICADA PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 145 CM E 185 CM, CAPACIDADE DE USUÁRIO DE NO MÍNIMO 130 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
1	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: CORREIA DE TRANSMISSÃO SILENCIOSA, BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURA EM LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO ACOLCHOADO COM AJUSTE DE ALTURA E DISTÂNCIA, DESIGN ERGONÔMICO AJUSTÁVEL, GUIÃO ERGONÔMICO, MONITOR LCD INTEGRADO COM EXIBIÇÃO DE TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, FREQUÊNCIA CARDÍACA E ODÔMETRO, PEDAIS ANTIDERRAPANTES COM CINTAS DE FIXAÇÃO, SISTEMA DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICA COM MÚLTIPLOS NÍVEIS DE AJUSTE, PÉS NIVELADORES OU BASE COM BORRACHAS ANTIDERRAPANTES, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CAPACIDADE DE USUÁRIO DE NO MÍNIMO 130 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
1	BIOMBO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. BIOMBO DUPLO HOSPITALAR CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCA REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE 2" E TRAVAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: - LARGURA ABERTO: 1,30 M. - LARGURA FECHADO 0,65 M. - ALTURA 1,75 M.
6	BOLA DE VINIL PARA FISIOTERAPIA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. BOLA DE VINIL PARA FISIOTERAPIA DE NO MÍNIMO 26 CM.
2	BOLA FEIJÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. BOLA FEIJÃO INFLÁVEL EM PVC, 40 CM DE DIÂM. E 65 CM DE COMP. COR: VERMELHO. SUSTENTA 300 KG.
2	BOLA SUIÇA/PILATES, 65 CM COM BOMBA PARA SER INFLADA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. BOLA SUIÇA/PILATES, 65 CM COM BOMBA PARA SER INFLADA.
13	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. BRACADEIRA PARA INJEÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BASE ESTÁVEL E RESISTENTE, MONTADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO, ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, INDICADA PARA USO HOSPITALAR, PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
1	CADEIRA DE RODAS - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CADEIRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DOBRÁVEL, MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO NA COR PRETA OU CINZA, APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS. ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, FREIOS LATERAIS, CAPACIDADE DE NO MINIMO 120KG.
2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DOBRÁVEL 200KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO NA COR PRETO OU CINZA, APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS, ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, FREIOS LATERAIS, CAPACIDADE DE NO MINIMO 200KG.
1	CADEIRA ODONTOLOGICA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. COMPOSTO POR CADEIRA, PEDAL MULTIFUNCIONAL, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR. CADEIRA: POSSUIR LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS COM PROTEÇÃO ANTI-UV, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, PROTEGIDA POR ANTIDERRAPANTE. APOIO DOS BRAÇOS COM ACABAMENTO ARREDONDADO, INJETADOS EM MATERIAL SUPER-RESISTENTE E PINTURA IMPERMEÁVEL. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E REMOVÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA E MOVIMENTOS LONGITUDINAIS. ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA DE EXCELENTE QUALIDADE REVESTIDA COM MATERIAL LAMINADO, RESISTENTE, ATÓXICO E ANTI-CHAMAS E PLÁSTICO CRISTAL P/PROTEÇÃO DOS PÉS. ENCOSTO ANATÔMICO, FIXADO POR PARAFUSOS, PERMITINDO AMPLA APROXIMAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA, COM ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO. CAIXA DE LIGAÇÃO, FILTROS E MANGUEIRAS TOTALMENTE EMBUTIDOS INCORPORADOS NA CAPA, OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. CONSULTÓRIO AMBIDESTRO, FACILITANDO O ATENDIMENTO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS, PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SUAVIDADE NOS MOVIMENTOS. APRESENTAR ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO DE 300 MM, FACILITANDO O ACESSO DE IDOSOS E CRIANÇAS E PRIVILEGIANDO A ERGONOMIA E ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO DE 1050 MM, PROPORCIONANDO AO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE PÉ. COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 250KG. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220V. FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ. PLACA ELETRÔNICA POSICIONADA FORA DA CAIXA DE LIGAÇÃO EVITANDO DESTA FORMA CONTATO COM A REGIÃO ÚMIDA DA CADEIRA. ACIONAMENTO POR PEDAL DO TIPO JOYSTICK INTEGRADO DA BASE DA CADEIRA, POSSUINDO MOVIMENTOS DE SUBIDA/DESCIDA DO ASSENTO E SUBIDA/DESCIDA DO ENCOSTO E 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO E ACIONAMENTO DO REFLETOR. POSSUI POSIÇÃO DE TRENDLEBURG. EQUIPO: ACOPLADO A CADEIRA COM CAIXA TIPO SWIVEL (25º PARA DIREITA E ESQUERDA), POSSUINDO MOVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BRAÇO MECÂNICO, COMPOSTO POR 3 TERMINAIS, SENDO UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UM TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E UM TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS CONFECCIONADAS EM LATÃO CROMADO E SUPORTE DE PONTAS INDIVIDUAIS E FIXADOS NA ESTRUTURA METÁLICA DO EQUIPO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	ESTRUTURA DO EQUIPO CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. PUXADORES BILATERAIS INCORPORADOS A ESTRUTURA DO EQUIPO. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. RESERVATÓRIO DE MÍNIMO 1000 ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE POSICIONADA SOB A UNIDADE DE ÁGUA. UNIDADE DE ÁGUA: REBATÍVEL A 90º, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO, CUBA DA CUSPIDEIRA EM PORCELANA, PROFUNDA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENE E ASSEPSIA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS COM CONDUTOR DE ÁGUA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FABRICADO EM AÇO INOX, COMPOSTA POR UM SUCTOR DO TIPO VENTURI COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. REGISTRO DE ACIONAMENTO E REGULAGEM DA ÁGUA NA CUBA. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA. ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA CONSTRUÍDA EM AÇO COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPÓXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. REFLETOR: POSSUIR MINIMO 4 LED'S, POSSUINDO ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE PROXIMIDADE, PRIVILEGIANDO A BIOSSEGURANÇA E TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO, COMPOSTO POR LUZ BRANCA FRIA, MENOR CONSUMO DE ENERGIA E MAIOR DURABILIDADE, FOCO DE LUZ RETANGULAR, AUMENTANDO O TAMANHO DO FOCO DE ILUMINAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL E NÃO GERANDO DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE. POTÊNCIA DE 8.000 A 35.000 LUX REGULADOS DE FORMA GRADATIVA ATRAVÉS DE SENSOR. CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO, LEVE E AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES, POSSUINDO MOVIMENTAÇÃO DO TIPO ORBITAL, QUE PERMITE FÁCIL POSICIONAMENTO SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE. PROTETOR FRONTAL CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGENDO O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, COM MOVIMENTAÇÃO DE 360º PARA AMBOS OS SENTIDOS, QUE POSSIBILITAM O ISOLAMENTO EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA E AINDA DIVERSOS POSICIONAMENTOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES E INSTALAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA. ATENDER TODAS AS NORMAS TÉCNICAS INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1:2016; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014 ABNT NBR ISO 80601-2-60:2015; ABNT NBR ISO 6875:2014; ISO 9680:2014; ISO 7494-1:2018; ISO 7494-2:2015; ISO N°. 7494-1:2018.
8	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA E MEDICAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO VERTICAL, PORTA COM VISOR DE VIDRO, TIPO VITRINE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENO DE 300 LITROS A 500 LITROS UTEIS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC PARA FUNCIONAMENTO CONTINUO, PAREDES EM POLIURETANO; REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, QUE EVITA ACÚMULO DE GELO E PROPORCIONA PERFEITA HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA DENTRO DA CAMARA SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES; CAMARA INTERNA E PRATELEIRA FABRICADAS EM MATERIAL NÃO-OXIDANTE NA COR BRANCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	OU MATERIAL COMPATÍVEL; EQUIPADO COM BLOCOS CRIOGENICOS PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA CRÍTICA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PRÉ-CALIBRADO NA FAIXA DE +2,0 A +8,0°C, PODENDO SER AJUSTADO MANUALMENTE EM OUTRAS TEMPERATURA, COM LEITURA DIGITAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA DESVIOS DE TEMPERATURA (ACIMA DE 8° E ABAIXO DE 2º C) E TECLA PARA INIBIR O SOM DO ALARME, REATIVANDO AUTOMATICAMENTE; SISTEMA DE REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, COM LEITURA DIGITAL MEMORIZADO, MESMO COM DESLIGAMENTO DA CÂMARA E REINÍCIO MANUAL; CHAVE GERAL DE ENERGIA TIPO DISJUNTORA – LIGA/DESLIGA: LUZ INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL; SISTEMA DE EMERGENCIA COM BATERIA QUE PERMITE A AUTONOMIA POR NO MÍNIMO 12 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL; EQUIPAMENTO EM 220 VOLTS, 50/60 HZ, COM MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO; ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.
3	CANELEIRA 0,5KG - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CANELEIRA DE 0,5 KG: PAR DE CANELEIRAS PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, COM PESO FIXO DE 0,5 KG EM CADA UNIDADE, REVESTIDA EM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL (NEOPRENE OU SIMILAR), FECHAMENTO AJUSTÁVEL EM VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COSTURAS REFORÇADAS, DESIGN ANATÔMICO PARA MELHOR FIXAÇÃO AO TORNOZELO OU PUNHO, INDICADA PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, REABILITAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO.
3	CANELEIRA 1KG - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CANELEIRA DE 1 KG: PAR DE CANELEIRAS PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, COM PESO FIXO DE 0,5 KG EM CADA UNIDADE, REVESTIDA EM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL (NEOPRENE OU SIMILAR), FECHAMENTO AJUSTÁVEL EM VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COSTURAS REFORÇADAS, DESIGN ANATÔMICO PARA MELHOR FIXAÇÃO AO TORNOZELO OU PUNHO, INDICADA PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, REABILITAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO.
3	CANELEIRA 2KG - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CANELEIRA DE 2 KG: PAR DE CANELEIRAS PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, COM PESO FIXO DE 0,5 KG EM CADA UNIDADE, REVESTIDA EM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL (NEOPRENE OU SIMILAR), FECHAMENTO AJUSTÁVEL EM VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COSTURAS REFORÇADAS, DESIGN ANATÔMICO PARA MELHOR FIXAÇÃO AO TORNOZELO OU PUNHO, INDICADA PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, REABILITAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO.
5	CARRINHO TIPO EMERGÊNCIA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CARRINHO DE EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS 3 GAVETAS COM SUPORTE p/ DEA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 SUPORTE SUPERIOR PARA MONITOR/DEFIBRILADOR; 1 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, REGULAGEM DE ALTURA COM 4 GANCHOS; 3 GAVETAS COM ALTURA DE 150MM; 1 GAVETÃO INFERIOR; 1 CALHA DE TOMADA COM 4 TOMADAS; 1 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; 1 TABUA DE MASSAGEM CARDÍACA; DIVISÓRIAS COM 16 COMPARTIMENTOS NA PRIMEIRA GAVETA; 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO DOIS COM TRAVAS; SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS GAVETAS; ACABAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ. ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE1010. FECHAMENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO SAE1010. BANDEJA SUPERIOR FABRICADA EM AÇO SAE1010 COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA: 630MM; ALTURA: 1200MM; PROFUNDIDADE: 410MM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 0,40M LARGURA X 0,80M COMPRIMENTO X 0,85M ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
2	CARRO MACA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CARRO MACA DE TRANSPORTE – ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO COM DUAS SEÇÕES ARTICULADAS MANUALMENTE, GRADES LATERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	REBATÍVEIS COM TRAVAMENTO, SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4 A 6 POLEGADAS, SENDO DOIS COM TRAVA, COLCHÃO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80 M DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E ALTURA ENTRE 65 E 85 CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG.
1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MÍNIMO DE 65L ATENDE 2 CONSULTÓRIOS COM 1 SUGADOR A AR (CADA CONSULTÓRIO) OU 3 CONSULTÓRIOS COM TODOS OS SUGADORES LIGADOS À BOMBA DE VÁCUO. INDICAÇÃO BASEADA NO CONSUMO DE AR DE 80 L/MIN PARA CADA CONSULTÓRIO QUANDO ESTIVER UTILIZANDO SUGADOR A AR; OU 40 L/MIN PARA CADA CONSULTÓRIO COM TODOS OS SUGADORES LIGADOS NA BOMBA DE VÁCUO. CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO DE AR COM PINTURA ELETROSTÁTICA (INTERNA E EXTERNA) ANTIOXIDANTE; CABEÇOTE EM LIGA DE ALUMÍNIO NAVAL COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO E DRENO AUTOMÁTICO; FUNCIONAMENTO À PISTÃO ISENTO DE ÓLEO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ANEL DE PISTÃO EM PTFE NÃO GRAFITADO; VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA EXCESSO DE PRESSÃO; VENTONHAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR; ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE ENTRADA DE AR, GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTES PREMATUROS, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL; VÁLVULA SOLENÓIDE PARA DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES; DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR; DRENAGEM COM REGISTRO ESFÉRICO NA PARTE INFERIOR DO RESERVATÓRIO; FÁCIL MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES : RESERVATÓRIO: 65 L, TENSÃO: 127V OU 220V, CORRENTE: 15A (127V) / 7,4A (220V), FREQUÊNCIA: 60HZ, MOTOR: 2,28 HP, POTÊNCIA: 1700W, PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA EM 130°C, ROTAÇÃO: 1.750 RPM, PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI / 8,3 BAR, DESLOCAMENTO: 12 PCM / 340 L/MIN, RUÍDO: 68 DB(A) 1M.
6	CUBO SENSORIAL - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CUBO DE ATIVIDADES 7 EM 1: BRINQUEDO SENSORIAL MULTIFUNCIONAL, CONTENDO DIFERENTES ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO MOTORA E COGNITIVA, COM PEÇAS DE ENCAIXE, ELEMENTOS DE GIRO E INTERAÇÃO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, INDICADO PARA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL, COORDENAÇÃO MOTORA E APRENDIZADO LÚDICO, PRODUTO SEGURO PARA USO INFANTIL
1	CUFOMETRO - MEDIDOR DE CUFF - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CUFÔMETRO (MEDIDOR DE CUFF): EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO E CONTROLE DA PRESSÃO DO BALONETE (CUFF) DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS E TRAQUEOSTOMIAS, COM ESCALA DE LEITURA PRECISA, SISTEMA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AJUSTE DE PRESSÃO, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS PADRÃO HOSPITALAR, ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, INDICADO PARA USO HOSPITALAR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
1	DEFIBRILADOR - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. DEFIBRILADOR EXTERNO PORTÁTIL, PARA USO EM AMBULÂNCIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA ACIMA DE 250 CHOQUES, COM AUXÍLIO RCP, COM VISOR/TELA DE ECG, ACOMPANHADO DE PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL.
5	DETECTOR FETAL - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. DETECTOR FETAL PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA DIGITAL, COM DISPLAY, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS; COM INDICADOR(ES) SONORO E DIGITAL DE FREQUÊNCIA CARDÍACA, C/ SISTEMA DE BATERIA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.; COM CONTROLE(S) DE VOLUME, SENSIBILIDADE.; ESCALA DE 50 À 220 BPM.; ACOMPANHA: TRANSDUTOR 2,25 MHZ- SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSDUTOR- TUBO DE GEL E MANUAL;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	ALIMENTAÇÃO: 110 X 220 V.; DIMENSÕES: 10 X 18 X 26 CM - COM PESO APROX. DE 1.400 GRAMAS; INCLUI: AJUSTE/CONTROLE DE VOLUME E SENSIBILIDADE. GARANTIA DE 12 MESES.
1	DIAPASÃO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. KIT DE DIAPASÕES PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA: CONJUNTO COMPOSTO POR 03 (TRÊS) DIAPASÕES, NAS FREQUÊNCIAS DE 128 HZ, 256 HZ E 512 HZ, DESTINADOS À AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE VIBRATÓRIA E À REALIZAÇÃO DE TESTES AUDITIVOS, CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO OU AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO LISO, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADOS PARA USO EM EXAMES NEUROLÓGICOS, ORTOPÉDICOS, OTORRINOLARINGOLÓGICOS E FISIOTERAPÊUTICOS, ACONDICIONADOS EM ESTOJO OU EMBALAGEM ADEQUADA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
1	DOPPLER VASCULAR PORTATIL - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO DOPPLER VASCULAR PORTATIL EQUIPAMENTO UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO E MONITORAÇÃO DE PULSAÇÕES DE DIFÍCIL PERCEPÇÃO E BAIXA PRESSÃO SANGÜÍNEA, BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 90MIN, COM CARREGADOR, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, FREQUENCIA 8MHZ+-10%, SUPORTE LATERAL APORTE DO TRANSDUTOR.
3	ELETROCARDIOGRAFO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO DIGITAL 12 CANAIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIGITAL, PORTÁTIL C/ ALÇA, TELA LCD 2X16, 12 CANAIS, 110/220 V, TECLADO MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, C/ 12 DERIVAÇÕES, LEITURA DIAGNÓSTICA, 12,5; 25 E 50 MM/S, MEMÓRIA P/ 100 EXAMES, CABO ALIMENTAÇÃO, CABO PACIENTE 10 VIAS, IMPRESSÃO PAPEL A4, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL
2p	ELETROESTIMULADOR - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO ELETROESTIMULADOR APARELHO COM CORRENTES TENS, FES E RUSSA – ESTRUTURA COM 4 CANAIS DE SAÍDA INDEPENDENTES, FUNÇÕES DE TENS, FES E RUSSA, FREQUÊNCIA DE 1 A 150 HZ PARA TENS, FREQUÊNCIA DE 1 A 100 HZ PARA FES, E FREQUÊNCIA DE 2.500 HZ MODULADA EM 50 HZ PARA CORRENTE RUSSA, INTENSIDADE MÁXIMA DE 100 mA, PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS, DISPLAY DIGITAL PARA AJUSTES DE FREQUÊNCIA, TEMPO E INTENSIDADE, TIMER AJUSTÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V), INCLUINDO CABOS, ELETRODOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 MESES.
14	ESCADA DE 2 DEGRAUS USO HOSPITALAR - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ESCADA 2 DEGRAUS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, ESTRUTURA E BASE DOS DEGRAUS CONSTRUÍDAS EM AÇO INOX, DEGRAUS E PÉS COM RESVETIMENTO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.
1	ESCADA DE CANTO / FORMATO L - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ESCADA DE CANTO COM RAMPA PARA REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA: ESTRUTURA ROBUSTA EM AÇO OU MADEIRA RESISTENTE, FORMATO EM “L”, COM RAMPA INTEGRADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 130 X 136 X 216 CM (A X L X C), TRÊS DEGRAUS, CADA DEGRAU COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 78 CM X 14 CM X 28 CM (L X A X P), PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA E NOS DEGRAUS, CORRIMÃOS LATERAIS ADEQUADOS PARA ADULTOS E CRIANÇAS, BASE ESTÁVEL E SEGURA PARA USO TERAPÊUTICO, INDICADA PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL, TREINAMENTO DE MARCHA E EQUILÍBRIO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG, PRODUTO DESTINADO A USO CLÍNICO EM FISIOTERAPIA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
1	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO: EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	CONFECCIONADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO OU SIMILAR DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM PAREDE, DESTINADO À REABILITAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES, COMPOSTO POR 33 A 34 DEGRAUS, INDICADO PARA EXERCÍCIOS VERTICAIS VISANDO À RECUPERAÇÃO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE OMBROS, PUNHOS E DEDOS, ESTRUTURA ESTÁVEL E SEGURA PARA USO CLÍNICO, ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS, CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA AO USO TERAPÊUTICO, PRODUTO DESTINADO A USO EM FISIOTERAPIA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
1	ESCOVA VIBRATÓRIA TERAPÊUTICA ORAL - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. KIT COMPOSTO POR DISPOSITIVO DE ESTIMULAÇÃO ORAL VIBRATÓRIO PORTÁTIL, DESTINADO À TERAPIA SENSORIAL E FONOAUDIOLÓGICA, COM VIBRAÇÃO CONTROLADA, CORPO ERGONÔMICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E ATÓXICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO A BATERIA, ACOMPANHADO DE BATERIA EXTRA COMPATÍVEL, INDICADO PARA ESTIMULAÇÃO ORAL E TREINO SENSORIAL EM CONTEXTO TERAPÊUTICO, PRODUTO SEGURO PARA USO CLÍNICO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
5	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: FOCO REFLETOR PARABOLICO, ALTURA REGULAVEL E HASTE FLEXIVEL. TIPO DE ILUMINAÇÃO: LED, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 METROS, BIVOLT OU 220V. DEVENDO ACOMPANHAR LAMPADA.
3	HALTER 0,5 KG - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. HALTER DE 0,5 KG (PAR): CONJUNTO COM 02 (DOIS) HALTERES, CADA UNIDADE COM PESO FIXO DE 0,5 KG, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU SIMILAR ANTIDERRAPANTE, FORMATO ANATÔMICO PARA MELHOR PEGADA E SEGURANÇA DURANTE O USO, INDICADOS PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, REABILITAÇÃO E TREINAMENTO FUNCIONAL, PRODUTO DESTINADO AO USO TERAPÊUTICO E/OU ESPORTIVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
3	HALTERES DE 1 KG - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. HALTER DE 1 KG (PAR): CONJUNTO COM 02 (DOIS) HALTERES, CADA UNIDADE COM PESO FIXO DE 0,5 KG, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU SIMILAR ANTIDERRAPANTE, FORMATO ANATÔMICO PARA MELHOR PEGADA E SEGURANÇA DURANTE O USO, INDICADOS PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, REABILITAÇÃO E TREINAMENTO FUNCIONAL, PRODUTO DESTINADO AO USO TERAPÊUTICO E/OU ESPORTIVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
3	HALTERES DE 2 KG - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. HALTER DE 2 KG (PAR): CONJUNTO COM 02 (DOIS) HALTERES, CADA UNIDADE COM PESO FIXO DE 0,5 KG, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU SIMILAR ANTIDERRAPANTE, FORMATO ANATÔMICO PARA MELHOR PEGADA E SEGURANÇA DURANTE O USO, INDICADOS PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, REABILITAÇÃO E TREINAMENTO FUNCIONAL, PRODUTO DESTINADO AO USO TERAPÊUTICO E/OU ESPORTIVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
3	KIT ESTESIÔMETRO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. KIT ESTESIÔMETRO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE: CONJUNTO DE MONOFILAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS À AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE TÁTIL SUPERFICIAL, UTILIZADO EM TESTES NEUROLÓGICOS E ACOMPANHAMENTO DE REABILITAÇÃO, COMPOSTO POR FILAMENTOS DE DIFERENTES ESPESSURAS E NÍVEIS DE PRESSÃO, ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, INDICADO PARA USO CLÍNICO POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRODUTO RESISTENTE E DE ALTA PRECISÃO, COM GARANTIA MÍNIMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS
3	KIT FAIXA ELASTICA 1 LEVE - 1 MEDIA - 1 FORTE - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. KIT DE FAIXAS ELÁSTICAS RESISTÊNCIA LEVE, MÉDIA E FORTE: CONJUNTO COMPOSTO POR 03 (TRÊS) FAIXAS ELÁSTICAS COM DIFERENTES NÍVEIS DE RESISTÊNCIA (LEVE, MÉDIA E FORTE), DESTINADAS À FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO E TREINAMENTO FUNCIONAL, CONFECCIONADAS EM MATERIAL ELÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL (LÁTEX OU SIMILAR), COM ALTA ELASTICIDADE E DURABILIDADE, INDICADAS PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR E MOBILIDADE, PRODUTO DE USO TERAPÊUTICO.
2	KIT FAIXA ELASTICA MINI BAND - 1 LEVE - 1 MEDIA - 1 FORTE ... - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. KIT FAIXA ELÁSTICA MINI BAND: CONJUNTO COMPOSTO POR 03 (TRÊS) MINI BANDs COM DIFERENTES NÍVEIS DE RESISTÊNCIA (LEVE, MÉDIA E FORTE), DESTINADAS À FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO, TREINAMENTO FUNCIONAL E FORTALECIMENTO MUSCULAR, CONFECCIONADAS EM MATERIAL ELÁSTICO RESISTENTE (LÁTEX OU SIMILAR DE ALTA DURABILIDADE), INDICADAS PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, PRODUTO DE USO TERAPÊUTICO E/OU ESPORTIVO.
1	KIT INSTRUMENTOS PERCUSSÃO MUSICAL - INFANTIL - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO KIT DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO MUSICAL INFANTIL PARA REABILITAÇÃO: CONJUNTO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DE PERCUSSÃO DE INSPIRAÇÃO MONTESSORI, DESTINADOS AO USO INFANTIL EM CONTEXTO TERAPÊUTICO E DE REABILITAÇÃO, UTILIZADOS PARA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL, DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA, PERCEPÇÃO RÍTMICA E INTERAÇÃO COGNITIVA, CONSTITUÍDO, NO MÍNIMO, POR INSTRUMENTOS COMO XYLOFONE INFANTIL, TAMBORES, MARACAS, TRIÂNGULO COM BAQUETA, CHOCALHOS E/OU EQUIVALENTES DE PERCUSSÃO, CONFECCIONADOS EM MADEIRA E/OU MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E SEGURO PARA USO INFANTIL, COM ACABAMENTO LISO E SEM REBARBAS, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, INDICADO PARA USO EM FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO INFANTIL, PRODUTO SEGURO E DURÁVEL.
1	LASER PARA FISIOTERAPIA - COM CANETAS 410 NM / 904 NM - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL PARA FOTOBIMODULAÇÃO: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À APLICAÇÃO DE FOTOBIMODULAÇÃO POR LASER, INDICADO PARA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA, COM MODOS DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, PROTOCOLOS PROGRAMÁVEIS OU PRÉ-PROGRAMADOS PARA TRATAMENTO DE DOR, PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E CICATRIZAÇÃO TECIDUAL, DISPLAY PARA CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE TRATAMENTO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, EQUIPAMENTO DE FÁCIL TRANSPORTE E OPERAÇÃO, CONFECCIONADO COM MATERIAIS RESISTENTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REGISTRADO NA ANVISA, ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 01 CANETA EMISSORA LASER COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 410 NM E 01 CANETA EMISSORA LASER COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 904 NM, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE, FONTE/CARREGADOR DE BATERIA, MALETA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
1	LASER PARA FISIOTERAPIA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL PARA FOTOBIMODULAÇÃO: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À APLICAÇÃO DE FOTOBIMODULAÇÃO POR LASER, INDICADO PARA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA, COM MODOS DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, PROTOCOLOS PROGRAMÁVEIS OU PRÉ-PROGRAMADOS PARA TRATAMENTO DE DOR, PROCESSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	INFLAMATÓRIOS E CICATRIZAÇÃO TECIDUAL, DISPLAY PARA CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE TRATAMENTO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, EQUIPAMENTO DE FÁCIL TRANSPORTE E OPERAÇÃO, CONFECCIONADO COM MATERIAIS RESISTENTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REGISTRADO NA ANVISA, ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 01 CANETA EMISSORA LASER COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NM E 01 CANETA EMISSORA LASER COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 904 NM, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE, FONTE/CARREGADOR DE BATERIA, MALETA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
2	MACA COM GABINETE - OBESO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MACA HOSPITALAR EM MDF COM ARMÁRIO DE 3 PORTAS E 3 GAVETAS NA COR BRANCA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DOBRADIÇAS CANECO 35MM SUPER ALTA, PUXADOR DE ALUMINIO. 5 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO DE TROCO. ESTRUTURA EM MDF 15MM ANTIBACTERIANO. DIMENSÕES 1,80 CM X 60 CM X 80 - (C X L X A): COLCHÃO 125X60 D-28 REVESTIDO EM CORINO NA COR PRETO. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 KG.
10	MACA HOSPITALAR TUBULAR COM ENCOSTO DE CABEÇA REGU... - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MACA HOSPITALAR TUBULAR COM ENCOSTO DE CABEÇA REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MODELO: MACA TUBULAR; PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA OU CINZA. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO 1020; ESPUMA ORTOPÉDICA DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE D28; REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO NA COR AZUL OU PRETA; MODELO: FIXA; CABECEIRA RECLINÁVEL COM REGULAGEM CREMALHEIRA: DIMENSÃO APROXIMADAS DO PRODUTO: 1,80M COMPRIMENTO X 0,63M LARGURA X 0,78M ALTURA DO LEITO. CAPACIDADE DE NO MINIMO 130KG.
1	POLTRONA HOSPITALAR ELÉTRICA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA. SISTEMA ELÉTRICO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MOTORES PARA MOVIMENTAÇÃO INDEPENDENTE DO ENCOSTO, APOIO DE PERNAS E REGULAGEM DE ALTURA, ACIONADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO. ENCOSTO RECLINÁVEL E APOIO DE PERNAS RECLINÁVEL, PERMITINDO MÚLTIPLAS POSIÇÕES PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA DO PACIENTE. ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, DENSIDADE MÍNIMA D33, REVESTIDO EM COURVIN OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA SUPERIOR, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E RESISTENTES. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 300 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 600 MM, ALTURA MÁXIMA DE 1.600 MM, LARGURA TOTAL DE 650 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 600 MM, LARGURA ENTRE BRAÇOS DE 600 MM E COMPRIMENTO TOTAL DE ATÉ 2.000 MM QUANDO TOTALMENTE RECLINADA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220V. BASE ESTÁVEL COM SAPATAS NIVELADORAS OU SISTEMA EQUIVALENTE DE APOIO, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO SILENCIOSO E DE BAIXA MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTO FORNECIDO COMPLETO, COM CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO. PINTURA E REVESTIMENTO NA COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. PRODUTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.
1	MALETA DE ENFERMAGEM - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MALETA DE ATENDIMENTO: CONFECCIONADA EM POLIÉSTER OU MATERIAL DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ESTRUTURA REFORÇADA PARA ARMAZENAMENTO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS, POSSUINDO COMPARTIMENTO PRINCIPAL AMPLO, DIVISÓRIAS INTERNAS, BOLSOS EM TELA E COMPARTIMENTOS ORGANIZADORES PARA ACONDICIONAMENTO DE INSUMOS E ACESSÓRIOS, FECHAMENTO POR ZÍPER REFORÇADO E DUPLO, ALÇA SUPERIOR PARA TRANSPORTE MANUAL, MATERIAL RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, AMBULATÓRIOSE VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES. DIMENSOES APROXIMADAS: 40 X 30 X 30 (C X A X L)
3	MARTELO DE REFLEXO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MARTELO DE REFLEXO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE PINCEL E AGULHA PARA TESTES DE SENSIBILIDADE, COM CABEÇA EM BORRACHA OU MATERIAL SIMILAR DE ALTA DURABILIDADE, DIMENSÃO APROXIMADA DE 18 CM, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE À CORROSÃO, INDICADO PARA USO MÉDICO, FISIOTERAPÊUTICO E NEUROLÓGICO.
2	MEDIDOR DE FLUXO EXPIRATÓRIO ADULTO / PEAK FLOW AD... - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MEDIDOR DE FLUXO EXPIRATÓRIO ADULTO (PEAK FLOW): DISPOSITIVO DESTINADO À MEDIÇÃO DO PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO EM PACIENTES ADULTOS, UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA APROXIMADA DE 60 A 800 L/MIN, ESCALA DE LEITURA CLARA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PORTÁTIL, REUTILIZÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM INDICADOR DE MEDIÇÃO PRECISO, INDICADO PARA USO CLÍNICO E AMBULATORIAL, REGISTRADO NA ANVISA OU DISPENSADO DE REGISTRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
24	MESA AUXILIAR DE AÇO EM INOX COM RODINHA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MESA AUXILIAR DE AÇO EM INOX COM RODINHA - CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO POLIDO, DUAS PRATELEIRAS FIXAS, PLANAS, FABRICADAS NO MESMO MATERIAL DA ESTRUTURA, DIMENSÕES MÍNIMAS: DEVEM SER DE 70 CM DE ALTURA, 60 CM DE COMPRIMENTO E 40 CM DE PROFUNDIDADE, QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS COM TRAVA DE SEGURANÇA.
6	MESA GINECOLOGICA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MESA GINECOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR BRANCO OU CINZA; LEITO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM NA COR AZUL OU PRETO, DIVIDIDO EM 3 SESSÕES, SENDO 1 FIXA E 2 REGULAVEIS (DORSO/APOIO); PÉS COM PONTEIRAS, CAPACIDADE DE CARGA APROXIMADAMENTE 150KG; ACOMPANHAR: PAR DE PORTA COXAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 65 X 180 X 85 CM (LARG. X COMP. X ALTURA).
1	MESA GINECOLOGICA COM GABINETE - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE – ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, COMPOSTA POR ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRAS ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL NA COR AZUL OU CINZA, com AJUSTE DO ENCOSTO E PERNEIRAS ARTICULADAS, GABINETE EM MDF: GAVETAS DESLIZANTE, GABINETE FECHADO COM PORTA E PRATELEIRA INTERNA, ESTRUTURA RESISTENTE COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG, PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80 M DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA.
1	MOCHILA DE COSTA MATERIAL REFORÇADO, ADULTO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, MOCHILA DE COSTAS ADULTO: CONFECCIONADA EM COURO OU MATERIAL SINTÉTICO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	QUALIDADE E RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ESTRUTURA REFORÇADA, COMPARTIMENTO PRINCIPAL AMPLO, BOLSOS INTERNOS E EXTERNOS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, FECHAMENTO POR ZÍPER REFORÇADO, ALÇAS DE OMBRO ACOLCHOADAS E AJUSTÁVEIS, ALÇA SUPERIOR PARA TRANSPORTE MANUAL, COSTURAS REFORÇADAS, MATERIAL RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
2	MOCHILA/MALA APH - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MOCHILA/MALA APH (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR): CONFECCIONADA EM LONA AMALFI 300 OU 900, OU MATERIAL DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65 CM X 40 CM X 20 CM, ESTRUTURA REFORÇADA PARA TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, POSSUINDO COMPARTIMENTO PRINCIPAL AMPLO, DIVISÓRIAS INTERNAS, BOLSOS E COMPARTIMENTOS EXTERNOS, FECHAMENTO POR ZÍPER REFORÇADO, ALÇAS DE OMBRO ACOLCHOADAS E AJUSTÁVEIS, ALÇA DE MÃO PARA TRANSPORTE, COSTURAS REFORÇADAS.
6	MOCHO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MOCHO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO CROMADO, COM RODÍZIOS, COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIM NA COR AZUL ROYAL OU CINZA.
3	MONITOR MULTIPARÂMETROS - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. MONITOR MULTIPARAMETRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 5 PARAMETROS BÁSICOS (ECG/RESP/SP02/PNI/TEMP) COM SUPORTE PARA MONITOR, TIPO PRÉ CONFIGURADO, TAMANHO DE 10' A 12'. SUPORTE TECNICO, GARANTIA DE 12 MESES.
2	OFTALMOSCOPIO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. OFTALMOSCÓPIO: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO AO EXAME DO FUNDO DE OLHO E AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS OCULARES INTERNAS, COM ILUMINAÇÃO EM LED OU XENÔNIO DE ALTA DURABILIDADE, SISTEMA DE LENTES COM MÚLTIPLAS DIOPTRIAS PARA AJUSTE DE FOCO, ABERTURAS SELECIONÁVEIS PARA DIFERENTES CONDIÇÕES DE EXAME, CABEÇA E CABO ERGONÔMICOS, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADO PARA USO MÉDICO E HOSPITALAR, ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA TRANSPORTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
9	OTOSCOPIO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO: BATERIA OU PILHA.
2	OXIMETRO DE PULSO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. OXIMETRO DIGITAL DE PULSO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DO TIPO MESA, COM 1 SENSOR REUTILIZAVEL, LCD COLORIDO DE 5 A 10 POLEGADAS, PERFUSÃO DE 30 A 250 BTM, 0 A 100, COM BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT.
1	PAQUÍMETRO DIGITAL EM AÇO INOXIDÁVEL - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. PAQUÍMETRO DIGITAL EM AÇO INOXIDÁVEL: INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE ALTA PRECISÃO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO, COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL LEITURA, INDICADO PARA MEDIÇÕES INTERNAS, EXTERNAS, DE PROFUNDIDADE E DE RESSALTO, SISTEMA DE CONVERSÃO ENTRE MILÍMETROS E POLEGADAS, FUNÇÃO DE ZERAGEM EM QUALQUER POSIÇÃO, RESOLUÇÃO E PRECISÃO COMPATÍVEIS COM USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, BATERIA INCLUSA.
1	PLAYGROUND ESPUMADO BABY - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. PLAYGROUND ESPUMADO BABY: CONJUNTO COMPOSTO POR NO MÍNIMO 09 (NOVE) PEÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	MODULARES EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE D26, REVESTIDAS EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO MOTOR, SENSORIAL E PSICOMOTOR INFANTIL, COMPOSTO POR TÚNEL, RAMPAS, MEIAS-LUAS, MÓDULOS RETANGULARES E TAPETE, OU CONFIGURAÇÃO EQUIVALENTE, PERMITINDO DIFERENTES MONTAGENS E ATIVIDADES LÚDICAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO SEGURO PARA USO INFANTIL, PRODUTO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO.
8	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO POLTRONAS HOSPITALARES 4 POSIÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO NA COR BRANCO OU CINZA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN NA COR AZUL ROYAL OU PRETO, CAPACIDADE 150KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.
1	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE- MOTORIZADA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE - MOTORIZADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS POR MOTORES ELÉTRICOS COM CONTROLE REMOTO A FIO. MOVIMENTOS DO DORSO E PERNAS INDEPENDENTES. MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG, ACLIVE, DECLIVE, ELEVÇÃO DO DORSO, ELEVÇÃO DAS PERNAS E ELEVÇÃO TOTAL DO LEITO. RODÍZIOS COM FREIOS. BASE CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO. LEITO DIVIDIDO EM 3 PARTES SENDO, DORSO, ASSENTO E PERNAS. ESTOFADO ANATÔMICO CONSTRUÍDO EM ESPUMA D-33 COM REVESTIMENTO EM COURVIM. APOIO PARA OS BRAÇOS COM EXTENSÃO EM TODO ANTEBRAÇO, ELEVÁVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150KG. TENSÃO 220V - COM BATERIA RECARREGAVEL.
6	SELADORA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SELADORA DE BANCADA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EQUIPADA COM CORTADOR DE BOBINA TIPO GUILHOTINA COM LARGURA ÚTIL DE 30 CM. ESPECÍFICA PARA ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP, POSSUI ESPESSURA DE SELAGEM DE APROXIMADAMENTE 13 MM, CONFORME EXIGIDO PELA ANVISA. ALARME SONORO, GARANTINDO UMA SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS COM ATÉ 30 CM DE LARGURA. O SISTEMA DE CORTE EQUIPADO COM FACA DE DUPLO CORTE, TAMBÉM COM 30 CM DE LARGURA, SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DOS ROLOS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 400 MM, LARGURA DE 420 MM E ALTURA DE 210 MM. BIVOLT OU VOLTAGEM DE 220 V, 50/60 HZ, E ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESEMPENHO, EM PORTUGUÊS.
1	SELADORA PARA BOLSA DE SANGUE - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SELADORA DE BANCADA DE PVC PARA BOLSA DE SANGUE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SELADORA AUTOMÁTICA PARA SELAGEM DE TUBOS DE PVC GRAU MÉDICO DE ATÉ 6 MM DE ESPESSURA EXTERNA. COM CONTROLE AUTO AJUSTÁVEL DE ALTA FREQUÊNCIA QUE PERMITE A SOLDAGEM DE TUBOS INDEPENDENTE DO DIÂMETRO DO TUBO. SISTEMA DE FIXAÇÃO AUTOMÁTICA DE TUBOS (GARRAS), SOLDA BIPARTIDA SEM A NECESSIDADE DE OPERAÇÃO ADICIONAL. DETECTOR DE CURTO CIRCUITO, LIMITE DE TEMPO DE SELAGEM E INDICADOR DO PROCESSO DE SELAGEM. CABEÇOTE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA SEM NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA ESPECÍFICA. TEMPO DE SELAGEM DE 1 A 2 SEGUNDOS PARA TUBO PADRÃO. INCLUSO: ALICATE SELADOR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V. GARANTIA DE 12 MESES.
5	SUPORTE DE SORO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SUPORTE DE SORO – ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE EM INOX COM REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE ROSCA OU TRAVA MANUAL, GANCHO SUPERIOR COM QUATRO BRAÇOS PARA FRASCOS DE SORO, BASE COM CINCO PÉS EM FORMATO ESTRELA COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS COM TRAVA DE SEGURANÇA, ALTURA REGULÁVEL ENTRE 1,20 M E 2,00 M, CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 KG POR GANCHO.
3	TRENA ANTROPOMETRICA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

	PERMITE AFERIÇÃO DE ESTATURA DE CRIANÇAS EM POSIÇÃO HORIZONTAL, UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM CONTEXTO CLÍNICO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, PLÁSTICO ABS OU MATERIAL DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ESCALA DE MEDIÇÃO CLARA, LEGÍVEL E PRECISA, CURSOR MÓVEL PARA LEITURA DA MEDIDA, FAIXA DE MEDIÇÃO COMPATÍVEL COM A AVALIAÇÃO INFANTIL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE
2	TUBO DE RESSONANCIA PARA FONOTERAPIA, EM SILICONE... - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. TUBO DE RESSONÂNCIA PARA FONOTERAPIA: CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL, ATÓXICO E DE USO TERAPÊUTICO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE RESSONÂNCIA VOCAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, INDICADO PARA REABILITAÇÃO E TREINAMENTO DA VOZ, COM SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E AO USO CONTÍNUO, CONFECCIONADO EM SILICONE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO E 1 CM DE DIÂMETRO, COM ESPESSURA DE 1 CM.
2	VIDEOLARINGOSCÓPIO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. VIDEOLARINGOSCÓPIO PORTÁTIL PARA AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, COMPOSTO POR MONITOR COLORIDO INTEGRADO OU ACOPLADO, COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DAS VIAS AÉREAS EM TEMPO REAL. EQUIPAMENTO COM TELA LCD OU LED COLORIDA DE NO APROXIMADAMENTE 3 POLEGADAS, RESOLUÇÃO ADEQUADA PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS, FUNÇÃO FOTO E VÍDEO, DEVE ACOMPANHAR CARTÃO MICRO SD DE NO MÍNIMO 8GB OU MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, SAÍDA USB, BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS DE USO CONTÍNUO, INDICADOR DE CARGA E CARREGADOR BIVOLT. DEVE ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, LÂMINAS REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS COMPATÍVEIS, NOS TAMANHOS NEONATAL, ADULTO E PEDIÁTRICO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO OU ESTERILIZAÇÃO, CONFORME APLICÁVEL. CÂMERA DIGITAL COM ILUMINAÇÃO POR LED INTEGRADA À LÂMINA OU AO SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO. EQUIPAMENTO COM GRAU DE PROTEÇÃO ADEQUADO PARA USO HOSPITALAR, ACONDICIONADO EM MALETA OU ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, CABOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.

2 - JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se pela necessidade de aprimorar os serviços públicos de saúde oferecidos à população, promovendo melhorias significativas na infraestrutura, bem como na qualidade do atendimento prestado pelo município. A aquisição dos referidos itens visa garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e assegurar maior eficiência no atendimento das demandas da comunidade.

A contratação encontra amparo legal na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), em especial nos princípios da eficiência, economicidade, interesse público e planejamento. A definição do objeto está de acordo com o que dispõe o artigo 11, inciso I e artigo 18 da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

referida Lei, bem como em conformidade com o Plano Municipal de Saúde vigente e com as diretrizes do SUS no tocante à melhoria contínua da estrutura física e funcional das unidades públicas de saúde.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A presente contratação visa atender, de forma eficaz e planejada, às demandas oriundas de indicações parlamentares destinadas à área da saúde municipal.

A solução proposta contempla a entrega de bens devidamente especificados, com qualidade comprovada, observando critérios técnicos, funcionais e de durabilidade. Os materiais e equipamentos a serem adquiridos atendem à necessidade de modernização da infraestrutura física e tecnológica das unidades de saúde, ampliando a capacidade de atendimento, otimizando os fluxos de trabalho, e proporcionando maior segurança e conforto a usuários e profissionais da saúde.

3.1 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A) Prazo de Vigência Contratual e Entrega

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. A entrega dos itens será realizada conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a emissão da Nota de Empenho. A entrega deverá ser feita no endereço: Rua Napoleão Tavares Silveira, nº 317, Vila Paulo Ayres – Itapetininga/SP.

B) Catálogo ou Manual Técnico

Apresentar catálogo, manual, folder ou material equivalente (impresso ou em mídia digital, como CD), em língua portuguesa. Caso o material esteja em outro idioma, deverá estar acompanhado de tradução. O material deve conter, obrigatoriamente: marca/fabricante, modelo, desenho ou fotografia e as especificações técnicas dos itens ofertados, de modo a permitir a avaliação conforme os requisitos técnicos exigidos. O não cumprimento implicará na desclassificação da proposta.

C) Especificações Técnicas Detalhadas

As descrições técnicas constantes na proposta do licitante deverão ser condizentes com o produto efetivamente ofertado, e não mera reprodução do descritivo do edital. A proposta deverá conter detalhamento técnico, marca, modelo, características específicas e outros elementos que permitam a perfeita identificação e avaliação do item ofertado.

D) Qualidade dos Itens

Os itens fornecidos deverão ser de primeira qualidade, novos e sem uso anterior. Caso contrário, a Secretaria se reserva o direito de recusar ou devolver os produtos que não atenderem às especificações ou apresentarem vícios ou avarias.

E) Entrega Pronta para Uso

Todos os itens deverão ser entregues prontos para uso, devidamente montados. No caso de equipamentos eletrônicos, a voltagem deverá ser 220V ou BIVOLT, conforme especificação do item.

F) Garantia e Assistência técnica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

O prazo mínimo de garantia para todos os itens será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega. A garantia deverá constar expressamente no manual do fabricante, sem prejuízo das disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990). A empresa deverá possuir ou indicar assistência técnica autorizada no Estado de São Paulo.

G) Substituição de Itens com Irregularidades

Constatada qualquer irregularidade, defeito ou não conformidade nos produtos entregues, a contratada deverá proceder à substituição do item no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação formal da Secretaria. O descumprimento poderá ensejar aplicação de penalidades contratuais e até rescisão, conforme a legislação aplicável.

H) Conformidade com o Código de Defesa do Consumidor

Todos os itens deverão estar em conformidade com a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), observando as normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, conforme os artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e demais dispositivos legais pertinentes.

I) Responsabilidade pela Entrega

A contratada será inteiramente responsável pela entrega dos itens, devendo observar cuidados com transporte, manuseio e descarregamento, de modo a evitar danos a terceiros e aos materiais. Responderá por eventuais prejuízos decorrentes de imprudência, negligência, imperícia ou dolo durante o transporte ou entrega.

4 – EXECUÇÃO DO OBJETO:

A execução do objeto deverá ocorrer de forma planejada, eficiente e conforme as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, desde a solicitação formal através da nota de empenho por parte da Secretaria Municipal de Saúde até a entrega final dos itens, devidamente montados, testados (quando aplicável) e prontos para uso, assegurando o cumprimento dos prazos, padrões de qualidade, condições de garantia e demais exigências contratuais, de modo a garantir os resultados pretendidos e o atendimento efetivo às necessidades do serviço público de saúde.

5 – GESTÃO DO CONTRATO:

Gestor do Contrato: Marta Rosana Nazareth – Enfermeira - Responsável pelo acompanhamento geral da execução contratual e interlocução com o fornecedor.

Fiscal do Contrato: Alice Aparecida dos Santos Neves – Técnica de Enfermagem da Estratégia da Saúde da Família. - Responsável técnico pela fiscalização do fornecimento, recebimento das peças, verificação da qualidade e conformidade com o Termo de Referência.

6 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal eletrônica, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e acompanhada da comprovação da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

entrega regular dos itens solicitados, em conformidade com o Termo de Referência.

Notas fiscais com divergências, ausência de informações obrigatórias ou sem o atesto do fiscal terão o prazo de pagamento suspenso até a devida regularização, sem que isso gere ônus à Administração Pública.

7 – FORMAS E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

A seleção do fornecedor dar-se-á por meio da modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

A escolha da modalidade e do critério justifica-se pela busca de maior economicidade, celeridade e ampla competitividade, promovendo a transparência, a eficiência e o cumprimento dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e interesse público que regem os processos licitatórios.

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi obtida com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores do ramo por meio de plataformas eletrônicas autorizadas, conforme normativos aplicáveis.

O valor estimado para a presente contratação é de R\$ 570.922,59 (quinhentos e setenta mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme demonstrado na planilha de composição de preços anexa ao Estudo Técnico Preliminar.

A pesquisa considerou, além de cotações diretas com fornecedores, os dados obtidos em plataformas autorizadas como o Banco de Preços, de modo a garantir a compatibilidade com os preços praticados no mercado e a adequada fundamentação da estimativa, respeitando os princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade da contratação para a Administração Pública.

9 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente contratação conta com recursos oriundos do Ministério da Saúde e de emendas parlamentares individuais, devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2026, estando alinhada à programação orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde.

A contratação encontra-se adequada aos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que rege as licitações e contratos administrativos, atendendo aos princípios da legalidade, planejamento, responsabilidade fiscal e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Ficha 651 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 655 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 656 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 659 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 661 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 662 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 664 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 665 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 666 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 668 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Ficha 669 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa MATERIAL DE CONSUMO

Ficha 670 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 671 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 672 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 676 MANUTENÇÃO DO BLOCO – GESTÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 678 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ

FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

Ficha 681 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 683 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Ficha 684 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 685 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 686 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 687 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 689 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Ficha 690 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 693 MANUTENÇÃO DO BLOCO – MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 701 MANUTENÇÃO DO BLOCO – GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Almeida