

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 073/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco - SP

Objeto

Aquisição de equipamentos médicos, mobiliário hospitalar e grupo gerador, para suprir as necessidades de atendimento do Hospital Municipal Maria Rosa Cardoso, de acordo com a Emenda Parlamentar: 202537460025.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 31/07/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 18/08/2026 - 09:00	Pregoeiro Josenei Gonçalves
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Sim	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA; FIXA; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO PINTADO; SEM BRAÇOS; SEM REGULAGEM DE ALTURA; SEM RODÍZIOS; BASE FIXA TIPO PÉ PALITO REFORÇADA; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA, COM FORMATO ANATÔMICO; REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURVIN; COR PRETA, QUE PERMITA A ASSEPSIA COM SABÃO E ÁLCOOL 70 POR CENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 85 X 47 X 55 CM (A X L X C); CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 120 KG; FORNECIDA MONTADA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	26	237,77	6.182,02
2	1	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL COM ILUMINAÇÃO POR SUPER LEDS AZUIS (COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 450 E 475 NM) LIVRE DE RADIAÇÃO UV E IR. PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM AJUSTE DE NÍVEIS DE IRRADIÂNCIA (GARANTINDO ALTA INTENSIDADE MAIOR 30 µW/CM²/NM). DEVE POSSUIR DISPLAY COM HORÍMETRO PARA O TEMPO DE TRATAMENTO ATUAL. ESTRUTURA MONTADA EM PEDESTAL MÓVEL COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS E FREIOS, DOTADA DE BRAÇO ARTICULADO OU SISTEMA DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO/ALTURA PARA USO SOBRE BERÇOS E INCUBADORAS. FUNCIONAMENTO DE BAIXO RUÍDO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100V A 240V).	UN	1	11.294,67	11.294,67
3	1	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER INFANTIL; COM ESTRUTURA E ESTRADO EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS (FAWLER, SEMI-FAWLER, DORSO E PERNAS) POR MEIO DE MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS. CABECEIRA E PESEIRA EM POLIETILENO OU ABS INJETADO, FACILMENTE REMOVÍVEIS POR ENGATE RÁPIDO. GRADES LATERAIS RETRÁTEIS/ARTICULÁVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA. BASE COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS (MÍNIMO DE 3 POLEGADAS), SENDO DOIS COM FREIOS DISPOSTOS EM DIAGONAL. DEVE ACOMPANHAR COLCHÃO COM DIMENSÕES E DENSIDADE COMPATÍVEL; EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10CM, CAPA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL EM COURVIN HOSPITALAR, COM COSTURAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE (SEM FUROS) E ZIPER, COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTERIANO.	UN	2	5.754,50	11.509,00
4	1	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), PORTÁTIL E MICROPROCESSADO, COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA. AUTONOMIA DA BATERIA DE LÍTIO PARA NO MÍNIMO 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAÇÃO, COM VIDA ÚTIL EM STANDBY DE AO MENOS 4 ANOS. SISTEMA DE AUXÍLIO RCP COM FEEDBACK EM TEMPO REAL SOBRE FREQUÊNCIA E PROFUNDIDADE DAS COMPRESSÕES TORÁCICAS, METRÔNOMO INTEGRADO E COMANDOS DE VOZ TOTALMENTE EM PORTUGUÊS. MEMÓRIA INTERNA PARA REGISTRO DE EVENTOS E ECG COM INTERFACE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS. DEVE ACOMPANHAR 02 (DOIS) PARES DE ELETRODOS ADULTOS (UM PRINCIPAL E UM RESERVA) E KIT DE PRONTO ATENDIMENTO (TESOURA, MÁSCARA DE RCP E LUVAS).	UN	1	9.733,33	9.733,33

		DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E SER CAPAZ DE REALIZAR AUTOTESTES DIÁRIOS DE PRONTIDÃO				
5	1	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO À DIESEL NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY). POSSUI DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, CORRENTE MÁXIMA E INVERSÃO DE FASES. POSSUI PAINEL DIGITAL E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. POSSUI SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA A 12 VCC E COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR). POSSUI ALTERNADOR COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V E COM ACESO AO NEUTRO POSSUI MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), NO MÍNIMO 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE. POSSUI TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. POSSUI ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A) DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.	UN	1	103.804,69	103.804,69
6	1	LONGARINA COM 03 (TRÊS) LUGARES, ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS ANATÔMICOS, REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURVIN; COR PRETA, QUE PERMITA A ASSEPSIA COM SABÃO E ÁLCOOL 70 POR CENTO. ASSENTOS COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA NÃO PREJUDICAR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (VIGA CENTRAL E PÉS) FABRICADA EM TUBOS E PERFIS DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGEM (FOSFATIZAÇÃO) E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA À UMIDADE E AOS PRODUTOS DE ASSEPSIA HOSPITALAR. BASES/PÉS DOTADOS DE PONTEIRAS OU SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON/POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DO PISO. O CONJUNTO DEVE SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 120 KG POR ASSENTO, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES.	UN	12	840,66	10.087,92
7	1	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL DE ACIONAMENTO MANUAL. ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI). ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM COURVIN IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL ASSEPSIA, COM ALTURA MÍNIMA DE 55MM. BASE COM SAPATAS NIVELADORAS PARA PROTEÇÃO DO PISO. O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 150 KG SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS.	UN	20	1.968,02	39.360,40