Solicitação de Esclarecimento

Informações do Edital

Razão Social do Promotor:	Prefeitura da Estância Turística de Itu
Número do Edital:	70/2026
Número do Processo:	13669/2026

Dados do Participante

Nome:	Medsystem Equipamentos Médicos LTDA
Documento:	06189855000199

Solicitação

Em análise ao descritivo do Item 30 – Kit de Lâminas para Laringoscópio, verificamos que são mencionadas as marcas Arian ou Moryan como referência.

Diante disso, solicitamos esclarecimento quanto à compatibilidade das lâminas com os cabos de laringoscópio.

As lâminas solicitadas serão utilizadas em cabos já existentes das marcas Arian ou Moryan? Em caso positivo, poderiam informar a marca e o modelo dos cabos utilizados?

Ressaltamos que a compatibilidade entre cabos e lâminas pode variar conforme a marca e o modelo. Por exemplo, caso o cabo existente seja da marca Moryan, poderá ser necessário o fornecimento de lâminas da mesma marca, uma vez que não há garantia de compatibilidade entre fabricantes diferentes.

Dessa forma, solicitamos a confirmação dessas informações para garantir o fornecimento de lâminas compatíveis com os equipamentos utilizados pela instituição

Data da Solicitação: 13/11/26 - 12:07