

PARECER TÉCNICO

Processo Administrativo nº 3865/2025

Pregão Eletrônico nº 44/2025

Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários para o setor de Fisioterapia.

Licitante: BERNINI E ROCHA LTDA

Itens analisados: 4, 8, 11, 12, e 13 Termo de Referência.

1. RELATÓRIO

Trata-se da análise técnica da proposta apresentada pela empresa **BERNINI E ROCHA LTDA.**, referente aos itens 8, 11, 12, e 13 do Termo de Referência do Edital nº 44/2025, cujo objeto consiste no fornecimento de equipamentos e mobiliários destinados às atividades de fisioterapia da rede municipal de saúde. Foram apresentados catálogos e links eletrônicos com as descrições dos produtos ofertados.

2. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item 8- BASTÃO SEM CARGA PARA FISIOTERAPIA E GINÁSTICA – PVC COM PONTEIRAS

BASTÃO LEVE E RESISTENTE, UTILIZADO EM EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO, MOBILIDADE ARTICULAR, FORTALECIMENTO, COORDENAÇÃO MOTORA E REABILITAÇÃO FUNCIONAL. INDICADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, ACADEMIAS, UNIDADES DE SAÚDE E USO DOMICILIAR, PARA PÚBLICOS DE TODAS AS IDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DO CORPO: PVC RÍGIDO E LISO, DE BOA RESISTÊNCIA, LEVE E ANATÔMICO. EXTREMIDADES: PONTEIRAS

Análise: O equipamento proposto está devidamente registrado na ANVISA, atende às características técnicas exigidas e possui aplicação comprovada para fins de fisioterapia e reabilitação.

Conclusão: Atende integralmente às especificações técnicas.

Item 11- BOLA TONIFICADORA PARA EXERCÍCIOS – 0,5 KG

BOLA TONIFICADORA UTILIZADA PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, REABILITAÇÃO FÍSICA, TREINO FUNCIONAL E FISIOTERAPIA. IDEAL PARA TONIFICAR BRAÇOS, OMBROS, PERNAS E ABDÔMEN, ALÉM DE AUXILIAR NO EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO MOTORA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: PESO: 0,5 KG (MEIO

QUILO); COMPOSIÇÃO: PARTE EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CONTEÚDO INTERNO COMPOSTO POR AREIA OU MATERIAL GRANULADO, DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE PARA MANTER O EQUILÍBRIO DURANTE OS MOVIMENTOS; ACABAMENTO: SUPERFÍCIE TEXTURIZADA OU ANTIDERRAPANTE, QUE PROPORCIONE MELHOR

Análise: O equipamento proposto está devidamente registrado na ANVISA, atende às características técnicas exigidas e possui aplicação comprovada para fins de fisioterapia e reabilitação.

Conclusão: Atende integralmente às especificações técnicas.

Item 12- BOLA TONIFICADORA PARA EXERCÍCIOS – 1 KG

BOLA TONIFICADORA DESENVOLVIDA PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO, TREINAMENTO FUNCIONAL E PILATES. INDICADA PARA TONIFICAR MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, MELHORAR EQUILÍBRIO, COORDENAÇÃO MOTORA E RESISTÊNCIA FÍSICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: PESO: 1 KG (UM QUILO); COMPOSIÇÃO: REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC MACIO, RESISTENTE E FLEXÍVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CONTEÚDO INTERNO EM AREIA OU MATERIAL GRANULADO, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME PARA ESTABILIDADE E CONTROLE DURANTE OS MOVIMENTOS; FORMATO E ACABAMENTO: ESFÉRICA, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA OU LEVEMENTE RUGOSA PARA MELHOR ADERÊNCIA.

Análise: O equipamento proposto está devidamente registrado na ANVISA, atende às características técnicas exigidas e possui aplicação comprovada para fins de fisioterapia e reabilitação.

Conclusão: Atende integralmente às especificações técnicas.

Item 13- BOLA TONIFICADORA PARA EXERCÍCIOS – 2 KG

BOLA TONIFICADORA DESENVOLVIDA PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO, TREINAMENTO FUNCIONAL E PILATES. INDICADA PARA TONIFICAR MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, MELHORAR EQUILÍBRIO, COORDENAÇÃO MOTORA E RESISTÊNCIA FÍSICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: PESO: 2 KG (UM QUILO); COMPOSIÇÃO: REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC MACIO, RESISTENTE E FLEXÍVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CONTEÚDO INTERNO EM AREIA OU MATERIAL GRANULADO, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME PARA ESTABILIDADE E CONTROLE

DURANTE OS MOVIMENTOS; FORMATO E ACABAMENTO: ESFÉRICA, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA OU LEVEMENTE RUGOSA PARA MELHOR ADERÊNCIA DURANTE O MANUSEIO; SEM COSTURAS EXTERNAS APARENTES, REBARBAS OU IRREGULARIDADES; DEVE MANTER SUA FORMA ORIGINAL MESMO APÓS USO CONTÍNUO; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO ENTRE 10 CM E 12 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL CONFORME DENSIDADE E FABRICANTE); PESO IDENTIFICADO DE FORMA CLARA E PERMANENTE NA PRÓPRIA BOLA OU ETIQUETA; COR: SORTIDA, OPACA OU FOSCA, PARA EVITAR ESCORREGAMENTOS DURANTE O USO. APRESENTAÇÃO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: PRODUTO NOVO, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ENTREGUE INDIVIDUALMENTE EMBALADO; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Análise: O equipamento proposto está devidamente registrado na ANVISA, atende às características técnicas exigidas e possui aplicação comprovada para fins de fisioterapia e reabilitação.

Conclusão: Atende integralmente às especificações técnicas.

Item 4- Aparelho de ultrassom (Fisioterapia)

APARELHO DE ULTRASSOM COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRANSDUTOR ANATÔMICO MULTIFREQUÊNCIA DE 1 E 3MHZ À PROVA DE ÁGUA; EMISSÃO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO NAS FREQUÊNCIAS: 100 HZ, MODULADO EM 50%, 20% E 10%, 48 HZ, MODULADO EM 20% E 10%, 16 HZ, MODULADO EM 20% E 10%; MEMÓRIA DE 17 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO E GRAVAÇÃO DE ATÉ 18 PROTOCOLOS DO USUÁRIO; PAINEL COM TECLADO SUAVE, E DISPLAY GRÁFICO AZUL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO; PROTEÇÃO DE SOBRE AQUECIMENTO DO TRANSDUTOR; DETECÇÃO DE MAL CONTATO DO CABO.

Análise: O equipamento proposto está devidamente registrado na ANVISA, atende às características técnicas exigidas e possui aplicação comprovada para fins de fisioterapia e reabilitação.

Conclusão: Atende integralmente às especificações técnicas.

3. Conclusão

Após análise dos catálogos e documentos apresentados pela empresa **BERNINI E ROCHA LTDA**; verifica-se que os **itens 4, 8, 11, 12 atendem integralmente às especificações técnicas** descritas no **Edital nº 44/2025** e em seu **Termo de Referência**.
Recomenda-se a habilitação técnica da empresa para os itens analisados.

Salto/SP, 15 de outubro de 2025.

(Assinado eletronicamente)
Ana Lucia Toccheton Pinsdorf
Crefito-3 13705-F
Gerente de área – Fisioterapeuta
Matrícula nº 7166,



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 45A1-803C-D281-57A9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA LUCIA TOCCHETON PINSdorf (CPF 088.XXX.XXX-30) em 23/10/2025 08:47:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://salto.1doc.com.br/verificacao/45A1-803C-D281-57A9>